

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				F2.G8.PP	30/05/2023	
					Versión 4	Página 1 de 1	
	FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				Clasificación de la Información: Pública		
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO		
NO APLICA	SUNPASS	SD	SD	HI LOS COLORES DEL MANDALAY	MANIPULADOR DE ALIMENTOS		
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)							
No.	FECHA	RESULTADO	CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)				
20221990	7/08/2022	CUMPLE	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN	
FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición)	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
8/03/2024	0	0,5	0,5	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	jun-24
7/05/2024	0	0,5	0,5	CUMPLE	ND. Alejandra Vargas	Verificación intermedia termómetro en punto de hielo.	ago-24
RESULTADO: Cumple o no cumple							

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.