REPORTE DE SERVICIOS

CÓDIGO: F-IM-DT-P-005-16
VERSIÓN: 07
F.A.: 2024-02-02

1. Datos del cliente

Orden de servicio:	**R-ODS-25-S370**	**Razón social:**	**LAB BRANDS S.A.S**
Fecha :	**2025-076-25**	**Dirección:**	**Km 7.5 Autopista Bogotá-Medellín Parque Industrial Bruselas, Bodega No. 1**
No de OS del cliente:	**NA**	**Contacto:**	**Martha Valderrama**
No de PE de INGOBAR:	**PE-IM-2025-743 -1 LAB BRANDS SAS**	**Correo electrónico:**	**Felectronica@labbrands.com / 3112584344**

2. Datos sobre el servicio

Dirección y ciudad del servicio:	Avenida calle 26 No. 51-20
Nombre del cliente para el certificado:	Instituto Nacional de salud
Persona de contacto:	Angela Cortes - Gloria Malaver
Correo electrónico / teléfono:	martha.valderrama@labbrads.com / (601) 2207700 Ext 1273 - 313 3066579

Nomenclatura empleada para la columna servicio:

C : calibración **- IQ :** calificación de instalación **- OQ :** calificación operacional **- PQ :** calificación de desempeño **- MP:** Mantenimiento prevetivo **- MC :** Mantenimiento correctivo **- V :** Verificación metrológica

Item	Servicio	Instrumento	Marca	Modelo	Serie	Código interno	Ubicación	Punto o intervalo de medición	Número certificado o informe	Se adhiere etiqueta
1	IQ	Incubadora	Binder	BD-400	20240000017367	42555	Reactivos Diagnóstico in vitro - Pasillo	No aplica	IM-MED-25-0152	al equipo No
2	C	Incubadora	Binder	BD-400	20240000017367	42555	Reactivos Diagnóstico in vitro - Pasillo	50 °C +/- 2 °C	IM-ISO-25-0243	No
3	OQ	Incubadora	Binder	BD-400	20240000017367	42555	Reactivos Diagnóstico in vitro - Pasillo	50 °C +/- 2 °C	IM-MED-25-0153	No
4	PQ	Incubadora	Binder	BD-400	20240000017367	42555	Reactivos Diagnóstico in vitro - Pasillo	50 °C +/- 2 °C	IM-MED-25-0154	No
5	IQ	Horno	Binder	FD-260	20240000012814	42554	Reactivos Diagnóstico in vitro - Área de Lavado	No aplica	IM-MED-25-0161	No
6	C	Horno	Binder	FD-260	20240000012814	42554	Reactivos Diagnóstico in vitro - Área de Lavado	80 °C +/- 5 °C	IM-ISO-25-0246	No
7	OQ	Horno	Binder	FD-260	20240000012814	42554	Reactivos Diagnóstico in vitro - Área de Lavado	80 °C +/- 5 °C	IM-MED-25-0162	No
8	PQ	Horno	Binder	FD-260	20240000012814	42554	Reactivos Diagnóstico in vitro - Área de Lavado	80 °C +/- 5 °C	IM-MED-25-0163	No
9	C	Incubadora	Binder	KT 170 - UL	20240000016999	42552	Laboratorio Aseguramiento de la Calidad- Laboratorio 5	35 °C +/- 0,5 °C	IM-ISO-25-0244	No
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

Durante la ejecución del servicio, se presentaron desviaciones a los métodos para las actividades del laboratorio que permitan cumplir los requerimientos del cliente? SI X NO_____ Si su respuesta es afirmativa; por favor indique cuál?:

No se realiza efecto de carga

3. Cambios a la oferta durante la prestación del servicio

4. Observaciones durante la prestación del servicio

Se socializaron los datos con cliente

Firma personal INGOBAR Metrología S.A.S.

Evaluación del servicio

Firma: Yuliana Rodriguez / María Orjuela	
Nombre: Yuliana Andrea Rodriguez/ maría Paula Orjuela	
Cargo: Metróloga P / Metróloga P	
Fecha: 2025-07-25	
Firma autorizada Representante del diente:	
Firma: Gloria Cecilia Malaver	
Nombre: Gloria Cecilia Malaver	
Cargo: Ingeniera Biomédica	

Teniendo en cuenta su experiencia, agradecemos realice la encuesta de satisfacción escaneado el QR.

Fecha: 2025-07-28

Teniendo en cuenta su experiencia, agradecemos realice la encuesta de satisfacción escaneado el QR.