G & G Sucesores S.A.S.
Importaciones y Representaciones

Carrera 16 No. 88-81 ofc. 804 Bogotá – Colombia
PBX: 514 04 76

REPORTE DE SERVICIO No. 1142
FECHA 2025 | 07 | 22

CLIENTE	UBICACIÓN	CONTACTO
INS	BIOTERIO	
EQUIPO	**MARCA Y MODELO**	**SERIE - INVENTARIO**
CABINA DE BIOSEGURIDAD B2	LABCONCO 3034811011A803	200900953 AF: 35574

TIPO DE SERVICIO

	Visita preinstalación		Revisión de diagnostico
	Entrega - Capacitación		Mantenimiento correctivo
✓	Mantenimiento preventivo		Revisión por Garantía

ACCESORIOS

EXTRACCION REMOTA

SERVICIO REALIZADO

✓	Verificación Fuente Alimentación		Verificación de Mangueras y Acoples
✓	Verificación Polo a Tierra		Verificación Motores Y/O Ventiladores
✓	Verificación Corriente de Consumo		Verificación Sensores
✓	Verificación Estado Accesorios		Verificación Sistema Calentamiento
✓	Limpieza Externa e Interna		Verificación Sistema Refrigeración
✓	Verificación Tarjetas Electrónicas		Verificación de Prefiltros
✓	Verificación Contactos Eléctricos		Verificación Teclado
✓	Verificación Sistema Mecánico y Lubricación		Verificación Lámpara UV
✓	Verificación Filtros		Limpieza condensador, filtro de malla, empaque
✓	Verificación Alarmas		Protocolo de verificación
✓	Verificación Lámparas Fluorescentes y Balasto		Verificación del funcionamiento
✓	Verificación Display o indicador		

MEDICIONES DE LA VARIABLE			fpm
Set Point	55	Lectura Instrumento	57
Lectura Display	55	Cumple	SI

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

✓	Operando correctamente		Pendiente de repuesto		Fuera de servicio

REPUESTOS CAMBIADOS O REQUERIDOS

NINGUNO.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

ANEMOMETRO DIGI SENSE MODELO CP42165 SERIE: 24013601 CERTIFICADO# CCTHA1954 Y XX-CCTH 41980 DE 2025-07-15

CONCEPTO TÉCNICO

LA CABINA OPERA SATISFACTORIAMENTE LOS FLUJOS Y EL CONTEO DE PARTICULAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE RANGO EL VOLTAJE DE LA RED ES 120.1 VAC

SERVICIO REALIZADO POR

NOMBRE	

RECIBIDO POR

NOMBRE	Ricardo Prada
CARGO	Consultor Contratista
FIRMA	Prada

✓ : OK / Realizado **N/A**: No Aplica