LAB BRANDS S.A.S
Autopista Bogotá - Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodega n° 1 Tenjo.
Tel. 8966220
E-mail: alejandro.galindo@labbrands.com
NIT N° 860028662-8

Acta de Entrega
No. 4532

FOP-15 V02

Nombre del Cliente	Usuario	
Instituto Nacional de Salud	Laboratorio de Microbiología - cuarto de lavado 1 piso	
Dirección	**Teléfono**	
Avenida calle 26 No. 51-20 - Zona 6 CAN. Bogotá.	(601) 2207700 Ext 1273	
Equipo	**Serie**	**Referencia**
Autoclave TUTTNAUER 3870 ELCPVG-D	24090129	3870 ELCPVG-D

Accesorios

Cable de poder, clavija, toma, 2 mangueras de drenaje, manguera para suministro de agua desmineralizada, manguera para suministro de agua potable, base, 2 bandejas, 1 parrilla para instrumental, manual de servicio, filtros y rollo de papel.

Fecha de recibido	07/07/2025	Fecha de venta	No aplica

Comentario del usuario

No. Inventario: 43351

Concepto del representante de Lab Brands SAS

El equipo se encuentra en óptimas condiciones físicas, mecánicas y de operación. Las condiciones ambientales del laboratorio como lo son temperatura, humedad relativa y estabilidad de la superficie, son adecuadas para su correcto funcionamiento. Se realizaron pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios, verificando los ciclos de esterilización según los estándares requeridos. Se efectuó la capacitación al personal sobre el manejo operativo y las rutinas básicas de mantenimiento preventivo. El equipo queda instalado y funcionando correctamente, cumpliendo con los requisitos del usuario. Se entrega a entera satisfacción.

Trabajos realizados:

Se realizó el desembalaje e inspección visual del equipo, seguido por la instalación en sitio con verificación de las condiciones físicas y eléctricas del área. Se efectuó la conexión de los servicios requeridos (eléctrico, agua y drenaje), instalación compresor marca Makita SN 21161E y se realiza la configuración de los parámetros de operación conforme a las especificaciones del fabricante. Posteriormente, se ejecutaron pruebas de funcionamiento utilizando ciclos de esterilización para distintos tipos de carga, como plásticos, instrumentos, líquidos y desechos, y se verificaron los parámetros críticos de operación, incluyendo temperatura, presión y tiempos de ciclo. Finalmente, se validó el voltaje de alimentación, que fue de 212 VAC 3pH. El equipo queda funcionando correctamente.

Recomendaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo de forma anual o según la frecuencia de uso del equipo, verificar periódicamente los filtros de agua y el estado del compresor, utilizar únicamente agua tratada conforme a las especificaciones del fabricante, y evitar la sobrecarga de la cámara de esterilización, siguiendo en todo momento las recomendaciones indicadas en el manual del usuario. Se sugiere el uso de cubeta para evitar derrames de agares qué puedan taponar la tubería.

Realizado en:

Instituto Nacional de Salud

Responsable Lab Brands SAS	Responsable Cliente
Nombre: Juan Pablo Salgado 	Nombre: Angela Cortes
	No. Cedula: 1.019.054.581
	Firma: 