BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/23
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alim X **Balanza Pesa Personas** ___ **Balanza Pesa Bebés** ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
	ELECTRONIC SCALE	MORESCO	SIN REF	HOGAR INFANTIL GERONA	SAMMY AYALA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			1	29/10/21	CUMPLE	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3KG	Juego de pesas clase	0350 cilindrica	24-ago-24	nov-24
Carga mínima (Min)	1g /0.1 onz	Número de Certificado	m623810-23	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	o,5			SAMMY AYALA	
Repetibilidad (indicación en manual)	no refiere	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	no refiere				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD 1kg

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	9.9	0.1
2	1	0
3	9.9	0.1
4	9.9	0.1
5	1	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

REPETIBILIDAD 1kg


CARGA EN PRUEBA		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	1	0
5	1	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

EXACTITUD 1kg -500-300g

CARGA EN PRUEBA		
Punto	Indicación	Diferencia
1	1	0
2	299	0.1
3	499	0.1
4	1	0
5	500	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	se realiza la verificacion intermedia con las masas patrón del cz de kennedy

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.