	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	30/05/23
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés __X__

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
GER-002	KEX GERMANY	BS-015 BABY SCALE	SIN REF	HOGAR INFANTIL GERONA	SAMMY AYALA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			1	15/12/23	CUMPLE	

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20Kg	Juego de pesas clase	MI	28/05/24	ago-24
Carga mínima (Min)	0,1Kg	Número de Certificado	DA-2014-07-27	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.005			SAMMY AYALA	
Repetibilidad (indicación en manual)	No especificada	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON se realiza verificaciones con masa patron del CZ KENNEDY			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	20	0
2	19,99	0,01
3	19,99	0,01
4	19,99	0,01
5	19,99	0,01
Error máximo obtenido en la prueba		0,01
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	9,99	0,01
2	9,99	0,01
3	9,99	0,01
4	9,99	0,01
5	9,99	0,01
Error máximo obtenido en la prueba		0,01
Error mínimo obtenido en la prueba		0,01
RESULTADO	CUMPLE	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA

Punto	Indicación	Diferencia
1	19,9	0,1
2	20	0
3	21	0
4	19,9	0,1
5	21	0
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.