BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
001	BRIXCO		AL4221	~~H.I Gerona~~ - Bogotá	Manipuladoras Alimentos

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			01	2023/12/12	cumple	

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
02/04/24	92°	91.9	0.1	cumple	Samy.	Que la tempera de	04/06/24
04/06/24	92°	90.0	2°	cumple	Juliana Gil	Ebullición es de,	
01/08/24	92°	93°	1	cumple	Fernanda M.	92°C en Bogotá	01/09/24
01/09/24	92°	91.9	0.1	cumple	Oscar Ruiz		01/11/24

RESULTADO: Cumple o no cumple

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
002.	Taylor	9841	A14220	H1 Gerona – Bogotá	Manipuladoras Alimentos

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
			01	2023/12/12	cumple	

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
02/04/24	0°	0.1	0.1	Cumple	Sandy	Que la temperatu	04/06/24
04/06/24	0°	0.2	0.2	Cumple	[illegible]	congelacion es	
01/08/24	0°	0.1	0.1	Cumple	Emanuel	0°c.	01/09/24
01/09/24	0°	0.2	0.2	Cumple	Gladys		01/11/24

RESULTADO: Cumple o no cumple

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Scanned with CamScanner