ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	Código: FOR-PSS-656 Versión: 1 Fecha: Memo I2024001750 – 23/01/2024 Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA GRUPO 5	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Detalle	Características
NOMBRE DEL EQUIPO	BASCULA DIGITAL
MARCA	BBG
MODELO	NO PORTA
SERIE	NO PORTA
DATOS DEL PROVEEDOR	
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	BBG
FECHA DE ADQUISICIÓN	JUNIO DE 2019
NOMBRE DEL PROVEEDOR	SERVIHOY
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE	1. Mantenga la balanza bien nivelada y en una superficie estable. 2. Ponga su balanza en su lugar alejado de fuentes de calor/frio y humedad. 3. Tenga atención al estado de la batería de la balanza. 4. Realice mantenimiento y calibración priódica.
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE	1. Realizar inspecciones regulares, el polvo el hielo y los escombros pueden causar diversos grados de perturbación durante el pesaje. 2. Comprobar la calibración de la balanza.
CALIBRACIÓN (TIPO Y PERIODICIDAD)	Los métodos de calibración son los siguientes: transferencia, sustitución, comparación directa, equilibrio, relación y escalamiento. Los laboratorios suelen combinarlos con el méetodo en el que el patrón efectua la magnitud, o el mensurado, ya sea con un primario, secundarios, reproducción, puntos fijos y simulación. La periodicidad de la calibración depende del uso de la bascula y del manejo adecuado. El proceso de calibración debe realizarse periódicamente, ya que los instrumentos y equipos pueden desgestes, envejecimiento y desajustes con el tiempo. Los laboratorios de calibración certificados y acreditados, son los encargados de realizar este proceso utilizando estandares de referencia bien trazados y asegurando que los equipos de medición cumplen con las especificaciones requeiridas.
GARANTIA	Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
MEDICIÓN A REALIZAR	Toma de peso por bipedestación-peso diferencia-sedestación.
RANGO DE USO	Rango normal
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	Cada vez que se realice toma de datos antropométricos .
PATRON A UTILIZAR	Pesa patrón de 20 kg