REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente

Nombre del cliente:	Número de identificación:
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	800103935-6

Dirección
Carrera 15 N° 22-151

Teléfono
304 2401765

REPORTE #2491575

Equipo: MICROSCOPIO	Identificador 5H06897

Formulario

REPORTE DE MANTENIMIENTO

CIUDAD:	FECHA:	NOMBRE DEL EQUIPO
MONTERÍA	07/04/2025	MICROSCOPIO
MARCA DEL EQUIPO	**MODELO DEL EQUIPO**	**SERIE**
OLYMPUS	CX21FS1	5H06897
UBICACIÓN	**CODIGO**	**SERVICIO SOLICITADO:**
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	L1 001329 LSPD-F12	Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO:		
Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)		

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:




ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:	TRABAJOS REALIZADOS:	OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:
En servicio	Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se realizaron pruebas de funcionamiento.	Se realiza verificación limpieza del sistema óptico, mecánico y electrónico. Se realiza lubricación del sistema mecánico. Se realiza verificación de los movimientos en macro y micro enfoque, carro sujetador de laminas, objetivos, oculares y condensador. Se realiza verificación y limpieza del sistema de iluminación.

VARIABLES REVISADAS:		
Intensidad		

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:









OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Se realizó mantenimiento preventivo.
Equipo funcional.

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com