REPORTE SERVICIO TÉCNICO


Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2491576

Equipo: MICROSCOPIO		**Identificador 3334000113**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: MONTERÍA	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** MICROSCOPIO
MARCA DEL EQUIPO CARL ZEISS	**MODELO DEL EQUIPO** AXIO SCOPE A1	**SERIE** 3334000113
UBICACIÓN PARASITOLOGÍA	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.	**PERIODICIDAD DEL SERVICIO:** Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:








ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:	**TRABAJOS REALIZADOS:**	**OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:**
En servicio	Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se realizaron pruebas de funcionamiento.	Se realiza verificación limpieza del sistema óptico, mecánico y electrónico. Se realiza lubricación del sistema mecánico. Se realiza verificación de los movimientos en macro y micro enfoque, carro sujetador de laminas, objetivos, oculares y condensador. Se realiza verificación y limpieza del sistema de iluminación y de filtros de luz. Equipo no regula la intensidad de luz del condensador. Verificación y limpieza de fuente de luz externa.
VARIABLES REVISADAS: Intensidad, Voltaje		


ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:
















requiere cambio de pontesiometro regulador de intensidad de luz







verificación de fuente externa para iluminación



OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO	FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.	FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.
Se realizó mantenimiento preventivo. Equipo requiere cambio de potenciómetro que regula la intensidad de luz. Equipo funcional bajo la observación anterior.	 Elmer Pérez H Ing. Soporte Técnico Cédula: 1103100380	 **Firmado por: Maireth Gómez Negrete, Documento: 50939542**

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com