

INFORME DE EJECUCIÓN

Contrato N.º: PROV-JUL30-2025-01

Fecha:

Entidad contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO

Contratista: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE SAS

Responsable técnico: Erick German Sarmiento Serna – Especialista en imágenes diagnósticas.

1.Objeto del contrato: “SUMINISTRO DE UN (1) EQUIPO DE RX FIJO DIGITAL AL SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO”

IT	ELEMENTO Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VR TOTAL
1	Equipo de RX Fijo Digital	UNIDAD	1	\$310.915.200	\$59.073.888	\$369.989.088

2. Actividades realizadas:

-El día 7 de agosto del año 2025 se realizó la entrega a satisfacción del equipo de Rx fijo digital en el Hospital Local de Algarrobo.

- El 11 de agosto se realizó visita de preinstalación de rx.

-El 12 de agosto del año 2025 se procedió con la Instalación y puesta en funcionamiento de equipo de Rx fijo digital DigiEye 280 en el ESE Hospital De Algarrobo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y contractuales.

2.1. Ingreso del equipo

Fecha de entrega: 7/08/2025

Lugar de entrega: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO

Equipo: EQUIPO DE RAYOS X MINDRAY 50 KW CON MONITOR 24 - DIGIEYE 280 -

Serial / número de identificación del equipo: EB6-45000647

Registro Invima: 2015EBC-0012975

Personal presente en la recepción: Luis Javier De La Rosa Mendoza

2.2. Instalación del equipo

Fecha de instalación: 12/08/2025

Ubicación final: Radiología

Procedimiento de instalación:

La instalación del equipo de RX fijo digital Digieye 280, consistió en recibir y verificar el equipo y sus accesorios completos, en la visita de preinstalación se validó dimensiones de la sala y acometida eléctrica requerida, se desempaqueto y ubico el equipo en su posición final, se conectó la alimentación, puesta a tierra y sistemas de control, se realizaron pruebas iniciales y calibraciones según el fabricante, y finalmente se brindó capacitación al personal y entrega de la documentación correspondiente.

Materiales o accesorios instalados: Detector plano, generador de alta frecuencia, mesa fija flotante, consola de operación de r, gabinete de control, fuente de poder y tubo de rx.

Tiempo total de instalación: 48 horas

2.3. Funcionamiento y pruebas técnicas

Fecha de pruebas: 12/08/2025

Pruebas realizadas:

1. Se encendió el sistema y verificamos encendido sin errores.
2. Se ejecutaron pruebas de posicionamiento, movimiento y exposición de prueba (sin paciente).
3. Se realizó la configuración de parámetros según especificaciones del fabricante.
4. Se realizó calibración de imagen y verificación de calidad radiográfica

Resultados: Satisfactorio, cumple con lo establecido en el contrato.

Observaciones: Se coordinarán 2 mantenimientos preventivos con el fin de preservar la garantía del equipo.

3. Conclusión

Se deja constancia de que el equipo Rx fijo digital DigiEye 280 ingresó, fue instalado y se encuentra en pleno funcionamiento en la ESE Hospital De Algarrobo cumpliendo con las especificaciones técnicas y contractuales.






4.Registro fotográfico



 distriequiposcomercial@gmail.com

 **Calle 37 # 46 - 90 Lc 309**
Edf. Alfredp Steckerl
Barranquilla, Colombia

 **(5) 311 4648 • 3013773042**



distriequiposcomercial@gmail.com

Calle 37 # 46 - 90 Lc 309
Edf. Alfredp Steckerl
Barranquilla, Colombia

(5) 311 4648 • 3013773042

www.distriequiposdelcaribe.com

4. Firma y certificación

Responsable técnico (Biomédico):

Nombre: Erick Sarmiento Serna

Fecha: 12/08/2025

Representante del Hospital

Nombre: Luis Gabriel De La Rosa Mendoza

Fecha: 12/08/2025

 Hospital Local
ALGARROBO
MAGDALENA
NIT. 818.003.818-6
LUIS JAVIER DE LA ROSA MENDOZA
Prof. Administrativo | Cod. Hab. 4703000115





IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	EQUIPO DE RAYOS X 50 KW	Serie:	EB6-45000647
Alias:	RAYOS X	Placa:	
Marca:	MINDRAY	Código:	
Cliente:	HOSPITAL DE ALGARROBO	Modelo:	DIGIEYE 280
Usuario:	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE S.A.S - HOSPITAL DE ALGARROBO		
Fecha solicitud:	2025-08-11 10:39:34	Causa falla:	No Aplica
Dirección cliente:	Barranquilla, CLL 37 #46-90 LC 309 ED ALFREDO STECKERL		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

PREINSTALACION EQUIPO RAYOS X BAJO EL NUMERO DE ORDEN 107608

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1. Requisitos Eléctricos: Se cuenta con un tablero eléctrico que viene directamente desde la subestación. Es necesario sacar la fase y el neutro desde el tablero, y tierra - 4ohm que vayan del tablero al generador. Ya se cuenta con UPS REQUISITOS ELÉCTRICOS SE CUMPLEN --- 3. Condiciones Ambientales: La sala de exposición ya cuenta con un aire acondicionado adecuado para el área. Se dan recomendaciones de que el área mantenga una temperatura constante de al menos 20 °C tanto en la sala de exposición como en la sala de control y un deshumidificador. --- 4. Infraestructura y Canalización: La sala cumple con las dimensiones requeridas para la instalación del equipo. El equipo se dejará centrado en la sala para permitir el giro adecuado del tubo de rayos X. En la sala hay una tubo con el diámetro requerido que se puede usar para pasar los cables del tablero hacia el generador y del generador a la sala de control. Se usará canaleta para cables de generador al bookie mural Queda pendiente el final de carrera y el cableado para el bombillo de exposición --- 5. Puesto de Control: Cumple con los requerimientos de tomacorriente Tiene punto de red para conexión con PACS. Se requiere escritorio adecuado para la estación de trabajo. --- 6. Pendientes: Verificar final de carrera de la puerta y bombillo de exposición. Escritorio para el área de control

OBSERVACIONES

Visita de preinstalacion

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2025-08-11 10:00:00	Fecha y hora final:	2025-08-11 14:00:00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Recibe a satisfacción
Cesar Guette

Responsable
Camilo Carcamo

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO

En el municipio de Algarrobo a los siete (7) días del mes de agosto del año 2025, se procede a la entrega del siguiente equipo:

1. Datos del Equipo:

Nombre/Descripción: Rx fijo digital

Marca: Mindray

Modelo: DiyiEye 280

Estado: Nuevo

2. Entregado por:

Nombre: Técnica Electromédica

Empresa/Entidad: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE SAS

Firma:

3. Recibido por:

Nombre: Luis Javier De la Rosa Mendoza.

Cargo: Profesional Universitario Administrativo.

Empresa/Entidad: ESE Hospital Local de Algarrobo.

Firma:

[Firma manuscrita]

Observaciones:



LUIS JAVIER DE LA ROSA MENDOZA
Prof. Administrativo | Cod. Hab. 4703000115



DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE SAS
NIT 900.734.265-1
CALLE 37 NO. 46 90 LC 309
Tel: (605) 3013773042
Barranquilla - Colombia
contabilidad@distriequiposdelcaribe.com
distriequiposdelcaribe.com

Remisión
No. 1-783

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ALGARROBO		
NIT	819.003.618-6	Teléfono	(605) 3205034009 - Ext. 000
Dirección	CL 9 8 13	Ciudad	Algarrobo - Colombia

Fecha Elaboración	04/08/2025
----------------------	------------

Ítem	Descripción	Código	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	EQUIPO DE RX FIJO DIGITAL MINDRAY	00-2808	310,915,200.00	1.00	310,915,200.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:
CONTRATO NO° PROV-JUL30-2025-01

Total Bruto	310,915,200.00
IVA 19%	59,073,888.00
Total a Pagar	369,989,088.00

Entregado
por: _____

Recibido
por: _____

[Firma]
07/08/2025



DISTRIBUIDORA
DE EQUIPOS DEL CARIBE

REMITENTE: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE S.A.S.

DIRECCIÓN: Calle 37 # 46-90 ofic 309 BARRANQUILLA

NIT: 900.734.265-1

CEL: 301 3773042

DIRECCION ENTREGA: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO

Nit. 819.003.618-6

Calle 9 No 8-13 Plaza Principal

ALGARROBO - MAGDALENA

RECIBE: ALVARO ROMERO GRANADOS

CEL: 3014695176

CONTRATO PROV-JUL30-2025-01

**OBJETO: SUMINISTRO DE UN (1) EQUIPO DE RX FIJO DIGITAL AL SERVICIO DE IMAGENES
DIAGNOSTICAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO.**





distriequiposcomercial@gmail.com



Calle 37 # 46 - 90 Lc 309
Edif. Alfredo Steckerl
Barranquilla, Colombia



(5) 311 4684 • 3013773042

 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIÑO	ACTA REUNION	VERSION : 1		
		VIGENCIA : 12/1/2023		
FECHA: Julio 31 2025		ACTA No: 002		
TIPO DE REUNION: ☐ PRESENCIAL		☒ VIRTUAL X		
LUGAR: Barranquilla		HORA: 4:00		
1. PARTICIPANTES				
NOMBRE		FIRMAS		
EDER MAURICIO SILVA				
ELIANA AVILA MARTINEZ				
ALVARO YESID ROMERO GRANADOS				
2. OBJETIVO DE LA REUNION				
Realizar entrega tecnica del Equipo de RX Fijo Digital DiyiEye 280 Mindray , quedando por sentado las siguientes indicaciones : Se hara entrega del equipo tal como indica ficha tecnica , contando con un solo detector , el cual cumple con las funciones indicadas en el requerimiento para el cumplimiento de funciones y actividades. Asi mismo se evidencia fotograficamente cual es la funcion y ubicacion del detector , con lo cual se determina que es suficiente la entrega de uno solo. Posteriormente nos comprometemos a entregar el Equipo con la UPS de 6Kva con el fin de preservar su estabilidad electrica				
3. ELEMENTOS A VALIDAR				
N°	ELEMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSEVACION
1	Equipo de RX Fijo Digital DiyiEye 280 Mindray	si		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS				
1.	Se hara entrega del equipo tal como indica ficha tecnica , contando con un solo detector , el cual cumple con las funciones indicadas en el requerimiento para el cumplimiento de funciones y actividades. Asi mismo se evidencia fotograficamente cual es la funcion y ubicacion del detector , con lo cual se determina que es suficiente la entrega de uno solo. Posteriormente nos comprometemos a entregar el Equipo con la UPS de 6Kva con el fin de preservar su estabilidad electrica			
2.				
3.				
4.				
5.				



Tú

Ayer a la(s) 4:35 p. m.

