REQUERIMIENTOS METROLOGICOS

CAN	DESCRIPCIÓN	MODELO	MARCA
1	REFRIGERADOR CONGELADOR COMBINADO DE LABORATORIO	YCD-EL300	MELING BIOLOGY & MEDICAL

INSTALACION Y PRIMER AÑO DE LA GARANTIA
1. Una (1) calificación IQ (Instalación) ejecutada por personal capacitado.
Una (1) en la instalación
2. Calificaciones OQ (operacional): ejecutada por personal capacitado.
Una (1) después de la instalación.
3. Calificaciones PQ (desempeño): ejecutada por personal capacitado.
Una (1) después de la instalación.
4. Calibraciones en un punto, ejecutado por ente acreditado (ONAC) en variable temperatura y en el punto indicado.
• Una (1) en un punto indicado vigencia 1 año

SGUNDO AÑO DE LA GARANTIA
1. Un (1) mantenimiento preventivo ejecutado por personal capacitado.
2. Calificaciones OQ (operacional): ejecutada por personal capacitado.
• Una (1) después del mantenimiento por garantía
3. Calificaciones PQ (desempeño): ejecutada por personal capacitado.
• Una (1) después del mantenimiento por garantía.
4. Calibraciones en un punto, ejecutado por ente acreditado (ONAC) en variable temperatura y en el punto indicado
• Una (1) en un punto indicado vigencia 1 año

TERCER AÑO DE LA GARANTIA
1. Un (1) mantenimiento preventivo ejecutado por personal capacitado.
2. Calificaciones OQ (operacional): ejecutada por personal capacitado.
• Una (1) después del mantenimiento por garantía
3. Calificaciones PQ (desempeño): ejecutada por personal capacitado.
• Una (1) después del mantenimiento por garantía.
4. Calibraciones en un punto, ejecutado por ente acreditado (ONAC) en variable temperatura y en el punto indicado.
• Una (1) en un punto indicado vigencia 1 año