| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA** | CÓDIGO: AP-CT-F-61 |
| | | VERSIÓN: 3 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 20/02/2025 |

**INFORMACIÓN DEL PROCESO**

| | |
|---|---|
| **PROCESO No** | IC-091-2025 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | INVITACION A COTIZAR |
| **OBJETO A CONTRATAR** | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EBEH |

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

| **CRITERIO** | | **CÓMO EVALUAR** | **EVALUACIÓN TÉCNICA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Proponente 1** | **Proponente 2** | **Proponente 3** | **Proponente 4** | **Proponente 5** | **Proponente 5** | **Proponente 5** |
| | | | JOTA MEDICS S.A.S. | IMCOLMETRIC SAS | ALLERS S.A.S. | IMCOLMEDICA S.A | TECNICA ELECTROMEDICA SA | ET SERVICES S.A.S. | ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS |
| | | | No. NIT: 830.043.125-8 | No. NIT: 901763305 | No. NIT: 8 9 0 3 1 2 4 5 2 | No. NIT: 8 6 0 0 7 0 0 7 8 -3 | No. NIT: 8 3 0 0 0 4 8 9 2 -2 | No. NIT:9 0 0 3 4 6 1 3 8- 8 | No. NIT: 9 0 0 4 1 4 3 7 6 - 6 |
| **TÉCNICOS**<br>(Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en los Estudios Previos, Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado) | 1.Carta firmada por el representante legal donde garantiza que los equipos biomédicos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, conforme a las normas vigentes de habilitación y calidad en la prestación de servicios de salud. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 2.Certificación firmada por el representante legal donde se comprometea realizar el cambio de los equipos que presenten defectos de fabricación o fallas de funcionamiento en un término no mayor a 72 horas partir del requerimiento del supervisor del contrato | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 3. Carta firmada por el representante legal donde se garantice el soporte técnico y mantenimiento correctivos por el período de la garantía a partir de la entrega. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 4.Cronograma de mantenimiento preventivo (min 2 mantenimientos al año) de los equipos adquiridos por el tiempo de la garantía a partir del ingreso. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 5. Certificado que acredite la calibración de los equipos biomédicos según corresponda, en cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la normatividad aplicable "Resolución 2465 de 2016: Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas y se dictan otras disposiciones." | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 6. Ficha técnica detallada de cada equipo ofertado, especificando características operacionales, materiales de fabricación, funcionalidad y garantía de calidad en español.<br><br>Capacidad desde 120 hasta 150 kilogramos. precisión ideal de 50 gramos máximo 100 gramos, digital, portátil y con baterías recargables con su cargador externo. Garantizar certificado de calibración y hoja de vida del insumo biomédico. | CUMPLE / NO CUMPLE | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |

| OBJETO A CONTRATAR | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EBEH | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN** | | | | | | | | | |
| | 7, Carta firmada por el representante legal del oferente que garantice que, en caso de ser adjudicatario del proceso de selección, se compromete a realizar una capacitación y entrenamiento con cronograma detallado sobre el uso y mantenimiento de los equipos al personal asistencial y técnico designado por la Subred Norte. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 8, Registro INVIMA de cada uno de los equipos o carta de NO REQUIERE expedida por el INVIMA. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 9, Manual de usuario y Manual de Operación en español. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 10, Registro de importación (Si aplica). | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 11, Protocolo de limpieza y desinfección para cada uno de los equipos. En el caso que sean esterilizables, se debe evidenciar los tiempos y métodos de esterilización. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| | 12, Carta de garantía mínima de (1) año. | CUMPLE / NO CUMPLE | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| **RESULTADO:** | | **CUMPLE / NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |

**"OBSERVACIONES:**
**JOTA MEDICS S.A.S.**
**PPulsímetro: Para ítem 8,9,10: El oferente no allega documento solicitado. Oferente no envía documentos solicitados SUBSANADO**
**Cinta Métrica: Para el ítem 6: El oferente presenta ficha técnica para equipo CINTA METRICA ADULTOS 1.50 Cms, Marca: Genérica, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnica: -Material flexible, inextensible e impermeable, y sistema retráctil con divisiones cada 1 mm. Precisión 1 mm. oferente allega ficha técnica del equipo donde se encuentra lo solicitado. SUBSANADO y para el ítem 8,9,10,11: El oferente no allega documento solicitado. Oferente no envía documentos solicitados SUBSANADO**
**Bascula de piso: Para el ítem 6 El oferente allega ficha técnica del equipo bascula marca: Charder modelo: MS7301 sin embargo no se evidencia el cumplimiento de: -Precisión ideal de 50 gramos máximo 100 gramos oferente allega ficha técnica del equipo, sin embargo, en esta no se evidencia el parámetro solicitado. NO SUBSANADO. y para ítem 8,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente no envía documentos solicitados SUBSANADO**
**Tallímetro: Para el ítem 6 El oferente presenta TALLIMETRO DE PARED CON PLATAFORMA, sin embargó no se evidencia el cumplimiento de las siguientes características técnicas: -desarmable. oferente envía ficha técnica donde se especifica que el equipo es retráctil, por ende, la característica de desarmable no aplica. SUBSANADO y para ítem 8,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente no envía documentos solicitados SUBSANADO**
**Fonendoscopio: El oferente no cumple ítem 6 oferta equipo fonendoscopio OIS 300 en el cual no se describe diafragmas ajustables que permiten escuchar diferentes frecuencias, y sistemas de reducción de ruido ambiental. Oferente envía dicha técnica, sin embargo, no se evidencian las características solicitadas. NO SUBSANADO y para ítem 8,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente no envía documentos solicitados SUBSANADO**
**Tensiómetro: El oferente no cumple ítem 6 El oferente oferta equipo tensiómetro de aneroides aneroide artery 300 y tensiómetro análogo pediátrico - neonatal marca: prestig, no describe Brazalete: Neonatal por cada tensiómetro y Manómetro de material inoxidable. Manguera: PVC de 2 tubos de 2 vías, Válvula: De extremo cónico, oferente envía ficha técnica donde se especifica, todo menos el tipo de material del manómetro del equipo. NO SUBSANADO. y para ítem 8,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente no envía documentos solicitados SUBSANADO**
**Cintra Medición perímetro braquial para niño: para ítem 6,8,9,10 y 11, El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía documentos solicitados SUBSANADO**
**IMCOLMETRIC SAS**
**Pulsoxímetro: Para ítem 4,8,10: El oferente no allega documento solicitado. oferente envía cartas de compromiso de entrega de documentos faltantes en el momento de la entrega del equipo SUBSANADO, y para el ítem 6 El oferente allega ficha técnica del equipo MARCA: EDAN modelo: H100, sin embargo, no se evidencian las siguientes especificaciones: NO SUBSANADO**
**Cinta Métrica: Para el ítem 6: El oferente presenta ficha técnica para equipo CINTA METRICA ADULTOS 1.50 Cms, Marca: Genérica, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnica: -Material flexible, inextensible e impermeable, y sistema retráctil con divisiones cada 1 mm. Precisión 1 mm y para el ítem 4 y 10: El oferente no allega documento solicitado. NO SUBSANADO**
**Bascula de piso: Para el ítem 6: l oferente allega ficha técnica del equipo MARCA: HEALTH O METER modelo: 880KL, sin embargo, no se evidencian las siguientes especificaciones: -precisión ideal de 50 gramos máximo 100 gramos y con baterías recargables con su cargador externo para el ítem 4, y 10: El oferente no allega documento solicitado. NO SUBSANADO**

| OBJETO A CONTRATAR | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EBEH |
|---|---|

**INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN**

**Tallímetro: Para ítem 4,10 El oferente no allega documento solicitado. oferente envía cartas de compromiso de entrega de documentos faltantes en el momento de la entrega del equipo SUBSANADO**
**Fonendoscopio: El oferente no cumple ítem 4, 8,10 no aporta documento. oferente envía cartas de compromiso de entrega de documentos faltantes en el momento de la entrega del equipo (ítem 8,10) SUBSANADO y para ítem 6 El oferente oferta equipo fonendoscopio dúplex marca Riester Ref. 4001-01 en el cual no se describe diafragmas ajustables que permiten escuchar diferentes frecuencias, y sistemas de reducción de ruido ambiental NO SUBSANADO**
**Tensiómetro: El oferente no cumple ítem 4 8,10 no aporta documento. oferente envía cartas de compromiso de entrega de documentos faltantes en el momento de la entrega del equipo (ítem 8,10) SUBSANADO y para ítem 6 El oferente oferta equipo tensiómetro de aneroides manual Ref. 500-V no describe Manómetro de material inoxidable. - Brazalete: (1) Pediátrico, (1) Neonatal, Manguera: PVC de 2 tubos de 2 vías, Válvula: De extremo cónico, Con mínimo de división de ± 2 mmHg. NO SUBSANADO**
**Cintra Medición perímetro braquial para niño: El oferente no cumple ítem 4 10, no aporta documento. oferente envía cartas de compromiso de entrega de documentos faltantes en el momento de la entrega del equipo (ítem 8,10) SUBSANADO y para ítem 6 El oferente presenta documento REF: compromiso técnico con firma de presentante legal, el oferente no establece la cantidad o (min 2 mantenimientos al año) de los equipos adquiridos por el tiempo de la garantía a partir del ingreso. NO SUBSANADO**
**ET SERVICES S.A.S.**
**Pulsioxímetro: No oferto**
**Cinta Métrica: No oferto**
**Bascula de piso: No oferto**
**Tallímetro: No oferto**
**Fonendoscopio: para ítem 9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía documentos faltantes SUBSANADO**
**Tensiómetro: para ítem 9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía documentos faltantes SUBSANADO**
**Cintra Medición perímetro braquial para niño: No oferto**
**ALLERS S.A.S.**
**Pulsoxímetro: El oferente para el ítem 6 allega ficha técnica del equipo MARCA: EDAN modelo: H100B, sin embargo no se evidencian las siguientes especificaciones: Detección de SpO2 para incluir el rango: 70-99%, resolución de SpO2: 1% o menos, precisión de SpO2 (en el rango de al menos 70-99%): dentro de ±2% o 3%, detección de frecuencia de pulso para incluir el rango: 30-240 lpm, resolución de la frecuencia del pulso: 1 lpm o menos, recisión de frecuencia de pulso dentro de ±3 lpm, y para ítem 9,10,11 El oferente no allega documento solicitado.**
**Cinta Métrica: Para el ítem 6: El oferente presenta ficha técnica de dos modelos SECA 203-201, no es claro cuál es la oferta ítem 9,10,11: El oferente no allega documento solicitado.**
**Bascula de piso: para ítem 9,10,11 El oferente no allega documento solicitado**
**Tallímetro: Para el ítem 6: El oferente presenta TALLIMETRO seca MODELO:206, sin embargó no se evidencia el cumplimiento de las siguientes características técnicas: -desarmable, y para y para ítem 9,10,11 El oferente no allega documento solicitado.**
**Fonendoscopio: El oferente no cumple ítem 6 El oferente aporta ficha técnica con varios modelos, por lo cual no se puede saber cuál evaluar y para ítem 8,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado.**
**Tensiómetro: Para el ítem 6 El oferente El oferente oferta equipo tensiómetro de aneroides manual TENSIOMETRO DE ANEROIDES, DURASHOCK DS44-11CBT no describe Lecturas precisas de presión arterial con esfigmomanómetro aneroide de última generación, fabricado con precisión, fácil de leer 300mmHg con válvula de liberación de aire. Manómetro de material inoxidable. - Brazalete: (1) Pediátrico, (1) Neonatal y (1) adulto x tensiómetro. - Brazalete de fácil limpieza y desinfección. - Manguera: PVC de 2 tubos de 2 vías. - Pera: PVC estándar. -Válvula: De liberación. -Válvula: De extremo cónico. Rango de error de ± 3 mmHg - Con mínimo de división de ± 2 mmHg ,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. y para ítem 8,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado.**
**Cintra Medición perímetro braquial para niño: El oferente no cumple ítem 6 El oferente oferta cinta métrica seca 203 & 201 sin especificar cuál de las dos es y para ítem 9,10,11 El oferente no allega documento solicitado.**
**Oferente no envía documentos para la subsanación de observaciones. NO SUBSANADO**
**ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS**
**Pulsoxímetro: El oferente para ítem 10 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía documento solicitado. SUBSANADO**
**Cinta Métrica: No oferto**
**Bascula de piso: No oferto**
**Tallímetro: No oferto**
**Fonendoscopio: El oferente para ítem 10 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía documento solicitado. SUBSANADO**
**Tensiómetro: El oferente para ítem 10 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía documento solicitado. SUBSANADO y el ítem 6. SUBSANO**
**Cintra Medición perímetro braquial para niño: No oferto**
**IMCOLMEDICA**
**Pulsioxímetro: El oferente para ítem 2, 10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferentes envía documentos solicitados. SUBSANADO**
**Cinta Métrica: Para el ítem 6: El oferente presenta equipo: CINTA METRICA ADULTOS BMI-014, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnica: material flexible, inextensible e impermeable. Oferente allega ficha y carta aclaratoria cumpliendo con lo solicitado. SUBSANADO y para ítem 2,10,11: El oferente no allega documento solicitado. Oferente allega cartas de compromiso de entrega de la documentación solicitada SUBSANADO.**
**Bascula de piso: para ítem 2,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente allega cartas de compromiso de entrega de la documentación solicitada SUBSANADO. y para el ítem 6 El oferente allega ficha técnica del equipo MARCA: HEALTH O METER modelo: 844KL, sin embargo, no se evidencian las siguientes especificaciones: -con baterías recargables con su cargador externo. Oferente allega cartas de compromiso de entrega de cargador y baterías recargables junto con el equipo como accesorio adicional. SUBSANADO.**
**Tallímetro: Para el ítem2,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente allega cartas de compromiso de entrega de la documentación solicitada SUBSANADO.**
**Fonendoscopio: El oferente para ítem 2,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente allega cartas de compromiso de entrega de la documentación solicitada SUBSANADO.**
**Tensiómetro: El oferente para ítem 2,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente allega cartas de compromiso de entrega de la documentación solicitada SUBSANADO.**
**Cintra Medición perímetro braquial para niño: No oferto**
**TECNICA ELECTROMEDICA SA**
**Pulsioxímetro: El oferente para ítem 2,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía cartas de compromisos y documentos solicitados. SUBSANADO Y PARA EL ITEM 6 El oferente allega ficha técnica del equipo MARCA: Mindray modelo: PM-60, sin embargo, no se evidencian las siguientes especificaciones: -Se requieren baterías recargables, con un cargador externo de baterías de CA o mediante adaptable al equipo. Oferente allega ficha técnica, sin embargo, sigue sin evidenciarse las especificaciones mencionadas. NO SUBSANADO**
**Cinta Métrica: Para el ítem 6: El oferente presenta ficha técnica de dos modelos SECA 203-201, no es claro cuál es la oferta. Oferente no envía carta aclaratoria de que modelo es el que se está ofertando. NO SUBSANADO, ítem 2,9,10 y 11: El oferente no allega documento solicitado Oferente envía cartas de compromisos y documentos solicitados. SUBSANADO. y para ítem 6: El oferente no allega documento donde se especifique estas características: flexible, inextensible e impermeable. Oferente envía ficha técnica del equipo, sin embargo, no se ven las características solicitadas. NO SUBSANADO**
**Bascula de piso: para ítem 2,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía cartas de compromisos y documentos solicitados. SUBSANADO. y para el ítem 6 El oferente allega ficha técnica del equipo MARCA: HEALTH O METER modelo: 844KL, sin embargo, no se evidencian las siguientes especificaciones: -con baterías recargables con su cargador externo. Oferente envía ficha técnica del equipo, sin embargo, no se ven las características solicitadas. NO SUBSANADO.**
**Tallímetro: para ítem 2,9,10,11 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía cartas de compromisos y documentos solicitados. SUBSANADO. y para el ítem 6 El oferente presenta TALLIMETRO seca MODELO:206, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes características técnicas: -desarmable. oferente envía ficha técnica donde se especifica que el equipo es retráctil, por ende, la característica de desarmable no aplica. SUBSANADO**
**Fonendoscopio: para ítem 2,8,9 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía cartas de compromisos y documentos solicitados. SUBSANADO. y para el ítem 6 El oferente aporta ficha técnica con varios modelos, por lo cual no se puede saber cuál evaluar. Oferente envía nuevamente ficha técnica con varios modelos aplicables. no hay claridad en la oferta. NO SUBSANADO**
**Tensiómetro: para ítem 2,8,9 El oferente no allega documento solicitado. Oferente envía cartas de compromisos y documentos solicitados. SUBSANADO. y para el ítem 6 El oferente aporta ficha técnica con varios modelos, por lo cual no se puede saber cuál evaluar. Oferente envía nuevamente ficha técnica con varios modelos aplicables, no hay claridad en la oferta. NO SUBSANADO**

**EVALUADORES**

| | NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| EVALUADOR TENICO | INGRID MAYELY ANGARITA SEGURA - INGENIERA BIOMÉDICA | |
| SUPERVISOR | INGRID PAOLA LOZANO TORRES - DIRECTORA DE GESTIÓN DEL RIESGO | |
| DIRECTOR DE ÁREA | INGRID PAOLA LOZANO TORRES - DIRECTORA DE GESTIÓN DEL RIESGO | |