BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS**	**F3.G8.PP**	**30/05/2023**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos __X__ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
MUN009	ORION	TEK		CDI MUNDO MÁGICO DEL ARCOIRIS	Coordinadora - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
285561	13/11/2024	CUMPLE	285561	13/11/2024	CUMPLE	nov-28

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3kg	Juego de pesas clase	MI CILINDRICO	5/11/2024	5/02/2025
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	ALB-437-19	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.1g			CAROLINA GIRALDO	
Repetibilidad (indicación en manual)	SD	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	SD	Masas patrón del Centro Zonal de Kenned			

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 50g

Punto	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 100g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 100-200-300-500-1000g

Punto	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	200	0
3	300	0
4	500	0
5	1000	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.