BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas _X__ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
MUNDO 002	SECA	813		CDI MUNDO MÁGICO DEL ARCOIRIS	COORDINADORA-NUTRICIONISTA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
277195	21/08/2024	CUMPLE	277195	21/08/2024	CUMPLE	NOVIEMBRE DEL 2025

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	200kg	Juego de pesas clase	M1 certificado de calibracion DE 3710-23 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2023	27/06/2025	27/09/2025
Carga mínima (Min)	2kg	Número de Certificado	MG23710-23	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1kg			CAROLINA GIRALDO CORREA	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 35kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	35	0
2	35	0
3	35	0
4	35	0
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 35kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	35	0
2	35	0
3	35	0
4	35	0
5	35	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA35kg (35kg-30kg-25kg-20kg-15kg)


Punto	Indicación	Diferencia
1	35	0
2	30	0
3	25	0
4	20	0
5	25	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	CUMPLE
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.