

ADENDA No. 1  
IC-205-2025

**OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN HOSPITALARIA, POR MEDIO DE CONVENIO DOCENCIA CON LA UNIVERSIDAD LA SABANA, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”**

Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia, responsabilidad y demás descritos en el Estatuto de Contratación Acuerdo 064 de 2024 de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, y en consideración a las respuestas derivadas de las observaciones a los estudios previos de fecha 26 de agosto de 2025, se modifica los estudios previos así:

**PRIMERO:** Modifíquese el numeral tercero de los estudios previos, (resaltado en amarillo); el cual quedará así:

**“3. ESPECIFICACIONES DEL BIEN, O SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR**

**3.1. Especificaciones técnicas e información de referencia**

De conformidad con la necesidad de la Subred, las especificaciones de los bienes requeridos son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CANTIDAD
Silla hospitalaria de descanso	Tipo	Reclinable	10
		Mínimo 3 posiciones	
	Material	Impermeable, de fácil limpieza, resistente a procesos de limpieza y desinfección	
		Liso, no poroso	
		De alta durabilidad, apto para el uso constante	
		Ergonómico y cómodo, acolchado suave	
	Dimensiones	Alto: 90 a <b>115,6 cm</b>	
		Ancho: 60 a 85 cm	
		Alto sentadera: 40 a <b>82,6 cm</b>	
Largo sentadera: 40 a 55 cm			
	Largo extendido: 160 a <b>177,8 cm</b>		
Base	2 topes fijos y 2 rodachinas con freno		
Estructura	Interna, metálica		
Mecanismo	Accionamiento con palanca, mecánico		
Sistema	Mecánico		
Carro de paro	Material	Plástico ABS o acero (inoxidable 304 o Cold Rolled, resistente a procesos de limpieza y desinfección) con terminado en pintura electrostática en polvo	2
	Gavetas	Mínimo 5 gavetas	
		Con divisiones interiores para el almacenamiento de fármacos en mínimo dos gavetas	
		Con sistema de seguridad <b>o seguro central</b> incorporado <b>de todas las gavetas</b> , para la custodia de medicamentos y dispositivos médicos, con llave o clave	
	Atril	Para líquidos parenterales	
	Tabla	Para masajes cardiopulmonares plástica (No se acepta fabricación en madera)	
	Soportes	Para desfibrilador	
		Para succionador	
		Para monitor de signos vitales de transporte	
		Para tanque de oxígeno portátil con soporte de aseguramiento	
Porta guardián			
	Para contenedores de desechos		
Bomper	Bomper o parachoques periférico de 360°		
Ruedas	Con 4 ruedas giratorias, no metálicas		
	Mínimo 1 rueda antiestática, no metálica		
	Con freno mínimo en 2 ruedas		

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CANTIDAD	
	Accesorios	Una multitoma con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 3 m de longitud Un (1) termohigrometro con certificado de calibración vigente emitido por un ente certificado por la ONAC (máximo 1 mes de antigüedad)		
<b>Pisingo</b>	Material	En acero inoxidable, esterilizable	111	
<b>Riñonera</b>	Material	En acero inoxidable, esterilizable	166	
<b>Mesa de curaciones con porta guardián</b>	Material	En acero inoxidable	42	
	Soportes	Porta guardián		
	Ruedas	4 ruedas, con freno en al menos 2 de ellas		
	Material ruedas	No metálicas		
<b>Carro de medicamentos</b>	Material	Plástico o metálico en material inoxidable	3	
	Esquinas	Con parachoques		
	Gavetas	Mínimo 4 gavetas con seguro		
		Gaveta tipo unidosis con mínimo veinticinco (25) compartimentos para organizar medicamentos		
		Gaveta para materiales endovenosos		
	Sistema de bloqueo	Total, de los cajones o gavetas		
	Ruedas	4 ruedas giratorias con diámetro de mínimo 4"		
		Mínimo en dos de sus ruedas		
		Mínimo 1 rueda antiestática		
	Soportes	Porta guardián		
Accesorios	Para contenedores de desechos			
<b>Mesa de mayo con bandeja pequeña</b>	Material	En acero inoxidable	7	
	Altura de la bandeja	Graduable		
	Ruedas	4 ruedas, con freno en al menos 2 de ellas		
	Material ruedas	No metálicas		
<b>Pato coprológico</b>	Material	En acero inoxidable, esterilizable	122	

**NOTA 1:** El oferente, a su riesgo y costo podrá entregar ítems de mejores características, sin embargo, deberá cumplir las mínimas establecidas en el presente proceso de selección, so pena de rechazo, sin que por ello se aumente el valor del ítem ofertado dentro de la propuesta inicialmente presentada, previa autorización del supervisor.

(...)"

**SEGUNDO:** Modifíquese el documento 1.1. ANEXO TÉCNICO Nro. 1, el cual quedará así:

**“ANEXO N° 1**

*Adquisición de elementos de dotación hospitalaria por medio de convenio docencia con la Universidad El Bosque, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE*

**Especificaciones Técnicas e Información de Referencia**

Modifíquese el numeral cuarto de los estudios previos, el cual quedará así:

ÍTEM	ELEMENTO	CANT.	DESCRIPCIÓN	
1	Silla hospitalaria de descanso	10	Tipo	Reclinable
				Mínimo 3 posiciones
			Material	Impermeable, de fácil limpieza, resistente a procesos de limpieza y desinfección
				Liso, no poroso
				De alta durabilidad, apto para el uso constante
Dimensiones	Alto: 90 a 115.6 cm			

				Ancho: 60 a 85 cm
				Alto sentadera: 40 a <b>82,6</b> cm
				Largo sentadera: 40 a 55 cm
				Largo extendido: 160 a <b>177,8</b> cm
			<b>Base</b>	2 topes fijos y 2 rodachinas con freno
			<b>Estructura</b>	Interna, metálica
			<b>Mecanismo</b>	Accionamiento con palanca, mecánico
			<b>Sistema</b>	Mecánico
2	Carro de paro	2	<b>Material</b>	Plástico ABS o acero (inoxidable 304 o Cold Rolled, resistente a procesos de limpieza y desinfección) con terminado en pintura electrostática en polvo
			<b>Gavetas</b>	Mínimo 5 gavetas
				Con divisiones interiores para el almacenamiento de fármacos en mínimo dos gavetas
				Con sistema de seguridad <b>o seguro central</b> incorporado <b>de todas las gavetas</b> , para la custodia de medicamentos y dispositivos médicos, con llave o clave
			<b>Atril</b>	Para líquidos parenterales
			<b>Tabla</b>	Para masajes cardiorrespiratorios plástica (No se acepta fabricación en madera)
			<b>Soportes</b>	Para desfibrilador
				Para succionador
				Para monitor de signos vitales de transporte
				Para tanque de oxígeno portátil con soporte de aseguramiento
				Porta guardián
			<b>Bomper</b>	Para contenedores de desechos
			<b>Bomper</b>	Bomper o parachoques periférico de 360°
<b>Ruedas</b>	Con 4 ruedas giratorias, no metálicas			
	Mínimo 1 rueda antiestática, no metálica			
<b>Accesorios</b>	Con freno mínimo en 2 ruedas			
	Una multitoma con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 3 m de longitud			
			<b>Accesorios</b>	Un (1) termohigrometro con certificado de calibracion vigente emitido por un ente certificado por la ONAC (maximo 1 mes de antigüedad)
3	Pisingo	111	<b>Material</b>	En acero inoxidable, esterilizable
4	Riñonera	166	<b>Material</b>	En acero inoxidable, esterilizable
5	Mesa de curaciones con porta guardián	42	<b>Material</b>	En acero inoxidable
			<b>Soportes</b>	Porta guardián
			<b>Ruedas</b>	4 ruedas, con freno en al menos 2 de ellas
			<b>Material ruedas</b>	No metálicas
6	Carro de medicamentos	3	<b>Material</b>	Plástico o metálico en material inoxidable
			<b>Esquinas</b>	Con parachoques
			<b>Gavetas</b>	Mínimo 4 gavetas con seguro
				Gaveta tipo unidosis con mínimo veinticinco (25) compartimentos para organizar medicamentos
				Gaveta para materiales endovenosos
			<b>Sistema de bloqueo</b>	Total, de los cajones o gavetas
			<b>Ruedas</b>	4 ruedas giratorias con diametro de minimo 4"
				Mínimo en dos de sus ruedas
				Mínimo 1 rueda antiestática
			<b>Soportes</b>	Porta guardián
Para contenedores de desechos				
<b>Accesorios</b>	Un (1) termohigrometro con certificado de calibracion vigente emitido por un ente certificado por la ONAC (maximo 1 mes de antigüedad)			

7	Mesa de mayo con bandeja pequeña	7	<b>Material</b>	En acero inoxidable
			<b>Altura de la bandeja</b>	Graduable
			<b>Ruedas</b>	4 ruedas, con freno en al menos 2 de ellas
			<b>Material ruedas</b>	No metálicas
8	Pato coprológico	122	<b>Material</b>	En acero inoxidable, esterilizable

**TERCERO:** Modifíquese el anexo denominado 4. EXCEL DETALLADO DONDE SE DEBE DISCRIMINAR 205-2025, el cual quedará así:

DETALLADO DE LA OFERTA										
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		CANT	CANT	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	Valor total	Comentarios del comprador
1	Silla hospitalaria de descanso	<b>Tipo</b>	Reclinable	10	UN					
			Mínimo 3 posiciones							
		<b>Material</b>	Impermeable, de facil limpieza, resistente a procesos de limpieza y desinfección							
			Liso, no poroso							
			De alta durabilidad, apto para el uso constante							
			Ergonómico y cómodo, acolchado suave							
		<b>Dimensiones</b>	Alto: <b>90 a 115,6 cm</b>							
			Ancho: 60 a 85 cm							
			Alto sentadera: <b>40 a 82,6 cm</b>							
			Largo sentadera: 40 a 55 cm							
<b>Base</b>	Largo extendido: <b>160 a 177,8 cm</b>									
	2 topes fijos y 2 rodachinas con freno									
<b>Estructura</b>	Interna, metálica									
<b>Mecanismo</b>	Accionamiento con palanca, mecánico									
<b>Sistema</b>	Mecánico									
2	Carro de paro	<b>Material</b>	Plástico ABS o acero (inoxidable 304 o Cold Rolled, resistente a procesos de limpieza y desinfección) con terminado en pintura electrostática en polvo	2	UN					VERIFICAR ANEXO TECNICO Nro. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
			<b>Gavetas</b>							
		Con divisiones interiores para el almacenamiento de fármacos en mínimo dos gavetas								
		Con sistema de seguridad <b>o seguro central</b> incorporado <b>de todas las gavetas</b> , para la custodia de medicamentos y dispositivos médicos, con llave o clave								
		<b>Atril</b>	Para líquidos parenterales							
		<b>Tabla</b>	Para masajes cardiorrespiratorios plástica (No se acepta fabricación en madera)							
			<b>Soportes</b>							
Para succionador										
Para monitor de signos vitales de transporte										

			Para tanque de oxígeno portátil con soporte de aseguramiento						
			Porta guardián						
			Para contenedores de desechos						
		<b>Bomper</b>	Bomper o parachoques periférico de 360°						
		<b>Ruedas</b>	Con 4 ruedas giratorias, no metálicas						
			Mínimo 1 rueda antiestática, no metálica						
			Con freno mínimo en 2 ruedas						
		<b>Accesorios</b>	Una multitoma con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 3 m de longitud						
			Un (1) termohigrometro con certificado de calibración vigente emitido por un ente certificado por la ONAC (máximo 1 mes de antigüedad)						
3	Pisingo	<b>Material</b>	En acero inoxidable, esterilizable	111	UN				
4	Riñonera	<b>Material</b>	En acero inoxidable, esterilizable	166	UN				
5	Mesa de curaciones con porta guardián	<b>Material</b>	En acero inoxidable	42	UN				
		<b>Soportes</b>	Porta guardián						
		<b>Ruedas</b>	4 ruedas, con freno en al menos 2 de ellas						
		<b>Material ruedas</b>	No metálicas						
6	Carro de medicamentos	<b>Material</b>	Plástico o metálico en material inoxidable	3	UN				
		<b>Esquinas</b>	Con parachoques						
		<b>Gavetas</b>	Mínimo 4 gavetas con seguro						
			Gaveta tipo unidosis con mínimo veinticinco (25) compartimentos para organizar medicamentos						
			Gaveta para materiales endovenosos						
		<b>Sistema de bloqueo</b>	Total, de los cajones o gavetas						
		<b>Ruedas</b>	4 ruedas giratorias con diámetro de mínimo 4"						
			Mínimo en dos de sus ruedas						
			Mínimo 1 rueda antiestática						
		<b>Soportes</b>	Porta guardián						
Para contenedores de desechos									
<b>Accesorios</b>	Un (1) termohigrometro con certificado de calibración vigente emitido por un ente certificado por la ONAC (máximo 1 mes de antigüedad)								
7	Mesa de mayo con bandeja pequeña	<b>Material</b>	En acero inoxidable	7	UN				
		<b>Altura de la bandeja</b>	Graduable						
		<b>Ruedas</b>	4 ruedas, con freno en al menos 2 de ellas						
		<b>Material ruedas</b>	No metálicas						
8	Pato coprológico	<b>Material</b>	En acero inoxidable, esterilizable	122	UN				

**CUARTO:** Modifíquese el numeral 4 del estudio previo el cual quedará así:

**“4. PLAZO DEL CONTRATO**

*El plazo de ejecución del contrato será de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS**, contados a partir de la fecha de la notificación que realice la Universidad de La Sabana al proveedor.”*

**QUINTO:** Los demás contenidos del estudio previo, pliego de condiciones y anexos quedan incólume.

Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días de agosto de 2025.

***La presente se perfecciona con la publicación y aprobación electrónica***

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**