Instrumentación Soluciones que mejoran la vida	INSTRUMENTACIÓN S.A.S	Código	ST-FOR-046
	SOPORTE TÉCNICO	Versión	2
	FORMATO DE FICHA TÉCNICA REPUESTO O INSUMO	Fecha de actualización	16/07/2025



FICHA TÉCNICA DE REPUESTO O INSUMO

Nombre:	Sensor de flujo
Marca:	Carefusion / Vyaire
Referencia:	16496
Equipo	Ventilador de paciente
modelo	Vela
INVIMA:	2015EBC-0013349
Vida útil:	30 esterilizaciones.
Clasificación:	☑ Repuesto ☐ Insumo

Descripción y función:

Sensor de flujo para ventilador de paciente Vela modelos Diamante y Comprehensive. Mide flujos inspiratorios y expiratorios durante el proceso de ventilatorio.

Características técnicas:

Pieza neumática, requiere proceso de esterilización después de cada uso y se debe desechar después de cada 30 procesos de esterilización o cada año.

Desinfección	☐ Si ☑ No
Frecuencia:	N / A
Producto:	N / A
Método:	N / A

Esterilización	☑ Si ☐ No
Frecuencia:	Despues de cada paciente
Producto:	Auto clave 132 - 135 °C
Método:	Autoclave por 15min, el tiempo de ciclo en HiVac es de (27 PSI) 7min y 10min de secado.
Sterrad	Proceso quimico de baja temperatua 50 - 60 °C (122- 140°F
Oxido de etileno	Proceso quimico de baja temperatua entre 30 y 60 °C (86 y 140°F)

Elaboró	
Nombre:	José Luis Vargas
Cargo:	Ingeniero de Soporte Técnico
Fecha:	14/06/2024