15 de mayo de 2018

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS PROCESO No. IP008 DE 2018

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIONES METROLÓGICAS DEL CONTADOR DE PARTÍCULAS LIGHTHOUSE, DE LA OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DEL INVIMA

PROPONENTE: ARICEL S.A.S

2.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACION				EVALUACIÓN
CONTADOR DE PARTÍCULAS				
Ítem	**Servicio**	**Descripción del Servicio**	**Cant**	
1	Intervenciones metrológicas del equipo contador de partículas marca Lighthouse del LFPFOT.	REPOTENCIAMIENTO Y CALIBRACIÓN Calibración incluye la limpieza del sensor completo, y re-calibración utilizando estándares de partículas NIST trazables. Todas las calibraciones se realizan mediante los métodos definidos en las secciones correspondientes de JIS B 9921 e ISO 21501-4: 2007 Part 3. La precisión de los estándares y equipos utilizados en la calibración deben ser trazables al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología o sean derivados de valores aceptables de constantes físicas y naturales. Las actividades a realizar son: *Limpieza general *Revisión purga del sistema *Revisión y limpieza de la línea *Limpieza del tubo de entrada de muestras *Flush manual *Limpieza de Jeringas *Verificación de la velocidad del flujo *Corrimiento de estándares de calibración. (En fabrica) *Verificación condición del láser (En fabrica a la hora de calibrar)	1	CUMPLE Documento magnético: 2018-05-08 Oferta_2443_Invima
		SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN *Verificación de la exactitud de velocidad de flujo *Verificación Exactitud de volumen de muestra *Calibración del rango operativo en 8 puntos: 1, 2, 5, 7, 10, 15, 25 y 50 µm *Ejecución de la prueba de desempeño según USP vigente 1*Certificados de los estándares para los 8 puntos de calibración identificando su respectivo lote. Botellas presentación por 25 ml.	1	

7.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ESPECIFICACION	EVALUACIÓN
Se tendrá como experiencia mínima habilitante la acreditación a través de mínimo de dos (02) certificaciones de contratos suscritos y ejecutados por el proponente con entidades públicas o privadas que haya sido suscrito y ejecutado al cierre del presente proceso, cuyo objeto tenga relación directa con el objeto del contrato y/o la venta de insumas y/o equipos de laboratorio.	CUMPLE Documentos magnéticos Certificados de experiencia, certificaciones FDA 2099 y GENFAR

7.2 REQUISITOS MINIMOS TECNICOS

ESPECIFICACION	EVALUACIÓN
Anexar certificación vigente de representación emitida por la marcas Lighthouse, donde se indique la duración del período representado y se indique que se encuentran autorizados por la marca para prestar el servicio de intervenciones metrológicas, suministro de repuestos y/o consumibles de equipos de las marcas respectivas, específicamente del equipo contador de partículas	NO CUMPLE Se requiere que la certificación se encuentre en idioma Español, la traducción debe ser oficial de acuerdo con lo establecido en la Circular de Colombia Compra Eficiente No. 17 de 2015.

Elaborado por:

Adriana Patricia Saboyá Ruiz
Profesional Especializado
Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías