TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS018	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	RADIFOCUS OPTITORQUE CATETER ANGIOGRAFICO (RADIFOCUS OPTITORQUE ANGIOGRAPHIC CATHETER)
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0003884-R1
FECHA VENCIMIENTO	7/06/2026
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	CATÉTER ANGIOGRÁFICO OPTITORQUE PARA DIAGNOSTICO CORONARIO Y PERIFÉRICO DISPONIBLE EN 4, 5 Y 6 FRENCH, DIFERENTES CURVAS 3.0, 3,5, 4.0, 4.5, 5.0 Y 6.0.
INDICACIONES DE USO	RADIFOCUS OPTITORQUE ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS ANGIOGRÁFICOS. A TRAVÉS DE ESTE CATÉTER SE PASA MEDIO DE CONTRASTE A LOS LUGARES ELEGIDOS DENTRO DEL SISTEMA VASCULAR.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO UTILIZAR SI EL ENVASE UNITARIO O EL PRODUCTO ESTAN MANCHADOS O DAÑADOS. UTILIZAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ABRIR EL ENVASE UNITARIO. USAR UNA VEZ Y DESTRUIR, EL USO COMPARTIDO CONSTITUYE RIESGO DE INFECCIÓN. NO EXCEDER LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA AL INYECTAR UN MEDIO DE CONTRASTE. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS NI EN LUGARES HÚMEDOS. EVITAR LA LUZ SOLAR DIRECTA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	CATÉTER ANGIOGRÁFICO DIAGNÓSTICO ELABORADO CON DOS CAPAS DE POLIURETANO MÁS ELASTÓMERO DE POLIAMIDA, CON DOBLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE (50UM), PARA EXCELENTE CONTROL DE TORSIÓN, PUNTA BLANDA EN EL EXTREMO DISTAL ELABORADA EN SULFATO DE BARIO Y POLIURETANO PARA REDUCIR DAÑO A LA PARED DEL VASO.