TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS009	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	HEARTRAIL Y HEARTRAIL II / CATÉTER GUÍA
MARCA	TERUMO
REFERENCIAS	1GC-H5ST012NQ, 1GC-F5AL010N, 1GC-F5AL020N, 1GC-F5AL1S0N, 1GC-F5BL300N, 1GC-F5BL350N, 1GC-F5IL350N, 1GC-F5IL400N, 1GC-F5IR100N, 1GC-F5IR150N, 1GC-F5JL350N, 1GC-F5JL400N, 1GC-F5JR350N, 1GC-F5JR400N, 1GC-F6AL010N, 1GC-F6AL020N, 1GC-F6AL1S0N, 1GC-F6AR010N, 1GC-F6AR020N, 1GC-F6BL300A, 1GC-F6BL300N, 1GC-F6BL350A, 1GC-F6BL350N, 1GC-F6BL400N, 1GC-F6IL350N, 1GC-F6IL400N, 1GC-F6IR100N, 1GC-F6IR150N, 1GC-F6JL350A, 1GC-F6JL350N, 1GC-F6JL400A, 1GC-F6JL400N, 1GC-F6JL500N, 1GC-F6JR350A, 1GC-F6JR350N, 1GC-F6JR400A, 1GC-F6JR400N, 1GC-F7BL300N, 1GC-F7BL350N, 1GC-F7BL400N, 1GC-F7JL350A, 1GC-F7JL400N, 1GC-F7JR350A, 1GC-F7JR350N, 1GC-K5AL010N, 1GC-K5AL020N, 1GC-K5AR010N, 1GC-K5AR020N, 1GC-K6AL010N, 1GC-K6AL020N, 1GC-K6AR010N, 1GC-K6AR020N
REGISTRO SANITARIO	2020DM-0002877-R1
FECHA VENCIMIENTO	03/03/2030
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	TREINTA Y SEIS (36) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X 5 UNIDADES
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	CATÉTER GUÍA CORONARIO PARA PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIONISMO CORONARIO Y/O PERIFÉRICO DISPONIBLE EN 5, 6 Y 7 FRENCH, DIFERENTES CURVAS AMPLATZ, BACK UP, IKARI, TIGRE, JR, JL.
INDICACIONES DE USO	EL CATÉTER GUÍA HEARTRAIL II ESTÁ DISEÑADO PARA LA INTRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS CORONARIOS, Y ASIMISMO PERMITIR EL PASO DEL MEDIO DE CONTRASTE.
PRECAUCIONES DE MANEJO	NO USAR SI EL EMPAQUE HA SIDO DAÑADO O EXPUESTO AL SOL. USAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ABIERTO EL EMPAQUE. USAR UNA VEZ Y DESTRUIR, EL USO COMPARTIDO CONSTITUYE RIESGO DE INFECCIÓN. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS EXTREMAS NI EN LUGARES HÚMEDOS. EVITAR LA LUZ SOLAR DIRECTA.
MATERIALES Y PROPIEDADES	CATÉTER GUÍA CORONARIO ELABORADO EN POLIÉSTER, TIENE UNA CAPA INTERMEDIA CONSTRUIDA EN ALAMBRE PLANO Y LA CAPA INTERNA EN PTFE QUE RECUBRE EL LUMEN INTERNO.