G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Versión 2
15/03/2021

Nombre Comercial del Producto :	CONCENTRIC MEDICAL RETRIEVERS
Nombre Técnico:	DISPOSITIVO STENT REMOVEDOR DE TROMBOS
Marca:	CONCENTRIC MEDICAL INC
Modelo, referencia y/o Familia: LO AMPARA EL REGISTRO INVUMA	CONCENTRIC MEDICAL RETRIEVERS
Número Catalogo:	90412 TREVO NXT PROVUE RETRIEVER, 3MM X 25MM 90413 TREVO NXT PROVUE RETRIEVER, 4MM X 21MM 90414 TREVO NXT PROVUE RETRIEVER, 4MM X 35MM 90415 TREVO NXT PROVUE RETRIEVER, 6MM X 30MM
Categoria de producto:	69 - STRYKER EMEA
Fabricante y Pais de Origen:	CONCENTRIC MEDICAL INC DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICAS
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización:	2024DM-0009947-R1
Clasificación de Riesgo:	III
Tipo de Dispositivo:	INVASIVO
Vida Util del Producto:	2 AÑOS
Producto Esteril o Limpio:	ESTERIL
Almacenamiento:	Almacenar en un entorno seco, a temperatura ambiente, no exponer a temperaturas superiores a 40 grados c. Este producto es de unico uso.



Foto del Producto

Descripción y caracteristicas del Producto:	El cateter Trevo esta diseñado para restaurar el flujo sanguíneo en la neurovasculatura removiendo los trombos en pacientes que han tenido derrames isquémicos. Los pacientes que no son aptos para el activador plasmogenico de tejido intravenoso (iv+pa) o que fallaron la terapia iv- t-pa son candidatos para el tratamiento
Composición:	El extractor de trombos consta de una guía núcleo flexible y conificada con una sección moldeada en el extremo distal. Los marcadores de platino, situados en el extremo distal, permiten la visualización fluoroscópica. Además, la sección moldeada también es radiopaca. Las dimensiones del extractor de trombos se indican en la etiqueta del producto. El extractor de trombos posee un revestimiento hidrofílico en los 101 cm distales para reducir la fricción durante el uso.
Especificaciones técnicas:	El cateter Trevo esta diseñado para restaurar el flujo sanguíneo en la neurovasculatura removiendo los trombos en pacientes que han tenido derrames isquémicos. Los pacientes que no son aptos para el activador plasmogenico de tejido intravenoso (iv+pa) o que fallaron la terapia iv- t-pa son candidatos para el tratamiento
Usos y Aplicaciones: ***(Incluir Principio de funcionamiento cuando se trate de Equipos) Ejemplo: mecánico, electrónico, etc.***	El cateter stent Trevo esta indicado para remover los trombos de la vasculatura cerebral, para restaurar el correcto funcionamiento vascular, este stent se lleva hasta el lugar del trombo y atrapa el trombo para lego extraerlo.
Accesorios Incluidos:	N/A
Accesorios Adicionales:	N/A

Tipo de producto:	N/A	**¿Es de datos?**	
Uso o destino:	N/A	**Tipo de material:**	
Tensión:			
Estado del catalogo:			

Nota: La información que se requiera adicional debido al tipo de dispositivo (Equipos Médicos, Dispositivos Médicos, Accesorios, Repuestos, consumibles) incluirla en el campo **Información Importante**, Los campos que no apliquen diligencian con la frase **N/A**.