worldmedical	**SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**	**F-GC-028**
	FICHA TECNICA DISPOSITIVOS MEDICOS	Fecha de Aprobación: 25 de Septiembre del 2018 VERSION 02

GUIAS CORONARIAS PTCA

NOMBRE COMERCIAL	Guía para PTCA ASAHI FIELDER				
REFERENCIAS	**REFERENCIA**	**CODIGO**	**DIAMETRO**	**LARGO**	**PUNTA**
	Fielder	AGP140000	0,014"	180CM	RECTA
	Fielder	AGP140000J	0,014"	180CM	RECTA
	Fielder	AGP140300	0,014"	300CM	EN J
	Fielder	AGP140300J	0,014"	300CM	EN J
MARCA:	ASAHI				
FABRICANTE:	ASAHI INTECC CO.,LTD			**RIESGO:**	III
REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2018DM-000829-R1			**VIGENTE:**	21/02/2028
PRESENTACIÓN:	Empaque individual Esteril			**VIDA UTIL:**	3 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El alambre guia PTCA/ATP tiene un distal de tipo espiral o de plastico o de tipo cubierto. La espiral e sparcial o totalmente radiopaca para facilitar la selección de los vasos sanguineos y confirmar la posicion del distal por medio de radioscopia. La superficie del eje esta revestido con poliuretanofluoroetileno. El extermo del distal es de unos 2cm y puede darsele la forma o como alternativa, esta premoldeada en forma de J. Una guía de cubierta de polímero que proporciona un rendimiento de deslizamiento avanzado y capacidad de seguimiento, la cual esta recubierta en sus 22cm por SLIP COAT, una cubierta hidrófila. Carga de la punta de 1,0g

Fielder



MATERIALES Y PROPIEDADES

Acero inoxidable Austenítico, Politetrafluoroetileno, Polietileno, Tereftalato, Polietileno rígido. Slip coat

STERILE EO

INDICACIONES DE USO

El asahi Alambre-Guia PTCA esta diseñado para oclusiones totales cronicas, pretende facilitar la colocacion de los cateteres globos de dilatacion durante la angioplastia coronaria transluminal percutanea (ACTP).

Las guias difieren en su gramaje de acuerdo al tipo de oclusión.

PRECAUCIONES DE MANEJO

No utilizar láminas o agujas metálicas para avanzar y retirar el alambre.guía, ya que podría causar daños considerables
No utilice el producto si se encuentra abierto o dañado. No abra el envase hasta el momento de su utilización.
Cuando dé forma al extremo del distal, aplique mínima fuerza necesaria de modo que la espiral no se dañe. El polímero del revestimiento del alambre-guía con extremo de distal cubierto de plástico es muy delicado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los dispositivos deben ser almacenados evitando el contacto con paredes, piso o techos.

RANGOS DE ACEPTACIÓN	**Varaible a Controlar**	**Unidades**	**Rango Minimo**	**Rango Maximo**
	Temperatura	**°C**	5°C	45°C
	Humedad	**%**	10%	65%