G. BARCO S.A.
Tecnología Médica

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Versión 2
15/03/2021

Nombre Comercial del Producto :	SISTEMA DE MICROLIBERACION DE STENT NEUROFORM ATLAS
Nombre Técnico:	STENT INTRACRANEAL
Marca:	STRYKER NEUROVASCULAR
Modelo, referencia y/o Familia: LO AMPARA EL REGISTRO INVUMA	SISTEMA DE MICROLIBERACION DE STENT NEUROFORM ATLAS
Número Catalogo:	30150 Stent NV modelo Neuroform Atlas 3.0 X 15 mm marca STRYKER 30210 Stent NV modelo Neuroform Atlas 3.0 X 21 mm marca SRYKER 30240 Stent NV modelo Neuroform Atlas 3.0 X 24 mm marca STRYKER 40150 Stent NV modelo Neuroform Atlas 4.0 X 15 mm marca STRYKER 40210 Stent NV modelo Neuroform Atlas 4.0 X 21 mm marca STRYKER 40240 Stent NV modelo Neuroform Atlas 4.0 X 24 mm marca STRYKER 40300 Stent NV modelo Neuroform Atlas 4.0 X 30 mm marca STRYKER 45210 Stent NV modelo Neuroform Atlas 4.5 X 21 mm marca STRYKER 45300 Stent NV modelo Neuroform Atlas 4.5 X 30 mm marca STRYKER
Categoria de producto:	69 - STRYKER EMEA
Fabricante y Pais de Origen:	STRYKER NEUROVASCULAR CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICAS
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización:	2022DM-0008887-R1
Clasificación de Riesgo:	III
Tipo de Dispositivo:	INVASIVO
Vida Util del Producto:	2 AÑOS
Producto Esteril o Limpio:	ESTERIL
Almacenamiento:	Almacenar en un entorno seco, a temperatura ambiente, no exponer a temperaturas superiores a 40 grados c. Este producto es de unico uso.




Foto del Producto

Descripción y caracteristicas del Producto:	Se usa en remodeling con dispositivos oclusivos en el tratamiento de aneurismas de cuello ancho, intracraneales y saculares derivados de una arteria principal
Composición:	stents de nitinol con marcadores de banda de platino e iridio. Cateter estabilizador: conector luer femenino pebax, eje proximal con exterior hipotubo de acero inoxidable 304, revestimiento de ptfe/polimida compuesta, y tubo termoretractil en pet, eje distal en ptfe, alambre trenzado de acero inoxidable y poliamida, cubierta del eje proximal en pebax, marcador de banda de platino e iridio, cubierta del marcador de la banda en pebax, cubierta del eje distal en pebax, punta en pebax, marcador de la banda para el eje en cinoacrilato, neuroform z: : stent de nitinol con marcador de banda de platino e iridio. Cable de liberacio: cuerpo interior de acero inoxidable, punta de cuerpo interior de platino/acero inoxidable, punta distal de la espiral de platino/acero y tugsteno, espiral exterior de acero inoxidable, protector distal de platino y tugsteno, protector proximal de platino y tugsteno, marcador proximal ptfe. Introductor: surlyn, hdpe, acero inoxidable, policarbonato
Especificaciones técnicas:	Stent utilizado en remodeling con dispositivos oclusivos en el tratamiento de aneurismas de cuello ancho, intracraneales y saculares derivados de una arteria principal
Usos y Aplicaciones: ***(Incluir Principio de funcionamiento cuando se trate de Equipos) Ejemplo: mecánico, electrónico, etc.***	El stent es usado para realizar remodeling con dispositivos oclusivos como coils en el tratamiento de aneurismas de cuello ancho, intracraneales y saculares derivados de una arteria principal, el stent es ubicado en el vaso a tratar por medio de un microcateter allí se libera e implanta como tratamiento.
Accesorios Incluidos:	N/A
Accesorios Adicionales:	N/A

Tipo de producto:	N/A	**¿Es de datos?**	
Uso o destino:	N/A	**Tipo de material:**	
Tensión:			
Estado del catalogo:			

Nota: La información que se requiera adicional debido al tipo de dispositivo (Equipos Médicos, Dispositivos Médicos, Accesorios, Repuestos, consumibles) incluirla en el campo **Información Importante**, Los campos que no apliquen diligencian con la frase **N/A**.