GUIA RAPIDA FONENDOSCOPIO

MARCA	MODELO
GMD	GMD-30



El Fonendoscopio es usado para la auscultación del corazón. pulmones y órganos del cuerpo humano. Durante el procedimiento. es aconsejable guardar silencio paro una óptima percepción acústico y un diagnóstico correcto.

Uso

1. Primero, ponga las olivas en los oídos.
2. Un golpe suave en el diafragma le indicará si los sonidos se hacen perceptibles y sabrá que el fonendoscopio se encuentra en lo posición deseada.
3. Si no escucho el golpe, gire lo cabeza $16O^0$ hasta que se escuche el sonido que indico que se ha instalado en la posición de inicio, encarando el lado contrario.
4. Luego, de un golpe suave nuevamente escuchará el sonido que emite. indicando que el fonendoscopio se encuentra en la posición correcto paro uso.
5. Ahora usted puede diagnosticar al paciente con el Fonendoscopio.

Advertencias

1. Nunca ponga el fonendoscopio en contacto con líquido, asegúrese que ninguna clase de líquido penetre en su estructura.
2. Debido a que el fonendoscopio no es utilizado en procedimientos quirúrgicos es suficiente desinfectar sus superficies con alcohol luego de ser usado.
3. No use ningún agente de limpieza.

Limpieza y Desinfección

Con el fin de evitar lo acumulación de polvo, siempre guarde el fonendoscopio en su estuche. La parte exterior del instrumento puede limpiarse con un paño delicado humedecido o tela libre de pelusa.

Para la desinfección, el Fonendoscopio puede limpiarse con un paño humedecido con alcohol. No se utiliza esterilización térmica ni se sumerge en líquidos.