INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe final de supervisión de las actividades del contrato **CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025,** celebrado con la empresa **360 PLUS S.A.S.** Periodo comprendido entre el 09 de abril de 2025 al 08 de julio de 2025, cuyo objeto del contrato es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E".

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

N° CONTRATO	No.CD/25-1119	
CONTRATISTA	360 PLUS S.A.S.	
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E".	
VALOR	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($ 319.905.588)**,	
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($ 319.905.588)**, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE SE GENEREN.	
PLAZO	TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO	
CDP	1158 de fecha 07/02/2025	
RP	2510 de fecha 04/04/2025	
FECHA DE INICIO	09 DE ABRIL DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE JULIO DE 2025.	

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

El estudio previo mediante el cual se sustenta la necesidad que dio origen al contrato CD/25-1119, contempla el inicio del cronograma de Mantenimiento Preventivo Biomédico en el mes de febrero de 2025, sin embargo, el mentado contrato tuvo acta de inicio el 09 de abril de 2025. Debido a que la fecha de inicio del mentado contrato se dio posterior a lo planeado el cronograma, se hizo necesario realizar la modificación del cronograma, asegurando la periodicidad de mantenimiento de los equipos. A continuación, se presentan el cronograma inicial y el cronograma modificado:

CRONOGRAMA INICIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

HORO	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO GESTION DE LA TECNOLOGIA	CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	CÓDIGO	CAP-FORM
			FECHA	02/DICIEMBRE/2025
			VERSIÓN	1.0

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 2025

SERVICIO/MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BANCO DE SANGRE		TRIMESTRAL										
CARDIOLOGIA				CUATRIMESTRAL								
CIRUGIA		CUATRIMESTRAL										
CONSULTA EXTERNA			CUATRIMESTRAL									
ESTERILIZACION		CUATRIMESTRAL										
GINECO-PEDIATRIA				CUATRIMESTRAL								
IMAGENOLOGIA				CUATRIMESTRAL								
LABORATORIO CLINICO		CUATRIMESTRAL										
MADRE CANGURO		CUATRIMESTRAL										
MATERNIDAD SEGURA		CUATRIMESTRAL										
MEDICINA INTERNA				CUATRIMESTRAL								
ORTOPEDIA				CUATRIMESTRAL								
PATOLOGIA			TRIMESTRAL									
QUIRURGICOS				CUATRIMESTRAL								
UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO			CUATRIMESTRAL									
UNIDAD BASICA NEONATAL		CUATRIMESTRAL										
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS			TRIMESTRAL									
UNIDAD DE GINECOBSTETRICIA		CUATRIMESTRAL										
UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL		CUATRIMESTRAL										
URGENCIAS			CUATRIMESTRAL									
CAMAS HOSPITALARIAS												
TERMOMETROS TERMOHIGROMETROS												

CRONOGRAMA POR SERVICIOS (MODIFICADO)

HORO	SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESO GESTION DE LA TECNOLOGIA	CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	CÓDIGO	CAP-FORM
			FECHA	02/DICIEMBRE/2025
			VERSIÓN	1.0

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 2025

SERVICIO/MES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BANCO DE SANGRE	TRIMESTRAL								
CARDIOLOGIA			TRIMESTRAL						
CIRUGIA	TRIMESTRAL								
CONSULTA EXTERNA		TRIMESTRAL							
ESTERILIZACION	TRIMESTRAL								
GINECO-PEDIATRIA			TRIMESTRAL						
IMAGENOLOGIA			TRIMESTRAL						
LABORATORIO CLINICO	TRIMESTRAL								
MADRE CANGURO	TRIMESTRAL								
MATERNIDAD SEGURA	TRIMESTRAL								
MEDICINA INTERNA			TRIMESTRAL						
ORTOPEDIA			TRIMESTRAL						
PATOLOGIA	TRIMESTRAL								
QUIRURGICOS			TRIMESTRAL						
UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO		TRIMESTRAL							
UNIDAD BASICA NEONATAL	TRIMESTRAL								
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS									
UNIDAD DE GINECOBSTETRICIA	TRIMESTRAL								
UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	TRIMESTRAL								
URGENCIAS		TRIMESTRAL							
CAMAS HOSPITALARIAS									
TERMOMETROS TERMOHIGROMETROS									

CRONOGRAMA DETALLADO POR EQUIPO

MES: MARZO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
1	PM.4270	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026286	CIRUGIA	CIRUGIA
2	PM.4259	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020022226	CIRUGIA	CIRUGIA PROGRAMADA
3	PM.16029	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100342	CIRUGIA	CIRUGIA
4	PM.14500	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000345	CIRUGIA	SALA 4
5	PM.14502	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000344	CIRUGIA	SALA 5
6	PM.14498	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000343	CIRUGIA	SALA 3
7	PM.14463	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000339	CIRUGIA	SALA 1
8	PM.14496	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000346	CIRUGIA	SALA 2
9	PM.19521	DESFIBRILADOR	MINDARY	D3	EZ-26090713	CIRUGIA	CARRO DE PARO
10	PM.17782	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ9A005537	CIRUGIA	CIRUGIA
11	PG.2788	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX0212446-06	CIRUGIA	OBSERVACIÓN CIRUGÍA
12	PM.14229	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810009	CIRUGIA	SALA 5
13	PM.14230	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810008	CIRUGIA	SALA 3
14	PM.15896	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3110020	CIRUGIA	SALA 1
15	PM.14232	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810001	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS
16	PM.14362	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103266	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
17	NR	FOTOSFORO	WELCH ALLYN	49020	NR	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS
18	PM.16495	FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	20161220	UU3781	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS
19	PM.15880	FUENTE DE LUZ	FUJINON	XL-4400HD	1S089A634	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
20	PM.10728	FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	CLE-145	7403104	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
21	PM.9943	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
22	PM.17817	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1243	CIRUGIA	SALAS 3
23	PM.17816	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1244	CIRUGIA	SALAS 2
24	PM.17818	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1245	CIRUGIA	SALAS 4
25	PM.15560	LÁMPARA PIELITICA	HEAL FORCE	TOPLED-6000L	E60L140102	CIRUGIA	CIRUGIA
26	PG.2777	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	CIRUGIA
27	NR1	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 5
28	PG.2091	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 5
29	PG.2094	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 4
30	PG.2764	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 4
31	PG.2103	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 3
32	PG.368A	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 3
33	PG.97-8-033	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 2
34	PG.2765	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CIRUGIA	SALA 1
35	PM.9146	LITOTRIPTOR	RICHARD WOLF	2290	351072	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS
36	PM.14460	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0158	CIRUGIA	SALA 1
37	PM.14505	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0156	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
38	PM.14487	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0159	CIRUGIA	BRIGADAS

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
39	PM.14369	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000488	CIRUGIA	SALA 1
40	PM.4232	MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO	CARL ZEISS	S7	6628502149	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS
41	PM.17737	MICROSCOPIO QUIRURGICO	ZEISS	OPTILUMERA 300	6137102357	CIRUGIA	CIRUGIA
42	PM.14233	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137343	CIRUGIA	CIRUGIA
43	PM.4647	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5728I	CIRUGIA	CIRUGIA
44	PM.16042	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-0B114950	CIRUGIA	SALA 4
45	PM.14355	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137347	CIRUGIA	CIRUGIA
46	PM.17775	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046763	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
47	PM.17776	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046760	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
48	PM.17777	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046764	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
49	PM.17778	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046761	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
50	PM.17779	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046762	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
51	PM.17780	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-93044420	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
52	PM.14359	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137351	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
53	PM.14226	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133358	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
54	PM.18478	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05809	CIRUGIA	RECUPERACION
55	PM.19218	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13543	CIRUGIA	SALA DE RECUPERACION
56	PM.19160	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13544	CIRUGIA	SALA DE RECUPERACION
57	PM.19161	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13539	CIRUGIA	SALA DE RECUPERACION
58	PM.18624	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-200M	Q068A027403	CIRUGIA	CIRUGIA
59	PM.18588	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826043F	CIRUGIA	CIRUGIA
60	PM.18002	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13530	CIRUGIA	CIRUGIA
61	PM.19256	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13507	CIRUGIA	CIRUGIA
62	PM.18801	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055692	CIRUGIA	CIRUGIA
63	PM.18675	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4259	CIRUGIA	CIRUGIA
64	PM.15879	MONITOR DE VIDEO	FUJINON	CDL1909A	NV489A328	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
65	PM.7497	MONITOR DE VIDEO	OLYMPUS	OEV143	A414208	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
66	PM.15881	PROCESADOR DE VIDEO	FUJINON	VP-4400HD	1V491A634	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
67	PM.10727	PROCESADOR DE VIDEO	OLYMPUS	CV-145	7423898	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
68	PG.9885	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202667	CIRUGIA	CIRUGIA
69	PG.3882	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	940	435201003	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS
70	PM.20062	SIERRA CORTA YESOS	N/A	BJ 1301	252022101434	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS
71	PM.15297	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	111100002410	CIRUGIA	CIRUGIA
72	PM.13647	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	051400011972	CIRUGIA	CIRUGIA
73	PM.15464	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121414002812	CIRUGIA	SALA 2
74	PM.15466	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002807	CIRUGIA	SALA 3
75	PM.15801	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002822	CIRUGIA	SALA 4
76	PM.15635	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	11902509441	CIRUGIA	SALA 5

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
77	PM.3635	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230227	CIRUGIA	CIRUGIA
78	PM.3623	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230325	CIRUGIA	CIRUGIA PROGRAMADA
79	PM.3624	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117222415	CIRUGIA	CIRUGIA
80	PG.10027	VIDEO LARINGOSCOPIO	CORE RAY	CR31	CR31-20220921119	CIRUGIA	CIRUGIA
81	PG.10022	VIDEO LARINGOSCOPIO	CORE RAY	CR31	20220921112	CIRUGIA	CIRUGIA
82	PM.18354	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE MONITOREO
83	PM.5076	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000329	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
84	PM.14488	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000342	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
85	PM.14491	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000347	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
86	PM.14485	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000341	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
87	PM.19525	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-23083727	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS
88	PG.7209	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860337	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
89	NR	ECOGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT7-02001545	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
90	PM.14365	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810005	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
91	PM.14299	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103260	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
92	PM.4478	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	GINECO OBSTETRICIA	CONSULTORIO
93	PM.9213	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1384	GINECO OBSTETRICIA	ATENCIÓN NEONATAL
94	PG.8977	INFUSOR	RIESTER	METPAK	140986616	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
95	PG.8978	INFUSOR	RIESTER	METPAK	140986602	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
96	PM.4672	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
97	PM.4670	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
98	PM.4671	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
99	PM.19482	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 760/760	15-22001388	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
100	PM.17327	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90L	46150703005	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
101	PM.15558	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-46575026	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTRTRICIA
102	PG.5118	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
103	PG.2752	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
104	PG.2087	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
105	PG.2770	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
106	PG.2095	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
107	PM.14461	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0153	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
108	PM.14493	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000472	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
109	PM.14494	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000476	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
110	PM.14495	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000491	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
111	PM.15749	MESA DE EXAMEN CON BASCULA	MIDMARK	640-001-231	V998841	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
112	PM.15772	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137344	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
113	PM.15514	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137336	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
114	PM.16009	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137321	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
115	PM.4630	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5749I	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
116	PM.15523	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133367	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
117	PM.9229	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109511	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
118	PM.17602	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051429	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
119	PM.15838	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133374	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
120	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008896	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTRTRICIA
121	PM.19166	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009372	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA
122	PM.18001	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13509	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA
123	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13510	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
124	PM.15771	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137341	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
125	PM.18584	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826022F	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
126	PM.19188	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0513	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
127	PM.18703	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4212	GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE EQUIPOS
128	PM.17292	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030009	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
129	PM.17310	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030019	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
130	PM.17297	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030016	GINECO OBSTETRICIA	OBSERVACIÓN
131	PM.17309	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030001	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
132	PM.17307	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030017	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
133	PM.17302	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030018	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
134	PM.17301	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030003	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
135	PM.17298	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030021	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
136	PM.17296	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030015	GINECO OBSTETRICIA	QUIRURGICOS
137	PM.17294	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030013	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
138	PM.17305	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030020	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
139	PM.19512	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390003	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
140	PM.19513	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390005	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
141	PM.19511	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390007	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
142	PM.19791	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230002	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
143	PM.19794	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230006	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
144	PM.19793	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230005	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
145	PM.19792	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230003	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
146	NR	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230010	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
147	PG.16796	NEOPUFF	BIOROHM	RMI	09110112	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
148	PG.9343	NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140516001911	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
149	PG.9344	NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140617002403	GINECO OBSTETRICIA	ATENCIÓN NEONATAL
150	PG.9342	NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140516001908	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
151	PG.7509	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M13600050057	GINECO OBSTETRICIA	ADAPTACIÓN NEONATAL
152	PG.8499	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14400080123	GINECO OBSTETRICIA	ADAPTACIÓN NEONATAL
153	PG.9876	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM60	CR-94202669	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
154	PM.15752	SERVOCUNA	MEDIX	SM-401	4213	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
155	PM.17316	SERVOCUNA	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-93B	24150902008	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
156	PM.17317	SERVOCUNA	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-93B	24150902005	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
157	PM.15634	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	11902509443	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
158	PM.15533	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002810	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
159	PM.15532	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002811	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
160	PM.5006	SUCCIONADOR	THOMAS	1635A	50900000425	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
161	PM.15534	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002813	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
162	PM.8925	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611141686	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
163	PM.16800	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	160829113075	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
164	PM.5944	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	081103153418	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
165	PM.15529	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611121456	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
166	PM.15530	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611153016	GINECO OBSTETRICIA	MONITOREO FETAL
167	PM.15528	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130607174386	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
168	PM.15531	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130610130646	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
169	PM.17736	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	10108190200164	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
170	PM.19051	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	10110820010057	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
171	PM.17478	AGITADOR VORTEX	HUMAN	HUMA TWIST	10S0100029	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
172	PM.17820	AUTOCLAVE	RAYPA	AH-21L	40437	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO
173	PM.16562	AUTOCLAVE DE VAPOR DE MESA	TUTTNAUER	3870E	15060954	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
174	PM.17821	BALANZA ANALÍTICA	PRACTUM 313-18	SARTORIUS	38404628	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO
175	PM.17671	BALANZA DE PRECISIÓN	RADWAG	PS 1000.R1	513505	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
176	PM.17790	BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB-14	L419.0963	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
177	PM.15862	BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB7	L214.0272	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
178	PM.18232	CABINA DE BIOSEGURIDAD	DISEÑO INDUSTRIAL	CIIA-24X48 BIOSEGURIDAD	2448/12-12-12	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLUCULAR
179	PM.18814	CABINA DE BIOSEGURIDAD	DIES	BS1200	210702	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
180	PM.18815	CABINA DE BIOSEGURIDAD	DIES	BS1200	210701	LABORATORIO CLÍNICO	AREA PCR
181	PM.19434	CENTRÍFUGA	HERMLE	Z 206A	602250052	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
182	PM.17753	CENTRIFUGA DIGITAL DE 30 TUBOS	EPPENDORF	5702	5702EG637400	LABORATORIO CLÍNICO	INMUNOHEMATOLOGÍA
183	PM.17822	CENTRIFUGA REFRIGERADORA	EPPENDORF	5804R	580HQ071639	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO
184	PG.7406	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	811	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
185	PG.7407	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	810	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
186	PG.17791	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMPOO1	1175	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
187	PM.9208	HORNO DE SECADO	MEMMERT	UNE 500	C509.0244	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
188	PM.9126	HORNO DE SECADO	MEMMERT	UNE 500	C509.0438	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
189	PM.4676	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	LABORATORIO CLÍNICO	QUÍMICA E INMUNOLOGÍA
190	PM.17727	MICROCENTRIFUGA	HETTICH	HAEMATOKRIT 200	000405-03	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
191	PG.2211	MICROPIPETA	BRAND	500 µL	11X2063	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
192	PG.5096	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	06E81703	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
193	PG.8910	MICROPIPETA	BRAND	100 - 1000 µL	05J94284	LABORATORIO CLÍNICO	QUÍMICA E INMUNOLOGÍA
194	PG.9172	MICROPIPETA	BRAND	500 µL	12E61611	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
195	PG.9542	MICROPIPETA	GRAM NEG (-)	145 µL	13591851	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
196	PG.9543	MICROPIPETA	GRAM POS (+)	280 µL	13592658	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
197	PG.9558	MICROPIPETA	HUMAN	20 - 200 µL	YL3K031471	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
198	PG.9665	MICROPIPETA	BRAND	100 - 1000 µL	16E74059	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO
199	PG.9666	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	LG640103	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO
200	PG.9856	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	NI1038436	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO
201	PG.9857	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	NI1038469	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
202	PG.9986	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	PC153846	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
203	PG.9987	MICROPIPETA	BOECO	100 - 1000 µL	PG216403	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
204	PG.9988	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	ML729802	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
205	PG.9989	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	PC153847	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
206	PG.9990	MICROPIPETA	BOECO	100 - 1000 µL	PG216859	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
207	PG.9994	MICROPIPETA	HUMAPETTE SMARTA-LINE	100 - 1000 µL	YL218AK0074968	LABORATORIO CLÍNICO	AREA PCR
208	PG.10012	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	YL218AK0074972	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
209	PG.10037	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL214AK0054587	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
210	PG.10038	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL214AK0054588	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
211	PG.10044	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020535	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
212	PG.10045	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020534	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
213	PG.10042	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020540	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
214	PG.10043	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020541	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
215	PG.10030	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	22J65406	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
216	PG.9872	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 10 - 100 µL	18098258	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
217	PG.9873	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 5 - 50 µL	18016633	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
218	PG.9875	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 2 - 20 µL	18106936	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
219	PM.17751	MICROSCOPIO	PRIMO STAR	ZEISS	3144044344	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
220	PM.17752	MICROSCOPIO	PRIMO STAR	ZEISS	3144044358	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
221	PM.9122	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX 21	9E80154	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
222	PM.15848	AUTOCLAVE DE FORMALDEHIDO	MATACHANA	130LF	E-26503	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
223	PM.17812	AUTOCLAVE DE PEROXIDO DE HIDROGENO	MATACHANA	130HPO	E-32023	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
224	PM.15845	AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	SC500	E-26511	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
225	PM.15847	AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	SC500	E-26018	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
226	PM.15850	LAVADORA DE INSTRUMENTAL	STEELCO	DS600/2D	1161007	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
227	PM.20064	LAVADORA DE INSTRUMENTAL	STEELCO	DS600/2D	1161008	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
228	PM.5938	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000352	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
229	PM.16654	INCUBADORA DE BIOLÓGICOS	BIONOVA	IC10/20	31	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
230	PG.2614	SELLADORA	HAWO	HM 500 DEL	935095/0705	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
231	PM.17813	SELLADORA	HAWO	M-09136	518256	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
232	PM.17326	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	B3501194	MADRE CANGURO	UNIDAD BASICA NEONATAL
233	PM.17789	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	524-KL	5240006117789	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
234	PM.14408	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
235	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
236	PG.9420	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
237	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
238	PM.17325	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECTRIC	BILISOFT	HFAR50625	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
239	PM.9202	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	OHMEDA	BILIBLANKET	HDKP50058	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
240	PG.2772	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
241	PM.4625	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5733I	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
242	PM.7139	SUCCIONADOR	THOMAS	1635 A	50900000416	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
243	PM.17794	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	H3500584	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
244	PM.16039	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100473	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
245	PG.9686	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
246	PG.9649	FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	NR	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
247	PG.9670	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L17G21187	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
248	PG.9669	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
249	PG.9672	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
250	PM.4497	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-533	TP05494	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
251	PG.9883	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202665	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
252	PG.9673	PULSOXIMETRO	HUNTLEIGH	MP1R	750AX0104792-15	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
253	PG.9674	PULSOXIMETRO	HUNTLEIGH	MP1R	750AX0105002-15	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
254	PM.17795	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	H3500583	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
255	PM.16883	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220004518	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
256	PM.16605	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103261	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
257	PG.9622	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
258	PG.9644	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
259	PG.9648	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
260	PG.9645	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
261	PG.9671	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
262	PG.9643	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
263	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
264	PG.9646	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L16G23546	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
265	PG.9647	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L16G23554	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
266	PM.9211	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1391	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
267	PM.9164	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
268	PM.9214	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL396	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
269	PM.9168	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
270	PM.15798	INCUBADORA NEONATAL	MEDIX	NATALCARE ST/BX	785-11	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
271	PM.15781	INCUBADORA NEONATAL	MEDIX	NATALCARE ST/BX	728-10	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
272	PM.15296	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1383	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
273	PM.18024	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	BV38247	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
274	PM.18025	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	BV38248	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
275	PM.19575	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	KH37072	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
276	PM.11670	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90	42100606022	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
277	PM.17792	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1102260019	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
278	PM.17793	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1102260018	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
279	PM.19529	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHL90L	A46BB0062009	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
280	PM.19530	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHL90L	A46BB0062002	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
281	PG.8869	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
282	PM.17067	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-75009303	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
283	PM.4623	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C57521L	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
284	PM.9218	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-02105673	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
285	PM.9215	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-8C103999	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
286	PM.9219	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-02105672	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
287	PM.9223	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109532	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
288	PM.15770	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137342	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
289	PM.15521	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127223	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
290	PM.14357	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133356	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
291	PG.9681	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M17910510044	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
292	PM.14241	SERVOCUNA	MEDIX	SM-401	4214	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
293	PM.19260	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141161081A1V	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
294	PM.19257	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141231081A1V	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
295	PG.7274	BÀSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
296	PG.7234	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
297	PG.7233	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
298	PM.11704	BÀSCULA PESA BEBÉ	INFANT SCALE	RGZ-20	9081042	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
299	PG.7215	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860349	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
300	PG.8981	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
301	PG.7555	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
302	PG.4568	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
303	PM. 9851	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	71050-C	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
304	PG.9609	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
305	PG.4561	FONENDOSCOPIO	NR	ADULTO	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
306	F1	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
307	F2	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
308	F3	FONENDOSCOPIO	MARK OF FITNESS	ADULTO	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
309	F5	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
310	PG.8871	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
311	T1	TENSIÓMETRO	ALPK2	ESTUCHE	43497	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
312	PM.15300	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200823006	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
313	PM.15306	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822651	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
314	PM.15303	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200823032	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
315	T2	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822881	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
316	PM.15299	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822496	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
317	PM.15302	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822721	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
318	PM.17796	AGITADOR DE PLAQUETAS DE 48 UNIDADES	HELMER	PF 48	2064655	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL
319	PM.17797	INCUBADOR PARA AGITADOR DE PLAQUETAS	HELMER	PF 48i	2096942	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
320	PM.7871	INCUBADORA DE PLAQUETAS	PRESVAC	AP - 48LT	5889	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL
321	PM.16855	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	PRIXMA	YS162312	BANCO DE SANGRE	SEPARACIÓN DE COMPONENTES
322	PM.5091	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	597KL	5970006349	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN CLÍNICA
323	PM.15651	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8182	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA
324	PM.15652	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8183	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA
325	PM.7864	CENTRÍFUGA CRIOHEMODERIVADORA	PRESVAC	DP2065RC	5911/7864	BANCO DE SANGRE	SEPARACIÓN DE COMPONENTES
326	PM.15650	DESCONGELADOR DE PLASMA	PRESVAC	PLASMA SOFT	8181	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL
327	PM.5614	HORNO DE SECADO	DIES	D-53	9410105	BANCO DE SANGRE	LAVADO DE MATERIAL
328	PG.5074	MICROPIPETA	BIOHIT	100 - 1000 µL	6023816	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
329	PG.9175	MICROPIPETA	PIPET4U	100 - 1000 µL	IH861113	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA
330	PG.9868	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 10 - 100 µL	18110389	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
331	PG.9869	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 100 - 1000 µL	19049477	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
332	PG.9870	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 5 - 50 µL	18109949	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
333	PG.9871	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 0,5 - 10 µL	18098464	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
334	PM.9155	SEROFUGA	CLAY ADAMS	420352	4520025	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA
335	PM.7885	SILLÓN PARA DONANTES	PRESVAC	T - 4 i	5902	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA
336	PM.15646	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA
337	PM.15647	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA
338	PM.8156	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	090109125945	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE
339	PM.14272	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822793	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE

MES: ABRIL

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
1	PM.18083	BALANZA DIGITAL	SECA	856	8856288190252	URGENCIAS	URGENCIAS
2	PM.14377	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032723	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
3	PM.14389	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032499	URGENCIAS	TRIAGE
4	PM.14430	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032493	URGENCIAS	TRIAGE 1
5	PM.18352	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA
6	PM.18108	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
7	PM.7132	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
8	PM.7246	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA521	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA
9	NR	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856252200477	URGENCIAS	PEDIATRIA
10	PM.7230	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
11	PM.7256	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA
12	PM.4258	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020014048	URGENCIAS	CONSULTORIO 3
13	PM.16030	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100440	URGENCIAS	TRIAGE PEDIATRIA
14	PM.14516	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000364	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
15	PM.18261	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008066	URGENCIAS	PEDIATRIA
16	PM.17523	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-91003487	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
17	PM.17781	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005536	URGENCIAS	OBSERVACION 1
18	PM.18590	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART 3	EZ-08044864	URGENCIAS	PEDIATRIA
19	PM.18004	DESFIBRILADOR	PHYSIOCONTROL	LIFE PACK 20E	486455576	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA
20	PM.18262	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008068	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
21	PM.18371	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-09009548	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
22	PM.17783	DESFIBRILADOR - MONITOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005534	URGENCIAS	SUTURAS
23	PM.17999	ELECTROCARDIÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	SPW17400261PA	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
24	PM.18249	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601	360251-M20606280012	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS
25	PM.14356	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103267	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
26	PM.17666	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M19305900009	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS
27	PM.19515	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	460016-M22202410001	URGENCIAS	OBSERVACION 2
28	PM.18107	ELECTROCAUTERIO	BOVIE	DERM 942	B4D3719081	URGENCIAS	SUTURAS
29	PG.9913	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	URGENCIAS
30	PG.9914	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	URGENCIAS
31	PM.5077	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 6
32	PM.14448	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	TRIAGE PEDIATRIA
33	PM.14387	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA
34	PM.5079	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA
35	PM.14399	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	ESPECIALIDADES
36	PM.14424	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	SUTURAS
37	PM.15867	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 3
38	PM.5192	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 4
39	PM.5289	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 5
40	PM.5190	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 2
41	PM.15865	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 1
42	PM.4470	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 2
43	PM.4471	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 1
44	PM.14388	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
45	PM.4675	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 2
46	PM.14400	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	URGENCIAS	TRIAGE 2

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
47	PM.4678	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	URGENCIAS	CONSULTORIO 5
48	PM.14380	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	URGENCIAS	CON. GINECOLOGIA
49	PM.4673	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	URGENCIAS	URGENCIAS
50	PM.14405	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	URGENCIAS	URGENCIAS
51	PM.15559	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-45000027	URGENCIAS	SUTURAS
52	PG.2102	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
53	PG.2097	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
54	PG.2754	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
55	PG.2751	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	SUTURAS
56	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
57	PG.9852	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA
58	PG.2757	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA
59	PG.8868	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA
60	PG.9920	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	URGENCIAS	URGENCIAS
61	PG.9921	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	URGENCIAS	URGENCIAS
62	PG.9922	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	SUTURAS
63	PG.2101	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	SUTURAS
64	PG.97-8-034	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	SUTURAS
65	PG.2763	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
66	PG.2767	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA
67	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA
68	NR	LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5052-44	LOTE:230105	URGENCIAS	URGENCIAS
69	PM.17600	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051440	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
70	PM.17603	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051464	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
71	PM.19187	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826023F	URGENCIAS	URGENCIAS
72	PM.18589	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826024F	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
73	PM.18582	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826025F	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
74	PM.18585	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826044F	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
75	PM.18581	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826030F	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
76	PM.18586	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826021F	URGENCIAS	PEDIATRIA
77	PM.18480	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05802	URGENCIAS	URGENCIAS
78	PM.18487	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05803	URGENCIAS	URGENCIAS
79	PM.19253	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13540	URGENCIAS	OBSERVACION 2
80	PM.19210	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13538	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
81	PM.19167	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13531	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
82	PM.19162	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009188	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
83	PM.19270	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008799	URGENCIAS	PEDIATRIA
84	PM.19278	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008915	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
85	PM.19189	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008801	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
86	PM.19264	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008617	URGENCIAS	URGENCIAS
87	PM.19186	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008640	URGENCIAS	ULTRACORTA
88	PM.19269	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008911	URGENCIAS	PEDIATRIA
89	PM.19247	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008637	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
90	PM.19271	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008853	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
91	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008586	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
92	PM.19249	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008914	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
93	PM.19164	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008924	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
94	PM.19316	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008650	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
95	PM.19228	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009306	URGENCIAS	PEDIATRIA
96	PM.19235	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009187	URGENCIAS	URGENCIAS
97	PM.19208	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009249	URGENCIAS	URGENCIAS
98	PM.19250	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009418	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
99	PM.19175	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009273	URGENCIAS	PEDIATRIA
100	PM.19265	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009256	URGENCIAS	PEDIATRIA
101	PM.19268	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008860	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
102	PM.19238	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008885	URGENCIAS	PEDIATRIA
103	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009208	URGENCIAS	URGENCIAS
104	PM.19163	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009457	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
105	PM.19613	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009388	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
106	PM.19245	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009433	URGENCIAS	PEDIATRIA
107	PM.19266	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0524	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
108	PM.19279	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0526	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
109	PM.19159	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0523	URGENCIAS	PEDIATRIA
110	PM.18252	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20506600049	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
111	PM.18348	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520018	URGENCIAS	URGENCIAS
112	PM.18347	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520050	URGENCIAS	URGENCIAS
113	PM.18346	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520048	URGENCIAS	URGENCIAS
114	PM.17998	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13528	URGENCIAS	URGENCIAS
115	PM.18003	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13529	URGENCIAS	URGENCIAS

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
116	PM.19522	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560060	URGENCIAS	URGENCIAS
117	PM.18251	MONITOR DE SIGNOS VITALES	IM50	EDAN	360069-M20506600023	URGENCIAS	URGENCIAS
118	PM.9230	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109525	URGENCIAS	URGENCIAS
119	PM.19236	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0503	URGENCIAS	URGENCIAS
120	PM.19261	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13533	URGENCIAS	URGENCIAS
121	PM.19252	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13535	URGENCIAS	URGENCIAS
122	PM.19239	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009201	URGENCIAS	URGENCIAS
123	PM.18674	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4225	URGENCIAS	URGENCIAS
124	PM.18671	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4412	URGENCIAS	URGENCIAS
125	PM.18707	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045661	URGENCIAS	URGENCIAS
126	PM.18709	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045664	URGENCIAS	URGENCIAS
127	PM.18708	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045754	URGENCIAS	URGENCIAS
128	PM.18740	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055887	URGENCIAS	URGENCIAS
129	PM.18739	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055846	URGENCIAS	URGENCIAS
130	PM.20209	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055825	URGENCIAS	URGENCIAS
131	PM.18742	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027671	URGENCIAS	URGENCIAS
132	PM.18741	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027551	URGENCIAS	URGENCIAS
133	PM.18743	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027317	URGENCIAS	URGENCIAS
134	PM.18806	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027680	URGENCIAS	URGENCIAS
135	NR	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055904	URGENCIAS	URGENCIAS
136	PM.18807	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055895	URGENCIAS	URGENCIAS
137	PM.18809	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055929	URGENCIAS	URGENCIAS
138	PM.18804	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045776	URGENCIAS	URGENCIAS
139	PG.7510	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M13600050056	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRÍA
140	PG.9880	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206423	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
141	PG.9877	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202668	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
142	PG.9878	PULSOXIMETRO	PM.60	MINDRAY	CR-97206422	URGENCIAS	URGENCIAS
143	PG.9881	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206421	URGENCIAS	TRIAGE PEDIATRIA
144	PG.9879	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206424	URGENCIAS	URGENCIAS
145	NR	SIERRA CORTA YESOS	REDA	31210-21	NR	URGENCIAS	SUTURAS
146	PM.8203	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	110600002284	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
147	PM.13684	SUCCIONADOR	THOMAS	1640	51400011971	URGENCIAS	URGENCIAS
148	PM.19151	SUCCIONADOR	PULMO-MED	7E-C	YU21040356	URGENCIAS	URGENCIAS
149	NR	SUCCIONADOR	YUWEL	7E-H1	VU22120217	URGENCIAS	URGENCIAS
150	PM.16797	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	160829114275	URGENCIAS	TRIAGE 1

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
151	PM.14378	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122104856	URGENCIAS	PEDIATRIA
152	PM.14374	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101112122322	URGENCIAS	CONSULTORIO 6
153	PM.14394	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122151020	URGENCIAS	SUTURAS
154	PM.14398	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122161909	URGENCIAS	SUTURAS
155	PM.6177	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	90108170310	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 1
156	PM.5003	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	90109084941	URGENCIAS	CONSULTORIO 1
157	PM.7759	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29405036	URGENCIAS	CONSULTORIO 2
158	PM.5204	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	9010931227	URGENCIAS	CONSULTORIO 3
159	PM.5959	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29404975	URGENCIAS	CONSULTORIO 4
160	PM.17691	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	190116170405	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
161	PM.14407	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122160103	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 1
162	PM.6302	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	99570841	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 2
163	PM.3634	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214032	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
164	PM.5226	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	90108182502	URGENCIAS	ULTRACORTA
165	PM.18256	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200507160895	URGENCIAS	PEDIATRIA
166	PM.18258	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508163775	URGENCIAS	PEDIATRIA
167	PM.18259	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508104365	URGENCIAS	URGENCIAS
168	PM.18260	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508171455	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 1
169	PM.18349	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200818111555	URGENCIAS	ULTRACORTA
170	PM.3563	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	4111714132	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
171	PM.9136	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	70104074130	URGENCIAS	URGENCIAS
172	PM.3633	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214231	URGENCIAS	URGENCIAS
173	PM.17599	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	180604171375	URGENCIAS	URGENCIAS
174	PM.8924	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611071066	URGENCIAS	URGENCIAS
175	PM.20043	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117135350	URGENCIAS	URGENCIAS
176	PM.18255	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508170925	URGENCIAS	URGENCIAS
177	PM.3627	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117213934	URGENCIAS	URGENCIAS
178	PG.9849	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	(21)18416531	URGENCIAS	URGENCIAS
179	PG.9850	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	(21)18416537	URGENCIAS	URGENCIAS
180	PG.8901	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450767	URGENCIAS	URGENCIAS
181	PM.19246	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0134	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA
182	PM.19182	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0133	URGENCIAS	OBSERVACION 2
183	NR	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SAVINA 300 SELECT	ASNC-0137	URGENCIAS	OBSERVACION 2
184	NR	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	20114118108 1A1V	URGENCIAS	URGENCIAS
185	NR	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	20114119108 1A1V	URGENCIAS	URGENCIAS
186	PM 18737	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006762	URGENCIAS	URGENCIAS

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
187	PM.19180	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS33322	URGENCIAS	URGENCIAS
188	PM.19213	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37177	URGENCIAS	URGENCIAS
189	PM.19226	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37358	URGENCIAS	URGENCIAS
190	PM.19225	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37243	URGENCIAS	URGENCIAS
191	PM.19179	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37839	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
192	PM.19217	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37274	URGENCIAS	BODEGA OBS 4
193	PM.19206	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS34192	URGENCIAS	P. BICENTENARIO
194	PM.19202	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37113	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
195	PM.19199	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS30111	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
196	PM.19267	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36921	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
197	PM.19157	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33729	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
198	PM.19222	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37772	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2
199	PG.9915	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020156	URGENCIAS	URGENCIAS
200	PG.9916	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020182	URGENCIAS	SUTURAS
201	PG.9917	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020185	URGENCIAS	PEDIATRIA
202	PG.9886	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
203	PM.17785	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005533	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
204	PM.14260	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DE-0B002482	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
205	NR	ECOGRAFO	ESAOTE	MYLAB SIGMA	321160	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
206	PM.17786	ELECTROCARDIÓGRAFO	BENEHEART	MINDRAY	FN-94015126	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
207	PM.19514	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	M21B13990003	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
208	PM.14384	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
209	PG.2773	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
210	PG.2086	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
211	PG.9727	MARCAPASO TRANSCUTÁNEO	MEDTRONIC	5375	CE 1007388P	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
212	PM.14267	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133365	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
213	PM.17367	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001833	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
214	PM.17364	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001837	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
215	PM.17366	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001834	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
216	PM.17368	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001835	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
217	PM.15520	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127221	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
218	PM.19165	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009417	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
219	PM.19216	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13537	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
220	PM.19272	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009441	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
221	PM.19248	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008636	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
222	PM.19224	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0521	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
223	PM.19273	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009445	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
224	PM.18810	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027616	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
225	PM.18731	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006756	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
226	PM.18694	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006675	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
227	PM 18690	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006676	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
228	PM 18691	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006689	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
229	PM 18732	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006757	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
230	PM 18734	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006759	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
231	PM 18735	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006760	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
232	PM 18738	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006763	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
233	PM 18733	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006758	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
234	PM 18736	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006761	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
235	PM.19262	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	20114117108 1A1V	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
236	PG.9918	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1040120020151	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS
237	PM.18353	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110
238	PM.14413	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032239	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107
239	PM.14381	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032502	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103
240	PM.14422	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032242	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101
241	PM.14393	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032530	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108
242	PM.14437	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032498	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 105
243	PM.14417	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032529	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
244	PM.14402	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032501	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 102
245	PM.14397	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032528	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109
246	PM.7252	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107
247	PM.5158	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000325	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107
248	PM.16033	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100362	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
249	PM.16028	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100007	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS
250	PM.16026	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100204	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIOS
251	PM.16626	COLPOSCOPIO	LEISEGANG	3MVCS-131112	16-095007	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 111
252	PM.19527	DESFIBRILADOR	MINDARY	D3	EZ-26090700	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 6
253	PG.7196	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860638A	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108
254	PG.9176	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860339	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
255	PG.6710	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860641A	CONSULTA EXTERNA	GINECO OBSTETRICIA
256	PM.14444	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107
257	PM.14379	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103
258	PM.14419	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110
259	PM.14395	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101
260	PM.14391	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109
261	PM.14415	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101
262	PM.14375	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108
263	PM.14383	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 105
264	PM.14435	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104
265	PG.8892	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110
266	PG.8898	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104
267	PG.8896	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 105
268	PG.8890	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103
269	PG.8881	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
270	PG.1789	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DÚPLEX	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104
271	PG.8877	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109
272	PG.5080	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110
273	PG.8884	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107
274	PG.8900	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101
275	PG.9668	FOTOSFORO	WELCH ALLYN	REF. 49000	17080512	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
276	PM.14416	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
277	PM.14425	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101
278	PM.14440	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104
279	PM.14429	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 102
280	PM.14433	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
281	PM.14396	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110
282	PM.14449	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108
283	PM.14436	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109
284	PM.14445	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 105
285	PM.14376	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103
286	PM.15769	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137346	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
287	PM.19207	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008796	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
288	NR	SIERRA CORTA YESOS	REDA	31210-21	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103
289	PG.3881	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	CAST CUTTER	435501093	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104
290	PM.13648	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	05001400011972	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
291	PM.14434	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122124527	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103
292	PM.5094	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	80728133832	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104
293	PM.3637	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117222612	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN
294	PM.14427	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122152316	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101
295	PM.14418	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122151235	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 102
296	PM.3636	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117222512	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN
297	PM.14443	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122120042	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109
298	PM.14382	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122154621	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107
299	PM.14438	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122155004	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108
300	NR	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	150127003128	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106
301	PM.14423	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122144400	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110
302	PM.5093	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	90108191836	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 111
303	PM.20039	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117141400	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108
304	PM.20040	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117141850	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109
305	PG.8880	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450774	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 102
306	PG.8891	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450534	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 104
307	PG.8897	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10465757	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 101
308	PG.8870	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10443695	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107
309	PG.8899	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450028	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103
310	PG.8893	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450514	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 105
311	PG.8903	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450865	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
312	PG.8886	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450537	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108
313	PG.8872	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450769	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109
314	PG.9683	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R131009430	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA
315	PG.9684	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R131009503	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA
316	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265907	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA
317	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265905	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA
318	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265906	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA
319	PG.9626	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	CUARTO DE EQUIPOS
320	PG.9634	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
321	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
322	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
323	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
324	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
325	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
326	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295*-400	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
327	PG.9685	MEDIDOR DE PRESIÓN PARA NEUMOTAPONADOR	VBM	MANUJET	171659	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN
328	PM.17068	TANQUE DE PAQUETES FRÍOS	INTERFISICA	12 PAQUETES	170512-1642540076	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
329	PG.9679	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA
330	PG.9675	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA
331	PM.17357	BAÑO DE FLOTACIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	DIGITAL	130781CB1808	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
332	PM.17354	CENTRAL DE INCLUSIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HISTOSTAR	HS7347A1807 / HS7365C1807	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
333	PM.17356	CITOCENTRÍFUGA	THERMO FISHER SCIENTIFIC	CYTOSPIN 4	CY212801807	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
334	PM.17358	MICROSCOPIO TRINOCULAR	OLYMPUS	CX33	8B40509	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
335	PM.17355	MICRÓTOMO DE ROTACION MANUAL	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HM 325	S18050947	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
336	PM.17353	PROCESADOR DE TEJIDO	THERMO FISHER SCIENTIFIC	EXCELSIOR AS	ET59501806	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
337	PG.9964	SIERRA CORTA YESOS	REDA	NR	31210-21	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
338	PM.17673	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856334180164	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
339	PM.18355	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856288190124	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
340	PM.17672	HORNO DE SECADO	BINDER	FD-S 056	20186300014445	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
341	NR7	VIDEOCOLONOSCOPIO	FUJINON	EC-590WL	3C606A117	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
342	PG.2262	VIDEOCOLONOSCOPIO	OLYMPUS	CF-VL	2412424	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
343	NR8	VIDEODUODENOSCOPIO	FUJINON	ED-530XT	RD102A507	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
344	PG.2261	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-V2	2413728	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA

MES: MAYO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
1	PM.4289	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026379	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA
2	PM.17784	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005535	MEDICINA INTERNA	CUARTO DE EQUIPOS
3	PG.2782	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX02 12443-06	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA
4	PM.14246	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103265	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS
5	PM.19516	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	460016-M22101680003	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS
6	PG.14439	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA
7	PG.1140	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PORTÁTIL	NR	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA
8	PM.4686	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO
9	PG.2762	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA
10	PM.17604	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051463	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
11	PM.15525	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137325	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO
12	PM.19524	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560077	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO
13	PM.19519	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560064	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO
14	PM.18811	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055931	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO
15	PM.18808	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027615	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO
16	PM.18805	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055886	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO
17	PM.8357	NEGATOSCOPIO	GENÉRICO	2 CUERPOS	NR	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS
18	PG.9604	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16608510075	MEDICINA INTERNA	STAN DE ENFERMERÍA
19	PG.9882	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206425	MEDICINA INTERNA	STAN DE ENFERMERÍA
20	PM.14447	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122115338	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS
21	PM.18257	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SERIE 767	200508104475	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA
22	PM.19227	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS34083	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA
23	PM.14373	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032213	ORTOPEDIA	STAN DE ENFERMERÍA
24	PM.14298	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-0B002479	ORTOPEDIA	CARRO DE PARO
25	PG.7211	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860354	ORTOPEDIA	STAND DE ENFERMERÍA
26	PM.15524	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103256	ORTOPEDIA	STAND DE ENFERMERÍA
27	NR	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	ADULTO	15G49875	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
28	PM.4223	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA66C1617I	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
29	PM.19518	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560049	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
30	PM.17365	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	..	JM 76001836	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
31	PM.18673	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4261	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
32	PM.18702	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4257	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
33	PM.18800	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027593	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
34	PM.13437	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	41400002590	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
35	PM.11020	NEGATOSCOPIO	GENÉRICA	1 CUERPO	NR	ORTOPEDIA	STAND DE ENFERMERÍA
36	PG.8863	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127483	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
37	PM.18351	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SERIE 767	200818133855	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS
38	PM.16031	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100198	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
39	PM.14385	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032497	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
40	PM.19526	DESFIBRILADOR	MINDARY	D3	EZ-26090715	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
41	NR	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860679A	QUIRÚRGICOS	STAN DE ENFERMERÍA
42	PM.19517	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	460016-M22101680002	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
43	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	QUIRÚRGICOS	CUARTO DE EQUIPOS
44	PM.4684	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
45	PG.2105	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
46	PM.19523	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560024	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
47	PM.19520	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560066	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
48	PM.19233	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008877	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
49	PM.19230	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0504	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
50	PM.14166	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	51400002707	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
51	PM.13410	NEGATOSCOPIO	KRAMER	2 CUERPOS	NR	QUIRÚRGICOS	QUINTO ALA 1
52	PG.9624	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316012-M17312310004	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
53	PG.8275	PULSOXIMETRO	PENLON	VS-800	BY-78101201	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
54	PG.9417	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127498	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
55	PM.8157	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	080728140939	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
56	PM.5225	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	090108165337	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
57	PG.7083	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	111017185254	QUIRÚRGICOS	STAN DE ENFERMERÍA
58	PM.9562	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	150427192745	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
59	PM.3561	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230022	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
60	PM.19240	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36886	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
61	PM.19219	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37155	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
62	PM.5120	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	597KL	5970006344	GINECO - PEDIATRIA	STAN DE ENFERMERÍA
63	PM.8403	BÁSCULA PESA BEBÉ	TANITA	BD-585	NR	GINECO - PEDIATRIA	PASILLO
64	PM.9201	ELECTROCARDIÓGRAFO	ADVANCED	ECG-3PLUS	SE300B32309865091	GINECO - PEDIATRIA	PEDIATRIA
65	PG.9629	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
66	PM.4683	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
67	PM.9166	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECTRIC	2036870-001	SDW08160050PA	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
68	PG.2090	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
69	PG.2085	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
70	PM.4639	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5735I	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
71	PM.4629	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5730I	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
72	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0522	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
73	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0520	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
74	PM.18253	MONITOR DE SIGNOS VITALES	IM50	EDAN	360069-M20506600042	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
75	PM.18254	MONITOR DE SIGNOS VITALES	IM50	EDAN	360069-M20506600043	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
76	PM.18583	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826028F	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
77	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0527	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
78	PM.18802	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027629	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
79	PM.18672	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4410	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
80	PM.17306	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030006	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
81	PM.17311	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030005	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
82	PM.13408	NEGATOSCOPIO	KRAMER	1 CUERPO	NR	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
83	PM.13407	NEGATOSCOPIO	KRAMER	1 CUERPO	NR	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
84	PG.9418	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127494	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
85	PM.8926	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130610133766	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
86	PM.18350	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200818111035	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
87	PM.20042	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117144130	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
88	PM.14406	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032533	IMAGENOLOGÍA	RMN
89	PM.17345	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-84005662	IMAGENOLOGÍA	RMN
90	PG.2776	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	IMAGENOLOGÍA	RMN
91	PG.5119	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	IMAGENOLOGÍA	TAC
92	PM.16045	MÀQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS MRI	ASCC-0187	IMAGENOLOGÍA	RMN
93	PM.15832	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133360	IMAGENOLOGÍA	TAC
94	PM.17346	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SCHILLER	MAGLIFE SERENITY	94510000159	IMAGENOLOGÍA	RMN
95	PM.19181	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009181	IMAGENOLOGÍA	IMAGENOLOGIA
96	PM.4700	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	110600002178	IMAGENOLOGÍA	TAC
97	PM.7250	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	CARDIOLOGÍA	1 PISO
98	PM.7237	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	CARDIOLOGÍA	1 PISO
99	PM.14364	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-0B002475	CARDIOLOGÍA	1 PISO
100	PM.19573	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601	360251-M20606280013	CARDIOLOGÍA	1 PISO
101	PM.14404	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NA	CARDIOLOGÍA	1 PISO
102	PM.14411	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NA	CARDIOLOGÍA	1 PISO
103	PM.10006	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00724	CARDIOLOGÍA	2 PISO
104	PM.10008	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00732	CARDIOLOGÍA	3 PISO
105	PM.10007	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00717	CARDIOLOGÍA	4 PISO
106	PM.10005	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00725	CARDIOLOGÍA	5 PISO
107	PM.10004	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00726	CARDIOLOGÍA	6 PISO
108	PM.4681	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	CARDIOLOGÍA	1 PISO
109	PG.9919	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	CARDIOLOGÍA	1 PISO
110	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0519	CARDIOLOGÍA	1 PISO
111	PM.15414	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002809	CARDIOLOGÍA	1 PISO
112	PM.14410	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122155248	CARDIOLOGÍA	1 PISO
113	PM.7184	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822766	CARDIOLOGÍA	1 PISO
114	PG.8885	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10450870	CARDIOLOGÍA	1 PISO
115	PG.8876	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10443871	CARDIOLOGÍA	1 PISO
116	PM.17810	STAND DE OFTALMOLOGIA	TOPCON	IS-5500	151772	CARDIOLOGÍA	1 PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
117	PM.17809	SILLON PARA OFTALMOLOGIA	TOPCON	OC-2300	231614	CARDIOLOGÍA	1 PISO
118	PM.17811	MESA ELECTRICA PARA OFTALMOLOGIA	TOPCON	AIT-16	Z1411306	CARDIOLOGÍA	1 PISO
119	NR-1	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	610200300630166	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
120	NR-2	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450128	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
121	NR-3	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	610200300630165	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
122	NR-4	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	610200300630158	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
123	NR-5	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	617-16020047	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
124	NR-6	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450251	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
125	NR-9	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450248	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
126	NR-10	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	610200300630164	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
127	NR-11	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450127	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
128	NR-12	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450132	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
129	NR-13	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450234	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
130	VAC- 012 / 9245	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-TH	61K190802660026	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
131	PG.18697	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210113247235	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
132	PG.18698	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210113241395	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
133	PG.18699	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210113241408	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
134	PG.18700	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210211247237	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
135	PG.18701	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210211247236	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
136	PM.17769	TORRE DE LAPAROSCOPIA: MONITOR LCD GRADO MEDICO S/N 3001055 PM.17769, CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CP S/N 1100512483 PM.17770, CABEZAL DE CAMARA LOGIC HD S/N 1100587505, OBJETIVO ZOOM F13-29 S/N 1100617042, FUENTE DE LUZ 1.2 CPL S/N 1100586966 PM.17767, NEUMOINSUFLADOR 45 BASIC CPL S/N 1100587061 PM.17773.	RICHARD WOLF	LMD-27GSNB	3001055	CIRUGIA	BODEGA DE EQUIPOS
137	PM.17763	TORRE DE LAPAROSCOPIA: MONITOR LCD GRADO MEDICO S/N 3001058 PM.17763, CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CP S/N 1100512486 PM.17764, CABEZAL DE CAMARA LOGIC HD S/N 1100587508, OBJETIVO ZOOM F13-29 S/N 5000390712, FUENTE DE LUZ 1.2 CPL S/N 1100586971 PM.17772, NEUMOINSUFLADOR 45 BASIC CPL S/N 1100587434 PM.17768.	RICHARD WOLF	LMD-27GSNB	3001058	CIRUGIA	BODEGA DE EQUIPOS
138	PM.17731	TORRE DE GASTROENTEROLOGIA: MONITOR GRADO MEDICO NDS, VIDEO PROCESADOR, DOS VIDEOGASTROSCOPIOS, DOS COLONOSCOPIOS, UN VIDEODUODENOSCOPIO, IRRIGADOR DE ENDOSCOPIOS	PENTAX	SC-WU27-G1522	18-288454	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA

A continuación, se relaciona el desarrollo de las **actividades** ejecutadas en el periodo de nueve (09) de Abril del 2025 al ocho (08) de julio del 2025, con un porcentaje de ejecución financiera del 89,60%. A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades:

1. **El contratista debe cumplir con el ítem de las especificaciones técnicas, contenidas en el numeral 2.3 del Estudio Previo.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, junto con el contratista se realizó el cronograma de mantenimiento para darle cumplimiento a las mismas especificaciones técnicas del estudio previo, quedando de a siguiente manera:

2. **El contratista se compromete a prestar el servicio de mantenimiento preventivo a todo costo, conforme a las especificaciones técnicas definidas por el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. y en los tiempos establecidos por la supervisión del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista realizó los siguientes mantenimientos preventivos durante el periodo comprendido entre el nueve (09) de Abril del 2025 al ocho (08) de julio del 2025:

El contratista realiza el mantenimiento de los siguientes equipos durante el periodo comprendido del nueve (09) de abril de 2025 al treinta (30) de abril de 2025:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
1	PM.4270	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026286	12/04/2025	24276	CIRUGIA	CIRUGIA
2	PM.4259	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020022226	12/04/2025	24279	CIRUGIA	CIRUGIA PROGRAMADA
3	PM.16029	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100342	14/04/2025	24337	CIRUGIA	CIRUGIA
4	PM.14500	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000345	14/04/2025	24357	CIRUGIA	SALA 4
5	PM.14502	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000344	14/04/2025	24358	CIRUGIA	SALA 5
6	PM.14498	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000343	14/04/2025	24363	CIRUGIA	SALA 3
7	PM.14463	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000339	28/04/2025	24171	CIRUGIA	SALA 1
8	PM.14496	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000346	14/04/2025	24368	CIRUGIA	SALA 2
9	PM.17782	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ9A005537	21/04/2025	24632	CIRUGIA	CIRUGIA
10	PG.2788	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX0212446-06	21/04/2025	24644	CIRUGIA	OBSERVACIÓN CIRUGÍA
11	PM.14229	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810009	25/04/2025	24157	CIRUGIA	SALA 5
12	PM.14230	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810008	19/04/2025	24583	CIRUGIA	SALA 3
13	PM.15896	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3110020	19/04/2025	24564	CIRUGIA	SALA 1
14	PM.14362	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103266	25/04/2025	24166	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
15	PG.10003	FOTOSFORO	WELCH ALLYN	49020	NR	22/04/2025	24649	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS
16	PM.16495	FUENTE DE LUZ	KARL STORZ	20161220	UU3781	21/04/2025	24643	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS
17	PM.15880	FUENTE DE LUZ	FUJINON	XL-4400HD	1S089A634	21/04/2025	24645	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
18	PM.10728	FUENTE DE LUZ	OLYMPUS	CLE-145	7403104	21/04/2025	24633	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
19	PM.9943	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	28/04/2025	24168	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
20	PM.17817	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1243	14/04/2025	24364	CIRUGIA	SALAS 3
21	PM.17816	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1244	10/04/2025	24369	CIRUGIA	SALAS 2
22	PM.17818	LÁMPARA CIELÍTICA	DRAGER	POLRIS 60	ASML-1245	10/04/2025	24360	CIRUGIA	SALAS 4
23	PM.15560	LÁMPARA PIELITICA	HEAL FORCE	TOPLED-6000L	E60L140102	25/04/2025	24160	CIRUGIA	CIRUGIA
24	PG.2091	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/04/2025	24359	CIRUGIA	SALA 5
25	PG.2094	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	25/04/2025	24169	CIRUGIA	SALA 4
26	PG.2764	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	14/04/2025	24361	CIRUGIA	SALA 5
27	PG.2103	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	22/04/2025	24650	CIRUGIA	SALA 3
28	PG.368A	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	10/04/2025	24365	CIRUGIA	SALA 3
29	PM.9146	LITOTRIPTOR	RICHARD WOLF	2290	351072	14/04/2025	24356	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS
30	PM.14460	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0158	28/04/2025	24111	CIRUGIA	SALA 1

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
31	PM.14505	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0156	30/04/2025	24835	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
32	PM.14487	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0159	19/04/2025	24597	CIRUGIA	BRIGADAS
33	PM.4232	MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO	CARL ZEISS	S7	6628502149	14/04/2025	24362	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS
34	PM.17737	MICROSCOPIO QUIRURGICO	ZEISS	OPTILUMERA 300	6137102357	19/04/2025	72947	CIRUGIA	CIRUGIA
35	PM.14233	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137343	10/04/2025	24345	CIRUGIA	CIRUGIA
36	PM.4647	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5728I	28/04/2025	24115	CIRUGIA	CIRUGIA
37	PM.16042	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW T5	CM-0B114950	19/04/2025	24560	CIRUGIA	SALA 4
38	PM.14355	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137347	14/04/2025	24372	CIRUGIA	CIRUGIA
39	PM.17775	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046763	10/04/2025	24338	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
40	PM.17776	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046760	15/04/2025	24367	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
41	PM.17777	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046764	10/04/2025	24344	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
42	PM.17778	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046761	29/04/2025	24714	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
43	PM.17779	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-96046762	28/04/2025	24128	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
44	PM.17780	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12	EV-93044420	19/04/2025	24593	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
45	PM.14359	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137351	12/04/2025	24347	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
46	PM.14226	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133358	15/04/2025	24371	CIRUGIA	AREA DE RECUPERACIÓN
47	PM.19218	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13543	16/04/2025	24370	CIRUGIA	SALA DE RECUPERACION
48	PM.19161	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13539	12/04/2025	24280	CIRUGIA	SALA DE RECUPERACION
49	PM.18624	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-200M	Q068A027403	16/04/2025	24462	CIRUGIA	CIRUGIA
50	PM.18588	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826043F	12/04/2025	24297	CIRUGIA	CIRUGIA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
51	PM.18002	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13530	12/04/2025	24293	CIRUGIA	CIRUGIA
52	PM.19256	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13507	19/04/2025	24559	CIRUGIA	CIRUGIA
53	PM.18801	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055692	28/04/2025	24339	CIRUGIA	CIRUGIA
54	PM.18675	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4259	11/04/2025	24162	CIRUGIA	CIRUGIA
55	PM.15879	MONITOR DE VIDEO	FUJINON	CDL1909A	NV489A328	22/04/2025	24647	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
56	PM.7497	MONITOR DE VIDEO	OLYMPUS	OEV143	A414208	21/04/2025	24634	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
57	PM.15881	PROCESADOR DE VIDEO	FUJINON	VP-4400HD	1V491A634	22/04/2025	24648	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
58	PM.10727	PROCESADOR DE VIDEO	OLYMPUS	CV-145	7423898	21/04/2025	24635	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA
59	PG.9885	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202667	25/04/2025	24167	CIRUGIA	CIRUGIA
60	PG.3882	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	940	435201003	24/04/2025	24340	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS
61	PM.15297	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	111100002410	21/04/2025	24636	CIRUGIA	CIRUGIA
62	PM.15464	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121414002812	21/04/2025	24637	CIRUGIA	SALA 2
63	PM.15466	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002807	23/04/2025	24638	CIRUGIA	SALA 3
64	PM.15801	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002822	23/04/2025	24639	CIRUGIA	SALA 4
65	PM.15635	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	11902509441	24/04/2025	24542	CIRUGIA	SALA 5
66	PM.3635	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230227	24/04/2025	24342	CIRUGIA	CIRUGIA
67	PM.3623	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230325	28/04/2025	24172	CIRUGIA	CIRUGIA PROGRAMADA
68	PG.10022	VIDEO LARINGOSCOPIO	CORE RAY	CR31	20220921112	23/04/2025	24839	CIRUGIA	CIRUGIA
69	PM.18354	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	15/04/2025	24273	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE MONITOREO
70	PM.5076	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000329	27/04/2025	24513	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
71	PM.14488	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000342	24/04/2025	24225	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
72	PM.14491	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000347	25/04/2025	24112	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
73	PM.14485	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000341	26/04/2025	24679	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
74	PM.19525	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-23083727	26/04/2025	24601	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS
75	NR	ECOGRAFO	MINDRAY	DC-40	CT7-02001545	11/04/2025	24066	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
76	PM.14365	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810005	15/04/2025	24113	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
77	PM.14299	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103260	23/04/2025	24232	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
78	PM.4478	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	11/04/2025	24074	GINECO OBSTETRICIA	CONSULTORIO
79	PM.9213	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1384	25/04/2025	24274	GINECO OBSTETRICIA	ATENCIÓN NEONATAL
80	PM.4672	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	11/04/2025	24063	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
81	PM.4671	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	11/04/2025	24060	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
82	PM.19482	LÁMPARA CIELÍTICA	MINDRAY	HYLED 760/760	15-22001388	25/04/2025	24678	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
83	PM.17327	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90L	46150703005	15/04/2025	24108	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
84	PM.15558	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-46575026	15/04/2025	24107	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTRTRICIA
85	PG.5118	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	15/04/2025	24126	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
86	PG.2752	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	15/04/2025	24125	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
87	PG.2087	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	15/04/2025	24124	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
88	PG.2095	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	15/04/2025	24122	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
89	PG.2770	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	15/04/2025	24123	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
90	PM.14461	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS PLUS	ASCC-0153	26/04/2025	24685	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
91	PM.14493	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000472	24/04/2025	24226	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
92	PM.14494	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000476	21/04/2025	24222	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
93	PM.15749	MESA DE EXAMEN CON BASCULA	MIDMARK	640-001-231	V998841	22/04/2025	24275	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
94	PM.15772	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137344	22/04/2025	24094	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
95	PM.15514	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137336	23/04/2025	24061	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
96	PM.16009	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137321	23/04/2025	24052	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
97	PM.4630	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5749I	23/04/2025	24054	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
98	PM.15523	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133367	24/04/2025	24223	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
99	PM.9229	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109511	24/04/2025	24224	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
100	PM.17602	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051429	24/04/2025	24100	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
101	PM.15838	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133374	24/04/2025	24067	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE RECUPERACIÓN
102	PM.18001	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIKHON KOHDEN	BSM-3763K	13509	11/04/2025	24083	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA
103	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13510	15/04/2025	24291	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
104	PM.15771	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137341	11/04/2025	24082	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
105	PM.18584	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826022F	11/04/2025	24078	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
106	PM.19188	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0513	11/04/2025	24069	GINECO OBSTETRICIA	GINECO OBSTETRICIA
107	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008896	23/04/2025	24093	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTRTRICIA
108	PM.19166	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009372	24/04/2025	24079	GINECO OBSTETRICIA	GINECOBSTETRICIA
109	PM.18703	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4212	12/04/2025	24071	GINECO OBSTETRICIA	CUARTO DE EQUIPOS
110	PM.17292	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030009	12/04/2025	24072	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
111	PM.17310	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030019	11/04/2025	24058	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
112	PM.17297	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030016	11/04/2025	24055	GINECO OBSTETRICIA	OBSERVACIÓN
113	PM.17309	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030001	12/04/2025	24073	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
114	PM.17298	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030021	12/04/2025	24076	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
115	PM.17296	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030015	15/04/2025	24269	GINECO OBSTETRICIA	QUIRURGICOS
116	PM.17294	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030013	12/04/2025	24092	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
117	PM.17305	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030020	11/04/2025	24059	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
118	PM.19512	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390003	16/04/2025	24075	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
119	PM.19513	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390005	12/04/2025	24270	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
120	PM.19511	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22B04390007	12/04/2025	24271	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
121	PM.19791	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230002	12/04/2025	24077	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
122	PM.19794	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230006	16/04/2025	24081	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
123	PM.19793	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230005	21/04/2025	24281	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
124	PM.19792	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230003	21/04/2025	24282	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
125	PM. 19795	MONITOR FETAL	EDAN	F3	560034-M22C15230010	25/04/2025	24684	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
126	PG.9344	NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140617002403	25/04/2025	24673	GINECO OBSTETRICIA	ATENCIÓN NEONATAL
127	PG.7509	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M13600050057	16/04/2025	24228	GINECO OBSTETRICIA	ADAPTACIÓN NEONATAL
128	PM.15752	SERVOCUNA	MEDIX	SM-401	4213	21/04/2025	24227	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
129	PM.17316	SERVOCUNA	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-93B	24150902008	25/04/2025	24680	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
130	PM.15634	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	11902509443	24/04/2025	24541	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1
131	PM.15533	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002810	15/04/2025	24114	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2
132	PM.15532	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002811	15/04/2025	24129	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
133	PM.15534	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002813	15/04/2025	24109	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
134	PM.8925	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611141686	11/04/2025	24064	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO
135	PM.16800	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	160829113075	11/04/2025	24057	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL
136	PM.5944	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	081103153418	25/04/2025	24686	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
137	PM.15529	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611121456	12/04/2025	24056	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
138	PM.15530	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611153016	22/04/2025	24478	GINECO OBSTETRICIA	MONITOREO FETAL
139	PM.15528	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130607174386	12/04/2025	24070	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
140	PM.15531	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130610130646	24/04/2025	24469	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN
141	PG.10070	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M239097-10101	25/04/2025	24681	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
142	PM.14368	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000465	25/04/2025	24682	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA
143	PM.19051	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	10110820010057	15/04/2025	24188	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
144	PM.17478	AGITADOR VORTEX	HUMAN	HUMA TWIST	10S0100029	15/04/2025	24184	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
145	PM.17820	AUTOCLAVE	RAYPA	AH-21L	40437	16/04/2025	153041	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO
146	PM.17821	BALANZA ANALÍTICA	PRACTUM 313-1S	SARTORIUS	38404628	16/04/2025	24259	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO
147	PM.17671	BALANZA DE PRECISIÓN	RADWAG	PS 1000.R1	513505	15/04/2025	24185	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
148	PM.17790	BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB-14	L419.0963	16/04/2025	24251	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
149	PM.15862	BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB7	L214.0272	16/04/2025	24257	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
150	PM.18814	CABINA DE BIOSEGURIDAD	DIES	BS1200	210702	21/04/2025	MB1649-210425	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
151	PM.18815	CABINA DE BIOSEGURIDAD	DIES	BS1200	210701	21/04/2025	MB1650-210425	LABORATORIO CLÍNICO	AREA PCR
152	PM.18232	CABINA DE BIOSEGURIDAD	DISEÑO INDUSTRIAL	CIIA-24X48 BIOSEGURIDAD	2448/12-12-12	21/04/2025	MB1648-210425	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLUCULAR
153	PM.19434	CENTRÍFUGA	HERMLE	Z 206A	602250052	16/04/2025	24253	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
154	PM.17753	CENTRIFUGA DIGITAL DE 30 TUBOS	EPPENDORF	5702	5702EG637400	16/04/2025	24250	LABORATORIO CLÍNICO	INMUNOHEMATOLOGÍA
155	PM.17822	CENTRIFUGA REFRIGERADORA	EPPENDORF	5804R	580HQ071639	19/04/2025	24675	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO CLINICO
156	PG.7406	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	811	15/04/2025	24189	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
157	PG.17791	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	1175	15/04/2025	24190	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
158	PM.9208	HORNO DE SECADO	MEMMERT	UNE 500	C509.0244	19/04/2025	24424	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
159	PM.9126	HORNO DE SECADO	MEMMERT	UNE 500	C509.0438	16/04/2025	24252	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
160	PM.4678	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	19/04/2025	24201	LABORATORIO CLÍNICO	QUÍMICA E INMUNOLOGÍA
161	PM.17727	MICROCENTRIFUGA	HETTICH	HAEMATOKRIT 200	000405-03	19/04/2025	24658	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
162	PG.2211	MICROPIPETA	BRAND	500 µL	11X2063	19/04/2025	24242	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
163	PG.5096	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	06E81703	19/04/2025	24692	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
164	PG.8910	MICROPIPETA	BRAND	100 - 1000 µL	05J94284	19/04/2025	24247	LABORATORIO CLÍNICO	QUÍMICA E INMUNOLOGÍA
165	PG.9172	MICROPIPETA	BRAND	500 µL	12E81611	15/04/2025	24191	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
166	PG.9542	MICROPIPETA	GRAM NEG (-)	145 µL	13591851	16/04/2025	24260	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
167	PG.9543	MICROPIPETA	GRAM POS (+)	280 µL	13592658	19/04/2025	24425	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
168	PG.9558	MICROPIPETA	HUMAN	20 - 200 µL	YL3K031471	19/04/2025	24659	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
169	PG.9665	MICROPIPETA	BRAND	100 - 1000 µL	16E74059	16/04/2025	24243	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO
170	PG.9666	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	LG640103	15/04/2025	24248	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO
171	PG.9856	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	NI1038436	16/04/2025	24660	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO
172	PG.9857	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	NI1038469	19/04/2025	24244	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
173	PG.9986	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	PC153846	15/04/2025	24192	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
174	PG.9987	MICROPIPETA	BOECO	100 - 1000 µL	PG216403	16/04/2025	24261	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
175	PG.9988	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	ML729802	15/04/2025	24194	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
176	PG.9989	MICROPIPETA	BOECO	5 - 50 µL	PC153847	15/04/2025	24195	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
177	PG.9990	MICROPIPETA	BOECO	100 - 1000 µL	PG216859	19/04/2025	24245	LABORATORIO CLÍNICO	AREA MOLECULAR
178	PG.9994	MICROPIPETA	HUMAPETTE SMARTA-LINE	100 - 1000 µL	YL218AK0074968	19/04/2025	24676	LABORATORIO CLÍNICO	AREA PCR
179	PG.10012	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	YL218AK0074972	16/04/2025	24246	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
180	PG.10037	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL214AK0054587	19/04/2025	24661	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
181	PG.10038	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL214AK0054588	15/04/2025	24196	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
182	PG.10044	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020535	19/04/2025	24693	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
183	PG.10045	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020534	15/04/2025	24197	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
184	PG.10042	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020540	15/04/2025	24198	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
185	PG.10043	MICROPIPETA	DLAB	20-200µl	YL227AR0020541	15/04/2025	24199	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
186	PG.10030	MICROPIPETA	HUMAN	100 - 1000 µL	22J65406	19/04/2025	24662	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
187	PG.9872	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 10 - 100 µL	18098258	16/04/2025	24263	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA
188	PG.9873	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 5 - 50 µL	18016633	19/04/2025	24249	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
189	PG.9875	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 2 - 20 µL	18106936	19/04/2025	24691	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
190	PM.17751	MICROSCOPIO	PRIMO STAR	ZEISS	3144044344	19/04/2025	24830	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS
191	PM.17752	MICROSCOPIO	PRIMO STAR	ZEISS	3144044358	19/04/2025	24832	LABORATORIO CLÍNICO	PRUEBAS ESPECIALES
192	PM.9122	MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX 21	9E80154	19/04/2025	24657	LABORATORIO CLÍNICO	HEMATOLOGÍA
193	20363	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	1347	16/04/2025	24677	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
194	10087	MICROPIPETA	DLAB	20 - 200	YL227AR0020569	19/04/2025	24200	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA
195	PM.15848	AUTOCLAVE DE FORMALDEHIDO	MATACHANA	130LF	E-26503	14/04/2025	153037	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
196	PM.17812	AUTOCLAVE DE PEROXIDO DE HIDROGENO	MATACHANA	130HPO	E-32023	14/04/2025	153038	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
197	PM.15845	AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	SC500	E-26511	15/04/2025	153035	ESTERILIZACIÓN	TALLER SIIGNMI
198	PM.15847	AUTOCLAVE DE VAPOR	MATACHANA	SC500	E-26018	15/04/2025	153036	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
199	PM.15850	LAVADORA DE INSTRUMENTAL	STEELCO	DS600/2D	1161007	16/04/2025	153039	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
200	PM.20064	LAVADORA DE INSTRUMENTAL	STEELCO	DS600/2D	1161008	16/04/2025	153040	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
201	PM.5938	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000352	12/04/2025	24254	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
202	PG.2614	SELLADORA	HAWO	HM 500 DEL	935095/0705	14/04/2025	24256	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
203	PM.17813	SELLADORA	HAWO	M-09136	518256	12/04/2025	24255	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN
204	PM.17326	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	B3501194	21/04/2025	24154	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
205	PM.17789	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	524-KL	5240006117789	21/04/2025	24156	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
206	PM.14408	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	22/04/2025	24095	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
207	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	21/04/2025	24099	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
208	PG.9420	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	22/04/2025	24098	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
209	PM.17325	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECTRIC	BILISOFT	HFAR50625	22/04/2025	24153	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
210	PM.9202	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	OHMEDA	BILIBLANKET	HDKP50058	22/04/2025	24867	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
211	PG.2772	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	21/04/2025	24149	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
212	PM.4625	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5733I	22/04/2025	24097	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
213	PM.7139	SUCCIONADOR	THOMAS	1635 A	50900000416	22/04/2025	24096	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO
214	PM.17794	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	H3500584	25/04/2025	24133	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
215	PM.16039	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100473	26/04/2025	24146	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
216	PG.9686	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	25/04/2025	24134	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
217	PG.9649	FONENDOSCOPIO	ALPK2	PEDIATRICO	NR	26/04/2025	24142	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
218	PG.9670	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L17G21187	26/04/2025	24144	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
219	PG.9669	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	26/04/2025	24143	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
220	PG.9672	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	25/04/2025	24655	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
221	PM.4497	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	PT-533	TP05494	25/04/2025	24131	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
222	PG.9883	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202665	26/04/2025	24139	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
223	PG.9673	PULSOXIMETRO	HUNTLEIGH	MP1R	750AX0104792-15	26/04/2025	24138	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
224	PG.9674	PULSOXIMETRO	HUNTLEIGH	MP1R	750AX0105002-15	25/04/2025	24137	UNIDAD BÁSICA NEONATAL	CUARTO PISO
225	PM.17795	ANALIZADOR DE BILIRRUBINA	DRAGER	JM-105	H3500583	26/04/2025	24561	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
226	PM.16883	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220004518	26/04/2025	24145	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
227	PM.16605	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103261	26/04/2025	24848	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
228	PG.9622	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	29/04/2025	24130	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
229	PG.9644	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	28/04/2025	24216	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
230	PG.9648	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	26/04/2025	24174	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
231	PG.9645	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	28/04/2025	24217	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
232	PG.9671	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	26/04/2025	24175	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
233	PG.9643	FONENDOSCOPIO	ALPK2	NR	NR	26/04/2025	24176	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
234	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	26/04/2025	24177	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
235	PG.9646	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L16G23546	28/04/2025	24178	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
236	PG.9647	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	L16G23554	28/04/2025	24218	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
237	PM.9211	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1391	30/04/2025	24086	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
238	PM.9214	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL396	28/04/2025	24266	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL
239	PM.9168	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	NR	29/04/2025	24116	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL
240	PM.15781	INCUBADORA NEONATAL	MEDIX	NATALCARE ST/BX	728-10	30/04/2025	24091	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL
241	PM.18024	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	BV38247	29/04/2025	24117	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
242	PM.18025	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	BV38248	30/04/2025	24378	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
243	PM.19575	INCUBADORA NEONATAL	DRAGER	C2HS-1	KH37072	28/04/2025	24264	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
244	PM.11670	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHZ-90	42100606022	29/04/2025	24118	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
245	PM.17792	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1102260019	29/04/2025	24121	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
246	PM.17793	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	DRAGER	BILILUX	1102260018	29/04/2025	24148	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
247	PM.19529	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHL90L	A46BB0062009	28/04/2025	24221	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
248	PM.19530	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NINGBO DAVID MEDICAL	XHL90L	A46BB0062002	26/04/2025	24652	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
249	PG.8869	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	26/04/2025	24183	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
250	PM.17067	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-75009303	30/04/2025	24379	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
251	PM.9218	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-02105673	30/04/2025	24090	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
252	PM.9215	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-8C103999	28/04/2025	24265	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
253	PM.9219	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000F+	W-02105672	30/04/2025	24319	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
254	PM.9223	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109532	29/04/2025	24180	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
255	PM.15521	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127223	29/04/2025	24089	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
256	PM.14357	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133356	28/04/2025	24267	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
257	PG.9681	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M17910510044	28/04/2025	24203	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
258	PM.14241	SERVOCUNA	MEDIX	SM-401	4214	30/04/2025	24181	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
259	PM.19260	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141161081A1V	29/04/2025	24120	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
260	PM.19257	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141231081A1V	28/04/2025	24204	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
261	NR	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	INFANT	NR	28/04/2025	24220	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO
262	PM.17601	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC8	EW-91051441	30/04/2024	24651	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL
263	PG.7234	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	10/04/2024	24205	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
264	PG.7233	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	10/04/2024	24206	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
265	PG.7215	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09660349	10/04/2024	24237	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
266	PG.7555	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE	NR	10/04/2024	24207	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
267	PG.4568	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	ESTUCHE	NR	10/04/2024	24208	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
268	F1	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	NR	11/04/2024	24233	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
269	F2	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	NR	11/04/2024	24234	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
270	F3	FONENDOSCOPIO	MARK OF FITNESS	ADULTO	NR	11/04/2024	24235	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
271	F5	FONENDOSCOPIO	ALPK2	ADULTO	NR	10/04/2024	24214	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
272	PG.8871	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	11/04/2024	24241	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
273	PM.15300	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200823006	10/04/2024	24212	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
274	PM.15306	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822651	11/04/2024	24238	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
275	PM.15303	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200823032	10/04/2024	24210	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
276	T2	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822881	10/04/2024	24878	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
277	PM.15299	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822496	11/04/2024	24879	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
278	PG. 16027	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE LAKE	RL - DBS	O9101100469	10/04/2024	24240	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO
279	PM.17796	AGITADOR DE PLAQUETAS DE 48 UNIDADES	HELMER	PF 48	2064655	23/04/2025	24447	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL
280	PM.17797	INCUBADOR PARA AGITADOR DE PLAQUETAS	HELMER	PF 48i	2096942	23/04/2025	24446	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL
281	PM.7871	INCUBADORA DE PLAQUETAS	PRESVAC	AP - 48LT	5889	24/04/2025	24448	BANCO DE SANGRE	SERVICIO TRANSFUSIONAL
282	PM.16855	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	PRIXMA	YS162312	23/04/2025	24434	BANCO DE SANGRE	SEPARACIÓN DE COMPONENTES
283	PM.5091	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	597KL	5970006349	24/04/2025	24435	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN CLÍNICA
284	PM.15651	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8182	25/04/2025	24436	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA
285	PM.15652	CENTRÍFUGA	PRESVAC	DCS-16 RVT PLUS	8183	26/04/2025	24922	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA
286	PM.7864	CENTRÍFUGA CRIOHEMODERIVADORA	PRESVAC	DP2065RC	5911/7864	25/04/2025	24440	BANCO DE SANGRE	SEPARACIÓN DE COMPONENTES
287	PM.5614	HORNO DE SECADO	DIES	D-53	9410105	24/04/2025	24452	BANCO DE SANGRE	LAVADO DE MATERIAL
288	PG.5074	MICROPIPETA	BIOHIT	100 - 1000 µL	6023816	23/04/2025	24451	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
289	PG.9175	MICROPIPETA	PIPET4U	100 - 1000 µL	IH861113	23/04/2025	24453	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA
290	PG.9868	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 10 - 100 µL	18110389	23/04/2025	24449	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
291	PG.9869	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 100 - 1000 µL	19049477	24/04/2025	24438	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
292	PG.9870	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 5 - 50 µL	18109949	24/04/2025	24450	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
293	PG.9871	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN	PROLINE PLUS	SARTORIUS 0,5 - 10 µL	18098464	23/04/2025	24439	BANCO DE SANGRE	PRUEBAS INFECCIOSAS
294	PM.7885	SILLÓN PARA DONANTES	PRESVAC	T - 4 i	5902	25/04/2025	24443	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA
295	PM.15646	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	25/04/2025	24444	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
296	PM.15647	SILLÓN PARA DONANTES	GENÉRICO	NR	NR	25/04/2025	24445	BANCO DE SANGRE	FLEBOTOMÍA
297	PM.8156	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	090109125945	24/04/2025	24441	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE
298	PM.14272	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822793	24/04/2025	24442	BANCO DE SANGRE	VALORACIÓN DEL DONANTE
299	PM.17732	MONITOR GRADO MEDICO	PENTAX	SC-WU27-G1522	18-288454	24/04/2025	5045	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA
	PM.17731	VIDEO PROCESADOR	PENTAX	EPK-I7010	UB010735	24/04/2025	5044	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA
	NR	VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX	EC38-I10L	A113088	24/04/2025	4433	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA
	NR	VIDEOCOLONOSCOPIO	PENTAX	EC38-I10L	A113096	24/04/2025	4601	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA
	NR	VIDEODUODENOSCOPIO	PENTAX	ED34-I10T	B111162	24/04/2025	4408	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA
	NR	VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX	E629-I10	A117391	24/04/2025	4407	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
	NR	VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX	E629-I10	A117398	24/04/2025	4602	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA
	PM.17735	IRRIGADOR DE ENDOSCOPIOS	MEDIVATORS	EFA-IN-6	SB892769-04	24/04/2025	5043	CIRUGIA	CUARTO DE ENDOSCOPIA
300	PM.17769	TORRE DE LAPAROSCOPIA: MONITOR LCD GRADO MEDICO S/N 3001055 PM.17769, CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CP S/N 1100512483 PM.17770, CABEZAL DE CAMARA LOGIC HD S/N 1100587505, OBJETIVO ZOOM F13-29 S/N 1100617042, FUENTE DE LUZ 1.2 CPL S/N 1100586966 PM.17767, NEUMOINSUFLADOR 45 BASIC CPL S/N 1100587061 PM.17773.	RICHARD WOLF	LMD-27GSNB	3001055	23/04/2025	12360	CIRUGIA	BODEGA DE EQUIPOS
301	PM.17763	TORRE DE LAPAROSCOPIA: MONITOR LCD GRADO MEDICO S/N 3001058 PM.17763, CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CP S/N 1100512486 PM.17764, CABEZAL DE CAMARA LOGIC HD S/N 1100587508, OBJETIVO ZOOM F13-29 S/N 5000390712, FUENTE DE LUZ 1.2 CPL S/N 1100586971 PM.17772, NEUMOINSUFLADOR 45 BASIC CPL S/N 1100587434 PM.17768.	RICHARD WOLF	LMD-27GSNB	3001058	24/04/2025	12361	CIRUGIA	BODEGA DE EQUIPOS
302	PM.17357	BAÑO DE FLOTACIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	DIGITAL	130781CB1808	22/04/2025	133250183	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
303	PM.17354	CENTRAL DE INCLUSIÓN	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HISTOSTAR	HS7347A1807 / HS7365C1807	22/04/2025	133250342	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
304	PM.17356	CITOCENTRÍFUGA	THERMO FISHER SCIENTIFIC	CYTOSPIN 4	CY212801807	22/04/2025	133250349	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
305	PM.17358	MICROSCOPIO TRINOCULAR	OLYMPUS	CX33	8B40509	22/04/2025	133259781	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN
306	PM.17355	MICRÓTOMO DE ROTACION MANUAL	THERMO FISHER SCIENTIFIC	HM 325	S18050947	22/04/2025	133250334	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA
307	PM.17353	PROCESADOR DE TEJIDO	THERMO FISHER SCIENTIFIC	EXCELSIOR AS	ET59501806	22/04/2025	133250118	PATOLOGÍA	PATOLOGÍA

Equipos no encontrados, en el periodo comprendido entre el nueve (09) de abril de 2025 al treinta (30) de abril de 2025:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	EQUIPO NO ENCONTRADO
1	PM.19521	DESFIBRILADOR	MINDARY	D3	EZ-26090713	30/04/2025	24890	CIRUGIA	CARRO DE PARO	EQUIPO NO ENCONTRADO
2	PM.14232	ELECTROBISTURI	BOVIE MEDICAL	IDS-300	BV3810001	30/04/2025	24891	CIRUGIA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
3	PG.2777	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/04/2025	24892	CIRUGIA	CIRUGIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
4	NR1	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/04/2025	24893	CIRUGIA	SALA 5	EQUIPO NO ENCONTRADO
5	PG.97-8-033	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/04/2025	24894	CIRUGIA	SALA 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
6	PG.2765	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	30/04/2025	24895	CIRUGIA	SALA 1	EQUIPO NO ENCONTRADO
7	PM.14369	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000488	30/04/2025	24897	CIRUGIA	SALA 1	EQUIPO NO ENCONTRADO
8	PM.20062	SIERRA CORTA YESOS	N/A	BJ 1301	252022101434	30/04/2025	24898	CIRUGIA	DEPOSITO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
9	PG.10027	VIDEO LARINGOSCOPIO	CORE RAY	CR31	CR31-20220921119	30/04/2025	24899	CIRUGIA	CIRUGIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
10	PG.7209	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860337	30/04/2025	24900	GINECO OBSTETRICIA	RECUPERACIÓN	EQUIPO NO ENCONTRADO
11	PG.8977	INFUSOR	RIESTER	METPAK	140986616	30/04/2025	24901	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
12	PG.8978	INFUSOR	RIESTER	METPAK	140986602	30/04/2025	24902	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO NO ENCONTRADO
13	PM.4670	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	30/04/2025	24903	GINECO OBSTETRICIA	GENERAL	EQUIPO NO ENCONTRADO
14	PG.16796	NEOPUFF	BIOROHM	RMI	09110112	30/04/2025	24904	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
15	PG.9343	NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140516001911	30/04/2025	24905	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO NO ENCONTRADO
16	PG.9342	NEOPUFF	FISHER & PAYKEL	RD900	140516001908	30/04/2025	24906	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
17	PG.8499	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M14400080123	30/04/2025	24907	GINECO OBSTETRICIA	ADAPTACIÓN NEONATAL	EQUIPO NO ENCONTRADO
18	PG.9876	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM60	CR-94202669	30/04/2025	24908	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 1	EQUIPO NO ENCONTRADO
19	PM.5006	SUCCIONADOR	THOMAS	1635A	50900000425	30/04/2025	24909	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE PARTOS 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
20	PM.17736	AGITADOR DE MAZZINE	BOECO	OS-20	10108190200164	30/04/2025	24910	LABORATORIO CLÍNICO	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	EQUIPO NO ENCONTRADO
21	PG.7407	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	810	30/04/2025	24911	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
22	PM.16654	INCUBADORA DE BIOLÓGICOS	BIONOVA	IC10/20	31	30/04/2025	24912	ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN	EQUIPO NO ENCONTRADO
23	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	30/04/2025	24913	MADRE CANGURO	MADRE CANGURO	EQUIPO NO ENCONTRADO
24	PG.7274	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	30/04/2025	24914	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
25	PM.11704	BÁSCULA PESA BEBÉ	INFANT SCALE	RGZ-20	9081042	30/04/2025	24915	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
26	PG.8981	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	POCKET JUNIOR	NR	30/04/2025	24916	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
27	PM. 9851	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	71050-C	NR	30/04/2025	24917	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
28	PG.9609	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	30/04/2025	24918	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
29	PG.4561	FONENDOSCOPIO	NR	ADULTO	NR	30/04/2025	24919	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
30	T1	TENSIÓMETRO	ALPK2	ESTUCHE	43497	30/04/2025	24920	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
31	PM.15302	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822721	30/04/2025	24921	MATERNIDAD SEGURA	3 PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO

Equipos fuera de servicio en el periodo comprendido entre el nueve (09) de abril de 2025 al treinta (30) de abril de 2025:

1	PM.18478	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE - 120	J3300QJ05809	CIRUGIA	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
2	PM.19160	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13544	CIRUGIA	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
3	PM.17317	SERVOCUNA	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-93B	24150902005	GINECO OBSTETRICIA	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
4	PM.16562	AUTOCLAVE DE VAPOR DE MESA	TUTTNAUER	3870E	15060954	LABORATORIO CLÍNICO	MICROBIOLOGÍA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
5	PM.9164	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	NR	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
6	PM.15798	INCUBADORA NEONATAL	MEDIX	NATALCARE ST/BX	785-11	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
7	PM.15296	INCUBADORA NEONATAL	ADVANCED	A3186	CL1383	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
8	PM.15650	DESCONGELADOR DE PLASMA	PRESVAC	PLASMA SOFT	8181	BANCO DE SANGRE	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
9	NR7	VIDEOCOLONOSCOPIO	FUJINON	EC-590WL	3C606A117	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
10	PG.2262	VIDEOCOLONOSCOPIO	OLYMPUS	CF-VL	2412424	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
11	NR8	VIDEODUODENOSCOPIO	FUJINON	ED-530XT	RD102A507	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
12	PG.2261	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-V2	2413728	CIRUGIA	SALA DE ENDOSCOPIA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

Equipos dados de baja en el periodo comprendido entre el nueve (09) de abril de 2025 al treinta (30) de abril de 2025:

1	PM.14495	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000491	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	EQUIPO DADO DE BAJA
2	PM.4623	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C57521L	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	EQUIPO DADO DE BAJA
3	PM.15770	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137342	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	EQUIPO DADO DE BAJA
4	PM.17307	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030017	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	EQUIPO DADO DE BAJA
5	PM.17302	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030018	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	EQUIPO DADO DE BAJA
6	PM.17301	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030003	GINECO OBSTETRICIA	TRABAJO DE PARTO	EQUIPO DADO DE BAJA
7	PM.9155	SEROFUGA	CLAY ADAMS	420352	4520025	BANCO DE SANGRE	INMUNOHEMATOLOGÍA	EQUIPO DADO DE BAJA
8	PM.13647	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	051400011972	CIRUGIA	CIRUGIA	EQUIPO DADO DE BAJA
9	PM.3624	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117222415	CIRUGIA	CIRUGIA	EQUIPO DADO DE BAJA

Equipos que inicialmente no estaban en el inventario de proyección pero que de igual manera se realizó el mantenimiento preventivo:

1	20363	CONTADOR DE CÉLULAS	KRAMER	IMP001	1347		2467	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	EQUIPO NO PROYECTADO
2	NR	FONENDOSCOPIO	LITTMAN	INFANT	NR	28/04/2025	24220	UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL	3 PISO	EQUIPO NO PROYECTADO.
3	PG.10070	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M239097-10101	25/04/2025	24681	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	EQUIPO NO PROYECTADO.
4	PM.14368	MESA DE CIRUGÍA	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-0B000465	25/04/2025	24682	GINECO OBSTETRICIA	SALA DE CIRUGIA	EQUIPO NO PROYECTADO
5	10087	MICROPIPETA	DLAB	20 - 200	YL227AR0020569		24200	LABORATORIO CLÍNICO	BODEGA	EQUIPO NO PROYECTADO

El contratista presento el reporte de los equipos intervenidos en el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2025 al treinta y uno (31) de mayo de 2025:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	UBICACIÓN- SERVICIO
1	PM.14377	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032723	02/05/2025	P. BICENTENARIO
2	PM.14389	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032499	05/05/2025	TRIAGE
3	PM.14430	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032493	08/05/2025	TRIAGE 1
4	PM.18352	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	06/05/2025	URGENCIAS PEDIATRIA

5	PM.18108	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	08/05/2025	OBSERVACIÓN 2
6	PM.7132	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	07/05/2025	OBSERVACIÓN 2
7	PM.7246	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA521	NR	15/05/2025	PEDIATRIA
8	PM.4258	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020014048	12/05/2025	CONSULTORIO 3
9	PM.16030	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100440	16/05/2025	TRIAGE PEDIATRIA
10	PM.14516	COLUMNA	MINDRAY	HYPORT3000	H1-12000364	08/05/2025	OBSERVACIÓN 2
11	PM.18261	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008066	07/05/2025	PEDIATRIA
12	PM.17523	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-91003487	16/05/2025	P. BICENTENARIO
13	PM.17781	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005536	15/05/2025	OBSERVACION 1
14	PM.18590	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART 3	EZ-08044864	14/05/2025	PEDIATRIA
15	PM.18004	DESFIBRILADOR	PHYSIOCONTROL	LIFE PACK 20E	486455576	13/05/2025	URGENCIAS PEDIATRIA
16	PM.18262	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-05008068	02/05/2025	OBSERVACIÓN 1
17	PM.18371	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-09009548	03/05/2025	OBSERVACIÓN 2
18	PM.17783	DESFIBRILADOR - MONITOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005534	17/05/2025	SUTURAS
19	PM.17999	ELECTROCARDIÓGRAFO	GENERAL ELECTRIC	MAC 2000	SPW17400261PA	10/05/2025	P. BICENTENARIO
20	PM.18249	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601	360251-M20606280012	09/05/2025	PROCEDIMIENTOS
21	PM.14356	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103267	19/05/2025	OBSERVACIÓN 1
22	PM.17666	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-301	360625-M19305900009	07/05/2025	PROCEDIMIENTOS
23	PM.18107	ELECTROCAUTERIO	BOVIE	DERM 942	B4D3719081	12/05/2025	SUTURAS
24	PM.5077	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	02/05/2025	CONSULTORIO 6
25	PM.14448	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	05/05/2025	TRIAGE PEDIATRIA
26	PM.14387	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	13/05/2025	PEDIATRIA
27	PM.5079	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	13/05/2025	URGENCIAS PEDIATRIA
28	PM.14399	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	13/05/2025	ESPECIALIDADES
29	PM.14424	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	15/05/2025	SUTURAS
30	PM.15867	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	12/05/2025	CONSULTORIO 3
31	PM.5192	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	09/05/2025	CONSULTORIO 4
32	PM.5289	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	10/05/2025	CONSULTORIO 5
33	PM.5190	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	14/05/2025	CONSULTORIO 2
34	PM.15865	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	14/05/2025	CONS. TRIAGE 1
35	PM.4470	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	09/05/2025	CONS. TRIAGE 2

36	PM.4471	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	19/05/2025	CONSULTORIO 1
37	PM.14388	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	05/05/2025	P. BICENTENARIO
38	PM.4675	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	13/05/2025	CONSULTORIO 2
39	PM.14400	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	09/05/2025	TRIAGE 2
40	PM.4678	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 5
41	PM.14380	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/05/2025	CON. GINECOLOGIA
42	PM.4673	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	17/05/2025	URGENCIAS
43	PM.14405	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	13/05/2025	URGENCIAS
44	PM.15559	LÁMPARA PIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	22-45000027	09/05/2025	SUTURAS
45	PG.2102	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	10/05/2025	OBSERVACIÓN 2
46	PG.2754	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	09/05/2025	OBSERVACIÓN 2
47	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	10/05/2025	P. BICENTENARIO
48	PG.9852	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	12/05/2025	PEDIATRIA
49	PG.9922	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	10/05/2025	SUTURAS
50	PG.2101	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	10/05/2025	SUTURAS
51	PG.2763	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	09/05/2025	OBSERVACIÓN 1
52	PG.2767	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	08/05/2025	PEDIATRIA
53	NR	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	09/05/2025	PEDIATRIA
54	PM.17600	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051440	05/05/2025	OBSERVACIÓN 2
55	PM.19187	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826023F	06/05/2025	URGENCIAS
56	PM.18589	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826024F	02/05/2025	P. BICENTENARIO
57	PM.18582	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826025F	03/05/2025	OBSERVACIÓN 2
58	PM.18585	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826044F	09/05/2025	OBSERVACIÓN 1
59	PM.18581	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826030F	12/05/2025	OBSERVACIÓN 1
60	PM.18586	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826021F	19/05/2025	PEDIATRIA
61	PM.19210	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13538	17/05/2025	OBSERVACIÓN 2
62	PM.19167	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13531	16/05/2025	OBSERVACIÓN 2
63	PM.19162	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009188	14/05/2025	OBSERVACIÓN 2
64	PM.19270	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008799	16/05/2025	PEDIATRIA
65	PM.19278	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008915	12/05/2025	OBSERVACIÓN 2
66	PM.19189	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008801	13/05/2025	OBSERVACIÓN 2

67	PM.19264	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008617	14/05/2025	URGENCIAS
68	PM.19186	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008640	16/05/2025	ULTRACORTA
69	PM.19269	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008911	12/05/2025	PEDIATRIA
70	PM.19271	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008853	17/05/2025	P. BICENTENARIO
71	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008586	15/05/2025	OBSERVACIÓN 1
72	PM.19249	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008914	15/05/2025	P. BICENTENARIO
73	PM.19164	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008924	16/05/2025	P. BICENTENARIO
74	PM.19316	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008650	13/05/2025	P. BICENTENARIO
75	PM.19228	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009306	15/05/2025	PEDIATRIA
76	PM.19235	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009187	20/05/2025	URGENCIAS
77	PM.19208	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009249	07/05/2025	URGENCIAS
78	PM.19250	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009418	16/05/2025	P. BICENTENARIO
79	PM.19175	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009273	15/05/2025	PEDIATRIA
80	PM.19265	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009256	16/05/2025	PEDIATRIA
81	PM.19268	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008860	13/05/2025	P. BICENTENARIO
82	PM.19238	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008885	14/05/2025	PEDIATRIA
83	PM.19163	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009457	15/05/2025	OBSERVACIÓN 2
84	PM.19613	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009388	14/05/2025	OBSERVACIÓN 1
85	PM.19245	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009433	05/05/2025	PEDIATRIA
86	PM.19266	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0524	07/05/2025	P. BICENTENARIO
87	PM.19279	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0526	07/05/2025	OBSERVACIÓN 2
88	PM.19159	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0523	09/05/2025	PEDIATRIA
89	PM.18252	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20506600049	10/05/2025	OBSERVACIÓN 2
90	PM.18348	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520018	08/05/2025	URGENCIAS
91	PM.18347	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520050	06/05/2025	URGENCIAS
92	PM.18346	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	360069-M20606520048	09/05/2025	URGENCIAS
93	PM.17998	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13528	06/05/2025	URGENCIAS
94	PM.18003	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13529	08/05/2025	URGENCIAS
95	PM.18251	MONITOR DE SIGNOS VITALES	IM50	EDAN	360069-M20506600023	06/05/2025	URGENCIAS
96	PM.9230	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ADVANCED	PM-1000A+	CC-97109525	15/05/2025	URGENCIAS
97	PM.19236	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0503	07/05/2025	URGENCIAS

98	PM.19261	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13533	09/05/2025	URGENCIAS
99	PM.19252	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13535	13/05/2025	URGENCIAS
100	PM.19239	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009201	16/05/2025	URGENCIAS
101	PM.18674	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4225	12/05/2025	URGENCIAS
102	PM.18671	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4412	08/05/2025	URGENCIAS
103	PM.18707	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045661	09/05/2025	URGENCIAS
104	PM.18709	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045664	19/05/2025	URGENCIAS
105	PM.18708	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045754	12/05/2025	URGENCIAS
106	PM.18740	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055887	16/05/2025	URGENCIAS
107	PM.18739	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055846	06/05/2025	URGENCIAS
108	PM.20209	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055825	10/05/2025	URGENCIAS
109	PM.18742	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027671	10/05/2025	URGENCIAS
110	PM.18741	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027551	12/05/2025	URGENCIAS
111	PM.18743	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027317	17/05/2025	URGENCIAS
112	PM.18806	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027680	16/05/2025	URGENCIAS
113	PM.18807	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055895	03/05/2025	URGENCIAS
114	PM.18809	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055929	03/05/2025	URGENCIAS
115	PM.18804	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A045776	16/05/2025	URGENCIAS
116	PG.9880	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206423	15/05/2025	OBSERVACIÓN 2
117	PG.9877	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-94202668	15/05/2025	OBSERVACIÓN 2
118	PG.9881	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206421	14/05/2025	TRIAGE PEDIATRIA
119	PG.9879	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206424	15/05/2025	URGENCIAS
120	NR	SIERRA CORTA YESOS	REDA	31210-21	NR	17/05/2025	SUTURAS
121	PM.8203	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	110600002284	08/05/2025	OBSERVACIÓN 1
122	PM.16797	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	160829114275	06/05/2025	TRIAGE 1
123	PM.14378	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122104856	06/05/2025	PEDIATRIA
124	PM.14374	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101112122322	07/05/2025	CONSULTORIO 6
125	PM.14394	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122151020	09/05/2025	SUTURAS
126	PM.14398	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122161909	08/05/2025	SUTURAS
127	PM.5003	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	90109084941	10/05/2025	CONSULTORIO 1
128	PM.7759	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29405036	15/05/2025	CONSULTORIO 2

129	PM.5204	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	9010931227	13/05/2025	CONSULTORIO 3
130	PM.5959	TENSIÓMETRO	TYCOS	PARED	29404975	12/05/2025	CONSULTORIO 4
131	PM.17691	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	190116170405	12/05/2025	OBSERVACIÓN 2
132	PM.14407	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122160103	16/05/2025	CONS. TRIAGE 1
133	PM.6302	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	99570841	16/05/2025	CONS. TRIAGE 2
134	PM.3634	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214032	16/05/2025	OBSERVACIÓN 2
135	PM.5226	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	90108182502	14/05/2025	ULTRACORTA
136	PM.18258	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508163775	16/05/2025	PEDIATRIA
137	PM.18260	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508171455	17/05/2025	OBSERVACIÓN 1
138	PM.18349	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200818111555	13/05/2025	ULTRACORTA
139	PM.3563	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214132	17/05/2025	P. BICENTENARIO
140	PM.9136	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	70104074130	02/05/2025	URGENCIAS
141	PM.3633	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	41117214231	03/05/2025	URGENCIAS
142	PM.17599	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	180604171375	03/05/2025	URGENCIAS
143	PM.8924	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130611071066	09/05/2025	URGENCIAS
144	PM.20043	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117135350	10/05/2025	URGENCIAS
145	PM.18255	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508170925	06/05/2025	URGENCIAS
146	PM.3627	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117213934	17/05/2025	URGENCIAS
147	PG.8901	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450767	07/05/2025	URGENCIAS
148	PM.19246	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0134	16/05/2025	URGENCIAS PEDIATRIA
149	PM 18737	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006762	14/05/2025	URGENCIAS
150	PM.19180	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS33322	15/05/2025	URGENCIAS
151	PM.19213	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37177	16/05/2025	URGENCIAS
152	PM.19226	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37358	19/05/2025	URGENCIAS
153	PM.19225	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37243	08/05/2025	URGENCIAS
154	PM.19206	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS34192	16/05/2025	P. BICENTENARIO
155	PM.19199	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS30111	10/05/2025	OBSERVACIÓN 2
156	PM.19267	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36921	13/05/2025	OBSERVACIÓN 2
157	PM.19157	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS33729	16/05/2025	OBSERVACIÓN 2
158	PM.19222	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37772	15/05/2025	OBSERVACIÓN 2
159	PG.9916	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020182	06/05/2025	SUTURAS

160	PG.9917	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020185	07/05/2025	PEDIATRIA
161	PM.19231	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36872	07/05/2025	URGENCIAS
162	PG.9886	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	05/05/2025	UCIN ADULTOS
163	PM.17785	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005533	06/05/2025	UCIN ADULTOS
164	PM.14260	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DE-0B002482	06/05/2025	UCIN ADULTOS
165	PM. 18695	ECOGRAFO	ESAOTE	MYLAB SIGMA	321160	07/05/2025	UCIN ADULTOS
166	PM.19514	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	M21B13990003	06/05/2025	UCIN ADULTOS
167	PM.14384	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	07/05/2025	UCIN ADULTOS
168	PG.2773	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	06/05/2025	UCIN ADULTOS
169	PG.9727	MARCAPASO TRANSCUTÁNEO	MEDTRONIC	5375	CE 1007388P	06/05/2025	UCIN ADULTOS
170	PM.14267	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133365	07/05/2025	UCIN ADULTOS
171	PM.17367	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001833	20/05/2025	UCIN ADULTOS
172	PM.17364	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001837	20/05/2025	UCIN ADULTOS
173	PM.17366	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001834	08/05/2025	UCIN ADULTOS
174	PM.17368	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC15	JM 76001835	07/05/2025	UCIN ADULTOS
175	PM.15520	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-7000	CE-0B127221	07/05/2025	UCIN ADULTOS
176	PM.19216	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13537	06/05/2025	UCIN ADULTOS
177	PM.19272	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009441	08/05/2025	UCIN ADULTOS
178	PM.19248	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008636	09/05/2025	UCIN ADULTOS
179	PM.19224	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0521	07/05/2025	UCIN ADULTOS
180	PM.19273	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009445	10/05/2025	UCIN ADULTOS
181	PM.18810	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027616	09/05/2025	UCIN ADULTOS
182	PM.18731	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006756	12/05/2025	UCIN ADULTOS
183	PM.18694	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006675	06/05/2025	UCIN ADULTOS
184	PM 18690	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006676	12/05/2025	UCIN ADULTOS
185	PM 18691	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-14006689	12/05/2025	UCIN ADULTOS
186	PM 18732	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006757	09/05/2025	UCIN ADULTOS
187	PM 18734	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006759	06/05/2025	UCIN ADULTOS
188	PM 18735	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006760	12/05/2025	UCIN ADULTOS
189	PM 18738	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006763	12/05/2025	UCIN ADULTOS
190	PM 18733	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006758	12/05/2025	UCIN ADULTOS

191	PM 18736	VENTILADOR MECÁNICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	EC-15006761	13/05/2025	UCIN ADULTOS
192	PM.19262	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141171081A1V	13/05/2025	UCIN ADULTOS
193	PG.9918	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020151	08/05/2025	UCIN ADULTOS
194	PM.20659	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASPD-0484	13/05/2025	UCIN ADULTOS
195	PM.14413	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032239	16/05/2025	CONSULTORIO 113
196	PM.14381	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032502	15/05/2025	CONSULTORIO 107
197	PM.14422	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032242	17/05/2025	CONSULTORIO 104
198	PM.14393	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032530	16/05/2025	CONSULTORIO 102
199	PM.14437	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032498	17/05/2025	CONSULTORIO 101
200	PM.14402	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032501	16/05/2025	CONSULTORIO 105
201	PM.14397	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032528	15/05/2025	CONSULTORIO 103
202	PM.5158	BÁSCULA PESA BEBÉ	HEALTH O METER	522KL	5220000325	17/05/2025	CONSULTORIO 107
203	PM.16033	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100362	16/05/2025	CONSULTORIO 112
204	PM.16028	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100007	17/05/2025	CONSULTORIO 101
205	PM.16626	COLPOSCOPIO	LEISEGANG	3MVCS-131112	16-095007	17/05/2025	CONSULTORIO 112
206	PM.19527	DESFIBRILADOR	MINDARY	D3	EZ-26090700	17/05/2025	CONSULTORIO 106
207	PM.14415	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 112
208	PM.14375	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 113
209	PG.8898	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	19/05/2025	CONSULTORIO 104
210	PG.8896	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	19/05/2025	CONSULTORIO 105
211	PG.8881	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	19/05/2025	CONSULTORIO 102
212	PG.1789	FONENDOSCOPIO	RIESTER	DÚPLEX	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 110
213	PG.8877	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	16/05/2025	CONSULTORIO 109
214	PG.5080	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	ADULTO	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 110
215	PG.8884	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	16/05/2025	CONSULTORIO 107
216	PG.8900	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 113
217	PG.9668	FOTOSFORO	WELCH ALLYN	REF. 49000	17080512	16/05/2025	CONSULTORIO 106
218	PM.14416	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	16/05/2025	CONSULTORIO 111
219	PM.14425	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 105
220	PM.14440	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	16/05/2025	CONSULTORIO 107
221	PM.14429	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 102

222	PM.14433	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 113
223	PM.14396	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 108
224	PM.14449	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 112
225	PM.14445	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	16/05/2025	CONSULTORIO 106
226	PM.14376	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	19/05/2025	CONSULTORIO 104
227	PM.15769	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137346	16/05/2025	CONSULTORIO 106
228	PM.19207	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008796	16/05/2025	CONSULTORIO 106
229	NR	SIERRA CORTA YESOS	REDA	31210-21	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 103
230	PG.3881	SIERRA CORTA YESOS	STRYKER	CAST CUTTER	435501093	19/05/2025	CONSULTORIO 104
231	PM.13648	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	05001400011972	16/05/2025	CONSULTORIO 109
232	PM.14427	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122152316	16/05/2025	CONSULTORIO 112
233	PM.14382	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122154621	15/05/2025	CONSULTORIO 113
234	NR	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	150127003128	16/05/2025	CONSULTORIO 106
235	PM.20039	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117141400	17/05/2025	CONSULTORIO 104
236	PM.20040	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117141850	15/05/2025	CONSULTORIO 110
237	PG.8886	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450537	15/05/2025	CONSULTORIO 112
238	PG.8872	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450769	16/05/2025	CONSULTORIO 113
239	PM.16026	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	9101100204	02/05/2025	CONSULTORIOS
240	PM.14444	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	15/05/2025	CONSULTORIO 107
241	PM.14379	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	16/05/2025	CONSULTORIO 103
242	PM.14395	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 101
243	PM.14391	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 109
244	PM.14383	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	17/05/2025	CONSULTORIO 105
245	PM.14435	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	16/05/2025	CONSULTORIO 104
246	PM.14434	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122124527	17/05/2025	CONSULTORIO 103
247	PM.5094	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	80728133832	16/05/2025	CONSULTORIO 104
248	PM.3637	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117222612	19/05/2025	ALMACEN
249	PM.3636	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117222512	19/05/2025	ALMACEN
250	PM.14443	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122120042	17/05/2025	CONSULTORIO 109
251	PM.14438	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122155004	15/05/2025	CONSULTORIO 108
252	PM.14423	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122144400	16/05/2025	CONSULTORIO 110

253	PM.5093	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	90108191836	16/05/2025	CONSULTORIO 111
254	PG.8880	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450774	19/05/2025	CONSULTORIO 102
255	PG.8891	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450534	15/05/2025	CONSULTORIO 104
256	PG.8897	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10465757	19/05/2025	CONSULTORIO 101
257	PG.8899	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450028	16/05/2025	CONSULTORIO 103
258	PG.8903	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450865	16/05/2025	CONSULTORIO 107
259	PG.9683	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R131009430	02/05/2025	TERAPIA FÍSICA
260	PG.9684	ELECTROESTIMULADOR TENS	SKYLARK	SD-610D PLUS	R131009503	03/05/2025	TERAPIA FÍSICA
261	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265907	02/05/2025	TERAPIA FÍSICA
262	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265906	02/05/2025	TERAPIA FÍSICA
263	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295ª-400	NR	03/05/2025	TERAPIA RESPIRATORIA
264	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295ª-400	NR	03/05/2025	TERAPIA RESPIRATORIA
265	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295ª-400	NR	03/05/2025	TERAPIA RESPIRATORIA
266	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295ª-400	NR	02/05/2025	TERAPIA RESPIRATORIA
267	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295ª-400	NR	02/05/2025	TERAPIA RESPIRATORIA
268	NR	MASAJEADOR TERAPEUTICO	WAHL	HOT-COLD 4295ª-400	NR	06/05/2025	TERAPIA RESPIRATORIA
269	PG.9685	MEDIDOR DE PRESIÓN PARA NEUMOTAPONADOR	VBM	MANUJET	171659	06/05/2025	UCIN
270	PM.17068	TANQUE DE PAQUETES FRÍOS	INTERFISICA	12 PAQUETES	170512-1642540076	02/05/2025	TERAPIA FÍSICA
271	PG.9679	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	02/05/2025	TERAPIA FÍSICA
272	PG.9964	SIERRA CORTA YESOS	REDA	NR	31210-21	14/05/2025	PATOLOGÍA
273	PM.17673	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856334180164	13/05/2025	PATOLOGÍA
274	PM.18355	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856288190124	14/05/2025	PATOLOGÍA
275	PM.17672	HORNO DE SECADO	BINDER	FD-S 056	20186300014445	06/05/2025	PATOLOGÍA

Equipos no encontrados, en el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2025 al treinta y uno (31) de mayo de 2025:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	PM.18083	BALANZA DIGITAL	SECA	856	8856288190252	20/05/2025	24939	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
9	NR	BALANZA DIGITAL	SECA	22089	8856252200477	20/05/2025	24940	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
11	PM.7256	BÁSCULA MECÀNICA	TANITA	HA520	NR	20/05/2025	24941	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRIA	EQUIPO NO ENCONTRADO

29	PG.9913	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	20/05/2025	24942	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
30	PG.9914	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NR	20/05/2025	24944	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
53	PG.2097	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	20/05/2025	24945	URGENCIAS	OBSERVACIÓN 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
55	PG.2751	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	20/05/2025	24946	URGENCIAS	SUTURAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
58	PG.2757	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	20/05/2025	24947	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
59	PG.8868	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	20/05/2025	24948	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
60	PG.9920	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	20/05/2025	24963	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
61	PG.9921	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	NR	20/05/2025	24964	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
64	PG.97-8-034	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	20/05/2025	24965	URGENCIAS	SUTURAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
68	NR	LARINGOSCOPIO	SUNMED	5-5052-44	LOTE:230105	20/05/2025	24966	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
78	PM.18487	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE - 120	J3300QJ05803	20/05/2025	24967	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
103	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009208	20/05/2025	24969	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
139	PG.7510	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M13600050056	20/05/2025	24970	URGENCIAS	URGENCIAS PEDIATRÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
142	PG.9878	PULSOXIMETRO	PM.60	MINDRAY	CR-97206422	20/05/2025	24971	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
147	PM.13684	SUCCIONADOR	THOMAS	1640	51400011971	20/05/2025	24972	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
148	PM.19151	SUCCIONADOR	PULMO-MED	7E-C	YU21040356	20/05/2025	24973	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
149	NR	SUCCIONADOR	YUWEL	7E-H1	VU22120217	20/05/2025	24974	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
155	PM.6177	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	90108170310	20/05/2025	24975	URGENCIAS	CONS. TRIAGE 1	EQUIPO NO ENCONTRADO
165	PM.18256	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200507160895	20/05/2025	24976	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
167	PM.18259	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200508104365	20/05/2025	24977	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
178	PG.9849	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	(21)18416531	20/05/2025	24978	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
179	PG.9850	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	(21)18416537	20/05/2025	24980	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
182	PM.19182	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASNC-0133	20/05/2025	24982	URGENCIAS	OBSERVACION 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
183	NR	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SAVINA 300 SELECT	ASNC-0137	20/05/2025	24983	URGENCIAS	OBSERVACION 2	EQUIPO NO ENCONTRADO
199	PG.9915	VIDEO LARINGOSCOPIO	VS-10H	MEDCAPTAIN	1140120020156	20/05/2025	24984	URGENCIAS	URGENCIAS	EQUIPO NO ENCONTRADO
210	PG.2086	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	20/05/2025	24951	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
218	PM.19165	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009417	20/05/2025	24953	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
237	PM.18353	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO SCALES	TCS-200-RT	NR	20/05/2025	24954	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110	EQUIPO NO ENCONTRADO
243	PM.14417	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032529	20/05/2025	24955	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	EQUIPO NO ENCONTRADO

268	PG.8890	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	20/05/2025	24956	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 103	EQUIPO NO ENCONTRADO
283	PM.14436	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	GS300	NR	20/05/2025	24957	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 109	EQUIPO NO ENCONTRADO
308	PG.8870	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10443695	20/05/2025	24958	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	EQUIPO NO ENCONTRADO
317	NR	ELECTROESTIMULADOR TENS	INTENSITY (Roscoe Medical)	TWIN STIMI III	SZ5211265905	20/05/2025	24959	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA	EQUIPO NO ENCONTRADO
319	PG.9626	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	20/05/2025	24960	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
320	PG.9634	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	20/05/2025	24961	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
330	PG.9675	VIBRADOR MASAJEADOR	WAHL	4196	NR	20/05/2025	24962	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA FÍSICA	EQUIPO NO ENCONTRADO

Equipos fuera de servicio, en el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2025 al treinta y uno (31) de mayo de 2025

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES
1	PM.19515	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	460016-M22202410001	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
2	PM.17603	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051464	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
3	PM.18480	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE -120	J3300QJ05802	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
4	PM.19253	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NIHON KODHEN	BSM- 3763K	13540	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
5	PM.19247	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008637	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
6	PM.19522	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560060	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
7	18803	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055904	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO. EQUIPO CUENTA CON PLACA 18803
8	PM. 19158	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141181081A1V	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO. EQUIPO

								CUENTA CON PLACA 19158
9	PM. 19258	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	ADVANCE	201141191081A1V	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO. EQUIPO CUENTA CON PLACA 19258
10	PM.19179	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37839	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
11	PM.19217	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS37274	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
12	PM.19202	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37113	URGENCIAS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
13	PM.17786	ELECTROCARDIÓGRAFO	BENEHEART	MINDRAY	FN-94015126	UCIN ADULTOS	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

Equipos dados de baja, en el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2025 al treinta y uno (31) de mayo de 2025

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES
1	PM.7230	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	URGENCIAS	PEDIATRIA	EQUIPO DADO DE BAJA
2	PM.7252	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 107	EQUIPO DADO DE BAJA
3	PG.8892	FONENDOSCOPIO	TYCOS	ADULTO	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110	EQUIPO DADO DE BAJA
4	PG.7196	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860638A	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 108	EQUIPO DADO DE BAJA
5	PG.9176	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860339	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 106	EQUIPO DADO DE BAJA
6	PG.6710	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860641A	CONSULTA EXTERNA	GINECO OBSTETRICIA	EQUIPO DADO DE BAJA
7	PM.14419	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 110	EQUIPO DADO DE BAJA
8	PM.14418	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122151235	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 102	EQUIPO DADO DE BAJA
9	PG.8893	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP	10450514	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO 105	EQUIPO DADO DE BAJA

Equipos que inicialmente no estaban en el inventario de proyección pero que de igual manera se realizó el mantenimiento preventivo en el periodo primero (01) de mayo de 2025 al treinta y uno (31) de mayo de 2025:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES
19	PM.20659	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	SABINA 300 SELECT	ASPD-0484	13/05/2025	24850	UCIN ADULTOS	UCIN ADULTOS	EQUIPO NO PROYECTADO

El contratista realiza el mantenimiento de los siguientes equipos durante el periodo comprendido del (1) de junio de 2025 al 08 de julio de 2025

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	PM.4289	BÁSCULA MECÁNICA	HEALTH O METER	402KL	4020026379	03/06/2025	24781	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA	EQUIPO PRRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA
2	PM.17784	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DZ-9A005535	04/06/2025	24764	MEDICINA INTERNA	CUARTO DE EQUIPOS	OK
3	PG.2782	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	FD1+	FD1PX02 12443-06	03/06/2025	24782	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA	EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y TAPA DE BATERIA
4	PM.14246	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103265	03/06/2025	24582	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS	EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA. NO POSEE CABLE ECEG
5	PM.19516	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	460016-M22101680003	02/06/2025	24765	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS	OK
6	PG.14439	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	767 SERIES	NR	02/06/2025	24766	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA	OK
7	PM.4686	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	02/06/2025	24767	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA
8	PG.2762	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	04/06/2025	24768	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	OK
9	PM.17604	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	iMEC8	EW-91051463	02/06/2025	24769	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	OK
10	PM.15525	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-9000 EXPRESS	BX-0B137325	04/06/2025	24794	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE Y TAPA DE BATERIA. NO TIENE SENSOR DE OXIMETRIA, BRAZALETE DE NIBP. ENCONTRADO EN ORTOPEDIA
11	PM.19524	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560077	03/06/2025	24788	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	OK
12	PM.19519	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560064	04/06/2025	24770	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	OK
13	PM.18811	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055931	04/06/2025	24772	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE NIBP
14	PM.18808	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027615	04/06/2025	24773	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	OK
15	PM.8357	NEGATOSCOPIO	GENÉRICO	2 CUERPOS	NR	03/06/2025	24783	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS	DETERIORO EN CARCASA

										METALICA POR OXIDACION
16	PG.9604	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316036-M16608510075	03/06/2025	24784	MEDICINA INTERNA	STAN DE ENFERMERÍA	PRESENTA DETERIORO EN TAPA DE BATERIA
17	PM.14447	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122115338	04/06/2025	24774	MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTOS	OK
18	PM.18257	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SERIE 767	200508104475	04/06/2025	24775	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	OK
19	PM.19227	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70(U)XZZS34083	04/06/2025	24776	MEDICINA INTERNA	MEDICINA INTERNA	REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
20	PM.14373	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032213	06/06/2025	24789	ORTOPEDIA	STAN DE ENFERMERÍA	OK
21	PG.7211	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860354	07/06/2025	24824	ORTOPEDIA	STAND DE ENFERMERÍA	OK
22	PM.15524	ELECTROCARDIÓGRAFO	MINDRAY	DECG-03A	CQ-0B103256	06/06/2025	24785	ORTOPEDIA	STAND DE ENFERMERÍA	REQUIERE CAMBIO DE BATERIA SOPORTE
23	PM.4223	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA66C1617I	05/06/2025	24793	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	NO CUENTA CON BATERIA SOPORTE
24	PM.19518	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560049	07/06/2025	24823	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	OK
25	PM.17365	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 15	JM 76001836	07/06/2025	24821	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	OK
26	PM.18673	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4261	05/06/2025	24703	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN ADULTOS
27	PM.18800	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027593	05/06/2025	24790	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	BRAZALETE DE NIBP EN MAL ESTADO
28	PM.13437	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	41400002590	06/06/2025	24747	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	ENCONTRADO EN QUIRURGICOS
29	PM.18351	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	SERIE 767	200818133855	05/06/2025	24791	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	OK
30	PM.18486	DESFIBRILADOR	CU-MEDICAL	CU-HD1	M2S20E072	06/06/2025	24787	URGENCIAS	ORTOPEDIA	OK
31	PM.16031	BÁSCULA PESA BEBÉ	RICE-LAKE	RL-DBS	09101100198	10/06/2025	24737	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
32	PM.14385	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032497	10/06/2025	24730	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
33	PM.19526	DESFIBRILADOR	MINDARY	D3	EZ-26090715	11/06/2025	24743	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
34	NR	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	STAB09860679A	11/06/2025	24745	QUIRÚRGICOS	STAN DE ENFERMERÍA	OK
35	PM.19517	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-1200 EXPRESS	460016-M22101680002	10/06/2025	24734	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
36	PM.4684	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	11/06/2025	24742	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
37	PG.2105	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	11/06/2025	24741	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
38	PM.19523	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560024	11/06/2025	24746	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
39	PM.19520	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X12	261594-M22609560066	09/06/2025	24739	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
40	PM.19230	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0504	11/06/2025	24740	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	DETERIORO EN CABLE ECG

										Y SENSOR DE OXIMETRIA
41	PM.14166	NEBULIZADOR	THOMAS	1145	51400002707	09/06/2025	24792	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	ENCONTRADO EN ORTOPEDIA
42	PM.13410	NEGATOSCOPIO	KRAMER	2 CUERPOS	NR	10/06/2025	24731	QUIRÚRGICOS	QUINTO ALA 1	DETERIORO EN CARCASA METALICA POR OXIDACION
43	PG.9624	PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	316012-M17312310004	09/06/2025	24749	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA. PRESENTA SULFATACION EN PORTA PILAS.
44	PG.8275	PULSOXIMETRO	PENLON	VS-800	BY-78101201	09/06/2025	24738	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y MANCHA EN EL DISPLAY
45	PM.8157	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	080728140939	11/06/2025	24744	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
46	PM.5225	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	TYCOS	090108165337	09/06/2025	24596	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
47	PG.7083	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ESTUCHE	111017185254	09/06/2025	24748	QUIRÚRGICOS	STAN DE ENFERMERÍA	OK
48	PM.19240	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS36886	10/06/2025	24733	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO
49	PM.19219	VENTILADOR ROBUSTO	AEONMED	VG70	VG70 (U) XZZS37155	10/06/2025	24732	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	OK
50	NR	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	80409161658	10/06/2025	24736	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
51	PM.5120	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	597KL	5970006344	16/06/2025	24750	GINECO - PEDIATRIA	STAN DE ENFERMERÍA	OK
52	PM.8403	BÁSCULA PESA BEBÉ	TANITA	BD-585	NR	17/06/2025	24696	GINECO - PEDIATRIA	PASILLO	PRESENTA DETERIORO EN BOTON ON/OFF
53	PM.9201	ELECTROCARDIÓGRAFO	ADVANCED	ECG-3PLUS	SE300B32309865091	16/06/2025	24751	GINECO - PEDIATRIA	PEDIATRIA	OK
54	PG.9629	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	LIGTWEIGHT	NR	16/06/2025	24706	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	OK
55	PM.4683	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	17/06/2025	24754	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	PRESENTA FISURA EN BASE PLASTICA
56	PM.9166	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	GENERAL ELECTRIC	2036870-001	SDW08160050PA	18/06/2025	24820	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	PRESENTA DAÑO EN TAPA DE ACRILICO (FISURA)
57	PG.2090	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	17/06/2025	24752	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	OK
58	PG.2085	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	17/06/2025	24753	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	OK

59	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0522	18/06/2025	24699	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	OK
60	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0520	18/06/2025	24702	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	OK
61	PM.18253	MONITOR DE SIGNOS VITALES	IM50	EDAN	360069-M20506600042	18/06/2025	24707	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	DETERIORO EN CARCASA, NO TIENE TAPA DE BATERIA Y REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE (NO FUNCIONA EN MODO BATERIA)
62	PM.18254	MONITOR DE SIGNOS VITALES	IM50	EDAN	360069-M20506600043	17/06/2025	24700	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA, NO POSEE TAPA DE BATERIA SOPORTE Y NO POSEE SENSOR DE ECG
63	PM.18583	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C50	K5200826028F	17/06/2025	24837	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN
64	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0527	17/06/2025	24594	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO NO CUENTA CON PINZA E INTERFAZ PARA SENSOR DE OXIMETRIA. ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN
65	PM.18802	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A027629	16/06/2025	24329	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE OXIMETRIA Y SENSOR DE TEMPERATURA. EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN
66	PM.18672	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4410	18/06/2025	24309	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA. ENCONTRADO EN URGENCIAS
67	PM.17306	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030006	17/06/2025	24845	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	ENCONTRADO EN GINECOBSTETRICIA
68	PM.17311	MONITOR FETAL	BIOCARE	iC60	L8A612015030005	17/06/2025	24085	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	ENCONTRADO EN

										GINECOBSTETRICIA
69	PM.13408	NEGATOSCOPIO	KRAMER	1 CUERPO	NR	16/06/2025	24819	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	NO HAY CONEXIÓN DE RED ELECTRICA POR TANTO NO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
70	PM.13407	NEGATOSCOPIO	KRAMER	1 CUERPO	NR	16/06/2025	24756	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	OK
71	PM.8926	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	130610133766	18/06/2025	24705	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	OK
72	PM.18350	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	200818111035	18/06/2025	24587	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN
73	PM.20042	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	220117144130	17/06/2025	24729	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO	ENCONTRADO EN QUIRURGICOS
74	PM.14406	BÁSCULA DIGITAL	HEALTH O METER	500KL	5000032533	19/06/2025	24825	IMAGENOLOGÍA	RMN	OK
75	PM.17345	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-84005662	19/06/2025	24836	IMAGENOLOGÍA	RMN	OK
76	PG.2776	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	19/06/2025	24827	IMAGENOLOGÍA	RMN	OK
77	PG.5119	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	19/06/2025	24833	IMAGENOLOGÍA	TAC	OK
78	PM.16045	MÁQUINA DE ANESTESIA	DRAGER	FABIUS MRI	ASCC-0187			IMAGENOLOGÍA	RMN	
79	PM.15832	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	PM-8000 EXPRESS	AA-0B133360	20/06/2025	24834	IMAGENOLOGÍA	TAC	EQUIPO NO POSEE BATERIA DE SOPORTE
80	PM.17346	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SCHILLER	MAGLIFE SERENITY	94510000159			IMAGENOLOGÍA	RMN	
81	PM.19181	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04009181	20/06/2025	24828	IMAGENOLOGÍA	IMAGENOLOGIA	OK
82	PM.4700	SUCCIONADOR	THOMAS	1630	110600002178	19/06/2025	24829	IMAGENOLOGÍA	TAC	OK
83	PM.7250	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	12/06/2025	24795	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
84	PM.7237	BÁSCULA MECÁNICA	TANITA	HA520	NR	14/06/2025	24796	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
85	PM.14364	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-0B002475	14/06/2025	24797	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
86	PM.19573	ELECTROCARDIÓGRAFO	EDAN	SE-601	360251-M20606280013	12/06/2025	24798	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
87	PM.14404	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NA	13/06/2025	24799	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
88	PM.14411	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PARED	NA	12/06/2025	24800	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
89	PM.10006	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00724	13/06/2025	24846	CARDIOLOGÍA	2 PISO	OK
90	PM.10008	HOLTERS	BIOMEDICAL	BI6600	G0502-00732	13/06/2025	24816	CARDIOLOGÍA	3 PISO	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG

			INSTRUMENTS							
91	PM.10007	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00717	13/06/2025	24815	CARDIOLOGÍA	4 PISO	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG
92	PM.10005	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00725	13/06/2025	24814	CARDIOLOGÍA	5 PISO	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG
93	PM.10004	HOLTERS	BIOMEDICAL INSTRUMENTS	BI6600	G0502-00726	13/06/2025	24813	CARDIOLOGÍA	6 PISO	PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG
94	PM.4681	LAMPARA AUXILIAR	WELCH ALLYN	LS-135	NR	13/06/2025	24801	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
95	PG.9919	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	NR	12/06/2025	24802	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
96	NR	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0519	14/06/2025	24804	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
97	PM.15414	SUCCIONADOR	THOMAS	1240 SERIES	121400002809	12/06/2025	24805	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
98	PM.14410	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	PARED	101122155248	14/06/2025	24806	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
99	PM.7184	TENSIÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	OSZ4	200822766	14/06/2025	24807	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
100	PG.8885	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10450870	12/06/2025	24808	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
101	PG.8876	TERMÓMETRO DIGITAL	WELCH ALLYN	SURE TEMP PLUS	10443871	14/06/2025	24809	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
102	PM.17810	STAND DE OFTALMOLOGIA	TOPCON	IS-5500	151772	14/06/2025	24810	CARDIOLOGÍA	1 PISO	EQUIPO PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION
103	PM.17809	SILLON PARA OFTALMOLOGIA	TOPCON	OC-2300	231614	12/06/2025	24811	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
104	PM.17811	MESA ELECTRICA PARA OFTALMOLOGIA	TOPCON	AIT-16	Z1411306	12/06/2025	24812	CARDIOLOGÍA	1 PISO	OK
105	NR-1	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	6102003006301 66	03/06/2025	24759	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	OK
106	NR-3	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	6102003006301 65	03/06/2025	24760	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	OK
107	NR-4	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	6102003006301 58	03/06/2025	24758	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	OK
108	NR-9	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004502 48	07/06/2025	24722	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	OK
109	NR-11	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004501 27	07/06/2025	24717	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	OK
110	NR-12	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004501 32	07/06/2025	24723	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	OK
111	NR-13	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004502 34	07/06/2025	24718	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	OK

112	PG.18700	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210211247237	16/06/2025	24841	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	OK
113	NR-14	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	6102003006301 62	15/06/2025	24724	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
114	NR-15	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	NR	16/06/2025	24726	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
115	NR-16	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	18/06/2025	24727	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
116	NR-17	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004501 22	10/06/2025	24720	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
117	NR-18	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004502 31	13/06/2025	24719	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
118	NR-19	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	14/06/2025	24721	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
119	NR-20	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004502 43	11/06/2025	24762	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
120	NR-21	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	13/06/2025	24763	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
121	NR-22	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	6102003006301 63	17/06/2025	24761	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
122	NR-23	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	13/06/2025	24777	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	MEDICINA INTERNA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION
123	NR-24	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-TH	NR	03/06/2025	24779	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	MEDICINA INTERNA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION, NO FUNCIONA EN MODO REGULADOR
124	NR-25	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K1904015700 60	04/06/2025	24780	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	MEDICINA INTERNA	EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION, NO FUNCIONA EN MODO FULL

Equipos no encontrados, en el periodo comprendido entre el primero (01) de junio de 2025 al ocho (08) de julio de 2025

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES
1	PG.1140	EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	PORTÁTIL	NR	20/06/2025	25068	MEDICINA INTERNA	STAND DE ENFERMERÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
2	PM.18805	MONITOR MULTIPARAMETRO	ADVANCED	PM-200M	Q068A055886	20/06/2025	25069	MEDICINA INTERNA	QUINTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
3	PG.9882	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-97206425	20/06/2025	25070	MEDICINA INTERNA	STAN DE ENFERMERÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
4	NR	FONENDOSCOPIO	LITTMANN	ADULTO	15G49875	20/06/2025	25071	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
5	PM.18702	MONITOR MULTIPARAMETRO	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF4257	20/06/2025	25072	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
6	PM.11020	NEGATOSCOPIO	GENÉRICA	1 CUERPO	NR	20/06/2025	25073	ORTOPEDIA	STAND DE ENFERMERÍA	EQUIPO NO ENCONTRADO
7	PG.8863	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127483	20/06/2025	25075	ORTOPEDIA	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
8	NR	FONENDOSCOPIO	WELCH ALLYN	PEDIATRICO	NR	20/06/2025	25076	QUIRÚRGICOS	CUARTO DE EQUIPOS	EQUIPO NO ENCONTRADO
9	PM.19233	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	EPM10	AC7-04008877	20/06/2025	25077	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
10	PG.9417	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127498	20/06/2025	25078	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO NO ENCONTRADO
11	NR-2	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450128	20/06/2025	25079	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
12	NR-5	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	617-16020047	20/06/2025	25080	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
13	NR-6	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450251	20/06/2025	25081	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
14	NR-10	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	610200300630164	20/06/2025	25082	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
15	VAC- 012 / 9245	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-TH	61K190802660026	20/06/2025	25083	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO
16	PG.18697	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210113247235	20/06/2025	25084	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA	EQUIPO NO ENCONTRADO

Equipos fuera de servicio, en el periodo comprendido entre el primero (01) de junio de 2025 al ocho (08) de julio de 2025

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES

1	PM.14298	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	DG-0B002479	ORTOPEDIA	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
2	PG.9418	PULSOXIMETRO	MINDRAY	PM-60	CR-0B127494	GINECO - PEDIATRIA	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO
3	PG.18698	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210113241395	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TALLER SIIGNMI	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

Equipos dados de baja, en el periodo comprendido entre el primero (01) de junio de 2025 al ocho (08) de julio de 2025

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	UBICACIÓN
1	PM.9562	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	150427192745	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
2	PM.3561	TENSIÓMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	041117230022	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO
3	PM.4639	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5735I	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
4	PM.4629	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PENLON	PM-8000 EXPRESS	AA74C5730I	GINECO - PEDIATRIA	CUARTO PISO
5	PG.18699	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210113241408	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA
6	PG.18701	EQUIPO DE ALTO FLUJO	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	AIRVO 2	210211247236	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	TERAPIA RESPIRATORIA

Equipos que no estaban en el inventario inicial pero que aún así se realizó el mantenimiento preventivo, en el periodo comprendido entre el primero (01) de junio de 2025 al ocho (08) de julio de 2025:

ITEM	PLACA	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	REPORTE	SERVICIO	UBICACIÓN	NOVEDADES
1	NR	TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	ATRIL	80409161658	10/06/2025	24736	QUIRÚRGICOS	CUARTO PISO	EQUIPO NO PROYECTADO
2	NR-14	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	6102003006301 62	15/06/2025	24724	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO PROYECTADO
3	NR-15	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	NR	16/06/2025	24726	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO PROYECTADO
4	NR-16	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	18/06/2025	24727	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO PROYECTADO
5	NR-17	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004501 22	10/06/2025	24720	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO PROYECTADO
6	NR-18	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K2010004502 31	13/06/2025	24719	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO PROYECTADO
7	NR-19	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	14/06/2025	24721	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	UCIN	EQUIPO NO PROYECTADO

8	NR-20	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	61K201000450243	11/06/2025	24762	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	EQUIPO NO PROYECTADO
9	NR-21	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	13/06/2025	24763	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	EQUIPO NO PROYECTADO
10	NR-22	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-C	610200300630163	17/06/2025	24761	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	PABELLON BICENTENARIO	EQUIPO NO PROYECTADO
11	NR-23	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	NR	13/06/2025	24777	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	MEDICINA INTERNA	EQUIPO NO PROYECTADO
12	NR-24	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-300-CH-TH	NR	03/06/2025	24779	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	MEDICINA INTERNA	EQUIPO NO PROYECTADO, NO FUNCIONA EN MODO REGULADOR
13	NR-25	MANOVACUOMETRO	GENTEC	882VR-760-CH-C	61K190401570060	04/06/2025	24780	UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO	MEDICINA INTERNA	EQUIPO NO PROYECTADO, NO FUNCIONA EN MODO FULL

3. **El contratista deberá incluir en el servicio la labor de un coordinador, quien atenderá los requerimientos de tipo administrativo por parte del Supervisor designado por el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.** El contratista incluyó en la labor como supervisor a la ingeniera Biomédica Jennifer Carolina Venegas Alfonso identifica con cedula de ciudadania N° 1'015.405.123. para atender todos los requerimientos de tipo administrativo.

4. **El contratista debe garantizar que el personal relacionado en el ítem 5.2.2. del estudio previo, disponga durante las visitas, las herramientas, equipos, y demás elementos necesarios para adelantar dicha labor con oportunidad y eficacia.** El supervisor manifiesta que, durante las visitas, el personal de servicio (Ingenieros de soporte y auxiliares de soporte) dispuso las herramientas, equipos y demás elementos la ejecución del contrato, siendo estos los siguientes:

   - ✓ Juego de destornilladores de estrella
   - ✓ Juego de destornilladores de pala
   - ✓ Juego de llaves mixta
   - ✓ Juego de llaves Bristol
   - ✓ Juego de llaves torx
   - ✓ Llave expansiva de 2, 8 y 12"
   - ✓ Hombre solo
   - ✓ Alicates, pinzas, martillo
   - ✓ Juego de copas milimétricas
   - ✓ Multímetro

- ✓ Cautín
- ✓ Analizador de desfibriladores:
- ✓ Analizador de incubadoras
- ✓ Analizador de oximetría
- ✓ Simulador de signos vitales
- ✓ Analizador de electro bisturís
- ✓ Analizador de flujo de gas
- ✓ Simulador de presión sanguínea no invasivo
- ✓ Estuche de masas
- ✓ Otros requeridos para las actividades

5. **Prestar el servicio contratado, asegurando el correcto funcionamiento y la operación continua de los equipos biomédicos, evitando las paradas o salidas de operación de los mismos; y dar cumplimiento a las rutinas de mantenimiento según fabricante de cada uno de ellos.** El contratista cumplió con el correcto funcionamiento y operación de los equipos, que están dentro de las especificaciones del contrato.

6. **Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos que operan en el HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E., (Cronograma de mantenimiento), a desarrollar durante la ejecución del contrato; De acuerdo a las recomendaciones del manual de servicio y teniendo en cuenta el servicio donde se encuentran instalados.** La supervisión a través de apoyo a la supervisión manifestó que, el contratista cumplió con el plan de mantenimiento preventivo biomédico de acuerdo con lo requerido contractualmente.

   NOTA: Los equipos que fueron programados y que no se ejecutaron, son aquellos que no fueron encontrados, que estaban fuera de servicio o habían sido dados de baja.


7. **Apoyar al supervisor en la presentación y seguimiento de los indicadores del área de mantenimiento Biomédico, que permitan medir la gestión de la Tecnología Biomédica en la institución, siendo insumo para la formulación e implementación de planes de mejora a que haya lugar.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista apoyó con los datos respectivos para el cumplimiento de los indicadores.

8. **Cuando sea requerido, prestar apoyo en las auditorias de estado de los equipos biomédicos en comodato, previa solicitud del supervisor del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, a la fecha no se han presentado auditorias a los equipos biomédicos en comodato.

9. **Realizar inducción al personal asistencial que labora en los diferentes servicios asistenciales del Hospital, sobre el buen manejo, cuidado y correcto uso de los equipos, y tecnología biomédica de la Empresa; previa solicitud del supervisor del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista capacitó al personal asistencial con el objetivo de dar a conocer el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos. (Se anexa planilla de asistencia).


10. **Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos biomédicos que operan en HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E., objeto del contrato; en las que se incluyan las especificaciones técnicas puntuales para cada equipo.** Durante lo transcurrido de la ejecución del contrato, el contratista cumplió con la actualización de las hojas de vida de los equipos intervenidos, esto, con el objetivo de llevarle una trazabilidad más rigurosa a los mismos.

11. **El contratista debe contar con los equipos necesarios para realizar la labor encomendada, entre los que se encuentran: Analizador de desfibriladores, analizador de incubadoras, analizador de oximetría, simulador de signos vitales, analizador de electro bisturís, analizador de flujo de gas, simulador de presión sanguínea no invasivo, estuche de masas, y certificación de calibración de todos los patrones y demás necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista para contó con los equipos y elementos requeridos para cada mantenimiento preventivo, como se muestra en las siguientes imágenes:



12. **Presentar informes mensuales, en los cuales debe reportar los siguientes Ítems:** (Se adjunta información en el informe del contratista).

    a. **Fallas y daños presentados en los equipos, identificando los equipos, tiempo de no funcionamiento, causa y solución.**
    b. **Mantenimientos realizados identificando los equipos.**
    c. **Actividades desarrolladas identificando los equipos.**
    d. **Riesgos y precauciones básicas identificando los equipos.**
    e. **Inventarios actualizados de equipos.**
    f. **Anexar recibidos a satisfacción de parte de los usuarios identificando los equipos.**



13. **Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista presentó con el informe N°001,N° 002, e informe final con el desarrollo de sus actividades, incluyendo copia de los reportes de los mantenimientos realizados durante lo transcurrido del contrato.

14. **El contratista deberá acatar las directrices impartidas por el supervisor del contrato con referente al plan de contingencia y los protocolos institucionales.** El contratista acató todas las directrices impartidas por la supervisión a través del apoyo a la supervisión.

15. **Comunicar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato, al respectivo funcionario encargado de la Supervisión.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista comunicó y reportó todas las novedades presentadas en el desarrollo de la ejecución del contrato.

16. **Sostener los precios enunciados en la propuesta, hasta el cumplimiento del objeto contractual.** El contratista, durante lo transcurrido del presente contrato, ha sostenido los precios enunciados en la propuesta.

17. **Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del objeto contractual.** El contratista asumió los gastos incurridos y que no estaban contemplados en el presupuesto del contrato.

18. **Suscribir las actas que se generen en el desarrollo del objeto contractual.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista a la fecha ha suscrito el acta de inicio y el acta de liquidación se encuentra en revisión.

Seguidamente, se relaciona el desarrollo de las **obligaciones Específicas** ejecutadas en el periodo nueve (09) de abril del 2025 al ocho (8) de julio del 2025, quedando de la siguiente manera:

I. **El contratista deberá responder por todos los daños que se causen a los equipos biomédicos, durante los mantenimientos preventivos, causados por impericia u omisión de su personal, o por el incumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos. En consecuencia, en caso de presentarse dicha situación, deberá realizar la reposición del equipo en caso de avería total del mismo por uno igual o de mejores características y tecnología que el averiado, o realizar su reparación, de forma inmediata y previo requerimiento del supervisor. La presente situación será soportada con la hoja de vida de cada uno de los equipos.** Durante lo transcurrido del presente contrato, no se han presentado daños a los equipos que interfieran con personal contratado para este proceso.

II. **Realizar acompañamiento en las visitas de habilitación de la secretaria de Salud Departamental en el estándar 3 "Dotación y mantenimiento", en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; previo requerimiento del supervisor.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, a la fecha no se han presentado visitas de habilitación.

III. **Si en la ejecución de las visitas de mantenimiento preventivo, el contratista detecta un mal uso o deficiencia en las condiciones de utilización de los equipos, deberá realizar el reporte y presentarlo al supervisor del contrato designado por la entidad, en el que recomiende las medidas a adoptar para su buen uso.** Durante lo transcurrido del contrato, no se reportaron deficiencias en la utilización de los equipos.

IV. **Constituir las pólizas exigidas y entregarlas oportunamente para su aprobación y mantenerlas vigente todas las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo.** El contratista constituyó las pólizas exigidas oportunamente para su aprobación, manteniendo la vigencia de todas las garantías que amparan el contrato, las cuales reposan en el expediente de este.

V. **Cumplir con los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación.** Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida el 07 mayo de 2025 por el contador público JORGE ALEJANDRO VARGAS CÓRDOBA con tarjeta profesional No.267655-T y firmada por el Representante Legal Suplente CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el nueve (09) de abril del 2025 al treinta (30) de abril del 2025, la certificación expedida 04 junio de 2025 por el contador público JORGE ALEJANDRO VARGAS CÓRDOBA con tarjeta profesional No.267655-T y firmada por el Representante Legal Suplente CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo del 2025 al treinta y uno (31) de mayo del 2025 y la certificación expedida 24 julio de 2025 por el contador público JORGE ALEJANDRO VARGAS CÓRDOBA con tarjeta profesional No.267655-T y firmada por el Representante Legal Suplente CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el primero (01) de junio del 2025 al ocho (08) de julio del 2025.

VI. **Presentar los informes (en medio magnético y /o impreso) solicitados por la Supervisión del contrato.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista presentó el informe en medio magnético para las primeras revisiones de este.

VII. **Asistir a la inducción del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente antes de iniciar las actividades contractuales.** La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista participó de las inducciones dirigidas por las áreas anteriormente mencionadas.

19. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2025	2B05010200800701520	1158	07/02/2025	2510	04/04/2025	ACTAS PARCIALES Y ACTA DE LIQUIDACION	NUEVE (09) DE ABRIL DE 2025	TRES (03) MESES A	OCHO (8) DE JULIO DE 2025.

DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 319.905.588	
VALOR ACTA LIQUIDACION	Nueve (09) de Abril del 2025 al Treinta (30) de Abril del 2025		$ 199.872.824
	Primero (01) de Mayo del 2025 al Treinta y uno (31) de Mayo del 2025		$ 61.561.419
	Primero (01) de Junio del 2025 al Ocho (8) de Julio del 2025		$ 25.195.755
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL HORO			$ 33.275.590
SUMAS IGUALES		$ 319.905.588	$ 319.905.588

Que, las pólizas del contrato de prestación de Servicios **No. CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025** se encuentra vigentes de acuerdo con las condiciones contratadas sin que se requiera ampliación de las mismas, como se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS (ÚLTIMA APROBACIÓN)						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-1012522494	CUMPLIMIENTO	04/04/2025	10/11/2025	08/04/2025	$63.981,117.60
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/04/2025	10/07/2028		$63.981,117.60
		CALIDAD DEL SERVICIO	04/04/2025	10/01/2026		$63.981,117.60
	11-40-101076595	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	04/04/2025	10/07/2025		284.700.000

3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- Que el día 04 de abril de 2025, las partes suscribieron el contrato de la prestación de servicios **No.CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025** cuyo objeto contractual es: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E".** por un valor de **TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 319.905.588), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE SE GENEREN.**

- Que el día nueve (09) de abril de 2025, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025,** por el término de **TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.**

- Que, el 13 de mayo de 2025 se suscribió la transacción N°232 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP82 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025**, en el periodo comprendido entre el (10) de abril del 2025 al Treinta (30) de abril del 2025.

- Que, el 21 de mayo de 2025 se suscribió la transacción N°236 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP83 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025**, en el periodo comprendido entre el del (01) de Mayo del 2025 al Treinta y uno (31) de Mayo del 2025.

- Que, el 19 de junio de 2025 se suscribió la transacción No. 243 por el área de almacén, mediante la factura No. TSP86 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025,** en el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 08 de julio de 2025.

- Que, 5 de agosto de 2025, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA en los numerales 14 - 22, de acuerdo con la certificación No.304.25-227 emitida por el médico especialista en SST, **HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA**, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 09 de abril de 2025 al 08 de julio de 2025 del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025.**

- Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con las certificaciones expedidas por el contador público JORGE ALEJANDRO VARGAS CÓRDOBA con tarjeta profesional No.267655-T de la siguiente manera: certificación del siete (07) de mayo de 2025, certifica el periodo del 09 de abril al 30 de abril de 2025, certificación del 04 de junio de 2025 certifica del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025 y la certificación del 24 de julio de 2025, donde se certifica del 01 de junio de 2025 al 08 de julio de 2025 y firmadas por el Representante Legal Suplente CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, donde certifica que, cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo comprendido entre el nueve (09) de abril de 2025 al ocho (8) de julio de 2025.

- Que la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la Cláusula Octava **"Obligaciones del Contratista"** en los ítem, **1-13,15,17,18,19 y 20** y en las **"Obligaciones Especificas del Contratista" 2-5,7 y 8,** del contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025**, mediante la certificación No. 305-2025-051, expedida el día 5 de agosto de 2025, por la profesional de apoyo a la supervisión, el Ingeniero **GERMAN DARIO PUERTO GUTIERREZ**, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido nueve (09) de abril de 2025 al ocho (8) de julio de 2025.

- Que, las partes suscribieron el día nueve (09) del mes de julio de 2025 acta de terminación bilateral de conformidad con lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMO - SÉPTIMA - TERMINACIÓN del Contrato de Prestación de Servicios No. CD/25-1119 del 04 de abril de 2025, "(...) El presente contrato podrá darse por terminado por: 1). Mutuo acuerdo de las partes 2). Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones. 3). Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 4). Por las demás causales consagradas por el código civil (...)", en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria,

autónoma y espontánea, las partes manifestaron su voluntad de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios No. CD/25-1119 del 04 de abril de 2025, de acuerdo con el numeral 2). "Por vencimiento del plazo contractual." de la cláusula precitada, esto es, hasta el dia ocho (08) de julio de 2025."

- Que, el contrato de prestación de servicios. **CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025,** a la fecha presenta un porcentaje de ejecución presupuestal del **89,60%,** quedando un saldo a favor del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E por un valor TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 33.275.591), sin embargo, el contratista prestó la totalidad de los servicios solicitados durante la ejecución del contrato, en el periodo comprendido entre el nueve (09) de abril de 2025 al ocho (8) de julio de 2025., cumpliendo el total de actividades y obligaciones.

En constancia firma:

RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
Supervisor del contrato
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

GERMAN DARIO PUERTO GUTIERREZ
Profesional de Apoyo Supervisión del contrato
INGENIERO BIOMEDICO

Aprobó: RAÚL YERALDO BARÓN PIRABAN
CARGO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Revisó: ZULY VANESSA AVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo SAF-Contratada

Revisó: KRISS DEL PILAR MARQUEZ SOLANO
Cargo: Prof. Esp. GAF

Elaboró: GERMAN DARIO PUERTO GUTIERREZ
Cargo: Prof. Esp. Ing. Biomédico
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora jurídica
1ª Copia: Contratista
Serie y Subserie: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 305-2025-051

EL SUSCRITO, INGENIERO BIOMÉDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. EN CALIDAD DE PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO **No.CD/25-1119 DEL 4 DE ABRIL DE 2025.**

CERTIFICA:

Que, la empresa 360 PLUS S.A.S, Identificada con NIT. 901.400.915-9, representada legalmente suplente por **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, en conformidad con la ejecución del contrato de prestación de servicios **No.CD/25-1119 DEL 4 DE ABRIL DE 2025**, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E"., ha dado cumplimiento a la Cláusula Octava **"Obligaciones del Contratista"** en los ítems, **1-13,15,17,18,19 y 20** y en las **"Obligaciones Especificas del Contratista"** en los ítems, **2-5,7 y 8** del Contrato en mención, en el período comprendido entre 09 de abril de 2025 al 08 de Julio de 2025.

La presente se expide a los 5 días de mes de Agosto de 2025, como soporte del Acta de Pago de liquidacion del contrato de prestación de Servicios **No. CD/25-1119 DEL 04 DE ABRIL DE 2025.**

GERMAN DARIO PUERTO GUTIERREZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.

Aprobó: KRISS DEK PILAR MARQUEZ SOLANO
Cargo: Prof. Esp. Apoyo Logístico

Proyectó y Revisó: German Dario Puerto Gutiérrez
Cargo: Prof. Apoyo a la supervisión

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie: CONTRATOS-Contrato de Prestación de Servicios.
1ª Copia: SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA MEDICO INDUSTRIAL S.A.S. BIC

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN No. 304.25-227

EL SUSCRITO, MÉDICO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E

CERTIFICA:

Que, la empresa **360 PLUS SAS,** con Nit No. **901400915-9**, representada legalmente (suplente) por el señor **CRISTIAN GILBERT GÓMEZ ARENAS** identificado con cédula de ciudadanía **86.054.045** de Villavicencio, quién de conformidad con el contrato de prestación de servicios **No. CD/25-1119 del 04 de abril de 2025**, cuyo objeto es "*CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.*", ha dado cumplimiento con la **CLÁUSULA *OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:*** a los ítems **11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20** en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el plazo de ejecución del contrato, esto es, desde el **09/04/2025** hasta **08/07/2025.**

Dada en Yopal, a los 05 días, del mes de agosto, de 2025, con destino al Acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios **No. CD/25-1119 del 04 de abril de 2025**.

Darío Hernandez Santacoloma
Médico Reg. 85-625-10
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
Res. 0057 - 2023

Dario Hernandez S
HERNAN DARIO HERNANDEZ SANTACOLOMA
Médico Especialista SST

ANEXO: 0

Dario Hdez
Aprobó: Hernan Dario Hernández Santacoloma
Médico Especialista SST

Revisó: Carmen Iraida Salcedo Gutierrez
Profesional Especializado SST

Proyectó: Bernardo Rodriguez Aviles
Profesional de Apoyo SST

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica
Serie y Subserie. CONTRATOS - Contrato de Prestación de Servicios No. CD/25-1119
1ª Copia: Dirección del Talento Humano - SST
Serie y Subserie: MANUALES – Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para Contratistas y Proveedores (304.144.123)

360 PLUS SAS
NIT 901.400.915-9
CL 16 31 30 CA 8
Tel: (608) 3108574648
Yopal - Colombia
contabilidad360plus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSP 86

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2025, 09:17
Expedición	19/06/2025, 09:17
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.	1.00	21,172,903.00	19 %	4,022,851.57	25,195,754.57

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticinco millones ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Total Bruto	21,172,903.00
IVA 19%	4,022,851.57
Total a Pagar	25,195,754.57

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por $ 25,195,754.57

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094007116 aprobado en 20250604 prefijo TSP desde el número 85 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: d5200f966cf08523e3811be17efc71a09d49fd21a00b6a93bf31a8501a69942045e810d846fec7d3d1094cb42ca22023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.4289	BALANZA - BASCULA DE PISO PARA CONSULTORIO		Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA BALANZA DE CONSULTORIO				PM.4289 BÁSCULA MECÁNICA HEALTH O METER 402KL 4020026379 3/06/2025 MEDICINA INTERNA STAND DE ENFERMERÍA EQUIPO PRRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN BASE METALICA $ 61.052				
PM.17784	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DEFIBRILADOR Pantalla grande de 8,4" TFT a color con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales. Desfibrilación manual, - DEA, - marcapasos y - monitorización ECG, NIBP, SpO2, IBP y Temperatura (Opcional CO2)				PM.17784 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-9A005535 4/06/2025 MEDICINA INTERNA CUARTO DE EQUIPOS OK $ 249.566				
PG.10060	DOPPLER FETAL	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
DOPPLER FETAL, PANTALLA LCD, RANGO DE LATIDOS CARDIACOS FETALES Entre 50 y 210 lpm, PRECISIÓN ± 2 lpm, RESOLUCIÓN1 lpm, POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO Entre 0.5 y 1 W, TIEMPO DE GRABACIÓN Entre 200 y 300s, APAGADO AUTOMÁTICO, TRANSDUCTOR Piezoeléctrico ultrasónico a prueba de agua, BATERÍA LITIO RECARGABLE, INDICADOR DE BATERÍA, PARLANTE Incluido, GRABACIÓN DE AUDIO mínimo 200s, FUNCIONAMIENTO CONTINÚO de mínimo 5 horas, AUTO DETECCIÓN DE TRANSDUCTOR. ACCESORIOS: Una (01) batería recargable, Un (01) gel conductor, Incluye transductor				PG.2782 DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX02 12443-06 3/06/2025 MEDICINA INTERNA STAND DE ENFERMERÍA EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y TAPA DE BATERIA $ 103.986				
PM.14246	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO				PM.14246 ELECTROCARDIÓGRAFO MINDRAY DECG-03A CQ-0B103265 3/06/2025 MEDICINA INTERNA PROCEDIMIENTOS EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA. NO POSEE CABLE ECEG $ 207.972				
PM.19516	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES				PM.19516 ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-1200 EXPRESS 460016-M22101680003 2/06/2025 MEDICINA INTERNA PROCEDIMIENTOS OK $ 207.972				
PG.5079	EQUIPO DE ORGANOS	73	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED				PG.14439 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 2/06/2025 MEDICINA INTERNA STAND DE ENFERMERÍA OK $ 48.527				
PM.4686	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE				PM.4686 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 2/06/2025 MEDICINA INTERNA QUINTO PISO EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 62.392				
PG.2762	LARINGOSCOPIO	8	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2762 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 4/06/2025 MEDICINA INTERNA MEDICINA INTERNA OK $ 34.662				
PM.17604	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17604 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC8 EW-91051463 2/06/2025 MEDICINA INTERNA QUINTO PISO OK $ 270.363				
PM.15525	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.15525 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137325 4/06/2025 MEDICINA INTERNA QUINTO PISO NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE NI TAPA DE BATERIA. NO TIENE SENSORES NI BRAZALETE NIBP. ENCONTRADO EN ORTOPEDIA $ 270.363				
PM.19524	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MULTIPARAMETROS DIMENSIONES: 360MM (+-2) (ANCHO) X 390MM (+-2) (ALTO) X 151MM (+-2) (PROFUNDIDAD). PESO -3.5KG (NO SE INCLUYE BATERÍA). DISEÑO: SLIM.FUNCIONAMIENTO:+0°C A 40°C (32°F 104°F). TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: -20°C A +55°C.				PM.19524 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN X12 261594-M22609560077 3/06/2025 MEDICINA INTERNA QUINTO PISO OK $ 270.363				
PM.19519	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MULTIPARAMETROS DIMENSIONES: 360MM (+-2) (ANCHO) X 390MM (+-2) (ALTO) X 151MM (+-2) (PROFUNDIDAD). PESO -3.5KG (NO SE INCLUYE BATERÍA). DISEÑO: SLIM.FUNCIONAMIENTO:+0°C A 40°C (32°F 104°F). TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: -20°C A +55°C.				PM.19519 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN X12 261594-M22609560064 4/06/2025 MEDICINA INTERNA QUINTO PISO OK $ 270.363				
PM.9218	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18811 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A055931 4/06/2025 MEDICINA INTERNA QUINTO PISO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE NIBP $ 270.363				
PM.9218	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18808 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027615 4/06/2025 MEDICINA INTERNA QUINTO PISO OK $ 270.363				
PM.8357	NEGATOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
NEGATOSCOPIO DOBLE				PM.8357 NEGATOSCOPIO GENÉRICO 2 CUERPOS NR 3/06/2025 MEDICINA INTERNA PROCEDIMIENTOS DETERIORO EN CARCASA METALICA POR OXIDACION $ 34.662				
PG.9604	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	1	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
OXIMETRO DE PULSO - PULSOMETRO				PG.9604 PULSOXIMETRO EDAN H100B 316036-M16608510075 3/06/2025 MEDICINA INTERNA STAN DE ENFERMERÍA PRESENTA DETERIORO EN TAPA DE BATERIA $ 103.986				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.14447 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122115338 4/06/2025 MEDICINA INTERNA PROCEDIMIENTOS OK $ 76.256				
PM.18257	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.18257 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN SERIE 767 200508104475 4/06/2025 MEDICINA INTERNA MEDICINA INTERNA OK $ 76.256				
COMODA2	VENTILADOR SOPORTE PACIENTE	120	Mantenimiento	$540728,00	$643466,00	589723003	19	
COMODATO. VENTILADOR MECANICO DE SOPORTE PARA CUIDADO CRITICO CON PC/APRV PARA ADULTO Y PEDICATRICO, CON CARRO DE TRANSPORTE				PM.19227 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70(U) XZZS34083 4/06/2025 MEDICINA INTERNA MEDICINA INTERNA REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO $ 540.728				
PM.14373	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL				PM.14373 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032213 6/06/2025 ORTOPEDIA STAN DE ENFERMERÍA OK $ 61.052				
PG.10065	DOPPLER FETAL	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
DOPPLER FETAL, PANTALLA LCD, RANGO DE LATIDOS CARDIACOS FETALES Entre 50 y 210 lpm, PRECISIÓN ± 2 lpm, RESOLUCIÓN1 lpm, POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO Entre 0.5 y 1 W, TIEMPO DE GRABACIÓN Entre 200 y 300s, APAGADO AUTOMÁTICO, TRANSDUCTOR Piezoeléctrico ultrasónico a prueba de agua, BATERÍA LITIO RECARGABLE, INDICADOR DE BATERÍA, PARLANTE Incluido, GRABACIÓN DE AUDIO mínimo 200s, FUNCIONAMIENTO CONTINÚO de mínimo 5 horas, AUTO DETECCIÓN DE TRANSDUCTOR. ACCESORIOS: Una (01) batería recargable, Un (01) gel conductor, Incluye transductor				PG.7211 DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX STAB09860354 7/06/2025 ORTOPEDIA STAND DE ENFERMERÍA OK $ 103.986				
PM.15524	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO				PM.15524 ELECTROCARDIÓGRAFO MINDRAY DECG-03A CQ-0B103256 6/06/2025 ORTOPEDIA STAND DE ENFERMERÍA REQUIERE CAMBIO DE BATERIA SOPORTE $ 207.972				
PM.4223	MONITOR SIGNOS VITALES	77	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.4223 MONITOR DE SIGNOS VITALES PENLON PM-8000 EXPRESS AA66C1617I 5/06/2025 ORTOPEDIA CUARTO DE EQUIPOS NO CUENTA CON BATERIA SOPORTE $ 270.363				
PM.19518	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MULTIPARAMETROS DIMENSIONES: 360MM (+-2) (ANCHO) X 390MM (+-2) (ALTO) X 151MM (+-2) (PROFUNDIDAD). PESO -3.5KG (NO SE INCLUYE BATERÍA). DISEÑO: SLIM.FUNCIONAMIENTO:+0°C A 40°C (32°F 104°F). TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: -20°C A +55°C.				PM.19518 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN X12 261594-M22609560049 7/06/2025 ORTOPEDIA CUARTO DE EQUIPOS OK $ 270.363				
PM.17365	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17365 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 15 JM 76001836 7/06/2025 ORTOPEDIA CUARTO DE EQUIPOS OK $ 270.363				
PM.4625	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$540726,00	$643464,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18673 MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER VISTA 120S S2SNF4261 5/06/2025 ORTOPEDIA CUARTO DE EQUIPOS EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN ADULTOS $ 270.363 PM.18800 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027593 5/06/2025 ORTOPEDIA CUARTO DE EQUIPOS BRAZALETE DE TENSION EN MAL ESTADO $ 270.363				
PM.13437	NEBULIZADOR	1	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
NEBILIZADOR PORTATIL				PM.13437 NEBULIZADOR THOMAS 1145 41400002590 6/06/2025 ORTOPEDIA CUARTO DE EQUIPOS ENCONTRADO EN QUIRURGICOS $ 48.527				
PM.18351	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.18351 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN SERIE 767 200818133855 5/06/2025 ORTOPEDIA CUARTO DE EQUIPOS OK $ 76.256				
PM.17523	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR MINDRAY				PM.18486 DESFIBRILADOR CU-MEDICAL CU-HD1 M2S20E072 6/06/2025 URGENCIAS ORTOPEDIA OK $ 249.566				
PM.16031	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA PESA BEBE DIGITAL				PM.16031 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE-LAKE RL-DBS 09101100198 10/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 61.052				
PM.14385	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.14385 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032497 10/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 61.052				
PM.19526	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR CON MARCA PASO EXTERNO PANTALLA DE 7" TIPO LCD RESOLUCIÓN 800X 480 PIXELES ONDAS EN PANTALLA 3 CANALES, TIEMPO DE BARRIDO 165 MAX (ECG) DIMENSIONES: 288MM (W) X 203 MM (D) X 275 MM (H) FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ENTRADA AC VOLTAJE DE LI				PM.19526 DESFIBRILADOR MINDARY D3 EZ-26090715 11/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 249.566				
PG.10064	DOPPLER FETAL	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
DOPPLER FETAL, PANTALLA LCD, RANGO DE LATIDOS CARDIACOS FETALES Entre 50 y 210 lpm, PRECISIÓN ± 2 lpm, RESOLUCIÓN1 lpm, POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO Entre 0.5 y 1 W, TIEMPO DE GRABACIÓN Entre 200 y 300s, APAGADO AUTOMÁTICO, TRANSDUCTOR Piezoeléctrico ultrasónico a prueba de agua, BATERÍA LITIO RECARGABLE, INDICADOR DE BATERÍA, PARLANTE Incluido, GRABACIÓN DE AUDIO mínimo 200s, FUNCIONAMIENTO CONTINÚO de mínimo 5 horas, AUTO DETECCIÓN DE TRANSDUCTOR. ACCESORIOS: Una (01) batería recargable, Un (01) gel conductor, Incluye transductor				NR DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX STAB09860679A 11/06/2025 QUIRÚRGICOS STAN DE ENFERMERÍA OK $ 103.986				
PM.19517	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES				PM.19517 ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-1200 EXPRESS 460016-M22101680002 10/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 207.972				
PM.4684	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE				PM.4684 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 11/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 62.392				
PG.2105	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2105 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 11/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 34.662				
PM.19523	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MULTIPARAMETROS DIMENSIONES: 360MM (+-2) (ANCHO) X 390MM (+-2) (ALTO) X 151MM (+-2) (PROFUNDIDAD). PESO -3.5KG (NO SE INCLUYE BATERÍA). DISEÑO: SLIM.FUNCIONAMIENTO:+0°C A 40°C (32°F 104°F). TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: -20°C A +55°C.				PM.19523 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN X12 261594-M22609560024 11/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 270.363				
PM.19520	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN MULTIPARAMETROS DIMENSIONES: 360MM (+-2) (ANCHO) X 390MM (+-2) (ALTO) X 151MM (+-2) (PROFUNDIDAD). PESO -3.5KG (NO SE INCLUYE BATERÍA). DISEÑO: SLIM.FUNCIONAMIENTO:+0°C A 40°C (32°F 104°F). TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: -20°C A +55°C.				PM.19520 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN X12 261594-M22609560066 9/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 270.363				
PM.14226	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19230 MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0504 11/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO DETERIORO EN CABLE ECG Y SENSOR DE OXIMETRIA $ 270.363				
PM.14166	NEBULIZADOR	1	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
NEBULIZADOR				PM.14166 NEBULIZADOR THOMAS 1145 51400002707 9/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO ENCONTRADO EN ORTOPEDIA $ 48.527				
PM.13410	NEGATOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS				PM.13410 NEGATOSCOPIO KRAMER 2 CUERPOS NR 10/06/2025 QUIRÚRGICOS QUINTO ALA 1 DETERIORO EN CARCASA METALICA POR OXIDACION $ 34.662				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo			**Detalle Transacción:**					
PG.9624	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	6	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
OXIMETRO EDAN H-100B COD 0XH1008			PG.9624 PULSOXIMETRO EDAN H100B 316012-M17312310004 9/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA. PRESENTA SULFATACION EN PORTA PILAS. $ 103.986					
PM.8275	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	33	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
PULSOXIMETRO			PG.8275 PULSOXIMETRO PENLON VS-800 BY-78101201 9/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y MANCHA EN EL DISPLAY $ 103.986					
PG.8157	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED COMPLETO			PM.8157 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 080728140939 11/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 76.256					
PG.5225	TENSIOMETRO	11	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE			PM.5225 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN TYCOS 090108165337 9/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 76.256					
PG.7083	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO PEDIATRICO PORTATIL			PG.7083 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ESTUCHE 111017185254 9/06/2025 QUIRÚRGICOS STAN DE ENFERMERÍA OK $ 76.256					
COMODA3	VENTILADOR SOPORTE PACIENTE	120	Mantenimiento	$1081456,00	$1286933,00	589723003	19	
COMODATO. VENTILADOR MECANICO DE SOPORTE PARA CUIDADO CRITICO CON PC/APRV PARA ADULTO Y PEDICATRICO, CON CARRO DE TRANSPORTE			PM.19240 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS36886 10/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO $ 540.728 PM.19219 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS37155 10/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO OK $ 540.728					
PM.3623	TENSIOMETRO	16	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE			NR TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 80409161658 10/06/2025 QUIRÚRGICOS CUARTO PISO EQUIPO NO PROYECTADO $ 76.256					
PG.5120	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	73	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA DE PISO CON TALLIMETRO			PM.5120 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 597KL 5970006344 16/06/2025 GINECO - PEDIATRIA STAN DE ENFERMERÍA OK $ 61.052					
PM.8403	BASCULA PESA BEBE	245	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA PESA BEBE			PM.8403 BÁSCULA PESA BEBÉ TANITA BD-585 NR 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA PASILLO PRESENTA DETERIORO EN BOTON OFF $ 61.052					
PM.9201	ELECTROCARDIOGRAFO	73	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO			PM.9201 ELECTROCARDIÓGRAFO ADVANCED ECG-3PLUS SE300B32309865091 16/06/2025 GINECO - PEDIATRIA PEDIATRIA OK $ 207.972					
PG.9629	FONENDOSCOPIO	6	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS REF.2450 "LITMAN LIGTHWEIGHTI"COLOR NEGRO			PG.9629 FONENDOSCOPIO LITTMANN LIGTWEIGHT NR 16/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO OK $ 34.662					
PM.4683	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE			PM.4683 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO PRESENTA FISURA EN BASE PLASTICA $ 62.392					
PM.9166	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	73	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL				PM.9166 LAMPARA DE FOTOTERAPIA GENERAL ELECTRIC 2036870-001 SDW08160050PA 18/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO PRESENTA DAÑO EN TAPA DE ACRILICO (FISURA) $ 152.513				
PG.10024	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO CORE RAY CON PANTALLA DE MINIMO DE 2.8, CON CÁMARA ANTIFOG, PARA PACIENTE: ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL, CON BATERÍA INTEGRADA AUTONOMÍA DE MÍNIMO 3 HORAS, ÁNGULO DE ROTACIÓN DE PANTALLA E VISUALIZACIÓN: AN				PG.2090 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO OK $ 34.662				
PG.2085	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2085 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO OK $ 34.662				
PM.14266	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$540726,00	$643464,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				NR MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0522 18/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO OK $ 270.363 NR MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0520 18/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO OK $ 270.363				
PM.18253	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
Monitor de signos vitales, Pantalla: Tipo TFT LCD a color de 8,4" táctil Resolución 800 x 600 dpi, Numero de ondas, Pantalla estándar Letras grandes para cuidados intensivos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST., Batería de Litio interna recargable, Conexión a Central de monitoreo. Debe poseer mínimo los siguientes Parámetros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Detección de Marcapasos. Carro de transporte de 5 ruedas en pintura electrostática, con freno en llantas, canastillas.				PM.18253 MONITOR DE SIGNOS VITALES IM50 EDAN 360069-M20506600042 18/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO DETERIORO EN CARCASA, NO TIENE TAPA DE BATERIA Y REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE (NO FUNCIONA EN MODO BATERIA) $ 270.363				
PM.18254	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
Monitor de signos vitales, Pantalla: Tipo TFT LCD a color de 8,4" táctil Resolución 800 x 600 dpi, Numero de ondas, Pantalla estándar Letras grandes para cuidados intensivos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST., Batería de Litio interna recargable, Conexión a Central de monitoreo. Debe poseer mínimo los siguientes Parámetros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Detección de Marcapasos. Carro de transporte de 5 ruedas en pintura electrostática, con freno en llantas, canastillas.				PM.18254 MONITOR DE SIGNOS VITALES IM50 EDAN 360069-M20506600043 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA, NO POSEE TAPA DE BATERIA SOPORTE Y NO POSEE SENSOR DE ECG $ 270.363				
PM.15525	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$540726,00	$643464,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.18583 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826028F 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA $ 270.363 NR MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0527 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO EQUIPO NO CUENTA CON PINZA DE INTERFAZ PARA SENSOR DE OXIMETRIA. ENCONTRADO EN BODEGA $ 270.363				
PM.15925	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$540726,00	$643464,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.18802 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027629 16/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE OXIMETRIA NI SENSOR DE TEMPERATURA. EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN $ 270.363 PM.18672 MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER VISTA 120S S2SNF4410 18/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA. ENCONTRADO EN URGENCIAS $ 270.363				
PM.17306	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR FETAL				PM.17306 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030006 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO ENCONTRADO EN GINECOOBSTETRICIA $ 221.837				
PM.17311	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17311 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030005 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO ENCONTRADO EN GINECOOBSTETRICIA $ 221.837				
PM.13407	NEGATOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO				PM.13408 NEGATOSCOPIO KRAMER 1 CUERPO NR 16/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO NO HAY CONEXIÓN DE RED ELECTRICA POR TANTO NO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO $ 34.662				
PM.13407	NEGATOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO				PM.13407 NEGATOSCOPIO KRAMER 1 CUERPO NR 16/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO OK $ 34.662				
PG.5944	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO BASE RODANTE				PM.8926 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 130610133766 18/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO OK $ 76.256				
PM.18350	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.18350 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 200818111035 18/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO EQUIPO ENCONTRASO EN BODEGA $ 76.256				
PM. 20042	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE-WELCH ALLYN, REF. 7670-10.				PM.20042 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 220117144130 17/06/2025 GINECO - PEDIATRIA CUARTO PISO ENCONTRADO EN QUIRURGICOS $ 76.256				
PM.14406	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.14406 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032533 19/06/2025 IMAGENOLOGÍA RMN OK $ 61.052				
PM.17345	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR MIDRAY				PM.17345 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3 EZ-84005662 19/06/2025 IMAGENOLOGÍA RMN OK $ 249.566				
PG.2776	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
MANGO PARA LARINGOSCOPIO				PG.2776 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 19/06/2025 IMAGENOLOGÍA RMN OK $ 34.662				
PG.10023	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO CORE RAY CON PANTALLA DE MINIMO DE 2.8, CON CÁMARA ANTIFOG, PARA PACIENTE: ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL, CON BATERÍA INTEGRADA AUTONOMÍA DE MÍNIMO 3 HORAS, ÁNGULO DE ROTACIÓN DE PANTALLA E VISUALIZACIÓN: AN				PG.5119 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 19/06/2025 IMAGENOLOGÍA TAC OK $ 34.662				
PM.20496	MAQUINA DE ANESTESIA	120	Mantenimiento	$526862,00	$626966,00	589723003	19	
MAQUINA DE ANESTECIA; Circuito de paciente adulto, máscara, válvula, circuito de respiración., Monitor multiparamétrico con entradas para toma de datos de signos vitales invasivas, Capnógrafo, Dos (2) Vaporizadores, Software que muestre la sinergia de los agentes anestésicos y prediga sus efectos, Trampa de agua, Cal sodada, Absorbedores CLIC y adaptadores CLIC reusables de 1.500 ml, Botellas de gas, Bandeja escritorio, Riel estándar, Cajón grande, Puerto de la línea de muestra, Línea de muestra.				PM.16045 MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS MRI ASCC-0187 IMAGENOLOGÍA RMN $ 526.862				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86

Estado : Confirmado

Activos Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo			**Detalle Transacción:**				
PM.15832 MONITOR SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
			PM.15832 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-8000 EXPRESS AA-0B133360 20/06/2025 IMAGENOLOGÍA TAC EQUIPO NO POSEE BATERIA SOPORTE $ 270.363				
PM.15838 MONITOR SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
			PM.17346 MONITOR DE SIGNOS VITALES SCHILLER MAGLIFE SERENITY 94510000159 IMAGENOLOGÍA RMN $ 270.363				
PM.15837 MONITOR SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
			PM.19181 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7-04009181 20/06/2025 IMAGENOLOGÍA IMAGENOLOGIA OK $ 270.363				
PM.4700 SUCCIONADOR SUCCIONADOR	50	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
			PM.4700 SUCCIONADOR THOMAS 1630 110600002178 19/06/2025 IMAGENOLOGÍA TAC OK $ 110.918				
PM.14377 BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
			PM.7250 BÁSCULA MECÁNICA TANITA HA520 NR 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 61.052				
PM.14381 BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO BASCULA TALLIMETRO DIGITAL	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
			PM.7237 BÁSCULA MECÁNICA TANITA HA520 NR 14/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 61.052				
PM.14364 DESFIBRILADOR DESFIBRILADOR CON SINCRONISMO CARDIACO Y PALETAS DE DESFIBRILACION PARA ADULTO Y PEDIATRIA	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
			PM.14364 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DG-0B002475 14/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 249.566				
PM.14356 ELECTROCARDIOGRAFO ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
			PM.19573 ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-601 360251-M20606280013 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 207.972				
PG. 10050 EQUIPO DE ORGANOS EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS RECARGABLE LED 3.5 VOLTIOS: 11735-20000 MANGO 71000-C, WELCH ALLYN, REF: 97200CL.	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
			PM.14404 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NA 13/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 48.527				
PM.14411 EQUIPO DE ORGANOS ESTUCHE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
			PM.14411 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NA 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 48.527				
PG. 10006 HOLTER GRABADORA HOLTER E-76	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
			PM.10006 HOLTERS BIOMEDICAL INSTRUMENTS BI6600 G0502-00724 13/06/2025 CARDIOLOGÍA 2 PISO OK $ 103.986				
PG. 10008 HOLTER GRABADORA HOLTER E-76	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
			PM.10008 HOLTERS BIOMEDICAL INSTRUMENTS BI6600 G0502-00732 13/06/2025 CARDIOLOGÍA 3 PISO PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG $ 103.986				
PG. 10007 HOLTER GRABADORA HOLTER E-76	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
			PM.10007 HOLTERS BIOMEDICAL INSTRUMENTS BI6600 G0502-00717 13/06/2025 CARDIOLOGÍA 4 PISO PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG $ 103.986				
PG. 10005 HOLTER GRABADORA HOLTER E-76	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
			PM.10005 HOLTERS BIOMEDICAL INSTRUMENTS BI6600 G0502-00725 13/06/2025 CARDIOLOGÍA 5 PISO PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG $ 103.986				
PG. 10004 HOLTER	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
GRABADORA HOLTER E-76				PM.10004 HOLTERS BIOMEDICAL INSTRUMENTS BI6600 G0502-00726 13/06/2025 CARDIOLOGÍA 6 PISO PRESENTA DETERIORO EN CABLE ECG $ 103.986				
PM.4681	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE				PM.4681 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 13/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 62.392				
PG.9919	MANGO LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
MANGO PARA LARINGOSCOPIO LIVIANO DE FIBRA OPTICA				PG.9919 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 34.662				
PM.14266	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				NR MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0519 14/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 270.363				
PM.15414	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR				PM.15414 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 121400002809 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 110.918				
PG.5944	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO BASE RODANTE				PM.14410 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122155248 14/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 76.256				
PG.5094	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.7184 TENSIÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN OSZ4 200822766 14/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 76.256				
PG.7070	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL PEDIATRICO				PG.8885 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP PLUS 10450870 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 76.256				
PG.5226	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PG.8876 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP PLUS 10443871 14/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 76.256				
PM.17810	STAND OFTALMOLOGIA	120	Mantenimiento	$2039370,00	$2426850,00	589723003	19	
STAND DE OFTALMOLOGIA				PM.17810 STAND DE OFTALMOLOGIA TOPCON IS-5500 151772 14/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO EQUIPO PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION $ 2.039.370				
PM.17809	SILLON DE OFTALMOLOGIA	120	Mantenimiento	$526862,00	$626966,00	589723003	19	
SILLON PARA OFTALMOLOGIA				PM.17809 SILLON PARA OFTALMOLOGIA TOPCON OC-2300 231614 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 526.862				
PM.17809	SILLON DE OFTALMOLOGIA	120	Mantenimiento	$423071,00	$503454,00	589723003	19	
SILLON PARA OFTALMOLOGIA				PM.17811 MESA ELECTRICA PARA OFTALMOLOGIA TOPCON AIT-16 Z1411306 12/06/2025 CARDIOLOGÍA 1 PISO OK $ 423.071				
PG.9622	EQUIPO DE ORGANOS	6	Mantenimiento	$99301,00	$118168,00	589723003	19	
EQUIPO (ESTUCHE) ORGANO DE LOS SENTIDOS REF.92871				PG.18700 EQUIPO DE ALTO FLUJO FISHER & PAYKEL HEALTHCARE AIRVO 2 210211247237 16/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA RESPIRATORIA OK $ 99.301				
PM.20054	TERMOMETRO	120	Mantenimiento	$506075,00	$602229,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
TERMOMETRO DE PARED WELCH ALLYN SERIES 777				NR-1 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 610200300630166 3/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO PABELLON BICENTENARIO OK $ 101.215 NR-3 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 610200300630165 3/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO PABELLON BICENTENARIO OK $ 101.215 NR-4 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 610200300630158 3/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO PABELLON BICENTENARIO OK $ 101.215 NR-9 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 61K201000450248 7/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN OK $ 101.215 NR-11 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 61K201000450127 7/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN OK $ 101.215				
PM.20054 TERMOMETRO		120	Mantenimiento	$202430,00	$240892,00	589723003	19	
TERMOMETRO DE PARED WELCH ALLYN SERIES 777				NR-12 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 61K201000450132 7/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN OK $ 101.215 NR-13 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 61K201000450234 7/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN OK $ 101.215				
PM.20054 TERMOMETRO		120	Mantenimiento	$506075,00	$602229,00	589723003	19	
TERMOMETRO DE PARED WELCH ALLYN SERIES 777				NR-14 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 610200300630162 15/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-15 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C NR 16/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-16 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-760-CH-C NR 18/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-17 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 61K201000450122 10/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-18 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 61K201000450231 13/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215				
PM.20413 TERMOMETRO		120	Mantenimiento	$506075,00	$602229,00	589723003	19	
TERMOMETRO DE PARED WELCH ALLYN SERIES 777				NR-19 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-760-CH-C NR 14/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-20 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 61K201000450243 11/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO PABELLON BICENTENARIO EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-21 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-760-CH-C NR 13/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO PABELLON BICENTENARIO EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-22 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-C 610200300630163 17/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO PABELLON BICENTENARIO EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215 NR-23 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-760-CH-C NR 13/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO MEDICINA INTERNA EQUIPO NO PROYECTADO $ 101.215				
PM.20416 TERMOMETRO		120	Mantenimiento	$202430,00	$240892,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 243

Fecha : 19/06/2025 **Factura :** TSP86

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des

Detalle del activo

TERMOMETRO DE PARED WELCH ALLYN SERIES 777

Detalle Transacción:

NR-24 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-300-CH-TH NR 3/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO MEDICINA INTERNA EQUIPO NO PROYECTADO, NO FUNCIONA EN MODO REGULADOR $ 101.215
NR-25 MANOVACUOMETRO GENTEC 882VR-760-CH-C 61K190401570060 4/06/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO MEDICINA INTERNA EQUIPO NO PROYECTADO, NO FUNCIONA EN MODO FULL $ 101.215

Valor en Letras :

VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 21.172.903,00
Descuento : 0,00
Iva : 4.022.852,00
Rte Fuenta : 2.329.019,00
Rte Ica : 211.729,00
Rte Iva C : 603.428,00
Otras Retenciones : 0,00
Otras Deducciones : 6.300,00
Rte Iva D : 0,00

Total : 22.045.279,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No.003 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD/25-1119 DEL 4 DE ABRIL DE 2025 CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. COMPRENDIDO DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACURA No. TSP86.

GILBERTO NAVARRO PONGUTÁ
Jefe de Almacén Encargado
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

360 PLUS SAS
NIT 901.400.915-9
CL 16 31 30 CA 8
Tel: (608) 3108574648
Yopal - Colombia
contabilidad360plus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSP 83

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/05/2025, 08:35
Expedición	21/05/2025, 08:39
Vencimiento	20/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. PERIODO MAYO DE 2025	1.00	51,732,285.00	19 %	9,829,134.15	61,561,419.15

Total items: 1

Total Bruto	51,732,285.00
IVA 19%	9,829,134.15
Total a Pagar	61,561,419.15

Valor en Letras:
Sesenta y un millones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 61,561,419.15

Observaciones:
SON: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
CUENTA DE AHORROS BBVA – 981573363 – A NOMBRE DE 360 PLUS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072220956 aprobado en 20240603 prefijo TSP desde el número 64 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: b339b9db19e11ea8e623e2be92e30c453527b5750b7c5d29dc08e49b1a3f81c8b1e49dbe51b7844a99f443c6bda2e6b3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.14377	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.14377 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032723 2/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 61.052				
PM.14389	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.14389 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032499 5/05/2025 URGENCIAS TRIAGE OK $ 61.052				
PM.14430	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL				PM.14430 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032493 8/05/2025 URGENCIAS TRIAGE 1 OK $ 61.052				
PM.18352	BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA ELECTRONICA CON TALLIMETRO DISPLAY LED unciones: HOLD, TARA , ajuste a cero y autoapagado, indicador de bateria baja, alimentación: VAC/Hz, con adaptador, plataforma: Con certificado de calibración.				PM.18352 BÁSCULA DIGITAL DETECTO SCALES TCS-200-RT NR 6/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 61.052				
PM.18108	BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA ELECTRONICA CON TALLIMETRO DISPLAY LED unciones: HOLD, TARA , ajuste a cero y autoapagado, indicador de bateria baja, alimentación: VAC/Hz, con adaptador, plataforma: Con certificado de calibración.				PM.18108 BÁSCULA DIGITAL DETECTO SCALES TCS-200-RT NR 8/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 61.052				
PM.14377	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.7132 BÁSCULA MECÁNICA TANITA HA520 NR 7/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 61.052				
PM.14385	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.7246 BÁSCULA MECÁNICA TANITA HA521 NR 15/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 61.052				
PM.14437	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.4258 BÁSCULA MECÁNICA HEALTH O METER 402KL 4020014048 12/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 3 OK $ 61.052				
PM.14389	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.16030 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE-LAKE RL-DBS 09101100440 16/05/2025 URGENCIAS TRIAGE PEDIATRIA OK $ 61.052				
PM.14478	COLUMNA PARA UCI	120	Mantenimiento	$388214,00	$461975,00	589723003	19	
COLUMNA PARA UCI				PM.14516 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000364 8/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 388.214				
PM.18261	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
Desfibrilador, DEA y marcapasos.Funciones de monitorización integradas.Desfibrilación, cardioversión sincronizada.DEA con tecnología bifásica. Administración de dosis de 1J hasta 360J.Diseño compacto: fácil de transportar y usar. Especificaciones Técnicas mínimas Pantalla: Tipo: LCD, TFT color. Dimensiones: 8.4". Resolución: 800x600 pixeles. Ondas en pantalla: 4 Canales. Tiempo de Barrido: 16s Max. (ECG) Fuente de Alimentación: Entrada AC. Voltaje de línea: 100 a 240 VAC (±10%). Corriente: 0.8 a 1.8A. Frecuencia: 50/60Hz (±3Hz). Entrada DC (ConvertidorAC-DC). Voltaje de entrada: 12VDC.Consumo: 190W. Batería: Tipo: 4.5Ah,14.8V, recargable de Lithiumion. Cantidad: Max. 2 Tiempo de carga Aprox: 2 horas a 80% de carga y 3 horas a 100% con el dispositivo apagado. Impresora térmica (alta resolución).				PM.18261 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-05008066 7/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA NO POSEE CABLE ECG $ 249.566				
PM.17523	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR MINDRAY				PM.17523 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-91003487 16/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 249.566				
PM.17781	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DEFIBRILADOR Pantalla grande de 8,4" TFT a color con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales. Desfibrilación manual, - DEA, - marcapasos y - monitorización ECG, NIBP, SpO2, IBP y Temperatura (Opcional CO2) Debido a que los parámetros de monitoreo están integrados, no necesita un monitor de paciente independiente. Potente almacenamiento de datos. Los eventos monitoreados pueden ser exportados al PC o a memoria USB. Administración de dosis de 1J hasta 360J. Cumple requerimiento por golpes, vibraciones y caídas de 0,7m*				PM.17781 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-9A005536 15/05/2025 URGENCIAS OBSERVACION 1 ENCONTRADO EN UCIN ADULTO $ 249.566				
PM.17782	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DEFIBRILADOR Pantalla grande de 8,4" TFT a color con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales. Desfibrilación manual, - DEA, - marcapasos y - monitorización ECG, NIBP, SpO2, IBP y Temperatura (Opcional CO2)				PM.18590 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART 3 EZ-08044864 14/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 249.566				
PM.18004	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR CON MONITOR BIFASICO CON MARCAPASOS, DETECTA CONDICIONES DIFICILES DE DIAGNOSTICAR Y MEJORA LA ATENCION AL PACIENTE				PM.18004 DESFIBRILADOR PHYSIOCONTROL LIFE PACK 20E 486455576 13/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS PEDIATRIA NO POSEE CABLE ECG. EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. $ 249.566				
PM.18262	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
Desfibrilador, DEA y marcapasos.Funciones de monitorización integradas.Desfibrilación, cardioversión sincronizada.DEA con tecnología bifásica. Administración de dosis de 1J hasta 360J.Diseño compacto: fácil de transportar y usar. Especificaciones Técnicas mínimas Pantalla: Tipo: LCD, TFT color. Dimensiones: 8.4". Resolución: 800x600 pixeles. Ondas en pantalla: 4 Canales. Tiempo de Barrido: 16s Max. (ECG) Fuente de Alimentación: Entrada AC. Voltaje de línea: 100 a 240 VAC (±10%). Corriente: 0.8 a 1.8A. Frecuencia: 50/60Hz (±3Hz). Entrada DC (ConvertidorAC-DC). Voltaje de entrada: 12VDC.Consumo: 190W. Batería: Tipo: 4.5Ah,14.8V, recargable de Lithiumion. Cantidad: Max. 2 Tiempo de carga Aprox: 2 horas a 80% de carga y 3 horas a 100% con el dispositivo apagado. Impresora Método: Impresora térmica (alta resolución).				PM.18262 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-05008068 2/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 249.566				
PM.18371	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
Desfibrilador, DEA y marcapasos.Funciones de monitorización integradas.Desfibrilación, cardioversión sincronizada.DEA con tecnología bifásica. Administración de dosis de 1J hasta 360J.Diseño compacto: fácil de transportar y usar. Especificaciones Técnicas mínimas Pantalla: Tipo: LCD, TFT color. Dimensiones: 8.4". Resolución: 800x600 pixeles. Ondas en pantalla: 4 Canales. Tiempo de Barrido: 16s Max. (ECG) Fuente de Alimentación: Entrada AC. Voltaje de línea: 100 a 240 VAC (±10%). Corriente: 0.8 a 1.8A. Frecuencia: 50/60Hz (±3Hz). Entrada DC (ConvertidorAC-DC). Voltaje de entrada: 12VDC.Consumo: 190W. Batería: Tipo: 4.5Ah,14.8V, recargable de Lithiumion. Cantidad: Max. 2 Tiempo de carga Aprox: 2 horas a 80% de carga y 3 horas a 100% con el dispositivo apagado. Impresora Método: Impresora térmica (alta resolución).				PM.18371 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-09009548 3/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 249.566				
PM.17783	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DEFIBRILADOR Pantalla grande de 8,4" TFT a color con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales. Desfibrilación manual, - DEA, - marcapasos y - monitorización ECG, NIBP, SpO2, IBP y Temperatura (Opcional CO2)				PM.17783 DESFIBRILADOR - MONITOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-9A005534 17/05/2025 URGENCIAS SUTURAS OK $ 249.566				
PM.17999	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES MAC 2000 SISTEMA DE ANALISIS ECG, PROGRAMA INTERPRETATIVO PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS. ECG PARA 12 DERIVACIONES, VISTA PREVIA DE ECG EN PANTALLA				PM.17999 ELECTROCARDIÓGRAFO GENERAL ELECTRIC MAC 2000 SPW17400261PA 10/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 207.972				
PM.18249	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAGO Equipo de12 canales, pantalla a color y táctil con Teclado alfanumerico completo y operación a un toque, medición automática e interpretación de pruebas con base de datos CSE/AHA/MIT Características minimas Pantalla táctil a color de alta resolución de 8 " Teclado alfanumérico Filtros completos y tecnología anti-ruido Congelación y revisión de formas de onda de ECG en tiempo real Algoritmo SEMIP avanzado para mediciones e interpretación automáticas Impresora térmica de alta resolución incorporada Contar con memoria interna que se puede ampliar con un disco flash USB Gestión de datos incorporada con revisión de informes Carro de transporte de 5 ruedas en pintura electrosctatica, con freno en llantas, canastillas para poner los accesorios del equipo. Con certificado de calibración, presentación: Unidad"				PM.18249 ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-601 360251-M20606280012 9/05/2025 URGENCIAS PROCEDIMIENTOS OK $ 207.972				
PM.14356	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO				PM.14356 ELECTROCARDIÓGRAFO MINDRAY DECG-03A CQ-0B103267 19/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 207.972				
PM.17666	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-301				PM.17666 ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-301 360625-M19305900009 7/05/2025 URGENCIAS PROCEDIMIENTOS EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. EQUIPO NO POSEE ADAPTADOR AC/DC. NO POSEE CABLE ECG POR TANTO NO SE PUEDEN HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. $ 207.972				
PM.18107	ELECTROCAUTERIO	120	Mantenimiento	$275668,00	$328045,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
ELECTROCAUTERIO. Equipo desecador de alta frecuencia digital. Con uso para la eliminación y destrucción de lesiones cutáneas superficiales y lesiones en membranas mucosas. El equipo debe contar minimo con las siguientes especificaciones técnicas Desecador de alta frecuencia de 40 W Ajustable en incremento de 1/10 W en los primeros 10 W, en monopolar y bipolar Dimensiones: 188mm x 228 x 105mm (H x Wx D) Peso: < 2,26 kg, Potencia de salida bipolar: 40 W 1000 oHm Frecuencia: 40 kHz +/- 20 %, Modulación: 21 kHz /- 10%. Potencia de salida bipolar: 40W 200 Ohm. Frecuencia: 368 kHz +/- 10 % Incluye certificado de Calibracion, presentación: Unidad				PM.18107 ELECTROCAUTERIO BOVIE DERM 942 B4D3719081 12/05/2025 URGENCIAS SUTURAS NO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, YA QUE NO POSEE ACCESORIOS $ 275.668				
PG. 10049	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS RECARGABLE LED 3.5 VOLTIOS: 11735-20000 MANGO 71000-C, WELCH ALLYN, REF: 97200CL.				PM.5077 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 2/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 6 EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO DE OFTALMOSCOPIO. $ 48.527				
PM.14448	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14448 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 5/05/2025 URGENCIAS TRIAGE PEDIATRIA OK $ 48.527				
PM.14387	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14387 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 13/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 48.527				
PG. 10049	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS RECARGABLE LED 3.5 VOLTIOS: 11735-20000 MANGO 71000-C, WELCH ALLYN, REF: 97200CL.				PM.5079 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 13/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 48.527				
PM.14399	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
ESTUCHE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14399 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 13/05/2025 URGENCIAS ESPECIALIDADES REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO EN OFTALMOSCOPIO $ 48.527				
PM.14424	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
ESTUCHE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14424 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 15/05/2025 URGENCIAS SUTURAS OK $ 48.527				
PG. 10049	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS RECARGABLE LED 3.5 VOLTIOS: 11735-20000 MANGO 71000-C, WELCH ALLYN, REF: 97200CL.				PM.15867 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 12/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 3 OK $ 48.527				
PG. 10049	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS RECARGABLE LED 3.5 VOLTIOS: 11735-20000 MANGO 71000-C, WELCH ALLYN, REF: 97200CL.				PM.5192 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 9/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 4 REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO DE OFTALMOSCOPIO $ 48.527				
PG.10083	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANO DIGITAL PORTATIL WELCH ALLYN 97200CL				PM.5289 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 10/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 5 OK $ 48.527				
PM.20408	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANO DIGITAL DE PARED WELCH ALLYN SERIE 777				PM.5190 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 14/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 2 EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 48.527				
PM.15865	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.15865 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 14/05/2025 URGENCIAS CONS. TRIAGE 1 OK $ 48.527				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.4470	EQUIPO DE ORGANOS	33	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED				PM.4470 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 9/05/2025 URGENCIAS CONS. TRIAGE 2 OK $ 48.527				
PM.4471	EQUIPO DE ORGANOS	33	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED				PM.4471 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 19/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 1 OK $ 48.527				
PM.14388	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14388 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 5/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 62.392				
PM.4675	LAMPARA CUELLO DE CISNE	77	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO CISNE				PM.4675 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 13/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 2 PRESENTA DETERIORO EN CARCASA. NO FUNCIONA EL MODO DE LUZ ALTA. PRESENTA DAÑO EN SISTEMA MECANICO $ 62.392				
PM.14400	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14400 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 9/05/2025 URGENCIAS TRIAGE 2 OK $ 62.392				
PM.4678	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE				PM.4678 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 15/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 5 OK $ 62.392				
PM.14380	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14380 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 17/05/2025 URGENCIAS CON. GINECOLOGIA REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO $ 62.392				
PM.4673	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE				PM.4673 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 17/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 62.392				
PM.14405	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14405 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 13/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 62.392				
PM.15559	LAMPARA PIELITICA	120	Mantenimiento	$443674,00	$527972,00	589723003	19	
LAMPARA PIELITICA				PM.15559 LÁMPARA PIELITICA MINDRAY HYLED 760 22-45000027 9/05/2025 URGENCIAS SUTURAS PRESENTA DAÑO EN SISTEMA DE CARGA DE BATERIAS. PRESENTA AVANZADO DETERIORO POR OXIDO $ 443.674				
PG.2102	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2102 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 10/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 34.662				
PG.10026	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO CORE RAY CON PANTALLA DE MINIMO DE 2.8, CON CÁMARA ANTIFOG, PARA PACIENTE: ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL, CON BATERÍA INTEGRADA AUTONOMÍA DE MÍNIMO 3 HORAS, ÁNGULO DE ROTACIÓN DE PANTALLA E VISUALIZACIÓN: AN				PG.2754 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 9/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 34.662 NR LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 10/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 34.662 PG.9852 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 12/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 34.662				
PG.9922	MANGO LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MANGO PARA LARINGOSCOPIO LIVIANO DE FIBRA OPTICA				PG.9922 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 10/05/2025 URGENCIAS SUTURAS OK $ 34.662				
PG.2101	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2101 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 10/05/2025 URGENCIAS SUTURAS OK $ 34.662				
PG.10023	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO CORE RAY CON PANTALLA DE MINIMO DE 2.8, CON CÁMARA ANTIFOG, PARA PACIENTE: ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL, CON BATERÍA INTEGRADA AUTONOMÍA DE MÍNIMO 3 HORAS, ÁNGULO DE ROTACIÓN DE PANTALLA E VISUALIZACIÓN: AN				PG.2763 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 9/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 34.662				
PG.2767	LARINGOSCOPIO	8	Mantenimiento	$69324,00	$82496,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2767 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 8/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 34.662 NR LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60814 NR 9/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 34.662				
PM.17600	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17600 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC8 EW-91051440 5/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 270.363				
PM.15523	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$540726,00	$643464,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19187 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826023F 6/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363 PM.18589 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826024F 2/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA SOPORTE $ 270.363				
PM.15837	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18582 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826025F 3/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 270.363				
PM.15523	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18585 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826044F 9/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 270.363				
PM.15838	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18581 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826030F 12/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 270.363				
PM.15520	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.18586 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826021F 19/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA BOTON ON/OFF EN MAL ESTADO $ 270.363				
PM.14357	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19210 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13538 17/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. NO TIENE ACCESORIOS $ 270.363				
PM.15525	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.19167 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13531 16/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 270.363				
PM.9215	MONITOR SIGNOS VITALES	60	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19162 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009188 14/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 CABLE DE ECG EN MAL ESTADO $ 270.363				
PM.9215	MONITOR SIGNOS VITALES	60	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19270 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008799 16/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA EQUIPO NO POSEE CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA Y LA BATERIA DE SOPORTE SE ENCUENTRA DAÑADA $ 270.363				
PM.9230	MONITOR SIGNOS VITALES	62	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19278 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008915 12/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 270.363				
PM.9215	MONITOR SIGNOS VITALES	60	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19189 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008801 13/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 270.363				
PM.14267	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19264 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008617 14/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.17366	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19186 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008640 16/05/2025 URGENCIAS ULTRACORTA EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE OXIMETRIA $ 270.363				
PM.17364	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19269 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008911 12/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA NO PRESENTA SENSOR DE OXIMETRIA Y MANGUERA DE NIBP $ 270.363				
PM.17364	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19271 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008853 17/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO BRAZALE DE NIBP PRESENTA DETERIORO $ 270.363				
PM.17998	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PANTALLA DE 15" LCD TFT A COLOR, RESOLUCION 1024 X 766 PIXELES, CONFIGURACION MANUAL CON HASTA 8 PERFILES,VISUALIZACION CONFIGURABLES POR EL USUARIO				NR MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7-04008586 15/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 270.363				
PM.17780	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19249 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008914 15/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO EQUIPO NO PRESENTA BATERIA DE SOPORTE $ 270.363				
PM.17778	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19164 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008924 16/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 270.363				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.17998	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PANTALLA DE 15" LCD TFT A COLOR, RESOLUCION 1024 X 766 PIXELES, CONFIGURACION MANUAL CON HASTA 8 PERFILES,VISUALIZACION CONFIGURABLES POR EL USUARIO				PM.19316 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008650 13/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 270.363				
PM.17778	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19228 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009306 15/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA Y MANGUERA DE NIBP $ 270.363				
PM.17779	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19235 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009187 20/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS ENCONTRADO EN UCIN ADULTO $ 270.363				
PM.15525	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.19208 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009249 7/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.15514	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.19250 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009418 16/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA $ 270.363				
PM.14267	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19175 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009273 15/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 270.363				
PM.15520	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.19265 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009256 16/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA EQUIPO ENCONTRADO EN CONSULTA EXTERNA $ 270.363				
PM.17365	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19268 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008860 13/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE OXIMETRIA Y SENSOR DE TEMPERATURA. NO FUNCIONA EN MODO BATERIA $ 270.363				
PM.17365	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19238 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008885 14/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 270.363				
PM.17368	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19163 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009457 15/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 270.363				
PM.17067	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR NEONATAL MULTIPARAMETRO 10.4" ECG, NIBP,SPO2,2P				PM.19613 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009388 14/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 270.363				
PM.17778	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19245 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009433 5/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA. EQUIPO ENONTRADO EN P. BICENTENARIO $ 270.363				
PM.17776	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS				PM.19266 MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0524 7/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 270.363				
PM.17603	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19279 MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0526 7/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 270.363				
PM.17777	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS				PM.19159 MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0523 9/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 270.363				
PM.18252	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
Monitor de signos vitales, Pantalla: Tipo TFT LCD a color de 8,4" táctil Resolución 800 x 600 dpi, Numero de ondas, Pantalla estándar Letras grandes para cuidados intensivos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST., Batería de Litio interna recargable, Conexión a Central de monitoreo. Debe poseer mínimo los siguientes Parámetros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Detección de Marcapasos. Carro de transporte de 5 ruedas en pintura electrostática, con freno en llantas, canastillas.				PM.18252 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM50 360069-M20506600049 10/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y NO CUENTA CON CABLE DE DE ECG $ 270.363				
PM.18348	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
Monitor de Signos Vitales. Especificaciones físicas, Dimensiones máximas 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H),Peso Máximo en Configuración normal; 3,6 kg Características mínimas, Pantalla: Tipo, TFT LCD a color de 8,4" táctil Resolución 800 x 600 dpi,Numero de ondas Hasta 8,Visualización de formas de onda Hasta 11,Interfaz seleccionable Pantalla estándar Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos,				PM.18348 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM50 360069-M20606520018 8/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE Y CABLE DE ECG. PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 270.363				
PM.18347	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
Monitor de Signos Vitales, Dimensiones máximas 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H),Peso Máximo en Configuración normal; ,Pantalla: Tipo TFT LCD a color de 8,4" táctilResolución800 x 600 dpi,Pantallas Letras grandes, Oxicardiorespirografia dinámico visto en pantalla, Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos, Análisis ECG de 7 segmentos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST.,Batería de Litio interna recargable, posee mínimo los siguientes Parámetros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.Detección de Marcapasos, Debe incluir Accesorios tipo adulto.Carro de transporte de 5 ruedas, canastillas.				PM.18347 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM50 360069-M20606520050 6/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS DETERIORO EN CARCASA $ 270.363				
PM.18346	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
Monitor de Signos Vitales, Dimensiones máximas 260 mm (L) x 140 mm (W) x 205 mm (H),Peso Máximo en Configuración normal; ,Pantalla: Tipo TFT LCD a color de 8,4" táctilResolución800 x 600 dpi,Pantallas Letras grandes, Oxicardiorespirografia dinámico visto en pantalla, Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos, Análisis ECG de 7 segmentos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST.,Batería de Litio interna recargable, posee mínimo los siguientes Parámetros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.Detección de Marcapasos, Debe incluir Accesorios tipo adulto.Carro de transporte de 5 ruedas, canastillas.				PM.18346 MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM50 360069-M20606520048 9/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y NO CUENTA CON TAPA DE BATERIA $ 270.363				
PM.17998	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PANTALLA DE 15" LCD TFT A COLOR, RESOLUCION 1024 X 766 PIXELES, CONFIGURACION MANUAL CON HASTA 8 PERFILES,VISUALIZACION CONFIGURABLES POR EL USUARIO				PM.17998 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13528 6/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. NO TIENE ACCESORIOS $ 270.363				
PM.18003	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PANTALLA DE 15" LCD TFT A COLOR, RESOLUCION 1024 X 766 PIXELES, CONFIGURACION MANUAL CON HASTA 8 PERFILES,VISUALIZACION CONFIGURABLES POR EL USUARIO				PM.18003 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13529 8/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO ENCONTRADO EN CIRUGIA $ 270.363				
PM.18251	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
Monitor de signos vitales, Pantalla: Tipo TFT LCD a color de 8,4" táctil Resolución 800 x 600 dpi, Numero de ondas, Pantalla estándar Letras grandes para cuidados intensivos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST., Batería de Litio interna recargable, Conexión a Central de monitoreo. Debe poseer mínimo los siguientes Parámetros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Detección de Marcapasos. Carro de transporte de 5 ruedas en pintura electrostática, con freno en llantas, canastillas.				PM.18251 MONITOR DE SIGNOS VITALES IM50 EDAN 360069-M20506600023 6/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.9230	MONITOR SIGNOS VITALES	62	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.9230 MONITOR DE SIGNOS VITALES ADVANCED PM-1000A+ CC-97109525 15/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS DETERIORO EN CARCASA. ENCONTRADO EN GINECOOBSTETRICIA $ 270.363				
PM.4625	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19236 MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0503 7/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE OXIMETRIA $ 270.363				
PM.4625	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19261 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13533 9/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.15514	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.19252 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13535 13/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.15838	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19239 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7-04009201 16/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS ENCONTRADO EN URGENCIAS PEDIATRIA $ 270.363				
PM.14267	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18674 MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER VISTA 120S S2SNF4225 12/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.17366	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18671 MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER VISTA 120S S2SNF4412 8/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.17364	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18707 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A045661 9/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.17365	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18709 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A045664 19/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.17367	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18708 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A045754 12/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 270.363				
PM.20332	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR SIGNOS VITALES, MINDRAY UMEC10				PM.18740 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A055887 16/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.20324	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR SIGNOS VITALES, MINDRAY UMEC10				PM.18739 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A055846 6/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS ENCONTRADO EN GINECOPEDIATRIA $ 270.363				
PM.20325	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$811089,00	$965196,00	589723003	19	
MONITOR SIGNOS VITALES, MINDRAY UMEC10				PM.20209 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A055825 10/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 270.363 PM.18742 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027671 10/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS REQUIERE CAMBIO DE BATERIA DE SOPORTE $ 270.363 PM.18741 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027551 12/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363				
PM.20333	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$811089,00	$965196,00	589723003	19	
MONITOR SIGNOS VITALES, MINDRAY UMEC10				PM.18743 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027317 17/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 270.363 PM.18806 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027680 16/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE OXIMETRIA $ 270.363 PM.18807 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A055895 3/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 270.363				
PM.20325	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$540726,00	$643464,00	589723003	19	
MONITOR SIGNOS VITALES, MINDRAY UMEC10				PM.18809 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A055929 3/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 270.363 PM.18804 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A045776 16/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. CABLE ECG EN MAL ESTADO $ 270.363				
PG.9880	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PULSO OXIMETRO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIAS RECARGABLES Y CABLE AC				PG.9880 PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 CR-97206423 15/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 103.986				
PG.9877	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
PULSO OXIMETRO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIAS RECARGABLES Y CABLE AC				PG.9877 PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 CR-94202668 15/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 103.986				
PG.9881	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
PULSO OXIMETRO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIAS RECARGABLES Y CABLE AC				PG.9881 PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 CR-97206421 14/05/2025 URGENCIAS TRIAGE PEDIATRIA OK $ 103.986				
PG.9879	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
PULSO OXIMETRO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIAS RECARGABLES Y CABLE AC				PG.9879 PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 CR-97206424 15/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 103.986				
PM.3882	SIERRA PARA YESO	14	Mantenimiento	$124783,00	$148492,00	589723003	19	
SIERRA DE YESO				NR SIERRA CORTA YESOS REDA 31210-21 NR 17/05/2025 URGENCIAS SUTURAS OK $ 124.783				
PM.8203	SUCCIONADOR		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR				PM.8203 SUCCIONADOR THOMAS 1630 110600002284 8/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 110.918				
PM.16797	TENSIOMETRO	1	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE CON SOPORTE MODELO RODABLE				PM.16797 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 160829114275 6/05/2025 URGENCIAS TRIAGE 1 OK $ 76.256				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.14378 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122104856 6/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 76.256				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.14374 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101112122322 7/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 6 OK $ 76.256				
PG.5094	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.14394 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122151020 9/05/2025 URGENCIAS SUTURAS EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN BRAZALETE $ 76.256				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.14398 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122161909 8/05/2025 URGENCIAS SUTURAS OK $ 76.256				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.5003 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 90109084941 10/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 1 OK $ 76.256				
PM.7759	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.7759 TENSIÓMETRO TYCOS PARED 29405036 15/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 2 OK $ 76.256				
PG.5204	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.5204 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 9010931227 13/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 3 OK $ 76.256				
PM.5959	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.5959 TENSIÓMETRO TYCOS PARED 29404975 12/05/2025 URGENCIAS CONSULTORIO 4 OK $ 76.256				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.17691	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMTRO TECNOLOGIA DURASHOCK WELCH ALLYN CON RODACHINES				PM.17691 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 190116170405 12/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS PROCEDIMIENTOS $ 76.256				
PG.7070	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL PEDIATRICO				PM.14407 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122160103 16/05/2025 URGENCIAS CONS. TRIAGE 1 OK $ 76.256				
PM.6302	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.6302 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 99570841 16/05/2025 URGENCIAS CONS. TRIAGE 2 OK $ 76.256				
PM.3634	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO				PM.3634 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 41117214032 16/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 76.256				
PG.5094	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.5226 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 90108182502 14/05/2025 URGENCIAS ULTRACORTA OK $ 76.256				
PM.18258	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.18258 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 200508163775 16/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 76.256				
PM.18260	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.18260 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 200508171455 17/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 1 OK $ 76.256				
PM.18349	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.18349 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 200818111555 13/05/2025 URGENCIAS ULTRACORTA OK $ 76.256				
PM.3563	TENSIOMETRO	16	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PM.3563 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 41117214132 17/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 76.256				
PM.9136	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO				PM.9136 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 70104074130 2/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 76.256				
PM.3633	TENSIOMETRO	16	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PM.3633 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 41117214231 3/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 76.256				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.17599	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO TECNOLOGIA DURASHOCK WELCH ALLYN				PM.17599 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 180604171375 3/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 76.256				
PG.5944	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO BASE RODANTE				PM.8924 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 130611071066 9/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 76.256				
PM. 20043	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE-WELCH ALLYN, REF. 7670-10.				PM.20043 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 220117135350 10/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 76.256				
PM.18255	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.18255 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 200508170925 6/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 76.256				
PM.3627	TENSIOMETRO	16	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PM.3627 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 041117213934 17/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS ENCONTRADO EN QUIRURGICOS $ 76.256				
PG.5225	TENSIOMETRO	11	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PG.8901 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10450767 7/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 76.256				
PM.20492	MAQUINA DE ANESTESIA	120	Mantenimiento	$2162912,00	$2573865,00	589723003	19	
MAQUINA DE ANESTECIA; Circuito de paciente adulto, máscara, válvula, circuito de respiración., Monitor multiparamétrico con entradas para toma de datos de signos vitales invasivas, Capnógrafo, Dos (2) Vaporizadores, Software que muestre la sinergia de los agentes anestésicos y prediga sus efectos, Trampa de agua, Cal sodada, Absorbedores CLIC y adaptadores CLIC reusables de 1.500 ml, Botellas de gas, Bandeja escritorio, Riel estándar, Cajón grande, Puerto de la línea de muestra, Línea de muestra.				PM.19246 VENTILADOR MECÁNICO DRAGER SABINA 300 SELECT ASNC-0134 16/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS PEDIATRIA ENCONTRADO EN CIRUGIA $ 540.728 PM 18737 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006762 14/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 540.728 PM.19180 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS33322 15/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 540.728 PM.19213 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS37177 16/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 540.728				
PM.20484	MAQUINA DE ANESTESIA	120	Mantenimiento	$2162912,00	$2573865,00	589723003	19	
MAQUINA DE ANESTECIA; Circuito de paciente adulto, máscara, válvula, circuito de respiración., Monitor multiparamétrico con entradas para toma de datos de signos vitales invasivas, Capnógrafo, Dos (2) Vaporizadores, Software que muestre la sinergia de los agentes anestésicos y prediga sus efectos, Trampa de agua, Cal sodada, Absorbedores CLIC y adaptadores CLIC reusables de 1.500 ml, Botellas de gas, Bandeja escritorio, Riel estándar, Cajón grande, Puerto de la línea de muestra, Línea de muestra.				PM.19226 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70(U) XZZS37358 19/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 540.728 PM.19225 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS37243 8/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 540.728 PM.19206 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS34192 16/05/2025 URGENCIAS P. BICENTENARIO OK $ 540.728 PM.19199 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS30111 10/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 540.728				
PM.20488	MAQUINA DE ANESTESIA	120	Mantenimiento	$1622184,00	$1930399,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MAQUINA DE ANESTECIA; Circuito de paciente adulto, máscara, válvula, circuito de respiración., Monitor multiparamétrico con entradas para toma de datos de signos vitales invasivas, Capnógrafo, Dos (2) Vaporizadores, Software que muestre la sinergia de los agentes anestésicos y prediga sus efectos, Trampa de agua, Cal sodada, Absorbedores CLIC y adaptadores CLIC reusables de 1.500 ml, Botellas de gas, Bandeja escritorio, Riel estándar, Cajón grande, Puerto de la línea de muestra, Línea de muestra.				PM.19267 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS36921 13/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 EQUIPO ENCONTRADO EN P. BICENTENARIO $ 540.728 PM.19157 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70(U) XZZS33729 16/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 540.728 PM.19222 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS37772 15/05/2025 URGENCIAS OBSERVACIÓN 2 OK $ 540.728			
PG.9916	VIDEO LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$322797,00	$384128,00	589723003	19	
VIDEO LARINGOSCOPIO CON CAMARA PARA VISUALIZAR				PG.9916 VIDEO LARINGOSCOPIO VS-10H MEDCAPTAIN 1140120020182 6/05/2025 URGENCIAS SUTURAS NO POSEE CABLE DE CARGADOR DE BATERIA $ 322.797 322797				
PG.9917	VIDEO LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$322797,00	$384128,00	589723003	19	
VIDEO LARINGOSCOPIO CON CAMARA PARA VISUALIZAR				PG.9917 VIDEO LARINGOSCOPIO VS-10H MEDCAPTAIN 1140120020185 7/05/2025 URGENCIAS PEDIATRIA OK $ 322.797				
PM.20496	MAQUINA DE ANESTESIA	120	Mantenimiento	$540728,00	$643466,00	589723003	19	
MAQUINA DE ANESTECIA; Circuito de paciente adulto, máscara, válvula, circuito de respiración., Monitor multiparamétrico con entradas para toma de datos de signos vitales invasivas, Capnógrafo, Dos (2) Vaporizadores, Software que muestre la sinergia de los agentes anestésicos y prediga sus efectos, Trampa de agua, Cal sodada, Absorbedores CLIC y adaptadores CLIC reusables de 1.500 ml, Botellas de gas, Bandeja escritorio, Riel estándar, Cajón grande, Puerto de la línea de muestra, Línea de muestra.				PM.19231 VENTILADOR ROBUSTO AEONMED VG70 VG70 (U) XZZS36872 7/05/2025 URGENCIAS URGENCIAS OK $ 540.728				
PM.4270	BALANZA - BASCULA DE PISO PARA CONSULTORIO		Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA BALANZA DE CONSULTORIO				PG.9886 BÁSCULA MECÁNICA TANITA HA520 NR 5/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 61.052				
PM.17785	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DEFIBRILADOR Pantalla grande de 8,4" TFT a color con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales. Desfibrilación manual, - DEA, - marcapasos y - monitorización ECG, NIBP, SpO2, IBP y Temperatura (Opcional CO2)				PM.17785 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ-9A005533 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS ENCONTRADO EN GINECOPEDIATRIA $ 249.566				
PM.14260	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR CON SINCRONISMO CARDIACO Y PALETAS DE DESFIBRILACION PARA ADULTO Y PEDIATRIA				PM.14260 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DE-0B002482 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. EQUIPO NO POSEE CABLE DE ECG Y BATERIA DE SOPORTE. REQUIERE PAPEL DE IMPRESIÓN $ 249.566				
PM.20627	ECOGRAFO	120	Mantenimiento	$1039861,00	$1237435,00	589723003	19	
ECOGRAFO ESTACIONARIO; MARCA ,GENERAL ELECTRIC, MODELO VOLUSON S10 EXPERT ACCESORIOS - Un (01) Cable de alimentación de grado hospitalario - Cuatro (04) Porta transductores - Cinco (05) rollos de papel de impresión - Un (01) gel térmico				PM. 18695 ECOGRAFO ESAOTE MYLAB SIGMA 321160 7/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS EQUIPO PRESENTA DAÑO EN PUERTO DE CONEXIÓN PRINCIPAL DE TRANSDUCTORES. EQUIPO CUENTA CON PLACA 18695 $ 1.039.861				
PM.9201	ELECTROCARDIOGRAFO	73	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
ELECTROCARDIOGRAFO				PM.19514 ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-1200 EXPRESS M21B13990003 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 207.972				
PM.14384	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14384 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 7/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 62.392				
PG.2773	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
MANGO PARA LARINGOSCOPIO				PG.2773 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 34.662				
PM.14260	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR CON SINCRONISMO CARDIACO Y PALETAS DE DESFIBRILACION PARA ADULTO Y PEDIATRIA				PG.9727 MARCAPASO TRANSCUTÁNEO MEDTRONIC 5375 CE 1007388P 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 207.972				
PM.14267	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.14267 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-8000 EXPRESS AA-0B133365 7/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 270.363				
PM.17367	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17367 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC15 JM 76001833 20/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 270.363				
PM.17364	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17364 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC15 JM 76001837 20/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 270.363				
PM.17366	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17366 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC15 JM 76001834 8/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 270.363				
PM.17368	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17368 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC15 JM 76001835 7/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS ENCONTRADO EN CIRUGIA $ 270.363				
PM.15520	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.15520 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-7000 CE-0B127221 7/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS DETERIORO EN CARCASA. NO PRESENTA BATERIA DE SOPORTE $ 270.363				
PM.9218	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19216 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13537 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS PRESENTA DETERIORO EN BRAZALATE DE NIBP $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19272 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009441 8/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS NO TIENE CABLE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA $ 270.363				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.9227	MONITOR SIGNOS VITALES	77	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19248 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008636 9/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 270.363				
PM.9229	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19224 MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0521 7/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 270.363				
PM.4630	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19273 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7-04009445 10/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 270.363				
PM.9229	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18810 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A027616 9/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE TEMPERATURA $ 270.363				
COMODA1	VENTILADOR SOPORTE PACIENTE	120	Mantenimiento	$2162912,00	$2573865,00	589723003	19	
COMODATO. VENTILADOR MECANICO DE SOPORTE PARA CUIDADO CRITICO CON PC/APRV PARA ADULTO Y PEDICATRICO, CON CARRO DE TRANSPORTE				PM.18731 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006756 12/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM.18694 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-14006675 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM 18690 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-14006676 12/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM 18691 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-14006689 12/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728				
COMODA2	VENTILADOR SOPORTE PACIENTE	120	Mantenimiento	$2162912,00	$2573865,00	589723003	19	
COMODATO. VENTILADOR MECANICO DE SOPORTE PARA CUIDADO CRITICO CON PC/APRV PARA ADULTO Y PEDICATRICO, CON CARRO DE TRANSPORTE				PM 18732 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006757 9/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM 18734 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006759 6/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM 18735 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006760 12/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM 18738 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006763 12/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728				
COMODA1	VENTILADOR SOPORTE PACIENTE	120	Mantenimiento	$1622184,00	$1930399,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
COMODATO. VENTILADOR MECANICO DE SOPORTE PARA CUIDADO CRITICO CON PC/APRV PARA ADULTO Y PEDICATRICO, CON CARRO DE TRANSPORTE				PM 18733 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006758 12/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM 18736 VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3 EC-15006761 13/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS OK $ 540.728 PM.19262 VENTILADOR MECÁNICO NEUMOVENT ADVANCE 201141171081A1V 13/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS ENCONTRADO EN UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL $ 540.728				
PG.9918	VIDEO LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$322797,00	$384128,00	589723003	19	
VIDEO LARINGOSCOPIO CON CAMARA PARA VISUALIZAR				PG.9918 VIDEO LARINGOSCOPIO VS-10H MEDCAPTAIN 1140120020151 8/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS SE CORRIGE NUMERO DE SERIE 1040120020151 POR NUMERO DE SERIE 1140120020151. ENCONTRADO EN CIRUGIA $ 322.797				
COMODA2	VENTILADOR SOPORTE PACIENTE	120	Mantenimiento	$540728,00	$643466,00	589723003	19	
COMODATO. VENTILADOR MECANICO DE SOPORTE PARA CUIDADO CRITICO CON PC/APRV PARA ADULTO Y PEDICATRICO, CON CARRO DE TRANSPORTE				PM.20659 VENTILADOR MECÁNICO DRAGER SABINA 300 SELECT ASPD-0484 13/05/2025 UCIN ADULTOS UCIN ADULTOS EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN PROYECCION $ 540.728				
PM.14413	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL				PM.14413 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032239 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 113 OK $ 61.052				
PM.14381	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL				PM.14381 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032502 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 107 OK $ 61.052				
PM.14422	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL				PM.14422 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032242 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 OK $ 61.052				
PM.14393	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL				PM.14393 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032530 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 102 OK $ 61.052				
PM.14437	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.14437 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032498 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 101 OK $ 61.052				
PM.14402	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.14402 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032501 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 105 OK $ 61.052				
PM.14397	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	1	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA TALLIMETRO DIGITAL ADULTO				PM.14397 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000032528 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 103 OK $ 61.052				
PM.4259	BALANZA - BASCULA DE PISO PARA CONSULTORIO		Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
BASCULA BALANZA DE CONSULTORIO				PM.5158 BÁSCULA PESA BEBÉ HEALTH O METER 522KL 5220000325 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 107 PRESENTA FALLA EN ADAPTADOR AC/DC $ 61.052				
PM.16033	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA PESA BEBE DIGITAL				PM.16033 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE-LAKE RL-DBS 9101100362 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 112 OK $ 61.052				
PM.4259	BALANZA - BASCULA DE PISO PARA CONSULTORIO		Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA BALANZA DE CONSULTORIO				PM.16028 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE-LAKE RL-DBS 09101100007 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 101 OK $ 61.052				
PM.16626	VIDEO COLPOSCOPIO	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
VIDEOCOLPOSCOPIO COMPUESTO POR: Dispositivo graduable para tres aumentos 3,75X, 7,5X, 15X; Distancia de trabajo 300 mm; Filtro verde incorporado para la visulalización de vasos; Luz LED de 20.000 horas de vida util, Control de intensidad luminosa según magnificación deseada, Visión vinocular graduable y corregible ante problemas de visón; Controles de movimientos microy macrometricos; salida de video USB para conexión PC, Sistema de imagen en vivo de alta resolución, software para captura de imagenes COLPOSOFT				PM.16626 COLPOSCOPIO LEISEGANG 3MVCS-131112 16-095007 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 112 OK $ 249.566				
PM.19527	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR CON MARCA PASO EXTERNO PANTALLA DE 7" TIPO LCD RESOLUCIÓN 800X 480 PIXELES ONDAS EN PANTALLA 3 CANALES, TIEMPO DE BARRIDO 165 MAX (ECG) DIMENSIONES: 288MM (W) X 203 MM (D) X 275 MM (H) FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ENTRADA AC VOLTAJE DE LI				PM.19527 DESFIBRILADOR MINDARY D3 EZ-26090700 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 106 OK $ 249.566				
PM.14415	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
ESTUCHE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14415 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 112 OK $ 48.527				
PM.14375	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
ESTUCHE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14375 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 113 OK $ 48.527				
PG.8898	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.8898 FONENDOSCOPIO TYCOS ADULTO NR 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 EQUIPO NO TIENE CAMPANA $ 34.662				
PG.8896	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.8896 FONENDOSCOPIO TYCOS ADULTO NR 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 105 OK $ 34.662				
PG.8881	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.8881 FONENDOSCOPIO TYCOS ADULTO NR 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 102 OK $ 34.662				
PG.1789	FONENDOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO				PG.1789 FONENDOSCOPIO RIESTER DÚPLEX NR 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 110 OK $ 34.662				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.8877	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.8877 FONENDOSCOPIO TYCOS ADULTO NR 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 109 OK $ 34.662				
PG.5080	FONENDOSCOPIO	36	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO				PG.5080 FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN ADULTO NR 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 110 OK $ 34.662				
PG.8884	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.8884 FONENDOSCOPIO TYCOS ADULTO NR 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 107 OK $ 34.662				
PG.8875	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.8900 FONENDOSCOPIO TYCOS ADULTO NR 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 113 OK $ 34.662				
PG.9668	FOTOSFORO	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
FOTOFOR DE LUZ FRIA REF: 49020				PG.9668 FOTOSFORO WELCH ALLYN REF. 49000 17080512 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 106 OK $ 48.527				
PM.14416	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14416 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 111 OK $ 62.392				
PM.14425	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14425 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 105 OK $ 62.392				
PM.14440	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14440 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 107 OK $ 62.392				
PM.14429	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14429 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 102 OK $ 62.392				
PM.14433	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14433 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 113 OK $ 62.392				
PM.14396	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14396 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 108 OK $ 62.392				
PM.14449	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14449 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 112 OK $ 62.392				
PM.14445	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14445 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 106 OK $ 62.392				
PM.14376	LAMPARA CUELLO DE CISNE	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA HALOGENA DE EXAMEN O CUELLO CISNE				PM.14376 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN GS300 NR 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 OK $ 62.392				
PM.4625	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.15769 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137346 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 106 NO POSEE BATERIA DE SOPORTE Y SENSOR DE OXIMETRIA. CABLE ECG EN MAL ESTADO $ 270.363				
PM.4625	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19207 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04008796 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 106 PRESENTA DETERIORO EN BRAZALETE $ 270.363				
PM.3882	SIERRA PARA YESO	14	Mantenimiento	$124783,00	$148492,00	589723003	19	
SIERRA DE YESO				NR SIERRA CORTA YESOS REDA 31210-21 NR 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 103 OK $ 124.783				
SIERRA2	SIERRA PARA YESO	59	Mantenimiento	$124783,00	$148492,00	589723003	19	
SIERRA RECIPROCANTE DE ESTERNOTOMO, ESTERNOTOMO NEUMATICO				PG.3881 SIERRA CORTA YESOS STRYKER CAST CUTTER 435501093 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 OK $ 124.783				
PM.13648	ASPIRADORA PARA YESO	1	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
ASPIRADOR PORTATIL REF1630 GL				PM.13648 SUCCIONADOR THOMAS 1630 05001400011972 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 109 OK $ 110.918				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.14427 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122152316 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 112 OK $ 76.256				
PG.5944	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$152512,00	$181489,00	589723003	19	
TENSIOMETRO BASE RODANTE				PM.14382 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122154621 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 113 OK $ 76.256 NR TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ESTUCHE 150127003128 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 106 OK $ 76.256				
PM. 20039	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE - WELCH ALLYN, REF: 7670-10.				PM.20039 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 220117141400 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 OK $ 76.256				
PM. 20040	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE-WELCH ALLYN, REF. 7670-10.				PM.20040 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 220117141850 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 110 OK $ 76.256				
PG.5225	TENSIOMETRO	11	Mantenimiento	$152512,00	$181489,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PG.8886 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10450537 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 112 OK $ 76.256 PG.8872 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10450769 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 113 OK $ 76.256			
PM.16026	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA PESA BEBE DIGITAL				PM.16026 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE-LAKE RL-DBS 9101100204 2/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIOS ENCONTRADO EN CIRUGIA $ 61.052				
PM.14444	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14444 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 107 ENCONTRADO EN URGENCIAS (URGENCIOLOGIA) $ 48.527				
PM.14379	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14379 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 103 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. REQUIERE BOMBILLOS PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO. $ 48.527				
PM.14395	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14395 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 101 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 48.527				
PM.14391	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14391 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 109 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. PRESENTA FALLA EN LED EMISOR Y RECEPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO. REQUIERE BOMBILLOS PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO. $ 48.527				
PM.14383	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14383 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 105 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA. PRESENTA FALLA EN LED EMISOR Y RECEPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL OFTALMOSCOPIO. REQUIERE BOMBILLOS PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO. $ 48.527				
PM.14435	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
ESTUCHE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14435 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN 767 SERIES NR 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. REQUIERE BOMBILLOS PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO. $ 48.527				
PG.5003	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.14434 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122124527 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 103 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA. NO TIENE PERA Y BRAZALETE $ 76.256				
PG.5094	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
TENSIOMETRO DE PARED				PM.5094 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 80728133832 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. PRESENTA DETERIORO EN PERA $ 76.256				
PM.3637	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO				PM.3637 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 041117222612 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA ALMACEN EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA. PRESENTA DETERIORO EN PERA $ 76.256				
PM.3636	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO				PM.3636 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 041117222512 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA ALMACEN EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. NO POSEE PERA $ 76.256				
PM.7759	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.14443 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122120042 17/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 109 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. NO TIENE PERA $ 76.256				
PM.6302	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$152512,00	$181489,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.14438 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122155004 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 108 ENCONTRADO EN URGENCIAS (URGENCIOLOGIA) $ 76.256 PM.14423 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 101122144400 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 110 ENCONTRADO EN URGENCIAS CONSULTORIO 5 $ 76.256				
PM.18257	TENSIOMETRO	120	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE SERIE 767 RODABLE El equipo debe poseer mínimo una precisión certificada a ± 3 mm Hg. Poser atril base de 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad (mínimo de 100 cm de altura) Carátula de lectura mínimo de 15 cm, Equipo debe ser Sin látex y mercurio Incluir Certificado de Calibracion.				PM.5093 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 90108191836 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 111 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. PRESENTA DETERIORO EN PERA $ 76.256				
PM.15528	TENSIOMETRO	1	Mantenimiento	$381280,00	$453723,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEIROIDES CON RODACHINES				PG.8880 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10450774 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 102 ENCONTRADO EN URGENCIAS CONSULTORIO 1 $ 76.256 PG.8891 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10450534 15/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 104 ENCONTRADO EN URGENCIAS CONSULTORIO 5 $ 76.256 PG.8897 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10465757 19/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 101 ENCONTRADO EN URGENCIAS CONSULTORIO 4 $ 76.256 PG.8899 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10450028 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 103 ENCONTRADO EN URGENCIAS CONSULTORIO 2 $ 76.256 PG.8903 TERMÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN SURE TEMP 10450865 16/05/2025 CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 107 ENCONTRADO EN URGENCIAS CONSULTORIO 3 $ 76.256				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.9683	TENS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
TENS EMS PORTATIL 2C DIGITAL, COLOR BEIS				PG.9683 ELECTROESTIMULADOR TENS SKYLARK SD-610D PLUS R131009430 2/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA FÍSICA NO POSEE CABLE AC/DC $ 48.527				
PG.9684	TENS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
TENS EMS PORTATIL 2C DIGITAL, COLOR BEIS				PG.9684 ELECTROESTIMULADOR TENS SKYLARK SD-610D PLUS R131009503 3/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA FÍSICA NO POSEE PARCHES PARA ESTIMULACION $ 48.527				
PG.9684	TENS	120	Mantenimiento	$97054,00	$115494,00	589723003	19	
TENS EMS PORTATIL 2C DIGITAL, COLOR BEIS				NR ELECTROESTIMULADOR TENS "INTENSITY (Roscoe Medical)" TWIN STIMI III SZ5211265907 2/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA FÍSICA OK $ 48.527 NR ELECTROESTIMULADOR TENS "INTENSITY (Roscoe Medical)" TWIN STIMI III SZ5211265906 2/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA FÍSICA NO POSEE PARCHES PARA ESTIMULACION $ 48.527				
PG.9678	VIBROMASAJEADOR	120	Mantenimiento	$623916,00	$742460,00	589723003	19	
VIBRADOR MASAJEADOR WAHL COD EL V01C				NR MASAJEADOR TERAPEUTICO WAHL "HOT-COLD 4295ª-400" NR 3/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA RESPIRATORIA PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 207.972 NR MASAJEADOR TERAPEUTICO WAHL "HOT-COLD 4295ª-400" NR 3/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA RESPIRATORIA OK $ 207.972 NR MASAJEADOR TERAPEUTICO WAHL "HOT-COLD 4295ª-400" NR 3/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA RESPIRATORIA PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 207.972				
PG.9678	VIBROMASAJEADOR	120	Mantenimiento	$623916,00	$742460,00	589723003	19	
VIBRADOR MASAJEADOR WAHL COD EL V01C				NR MASAJEADOR TERAPEUTICO WAHL "HOT-COLD 4295ª-400" NR 2/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA RESPIRATORIA OK $ 207.972 NR MASAJEADOR TERAPEUTICO WAHL "HOT-COLD 4295ª-400" NR 2/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA RESPIRATORIA OK $ 207.972 NR MASAJEADOR TERAPEUTICO WAHL "HOT-COLD 4295ª-400" NR 6/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA RESPIRATORIA PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 207.972				
PG.9685	MEDIDOR DE LLEGADO CONTROL DE PRESION	120	Mantenimiento	$97053,00	$115493,00	589723003	19	
MEDIDOR DE LLENADO-COINTROL DE PRESION PARA NEUMOTAPONADOR				PG.9685 MEDIDOR DE PRESIÓN PARA NEUMOTAPONADOR VBM MANUJET 171659 6/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO UCIN OK $ 97.053				
PM.17068	TANQUE PAQUETE CALIENTE	120	Mantenimiento	$97053,00	$115493,00	589723003	19	
TANQUE PAQUETES *FRIOS* 12 PAQUETES REF TE-T08C				PM.17068 TANQUE DE PAQUETES FRÍOS INTERFISICA 12 PAQUETES 170512-1642540076 2/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA FÍSICA OK $ 97.053				
PG.9679	VIBROMASAJEADOR	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 236

Fecha : 21/05/2025 **Factura :** TSP83

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
VIBRADOR MASAJEADOR WAHL COD EL V01C				PG.9679 VIBRADOR MASAJEADOR WAHL 4196 NR 2/05/2025 UNIDAD APOYO TERAPÉUTICO TERAPIA FÍSICA OK $ 62.392				
SIERRA2	SIERRA PARA YESO	59	Mantenimiento	$124783,00	$148492,00	589723003	19	
SIERRA RECIPROCANTE DE ESTERNOTOMO, ESTERNOTOMO NEUMATICO				PG.9964 SIERRA CORTA YESOS REDA NR 31210-21 14/05/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 124.783				
PM.17673	BALANZA - LABORATORIO	120	Mantenimiento	$76255,00	$90743,00	589723003	19	
BALANZA ELECTRONICA PARA ORGANOS Y PAÑALES CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE: 5KG- 1G				PM.17673 BALANZA DIGITAL SECA 22089 8856334180164 13/05/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 76.255				
PM.18355	BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$76255,00	$90743,00	589723003	19	
BASCULA PARA ORGANOS/ PAÑALES DIGITAL, CAPACIDAD 5 kg				PM.18355 BALANZA DIGITAL SECA 22089 8856288190124 14/05/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 76.255				
PM.17672	HORNO	180	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA 300°C VOLUMEN 55L,115VAC				PM.17672 HORNO DE SECADO BINDER FD-S 056 20186300014445 6/05/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 318.891				

Valor en Letras :

CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 51.732.285,00

Descuento : 0,00

Iva : 9.829.134,00

Rte Fuenta : 5.690.551,00

Rte Ica : 517.323,00

Rte Iva C : 1.474.370,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 53.872.875,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No.002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD/25-1119 DEL 4 DE ABRIL DE 2025 CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. COMPRENDIDO DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025. FACURA No. TSP83.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró

360 PLUS SAS
NIT 901.400.915-9
CL 16 31 30 CA 8
Tel: (608) 3108574648
Yopal - Colombia
contabilidad360plus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSP 82

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
NIT	891.855.029-5	**Teléfono**	(608) 1
Dirección	Calle 15 N° 7 – 95	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2025, 10:12
Expedición	13/05/2025, 10:12
Vencimiento	12/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2025	1.00	167,960,356.00	19 %	31,912,467.64	199,872,823.64

Total items: 1

Total Bruto	167,960,356.00
IVA 19%	31,912,467.64
Total a Pagar	199,872,823.64

Valor en Letras:
Ciento noventa y nueve millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos veintitres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por $ 199,872,823.64

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072220956 aprobado en 20240603 prefijo TSP desde el número 64 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 10
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1724256152c4caa5cbfc4225111339065b63bda027cc69840cf5cc5e2d69699adb034a3e2946004566af0068b9ab9399

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.4270	BALANZA - BASCULA DE PISO PARA CONSULTORIO		Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA BALANZA DE CONSULTORIO				PM.4270 BÁSCULA MECÁNICA HEALTH O METER 402KL 4020026286 12/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 61.052				
PM.4259	BALANZA - BASCULA DE PISO PARA CONSULTORIO		Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA BALANZA DE CONSULTORIO				PM.4259 BÁSCULA MECÁNICA HEALTH O METER 402KL 4020022226 12/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA PROGRAMADA EQUIPO PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION EN ESTRUCTURA METALICA $ 61.052				
PM.16029	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA PESA BEBE DIGITAL				PM.16029 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE-LAKE RL-DBS 09101100342 14/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 61.052				
PM.14478	COLUMNA PARA UCI	120	Mantenimiento	$388214,00	$461975,00	589723003	19	
COLUMNA PARA UCI				PM.14500 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000345 14/04/2025 CIRUGIA SALA 4 NO FUNCIONAN LAS TOMAS ELECTRICAS $ 388.214				
PM.14478	COLUMNA PARA UCI	120	Mantenimiento	$776428,00	$923949,00	589723003	19	
COLUMNA PARA UCI				PM.14502 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000344 14/04/2025 CIRUGIA SALA 5 OK $ 388.214 PM.14498 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000343 14/04/2025 CIRUGIA SALA 3 OK $ 388.214				
PM.14478	COLUMNA PARA UCI	120	Mantenimiento	$776428,00	$923949,00	589723003	19	
COLUMNA PARA UCI				PM.14463 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000339 28/04/2025 CIRUGIA SALA 1 PRESENTA DETERIORO EN TOMAS ELECTRICAS $ 388.214 PM.14496 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000346 14/04/2025 CIRUGIA SALA 2 OK $ 388.214				
PM.17782	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DEFIBRILADOR Pantalla grande de 8,4" TFT a color con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales. Desfibrilación manual, - DEA, - marcapasos y - monitorización ECG, NIBP, SpO2, IBP y Temperatura (Opcional CO2)				PM.17782 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 DZ9A005537 21/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 249.566				
PG.7196	DOPPLER FETAL	54	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
DOPPLER FETAL				PG.2788 DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0212446-06 21/04/2025 CIRUGIA OBSERVACIÓN CIRUGÍA EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 103.986				
LSNG2218	MANGO BISTURY	2	Mantenimiento	$887348,00	$1055944,00	589723003	19	
MANGOS BISTURI #3 SET BASICO DE OFTALMOLOGIA N°2				PM.14229 ELECTROBISTURI BOVIE MEDICAL IDS-300 BV3810009 25/04/2025 CIRUGIA SALA 5 NO POSEE CABLE DE PODER $ 443.674 PM.14230 ELECTROBISTURI BOVIE MEDICAL IDS-300 BV3810008 19/04/2025 CIRUGIA SALA 3 ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 443.674				
CISTO8	MANGO BISTURY	1	Mantenimiento	$443674,00	$527972,00	589723003	19	
BISTURI SACHSE RECTO				PM.15896 ELECTROBISTURI BOVIE MEDICAL IDS-300 BV3110020 19/04/2025 CIRUGIA SALA 1 ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 443.674				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.14362	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO				PM.14362 ELECTROCARDIÓGRAFO MINDRAY DECG-03A CQ-0B103266 25/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN EQUIPO NO CUENTA CON PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO $ 207.972				
PG.9668	FOTOSFORO	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
FOTOFOR DE LUZ FRIA REF: 49020				PG.10003 FOTOSFORO WELCH ALLYN 49020 NR 22/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE EQUIPOS EQUIPO EN PROYECCION APARECE COMO NR $ 48.527				
PM.16495	LAMPARA DE LUZ DE NEON	1	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
FUENTE DE LUZ FRIA LED NOVA 150 PARA CISTOSCOPIO-RESECTOSCOPIO				PM.16495 FUENTE DE LUZ KARL STORZ 20161220 UU3781 21/04/2025 CIRUGIA DEPOSITO DE EQUIPOS PRESENTA FALLA EN CONECTOR DE ENTRADA DE VOLTAJE $ 318.891				
PM.10728	FUENTE DE LUZ	16	Mantenimiento	$637782,00	$758961,00	589723003	19	
FUENTE DE LUZ PARA ENDOSCOPIO				PM.15880 FUENTE DE LUZ FUJINON XL-4400HD 1S089A634 21/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA OK $ 318.891 PM.10728 FUENTE DE LUZ OLYMPUS CLE-145 7403104 21/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA OK $ 318.891				
PM.9202	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	73	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA PORTATIL				PM.9943 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 28/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA OK $ 62.392				
PM.17817	LAMPARA CIELITICA	120	Mantenimiento	$582322,00	$692963,00	589723003	19	
LAMPARA CIELITA CON DOS SATELITES				PM.17817 LÁMPARA CIELÍTICA DRAGER POLRIS 60 ASML-1243 14/04/2025 CIRUGIA SALAS 3 OK $ 582.322				
PM.17816	LAMPARA CIELITICA	120	Mantenimiento	$582322,00	$692963,00	589723003	19	
LAMPARA CIELITA CON DOS SATELITES				PM.17816 LÁMPARA CIELÍTICA DRAGER POLRIS 60 ASML-1244 10/04/2025 CIRUGIA SALAS 2 OK $ 582.322				
PM.17818	LAMPARA CIELITICA	120	Mantenimiento	$582322,00	$692963,00	589723003	19	
LAMPARA CIELITA CON DOS SATELITES				PM.17818 LÁMPARA CIELÍTICA DRAGER POLRIS 60 ASML-1245 10/04/2025 CIRUGIA SALAS 4 OK $ 582.322				
PM.15560	LAMPARA PIELITICA	120	Mantenimiento	$443674,00	$527972,00	589723003	19	
LAMPARA PIELITICA				PM.15560 LÁMPARA PIELITICA HEAL FORCE TOPLED-6000L E60L140102 25/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 443.674				
PG.2091	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2091 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 14/04/2025 CIRUGIA SALA 5 OK $ 34.662				
PG.2094	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2094 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 25/04/2025 CIRUGIA SALA 4 OK $ 34.662				
PG.2762	LARINGOSCOPIO	8	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2764 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 14/04/2025 CIRUGIA SALA 5 OK $ 34.662				
PG.2762	LARINGOSCOPIO	8	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2103 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 22/04/2025 CIRUGIA SALA 3 OK $ 34.662				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.2777	LARINGOSCOPIO	8	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.368A LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 10/04/2025 CIRUGIA SALA 3 OK $ 34.662				
PM.9146	UNIDAD LITHOCLAST (LITOTRIPTOR)	11	Mantenimiento	$2426341,00	$2887346,00	589723003	19	
UNIDAD LITHOCLAST (LITOTRIPTOR)				PM.9146 LITOTRIPTOR RICHARD WOLF 2290 351072 14/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE EQUIPOS OK $ 2.426.341				
PM.20496	MAQUINA DE ANESTESIA	120	Mantenimiento	$1580586,00	$1880897,00	589723003	19	
MAQUINA DE ANESTECIA; Circuito de paciente adulto, máscara, válvula, circuito de respiración., Monitor multiparamétrico con entradas para toma de datos de signos vitales invasivas, Capnógrafo, Dos (2) Vaporizadores, Software que muestre la sinergia de los agentes anestésicos y prediga sus efectos, Trampa de agua, Cal sodada, Absorbedores CLIC y adaptadores CLIC reusables de 1.500 ml, Botellas de gas, Bandeja escritorio, Riel estándar, Cajón grande, Puerto de la línea de muestra, Línea de muestra.				PM.14460 MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS ASCC-0158 28/04/2025 CIRUGIA SALA 1 EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA $ 526.862 PM.14505 MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS ASCC-0156 30/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA EQUIPO NO POSEE INTERFAZ Y SENSOR DE OXIGENO. PRESENTA FALLA EN MODO BATERIA. REQUIERE CAMBIO DE FILTRO NARCOTICO. ENCONTRADO EN IMAGENOLOGIA $ 526.862 PM.14487 MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS ASCC-0159 19/04/2025 CIRUGIA BRIGADAS EQUIPO NO POSEE SENSOR DE OXIGENO. NO DA SOPORTE EN MODO BATERIA. ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 526.862				
PM.4232	MICROSCOPIO	31	Mantenimiento	$857341,00	$1020236,00	589723003	19	
MICROSCOPIO QUIRURGICO				PM.4232 MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO CARL ZEISS S7 6628502149 14/04/2025 CIRUGIA DEPOSITO DE EQUIPOS PRESENTA DAÑO EN FIBRA DE LUZ, NO POSEE PROTECTOR DE OCULARES Y PRESENTA DAÑO EN CABLE DE CONEXIÓN DE PEDAL $ 857.341				
PM.17737	MICROSCOPIO	120	Mantenimiento	$7395550,00	$8800704,00	589723003	19	
MICROSCOPIO DE CIRUGIA MARCA ZEISS PARA OFTAKMOLOGIA MODELO OPTILUMERA 300				PM.17737 MICROSCOPIO QUIRURGICO ZEISS OPTILUMERA 300 6137102357 19/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 7.395.550				
PM.4647	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.14233 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137343 10/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 270.363				
PM.4647	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.4647 MONITOR DE SIGNOS VITALES PENLON PM-8000 EXPRESS AA74C5728I 28/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 270.363				
PM.9218	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.16042 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY BENEVIEW T5 CM-0B114950 19/04/2025 CIRUGIA SALA 4 ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. NO TIENE ACCESORIOS $ 270.363				
PM.9219	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.14355 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137347 14/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 270.363				
PM.17775	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS				PM.17775 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12 EV-96046763 10/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN OK $ 270.363				
PM.17776	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS				PM.17776 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12 EV-96046760 15/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN EQUIPO NO POSEE ACCESORIOS $ 270.363				
PM.17777	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS				PM.17777 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12 EV-96046764 10/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN OK $ 270.363				
PM.17778	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17778 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12 EV-96046761 29/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN EQUIPO ENCONTRADO EN UCIN ADULTOS, NO TIENE BRAZALETE Y EL CABLE DE ECG SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO $ 270.363				
PM.17779	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17779 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12 EV-96046762 28/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN EQUIPO ENCONTRADO EN GINECO OBSTETRICIA $ 270.363				
PM.17780	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17780 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12 EV-93044420 19/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA SOPORTE $ 270.363				
PM.9218	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.14359 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137351 12/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN EQUIPO NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE $ 270.363				
PM.14226	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.14226 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-8000 EXPRESS AA-0B133358 15/04/2025 CIRUGIA AREA DE RECUPERACIÓN NO POSEE BATERIA INTERNA Y CABLE ECG $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19218 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13543 16/04/2025 CIRUGIA SALA DE RECUPERACION OK $ 270.363				
PM.9227	MONITOR SIGNOS VITALES	77	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19161 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13539 12/04/2025 CIRUGIA SALA DE RECUPERACION EQUIPO NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE Y TAPA DE BATERIA $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18624 MONITOR DE SIGNOS VITALES ADVANCED PM-200M Q068A027403 16/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA ENCONTRADO EN URGENCIAS PABELLON BICENTENARIO $ 270.363				
PM.9219	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18588 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826043F 12/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA ENCONTRADO EN URGENCIAS $ 270.363				
PM.18002	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PANTALLA DE 15" LCD TFT A COLOR, RESOLUCION 1024 X 766 PIXELES, CONFIGURACION MANUAL CON HASTA 8 PERFILES,VISUALIZACION CONFIGURABLES POR EL USUARIO				PM.18002 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIKHON KOHDEN BSM-3763K 13530 12/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA NO PRESENTA BATERIA DE SOPORTE Y ENCONTRADO EN URGENCIAS $ 270.363				
PM.4625	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19256 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM-3763K 13507 19/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. NO TIENE ACCESORIOS Y BATERIA DE SOPORTE $ 270.363				
PM.14266	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$540726,00	$643464,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18801 MONITOR MULTIPARAMETRO ADVANCED PM-200M Q068A055692 28/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 270.363 PM.18675 MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER VISTA 120S S2SNF4259 11/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA NO POSEE BATERIA DE SOPORTE $ 270.363				
PM.20483	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$2772962,00	$3299825,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA MAQUINA DE ANESTESIA DRAGUER				PM.15879 MONITOR DE VIDEO FUJINON CDL1909A NV489A328 22/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA OK $ 720.970 PM.7497 MONITOR DE VIDEO OLYMPUS OEV143 A414208 21/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA OK $ 720.970 PM.15881 PROCESADOR DE VIDEO FUJINON VP-4400HD 1V491A634 22/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA OK $ 665.511 PM.10727 PROCESADOR DE VIDEO OLYMPUS CV-145 7423898 21/04/2025 CIRUGIA SALA DE ENDOSCOPIA OK $ 665.511				
PG.9885	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
PULSO OXIMETRO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIAS RECARGABLES Y CABLE AC				PG.9885 PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 CR-94202667 25/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 103.986				
PM.3882	SIERRA PARA YESO	14	Mantenimiento	$124783,00	$148492,00	589723003	19	
SIERRA DE YESO				PG.3882 SIERRA CORTA YESOS STRYKER 940 435201003 24/04/2025 CIRUGIA DEPOSITO DE EQUIPOS OK $ 124.783				
PM.15466	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	166006001	19	
SUCCIONADOR				PM.15297 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 111100002410 21/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 110.918				
PM.15464	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR				PM.15464 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 121414002812 21/04/2025 CIRUGIA SALA 2 OK $ 110.918				
PM.15466	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SUCCIONADOR				PM.15466 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 121400002807 23/04/2025 CIRUGIA SALA 3 OK $ 110.918				
PM.15801	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR ASPIRADOR QUIRURGICO				PM.15801 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 121400002822 23/04/2025 CIRUGIA SALA 4 OK $ 110.918				
PM.15635	SUCCIONADOR	1	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR PORTATIL				PM.15635 SUCCIONADOR THOMAS 1630 11902509441 24/04/2025 CIRUGIA SALA 5 EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. $ 110.918				
PM.3635	TENSIOMETRO	16	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PM.3635 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 041117230227 24/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA OK $ 76.256				
PM.3623	TENSIOMETRO	16	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PISO BASE RODANTE				PM.3623 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 041117230325 28/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA PROGRAMADA OK $ 76.256				
PG.10022	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$322797,00	$384128,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO CORE RAY CON PANTALLA DE MINIMO DE 2.8, CON CÁMARA ANTIFOG, PARA PACIENTE: ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL, CON BATERÍA INTEGRADA AUTONOMÍA DE MÍNIMO 3 HORAS, ÁNGULO DE ROTACIÓN DE PANTALLA E VISUALIZACIÓN: AN				PG.10022 VIDEO LARINGOSCOPIO CORE RAY CR31 20220921112 23/04/2025 CIRUGIA CIRUGIA NO FUNCIONA EL TOUCH, EL LENTE DE LA CAMARA DE LA HOJA MAC2 SE ENCUENTRA DAÑADO $ 322.797				
PM.18354	BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA ELECTRONICA CON TALLIMETRO DISPLAY LED unciones: HOLD, TARA , ajuste a cero y autoapagado, indicador de bateria baja, alimentación: VAC/Hz, con adaptador, plataforma: Con certificado de calibración.				PM.18354 BÁSCULA DIGITAL DETECTO SCALES TCS-200-RT NR 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE MONITOREO OK $ 61.052				
PM.5076	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	73	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA BASCULA DIGITAL PEDIATRICA				PM.5076 BÁSCULA PESA BEBÉ HEALTH O METER 522KL 5220000329 27/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS PEDIATRIA $ 61.052				
PM.14478	COLUMNA PARA UCI	120	Mantenimiento	$1164642,00	$1385924,00	589723003	19	
COLUMNA PARA UCI				PM.14488 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000342 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 1 EQUIPO PRESENTA DETERIORO POR OXIDACION $ 388.214 PM.14491 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000347 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 OK $ 388.214 PM.14485 COLUMNA MINDRAY HYPORT3000 H1-12000341 26/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 388.214				
PM.19525	DESFIBRILADOR	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
DESFIBRILADOR CON MARCA PASO EXTERNO PANTALLA DE 7" TIPO LCD RESOLUCIÓN 800X 480 PIXELES ONDAS EN PANTALLA 3 CANALES, TIEMPO DE BARRIDO 165 MAX (ECG) DIMENSIONES: 288MM (W) X 203 MM (D) X 275 MM (H) FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ENTRADA AC VOLTAJE DE LI				PM.19525 DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3 EZ-23083727 26/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS OK $ 249.566				
PM.20627	ECOGRAFO	120	Mantenimiento	$1039861,00	$1237435,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
ECOGRAFO ESTACIONARIO; MARCA ,GENERAL ELECTRIC, MODELO VOLUSON S10 EXPERT ACCESORIOS - Un (01) Cable de alimentación de grado hospitalario - Cuatro (04) Porta transductores - Cinco (05) rollos de papel de impresión - Un (01) gel térmico				NR ECOGRAFO MINDRAY DC-40 CT7-02001545 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GENERAL OK $ 1.039.861				
PM.20278	ELECTROBISTURY	120	Mantenimiento	$443674,00	$527972,00	589723003	19	
ELECTROBISTURI CON INTERRUPTOR MONOPOLAR, INTERRUPTOR BIPOLAR, ADAPTADOR DE INSTRUMENTO DE CONTROL MONOPOLAR, CABLE DE INSTRUMENTO DE CONTROL MONOPOLAR REUTILIZABLE, CARRO DE TRANSPORTE CON RUEDAS, CABLE BIPOLAR Y PIEZA DE MANO MONOPOLAR.				PM.14365 ELECTROBISTURI BOVIE MEDICAL IDS-300 BV3810005 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 443.674				
PM.14299	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO				PM.14299 ELECTROCARDIÓGRAFO MINDRAY DECG-03A CQ-0B103260 23/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 OK $ 207.972				
PM.4478	EQUIPO DE ORGANOS	33	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED				PM.4478 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA CONSULTORIO OK $ 48.527				
PM.9213	INCUBADORA	73	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA				PM.9213 INCUBADORA NEONATAL ADVANCED A3186 CL1384 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA ATENCIÓN NEONATAL OK $ 318.891				
PM.4672	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE				PM.4672 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GENERAL OK $ 62.392				
PM.19482	LAMPARA CIELITICA	120	Mantenimiento	$644714,00	$767210,00	589723003	19	
LAMPARA CIELITICA HYLED 760/760				PM.4671 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GENERAL OK $ 62.392 PM.19482 LÁMPARA CIELÍTICA MINDRAY HYLED 760/760 15-22001388 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 582.322				
PM.17327	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	120	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.17327 LAMPARA DE FOTOTERAPIA NINGBO DAVID MEDICAL XHZ-90L 46150703005 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GENERAL PRESENTA FALLO EN LEDS H35-H39 $ 152.513				
PM.15558	LAMPARA PIELITICA	120	Mantenimiento	$443674,00	$527972,00	589723003	19	
LAMPARA PIELITICA				PM.15558 LÁMPARA PIELITICA MINDRAY HYLED 760 22-46575026 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECOBSTRTRICIA NO FUNCIONA EN MODO BATERIA $ 443.674				
PG.5118	LARINGOSCOPIO	68	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.5118 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 1 OK $ 34.662				
PG.2087	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$69324,00	$82496,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
LARINGOSCOPIO				PG.2752 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 OK $ 34.662 PG.2087 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 34.662				
PG.2095	LARINGOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2095 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GENERAL OK $ 34.662				
PG.2762	LARINGOSCOPIO	8	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2770 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA OK $ 34.662				
PM.20492	MAQUINA DE ANESTESIA	120	Mantenimiento	$526862,00	$626966,00	589723003	19	
MAQUINA DE ANESTECIA; Circuito de paciente adulto, máscara, válvula, circuito de respiración., Monitor multiparamétrico con entradas para toma de datos de signos vitales invasivas, Capnógrafo, Dos (2) Vaporizadores, Software que muestre la sinergia de los agentes anestésicos y prediga sus efectos, Trampa de agua, Cal sodada, Absorbedores CLIC y adaptadores CLIC reusables de 1.500 ml, Botellas de gas, Bandeja escritorio, Riel estándar, Cajón grande, Puerto de la línea de muestra, Línea de muestra.				PM.14461 MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS ASCC-0153 26/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 526.862				
PM.16519	MESA QUIRURGICA	120	Mantenimiento	$1053724,00	$1253932,00	589723003	19	
MESA DE YESO-MESA DE PROCEDIMIENTOS MULTIPLES DE USO EN PROCEDIMIENTOS ORTOPEDICOS BASICOS, COMO INMOVILIZACION DE YESOS				PM.14493 MESA DE CIRUGÍA MINDRAY HYBASE 6100 G9-0B000472 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 OK $ 526.862 PM.14494 MESA DE CIRUGÍA MINDRAY HYBASE 6100 G9-0B000476 21/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 OK $ 526.862				
PM.15749	MESA QUIRURGICA	120	Mantenimiento	$526862,00	$626966,00	589723003	19	
MESA DE EXAMEN PARA PEDIATRIA				PM.15749 MESA DE EXAMEN CON BASCULA MIDMARK 640-001-231 V998841 22/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 NO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR QUE NO POSEE ADAPTADOR AC/DC O BATERIAS $ 526.862				
PM.15772	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.15772 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137344 22/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE RECUPERACIÓN OK $ 270.363				
PM.15514	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.15514 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137336 23/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y EN BRAZALATE DE TENSIOMETRO $ 270.363				
PM.16009	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.16009 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137321 23/04/2025 GINECO OBSTETRICIA RECUPERACIÓN CABLE ECG PRESENTA DETERIORO, NO TIENE BATERIA DE SOPORTE Y BRAZALETE DE TENSION PRESENTA DETERIORO $ 270.363				
PM.4630	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.4630 MONITOR DE SIGNOS VITALES PENLON PM-8000 EXPRESS AA74C5749I 23/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE RECUPERACIÓN PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA $ 270.363				
PM.15523	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.15523 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-8000 EXPRESS AA-0B133367 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE RECUPERACIÓN EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y SIN BATERIA DE SOPPORTE $ 270.363				
PM.9229	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.9229 MONITOR DE SIGNOS VITALES ADVANCED PM-1000A+ CC-97109511 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE RECUPERACIÓN EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 270.363				
PM.17602	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.17602 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC8 EW-91051429 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE RECUPERACIÓN OK $ 270.363				
PM.15838	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.15838 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-8000 EXPRESS AA-0B133374 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE RECUPERACIÓN PRESENTA DETERIORO EN CARCASA Y SENSOR DE OXIMETRIA $ 270.363				
PM.18001	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, PANTALLA DE 15" LCD TFT A COLOR, RESOLUCION 1024 X 766 PIXELES, CONFIGURACION MANUAL CON HASTA 8 PERFILES,VISUALIZACION CONFIGURABLES POR EL USUARIO				PM.18001 MONITOR DE SIGNOS VITALES NIKHON KOHDEN BSM-3763K 13509 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECOBSTETRICIA EQUIPO NO CUENTA CON CABLE ECG $ 270.363				
PM.15771	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				NR MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KODHEN BSM- 3763K 13510 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS $ 270.363				
PM.15771	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.15771 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-9000 EXPRESS BX-0B137341 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA EQUIPO NO POSEE BATERIA DE SOPORTE, CABLE DE LOS ACCESORIOS EN MAL ESTADO $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18584 MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN C50 K5200826022F 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA BOTON ON/OFF EN MAL ESTADO $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19188 MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER VISTA 120S S2SNF0513 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA OK $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR DE SIGNOS VITALES				NR MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7-04008896 23/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECOBSTRTRICIA OK $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.19166 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY EPM10 AC7 -04009372 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GINECOBSTETRICIA OK $ 270.363				
PM.4630	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.18703 MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER VISTA 120S S2SNF4212 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA CUARTO DE EQUIPOS OK $ 270.363				
PM.17292	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17292 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030009 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO OK $ 221.837				
PM.17310	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17310 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030019 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO EQUIPO NO POSEE SENSOR DE OXIMETRIA $ 221.837				
PM.17297	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17297 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030016 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA OBSERVACIÓN PRESENTA DETERIORO EN TAPA DE IMPRESIÓN Y EN JUEGO DE TRANSDUCTORES $ 221.837				
PM.17309	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17309 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030001 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO OK $ 221.837				
PM.17298	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17298 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030021 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO OK $ 221.837				
PM.17296	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17296 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030015 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA QUIRURGICOS OK $ 221.837				
PM.17294	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17294 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030013 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO EQUIPO PRESENTA SENSOR DE OXIMETRIA EN MAL ESTADO (CUBIERTA DEL SENSOR ROTO) $ 221.837				
PM.17305	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.17305 MONITOR FETAL BIOCARE iC60 L8A612015030020 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO EL CONECTOR DE LOS TRANSDUCTORES PRESENTA FALLA $ 221.837				
PM.19512	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR FETAL F3 DUAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSIONES 350MM X 300MM X 104MM. PESO: 3,5 APROXIMADAMENTE . KG. MONITOR FETAL MÚLTIPLE MODO DE PANTALLAS (ONDAS, NUMÉRICAS Y MIXTAS) DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL AUTOMÁTICO, TRANSDU.				PM.19512 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22B04390003 16/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO OK $ 221.837				
PM.19513	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL F3 DUAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSIONES 350MM X 300MM X 104MM. PESO: 3,5 APROXIMADAMENTE . KG. MONITOR FETAL MÚLTIPLE MODO DE PANTALLAS (ONDAS, NUMÉRICAS Y MIXTAS) DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL AUTOMÁTICO, TRANSDU.				PM.19513 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22B04390005 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO OK $ 221.837				
PM.19511	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL F3 DUAL CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DIMENSIONES 350MM X 300MM X 104MM. PESO: 3,5 APROXIMADAMENTE . KG. MONITOR FETAL MÚLTIPLE MODO DE PANTALLAS (ONDAS, NUMÉRICAS Y MIXTAS) DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL AUTOMÁTICO, TRANSDU.				PM.19511 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22B04390007 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CABLE DE TRANSDUCTOR (FHR) $ 221.837				
PM.15520	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.19791 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22C15230002 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO MARCADOR DE EVENTOS EN MAL ESTADO $ 221.837				
PM.17295	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL				PM.19794 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22C15230006 16/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO MARCADOR DE EVENTOS EN MAL ESTADO $ 221.837				
PM. 19792	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL F3-EDAN				PM.19793 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22C15230005 21/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO EL MARCADOR DE EVENTOS PRESENTA FISURA $ 221.837				
PM. 19792	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL F3-EDAN				PM.19792 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22C15230003 21/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO OK $ 221.837				
PM. 19795	MONITOR FETAL	120	Mantenimiento	$221837,00	$263986,00	589723003	19	
MONITOR FETAL F3-EDAN				PM. 19795 MONITOR FETAL EDAN F3 560034-M22C15230010 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO EQUIPO CUENTA CON PLACA DE INVENTARIO 19795 $ 221.837				
PG.9344.	REANIMADOR NEOPUFF	120	Mantenimiento	$249566,00	$296984,00	589723003	19	
REANIMADOR NEOPUFF				PG.9344 NEOPUFF FISHER & PAYKEL RD900 140617002403 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA ATENCIÓN NEONATAL EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA. ENCONTRADO EN URGENCIAS PEDIATRIA $ 249.566				
PG.7509	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO		Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
OXIMETRO DE PULSO NEONATAL PORTATIL CON PANTALLA LCD CON PLESTIMOGRAFIA				PG.7509 PULSOXIMETRO EDAN H100B 316036-M13600050057 16/04/2025 GINECO OBSTETRICIA ADAPTACIÓN NEONATAL OK $ 103.986				
PM.15752	INCUBADORA	120	Mantenimiento	$159446,00	$189741,00	589723003	19	
SERVOCUNA O INCUBADORA ABIERTA				PM.15752 SERVOCUNA MEDIX SM-401 4213 21/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 OK $ 159.446				
PM.17316	SERVOCUNA	120	Mantenimiento	$159446,00	$189741,00	589723003	19	

HOR HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
SERVOVUNA (LAMPARA DE CALOR)				PM.17316 SERVOCUNA NINGBO DAVID MEDICAL HKN-93B 24150902008 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 159.446				
PM.15634	SUCCIONADOR	1	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR PORTATIL				PM.15634 SUCCIONADOR THOMAS 1630 11902509443 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 1 ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN. EQUIPO TIENE MANIJA DE TRASLADO ROTA $ 110.918				
PM.15533	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR				PM.15533 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 121400002810 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE PARTOS 2 OK $ 110.918				
PM.15532	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR				PM.15532 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 121400002811 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 110.918				
PM.15534	SUCCIONADOR	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
SUCCIONADOR				PM.15534 SUCCIONADOR THOMAS 1240 SERIES 121400002813 15/04/2025 GINECO OBSTETRICIA RECUPERACIÓN EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA POR OXIDACION $ 110.918				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.8925 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 130611141686 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA TRABAJO DE PARTO OK $ 76.256				
PM.16800	TENSIOMETRO	1	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEROIDE CON SOPORTE MODELO RODABLE				PM.16800 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 160829113075 11/04/2025 GINECO OBSTETRICIA GENERAL OK $ 76.256				
PG.5944	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO BASE RODANTE				PM.5944 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 081103153418 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA RECUPERACIÓN ENCONTRADO EN URGENCIAS PROCEDIMIENTOS $ 76.256				
PM.15529	TENSIOMETRO	1	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEIROIDES CON RODACHINES				PM.15529 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 130611121456 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA RECUPERACIÓN OK $ 76.256				
PM.15530	TENSIOMETRO	1	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEIROIDES CON RODACHINES				PM.15530 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 130611153016 22/04/2025 GINECO OBSTETRICIA MONITOREO FETAL OK $ 76.256				
PM.15528	TENSIOMETRO	1	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEIROIDES CON RODACHINES				PM.15528 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 130607174386 12/04/2025 GINECO OBSTETRICIA RECUPERACIÓN OK $ 76.256				
PM.15531	TENSIOMETRO	1	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO ANEIROIDES CON RODACHINES				PM.15531 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN ATRIL 130610130646 24/04/2025 GINECO OBSTETRICIA RECUPERACIÓN EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS PABELLON BICENTENARIO $ 76.256				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.10070	DOPPLER FETAL	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
DOPPLER FETAL, PANTALLA LCD, RANGO DE LATIDOS CARDIACOS FETALES Entre 50 y 210 lpm, PRECISIÓN ± 2 lpm, RESOLUCIÓN1 lpm, POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO Entre 0.5 y 1 W, TIEMPO DE GRABACIÓN Entre 200 y 300s, APAGADO AUTOMÁTICO, TRANSDUCTOR Piezoeléctrico ultrasónico a prueba de agua, BATERÍA LITIO RECARGABLE, INDICADOR DE BATERÍA, PARLANTE Incluido, GRABACIÓN DE AUDIO mínimo 200s, FUNCIONAMIENTO CONTINÚO de mínimo 5 horas, AUTO DETECCIÓN DE TRANSDUCTOR. ACCESORIOS: Una (01) batería recargable, Un (01) gel conductor, Incluye transductor				PG.10070 DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX II PRO 560054-M239097-10101 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA OK $ 103.986				
PM.16519	MESA QUIRURGICA	120	Mantenimiento	$526862,00	$626966,00	589723003	19	
MESA DE YESO-MESA DE PROCEDIMIENTOS MULTIPLES DE USO EN PROCEDIMIENTOS ORTOPEDICOS BASICOS, COMO INMOVILIZACION DE YESOS				PM.14368 MESA DE CIRUGÍA MINDRAY HYBASE 6100 G9-0B000465 25/04/2025 GINECO OBSTETRICIA SALA DE CIRUGIA EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN PROYECCION. NO FUNCIONA SEGURO SE SOPORTE DE PIERNAS, NO DA SOPORTE EN MODO BATERIA Y PRESENTA DETERIORO EN SU ESTRUCTURA $ 526.862				
PM.19051	AGITADOR DE MAZINE	120	Mantenimiento	$97052,00	$115492,00	589723003	19	
Agitador de Mazzini con plataforma				PM.19051 AGITADOR DE MAZZINE BOECO OS-20 10110820010057 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO URGENCIAS OK $ 97.052				
PM.20273	AGITADOR DE MAZINE	120	Mantenimiento	$97052,00	$115492,00	589723003	19	
AGITADOR DE MAZZINI, TIPO DE MOVIMIENTO Orbital, TAMAÑO DE ÓRBITA 20 mm, RANGO DE VELOCIDAD.: 50 - 250 rpm, PRECISIÓN DE INDICACIÓN DE VELOCIDAD: ±3 rpm, PANTALLA DE VELOCIDAD.: digital (LED), TEMPORIZADOR: Digital de 1 min a 999 min / continuo, PANTALLA: digital (LED), CARGA MÁX.: 2,5 kg excl. accesorio, ALIMENTACIÓN: 12 V. DC 2,0A, POTENCIA DEL MOTOR: 120W, POTENCIA DEL SUMINISTRO DEL MOTOR: 100W, DIMENSIÓN TOTAL: 265 x 270 x 70 mm. ACCESORIOS: Adaptador AC				PM.17478 AGITADOR VORTEX HUMAN HUMA TWIST 10S0100029 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO MICROBIOLOGÍA SOPORTE DE MUESTRA DESGASTADO $ 97.052				
PM.17820	AUTOCLAVE LABORATORIO	180	Mantenimiento	$4165656,00	$4957131,00	589723003	19	
AUTOCLAVE				PM.17820 AUTOCLAVE RAYPA AH-21L 40437 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO CLINICO OK $ 4.165.656				
PM.17821	BALANZA - LABORATORIO	120	Mantenimiento	$166377,00	$197989,00	589723003	19	
BALANZA ANALITICA DE PRECISION				PM.17821 BALANZA ANALÍTICA PRACTUM 313-18 SARTORIUS 38404628 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO CLINICO OK $ 166.377				
PM.17671	BALANZA - LABORATORIO	120	Mantenimiento	$166377,00	$197989,00	589723003	19	
BALANZA DE PRECISIÓN AVANZADA 1000G/1MG CALIBRACIÓN INTERNA				PM.17671 BALANZA DE PRECISIÓN RADWAG PS 1000.R1 513505 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO MICROBIOLOGÍA PRESENTA INESTABILIDAD EN LAS MEDICIONES. LOS VALORES ARROJADOS NO SON CONSTANTES $ 166.377				
PM.17790	BAÑO SEROLOGICO	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
BAÑO SEROLÓGICO				PM.17790 BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT WNB-14 L419.0963 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO URGENCIAS OK $ 62.392				
PM.15862	BAÑO SEROLOGICO	120	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
BAÑO DE MARIA VULOMEN 4 LTS, PROGRAMABL CONTROL ELECTRONICO, TIMER CON ALARMA				PM.15862 BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT WNB7 L214.0272 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO URGENCIAS OK $ 62.392				
PM.18814	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	120	Mantenimiento	$4765917,00	$5671441,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
CABINAS DE BIOSEGURIDAD, CLASE II TIPO A2, INCLUYE (Base al piso para cabina y validación) Especificaciones: Fabricada en acero inoxidable, tipo 304 en el área de trabajo, lamina de acero cold rolled con acabado en pintura epoxica de aplicación electroestática en el exterior. superficie desmontaje para fácil acceso y limpieza, ventana frontal de 6mm (1/4") en vidrio templado. Recirculación: por medio de un ventilador centrifugo con control electrónico de velocidad, ruido < 63 dBA. Filtros: HEPA 99,999% 0,3Um. Alarmas: falta de flujo de aire, presión diferencial fuera de rango, horas de trabajo lampara UV, Contador: Control de horas de trabajo del filtro y luz UV, sensor de flujo: sensor electrónico integrado al contador, rango de operación de 0,1 a 1 m/s. Luz interior: Luz blanca tipo D65 (Led de 1000LX) para iluminación del área de trabajo. Luz Germicida UVC 254nm. Accesorios: Controlador digital de pantalla táctil de 4 pulgadas, protección de acceso no autorizado a la cabina con contraseña. Voltaje (VAC/60Hz): 110, potencia (W): 450, Dimensiones: Dimensiones exterior: ancho: 1290, alto: 1250, profundidad: 930, dimensiones interiores (mm): ancho: 1210, alto: 600 y profundo: 750.				PM.18814 CABINA DE BIOSEGURIDAD DIES BS1200 210702 21/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA MOLECULAR OK $ 4.765.917				
PM.18815	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	120	Mantenimiento	$4765917,00	$5671441,00	589723003	19	
CABINAS DE BIOSEGURIDAD, CLASE II TIPO A2, INCLUYE (Base al piso para cabina y validación)CEspecificaciones: Fabricada en acero inoxidable, tipo 304 en el área de trabajo, lamina de acero cold rolled con acabado en pintura epoxica de aplicación electroestática en el exterior. superficie desmontaje para fácil acceso y limpieza, ventana frontal de 6mm (1/4") en vidrio templado. Recirculación: por medio de un ventilador centrifugo con control electrónico de velocidad, ruido < 63 dBA. Filtros: HEPA 99,999% 0,3Um. Alarmas: falta de flujo de aire, presión diferencial fuera de rango, horas de trabajo lampara UV, Contador: Control de horas de trabajo del filtro y luz UV, sensor de flujo: sensor electrónico integrado al contador, rango de operación de 0,1 a 1 m/s. Luz interior: Luz blanca tipo D65 (Led de 1000LX) para iluminación del área de trabajo. Luz Germicida UVC 254nm. Accesorios: Controlador digital de pantalla táctil de 4 pulgadas, protección de acceso no autorizado a la cabina con contraseña. Voltaje (VAC/60Hz): 110, potencia (W): 450, Dimensiones: Dimensiones exterior: ancho: 1290, alto: 1250, profundidad: 930, dimensiones interiores (mm): ancho: 1210, alto: 600 y profundo: 750.				PM.18815 CABINA DE BIOSEGURIDAD DIES BS1200 210701 21/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA PCR OK $ 4.765.917				
PM.18232	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	120	Mantenimiento	$4765917,00	$5671441,00	589723003	19	

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.] NIT [891855029-5]

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II A Aplicaciones del equipo Cultivos celulares,Agentes químicos tóxicos en cantidades de microorganismos,Radiosotopos, drogas neoplasticas Procesos donde condiciones estériles y ultralimpias son requeridas Características de funcionamiento.La corriente de flujo laminar vertical de disposición paralela unidireccional debe garantizar presión positiva controlada en el puesto de trabajo y negativa con respecto al medio ambiente, rechazando y succionando toda presión positiva de "Factor contaminante. Contar con velocidad de flujo laminar certificada 90 pies/min, +/- 30%, velometro Alnor 8100, según Federal Estandart FS 209, USA. Construcción mínima las siguientes características Cuenta con un cuerpo principal cabina en acero inoxidable calidad 304-22 Antiácido Asepsia total Entrepaño y tapa posterior en acero galvanizado C-20; acabado esmaltado, Base tubular transportable Cr-I, ½"-18 soldadas, gavatera de doble servicio: estructuras inoxidables. Unidad de impulsión y succión continua 900/1. 200/1. 500/1. 800CFM balanceados estática y dinámicamente 0.67 kx, 60HZ, 5Amp, monofasico, siemens 110V. Dos parrillas de succión en el puesto de trabajo, velocidad 600/ 1.200 pies/ min. Sistema de iluminación blanca interna Toma polo a tierra 15 amps, 110 volt. Unidad germicida GL-30 en el puesto de trabajo y bafle de succión. Indicador Magnahelico 1*-2* Presión filtro HEPA. Protector de Zona – fontal abatible en vidrio de seguridad 6mm y marco inoxidable. Contar con los siguientes Filtros Filtro absoluto HEPA microfio 99-99% - 0.3 micras PROBE TESTED, filtro HEPA 99.99% Entregar el equipo con validación en el sitio de la instalación.				PM.18232 CABINA DE BIOSEGURIDAD DISEÑO INDUSTRIAL CIIA-24X48 BIOSEGURIDAD 2448/12-12-12 21/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA MOLUCULAR OK $ 4.765.917				
PM.15651	CENTRIFUGA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA				PM.19434 CENTRÍFUGA HERMLE Z 206A 602250052 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO URGENCIAS OK $ 110.918				
PM.17753	CENTRIFUGA	120	Mantenimiento	$235399,00	$280125,00	589723003	19	
CENTRIFUCA DIGITAL DE 30 TUBOS				PM.17753 CENTRIFUGA DIGITAL DE 30 TUBOS EPPENDORF 5702 5702EG637400 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO INMUNOHEMATOLOGÍA OK $ 235.399				
PM.17753	CENTRIFUGA	120	Mantenimiento	$260004,00	$309405,00	589723003	19	
CENTRIFUCA DIGITAL DE 30 TUBOS				PM.17822 CENTRIFUGA REFRIGERADORA EPPENDORF 5804R 580HQ071639 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO CLINICO OK $ 260.004				
PG.7406	CONTADOR DE CELULAS		Mantenimiento	$20797,00	$24748,00	589723003	19	
CONTADOR ELECTRONICO CELULAR				PG.7406 CONTADOR DE CÉLULAS KRAMER IMP001 811 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO URGENCIAS PRESENTA MANCHA EN DISPLAY Y DETERIORO EN CARCASA $ 20.797				
PG.7406	CONTADOR DE CELULAS		Mantenimiento	$20797,00	$24748,00	589723003	19	
CONTADOR ELECTRONICO CELULAR				PG.17791 CONTADOR DE CÉLULAS KRAMER IMPOO1 1175 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA PRESENTA FALLA EN DISPLAY Y DAÑO EN TECLADO $ 20.797				
PM.9208	HORNO	73	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
HORNO DE SECADO ALEMAN				PM.9208 HORNO DE SECADO MEMMERT UNE 500 C509.0244 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO MICROBIOLOGÍA OK $ 318.891				
PM.9126	HORNO	73	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
HORNO DE SECADO ALEMAN				PM.9126 HORNO DE SECADO MEMMERT UNE 500 C509.0438 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO MICROBIOLOGÍA OK $ 318.891				
PM.4672	LAMPARA CUELLO DE CISNE	41	Mantenimiento	$62392,00	$74246,00	589723003	19	
LAMPARA CUELLO DE CISNE				PM.4676 LAMPARA AUXILIAR WELCH ALLYN LS-135 NR 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO QUÍMICA E INMUNOLOGÍA OK $ 62.392				
PM.17727	MICROCENTRIFUGA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROCENTRIFUGA 24 CAPILARES HETTCH				PM.17727 MICROCENTRIFUGA HETTICH HAEMATOKRIT 200 000405-03 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA OK $ 110.918				
PG.2211	MICROPIPETA AUTOMATICA		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.2211 MICROPIPETA BRAND 500 µL 11X2063 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS ESPECIALES OK $ 110.918				
PG.5096	MICROPIPETA AUTOMATICA	77	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.5096 MICROPIPETA HUMAN 100 - 1000 µL 06E81703 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS ESPECIALES FALLA EN SISTEMA DE EXPULSION DE PUNTAS $ 110.918				
PG.8910	MICROPIPETA AUTOMATICA		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100-1000 ML				PG.8910 MICROPIPETA BRAND 100 - 1000 µL 05J94284 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO QUÍMICA E INMUNOLOGÍA OK $ 110.918				
PG.9172	MICROPIPETA AUTOMATICA	99	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9172 MICROPIPETA BRAND 500 µL 12E61611 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG.9542	MICROPIPETA AUTOMATICA	106	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9542 MICROPIPETA GRAM NEG (-) 145 µL 13591851 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO MICROBIOLOGÍA OK $ 110.918				
PG.9543	MICROPIPETA AUTOMATICA	106	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9543 MICROPIPETA GRAM POS (+) 280 µL 13592658 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS ESPECIALES OK $ 110.918				
PG.9558	MICROPIPETA AUTOMATICA	107	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9558 MICROPIPETA HUMAN 20 - 200 µL YL3K031471 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG.5046	MICROPIPETA AUTOMATICA	77	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA 100 - 1000				PG.9665 MICROPIPETA BRAND 100 - 1000 µL 16E74059 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO OK $ 110.918				
PG.2211	MICROPIPETA AUTOMATICA		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9666 MICROPIPETA BOECO 5 - 50 µL LG640103 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO PRESENTA DAÑO EN CARCASA $ 110.918				
PG.5096	MICROPIPETA AUTOMATICA	77	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MICROPIPETA				PG.9856 MICROPIPETA BOECO 5 - 50 µL NI1038436 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO LABORATORIO OK $ 110.918				
PG.5096	MICROPIPETA AUTOMATICA	77	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9857 MICROPIPETA BOECO 5 - 50 µL NI1038469 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA OK $ 110.918				
PG.8910	MICROPIPETA AUTOMATICA		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 100-1000 ML				PG.9986 MICROPIPETA BOECO 5 - 50 µL PC153846 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA MOLECULAR OK $ 110.918				
PG.5096	MICROPIPETA AUTOMATICA	77	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9987 MICROPIPETA BOECO 100 - 1000 µL PG216403 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA MOLECULAR OK $ 110.918				
PG.9558	MICROPIPETA AUTOMATICA	107	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.9988 MICROPIPETA BOECO 5 - 50 µL ML729802 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA MOLECULAR OK $ 110.918				
PG.5046	MICROPIPETA AUTOMATICA	77	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA 100 - 1000				PG.9989 MICROPIPETA BOECO 5 - 50 µL PC153847 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA MOLECULAR OK $ 110.918				
PG.8914	MICROPIPETA AUTOMATICA		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA AUTOMATICA DE 5-50 ML				PG.9990 MICROPIPETA BOECO 100 - 1000 µL PG216859 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA MOLECULAR OK $ 110.918				
PG.9994	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA DIGITAL 100 - 1000UL HUMAN				PG.9994 MICROPIPETA HUMAPETTE SMARTA-LINE 100 - 1000 µL YL218AK0074968 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO AREA PCR OK $ 110.918				
PG.9172	MICROPIPETA AUTOMATICA	99	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MICROPIPETA				PG.10012 MICROPIPETA HUMAN 100 - 1000 µL YL218AK0074972 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG 10042	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL-UNIDAD.				PG.10037 MICROPIPETA DLAB 20-200µl YL214AK0054587 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS ESPECIALES OK $ 110.918				
PG 10038	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL-UNIDAD.				PG.10038 MICROPIPETA DLAB 20-200µl YL214AK0054588 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG 10042	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL-UNIDAD.				PG.10044 MICROPIPETA DLAB 20-200µl YL227AR0020535 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG.9868	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 100uL a 100uL				PG.10045 MICROPIPETA DLAB 20-200µl YL227AR0020534 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG 10038	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL-UNIDAD.				PG.10042 MICROPIPETA DLAB 20-200µl YL227AR0020540 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG 10044	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL-UNIDAD.				PG.10043 MICROPIPETA DLAB 20-200µl YL227AR0020541 15/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG 10044	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL-UNIDAD.				PG.10030 MICROPIPETA HUMAN 100 - 1000 µL 22J65406 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PG.9872	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 10uL a 100uL				PG.9872 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN PROLINE PLUS SARTORIUS 10 - 100 µL 18098258 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO MICROBIOLOGÍA OK $ 110.918				
PG.9873	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 5uL a 50uL				PG.9873 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN PROLINE PLUS SARTORIUS 5 - 50 µL 18016633 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO URGENCIAS OK $ 110.918				
PG.9875	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 2uL a 20uL				PG.9875 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN PROLINE PLUS SARTORIUS 2 - 20 µL 18106936 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA OK $ 110.918				
PM.17751	MICROSCOPIO	120	Mantenimiento	$522704,00	$622018,00	589723003	19	
MICROSCOPIO BINOCULAR				PM.17751 MICROSCOPIO PRIMO STAR ZEISS 3144044344 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO URGENCIAS OK $ 522.704				
PM.17752	MICROSCOPIO	120	Mantenimiento	$522704,00	$622018,00	589723003	19	
MICROSCOPIO BINOCULAR				PM.17752 MICROSCOPIO PRIMO STAR ZEISS 3144044358 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS ESPECIALES OK $ 522.704				
PM.9122	MICROSCOPIO	73	Mantenimiento	$522704,00	$622018,00	589723003	19	
MICROSCOPIO OLYMPUS				PM.9122 MICROSCOPIO OLYMPUS CX 21 9E80154 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGÍA OK $ 522.704				
PM.20363	PIANO CUENTA CELULAS	120	Mantenimiento	$20797,00	$24748,00	589723003	19	
PIANO DIGITAL CUENTA CELULAS; SISTEMA: electrónico, TIPO: digital, TECLADO: plano con identificaciones celulares, PANTALLA: LCD Luz incorporada, Luz incorporada, CAPACIDAD: 8 teclas, CONTEO: de 0 a 999 células,TECLA DE BLOQUEO: que permite al usuario asegurar que no se modifique el conteo mientras se ausenta , CÁLCULO: automático de porcentajes, BORRADO: Último dato ingresado en caso de error, SEÑAL AUDIBLE: pulsación de teclas, cada cien datos ingresados.				20363 CONTADOR DE CÉLULAS KRAMER IMP001 1347 16/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION $ 20.797				
PG.10087	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 20-200UL.				10087 MICROPIPETA DLAB 20 - 200 YL227AR0020569 19/04/2025 LABORATORIO CLÍNICO BODEGA EQUIPO NO PROYECTADO $ 110.918				
PM.16562	AUTOCLAVE LABORATORIO	180	Mantenimiento	$5684571,00	$6764639,00	589723003	19	
AUTOCLAVE DE MESA DE 85 LTS DIGITAL				PM.15848 AUTOCLAVE DE FORMALDEHIDO MATACHANA 130LF E -26503 14/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN OK $ 5.684.571				
PM.17812	AUTOCLAVE	180	Mantenimiento	$8171531,00	$9724122,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
AUTOCLAVE DE PEROXIDO DE HIDROGENO.....				PM.17812 AUTOCLAVE DE PEROXIDO DE HIDROGENO MATACHANA 130HPO E-32023 14/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN OK $ 8.171.531				
PM.17820	AUTOCLAVE LABORATORIO	180	Mantenimiento	$5684571,00	$6764639,00	589723003	19	
AUTOCLAVE				PM.15845 AUTOCLAVE DE VAPOR MATACHANA SC500 E-26511 15/04/2025 ESTERILIZACIÓN TALLER SIIGNMI PRESENTA DAÑO EN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: MODULO FESTO, VENTILADOR PANTALLA, VENTILADOR CUADRO ELECTRICO, NEUMATICA DE VACIO, NEUMATICA DE AIREACION, RETENCION DE RECAMARA, SERPENTIN DE DEPOSITO DE GENERADOR, VALVULA DE SEGURIDAD DE GENERADOR, RESISTENCIAS DE GENERADOR (3 UND). ELECTROVALVULAS DE VACIO Y GENERADOR (ENTRADA AGUA), BOMBA DE VACIO, EYECTOR, SENSOR DE NIVEL DE GENERADOR, TERMOSTATOS GENERADOR (2 UN), RETENCION GENERADOR, MANOMETROS DE GENERADOR, TAPA ELEVADORA DE IMPRESORA, JUNTAS DE PUERTAS, FORRO ARMAFLEX DE GENERADOR, TARJETA DE CONTROL, RETENCION BURLETE Y VALVULA DE SEGURIDAD DE RECAMARA. $ 5.684.571				
PM.17812	AUTOCLAVE	180	Mantenimiento	$5684571,00	$6764639,00	589723003	19	
AUTOCLAVE DE PEROXIDO DE HIDROGENO.....				PM.15847 AUTOCLAVE DE VAPOR MATACHANA SC500 E-26018 15/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN .REQUIERE CAMBIO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: NEUMATICA DE AIREACION, VALVULA DE SEGURIDAD DE GENERADOR, PRESOSTATO DE GENERADOR, ELECTROVALVULA ENTRADA AGUA A GENERADOR, TERMOSTATO DE GENERADOR (1 GRANDE 1 PEQUEÑO), MODULO FESTO COMPLETO, EYECTOR, RETENCION DE PURGA CONTINUA, REGULADOR DE AIRE, ELECTROVALVULA DE RECAMARA, PROTECTOR DE GENERADOR (FORRO ARMAFLEX), SENSOR NIVEL SEGURIDAD, DESMONTE GENERADOR, JUNTAS DE PUERTA. $ 5.684.571				
PM.17500	LAVADORA	6	Mantenimiento	$6239166,00	$7424608,00	589723003	19	
LAVADORA 13KG SAMNSUNG GRIS PLATA				PM.15850 LAVADORA DE INSTRUMENTAL STEELCO DS600/2D 1161007 16/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN REQUIERE CAMBIO DE JUNTAS DE PUERTA. $ 3.119.583 PM.20064 LAVADORA DE INSTRUMENTAL STEELCO DS600/2D 1161008 16/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN . REQUIERE CAMBIO DE JUNTAS DE PUERTA. $ 3.119.583				
PM.11704	BALANZA - BASCULA PESA BEBE		Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BASCULA PESA BEBE DIGITAL SIN MARCA				PM.5938 BÁSCULA PESA BEBÉ HEALTH O METER 522KL 5220000352 12/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN NO PRESENTA MEDIDAS CONFIABLES $ 61.052				
PG.2614	SELLADOR DE PAPEL	93	Mantenimiento	$166378,00	$197990,00	589723003	19	
SELLADORA DE PAPEL GRADO MEDICO				PG.2614 SELLADORA HAWO HM 500 DEL 935095/0705 14/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN OK $ 166.378				
PM.20399	SELLADOR DE TUBOS	120	Mantenimiento	$166378,00	$197990,00	589723003	19	
Sellador de tubo piloto portatil				PM.17813 SELLADORA HAWO M-09136 518256 12/04/2025 ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN OK $ 166.378				
PM.17326	ANALIZADOR DE BILIRUBINA	120	Mantenimiento	$651646,00	$775459,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
ANALIZADOR DE BILIRRUBINA				PM.17326 ANALIZADOR DE BILIRRUBINA DRAGER JM-105 B3501194 21/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 651.646				
PM.17789	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA NEONATAL DIGITAL				PM.17789 BÁSCULA PESA BEBÉ HEALTH O METER 524-KL 5240006117789 21/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 61.052				
PM.14408	EQUIPO DE ORGANOS	120	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
ESTUCHE DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO PARED				PM.14408 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN PARED NR 22/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 48.527				
PG.1789	FONENDOSCOPIO		Mantenimiento	$69324,00	$82496,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO				NR FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIATRICO NR 21/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 34.662 PG.9420 FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIATRICO NR 22/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 34.662				
PM.17325	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	120	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.17325 LAMPARA DE FOTOTERAPIA GENERAL ELECTRIC BILISOFT HFAR50625 22/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 152.513				
PM.9202	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	73	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA PORTATIL				PM.9202 LAMPARA DE FOTOTERAPIA OHMEDA BILIBLANKET HDKP50058 22/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 152.513				
PG.2762	LARINGOSCOPIO	8	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.2772 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 21/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 34.662				
PM.4625	MONITOR SIGNOS VITALES	41	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.4625 MONITOR DE SIGNOS VITALES PENLON PM-8000 EXPRESS AA74C5733I 22/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO NO CUENTA CON BATERIA DE SOPORTE, NO TIENE CABLE ECGE Y PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 270.363				
PM.7139	MESA		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
MESA DE CURACIONES				PM.7139 SUCCIONADOR THOMAS 1635 A 50900000416 22/04/2025 MADRE CANGURO MADRE CANGURO OK $ 110.918				
PM.17794	ANALIZADOR DE BILIRUBINA	120	Mantenimiento	$651646,00	$775459,00	589723003	19	
BILIRUBINOMETRO/ANALIZADOR DE BILIRUBINA				PM.17794 ANALIZADOR DE BILIRRUBINA DRAGER JM-105 H3500584 25/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO EQUIPO PRESENTA MENSAJE DE "REQUIERE CALIBRACION" $ 651.646				
PM.16039	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA PESA BEBE DIGITAL				PM.16039 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE-LAKE RL-DBS 9101100473 26/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO OK $ 61.052				
PG.5079	EQUIPO DE ORGANOS	73	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED				PG.9686 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN POCKET JUNIOR NR 25/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO OK $ 48.527				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.8873	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.9649 FONENDOSCOPIO ALPK2 PEDIATRICO NR 26/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO PRESENTA FISURA EN CAMPANA $ 34.662				
PG.9670	FONENDOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS				PG.9670 FONENDOSCOPIO LITTMANN INFANT L17G21187 26/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO OK $ 34.662				
PG.9669	FONENDOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS				PG.9669 FONENDOSCOPIO LITTMANN INFANT NR 26/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO OK $ 34.662				
PG.9672	FONENDOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS				PG.9672 FONENDOSCOPIO LITTMANN INFANT NR 25/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO ENCONTRADO EN UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL $ 34.662				
PM.4497	LAMPARA DE FOTOTERAPIA		Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.4497 LAMPARA DE FOTOTERAPIA DRAGER PT-533 TP05494 25/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA POR OXIDACION $ 152.513				
PG.9883	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
PULSO OXIMETRO PORTATIL CON CARGADOR, BATERIAS RECARGABLES Y CABLE AC				PG.9883 PULSOXIMETRO MINDRAY PM-60 CR-94202665 26/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA $ 103.986				
PG.9673	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
OXIMETRO DE PULSO NEONATAL, COLOR AZUL				PG.9673 PULSOXIMETRO HUNTLEIGH MP1R "750AX0104792-15 " 26/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO EQUIPO NO TIENE TAPA DE BATERIA Y SENSOR DE OXIMETRIA $ 103.986				
PG.9674	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
OXIMETRO DE PULSO NEONATAL				PG.9674 PULSOXIMETRO HUNTLEIGH MP1R "750AX0105002-15 " 25/04/2025 UNIDAD BÁSICA NEONATAL CUARTO PISO EQUIPO NO POSEE BATERIAS, TAPA DE BATERIAS Y SENSOR DE OXIMETRIA $ 103.986				
PM.17795	ANALIZADOR DE BILIRUBINA	120	Mantenimiento	$651646,00	$775459,00	589723003	19	
BILIRUBINOMETRO/ANALIZADOR DE BILIRUBINA				PM.17795 ANALIZADOR DE BILIRRUBINA DRAGER JM-105 H3500583 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO EQUIPO ENCONTRADO EN BODEGA DE ALMACEN $ 651.646				
PM.16883	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA PEDIATRICA ELECTRONICA DIGITAL CON PLATON				PM.16883 BÁSCULA PESA BEBÉ HEALTH O METER 522KL 5220004518 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO ENCONTRADO EN UNIDAD BASICA NEONATAL $ 61.052				
PM.16605	ELECTROCARDIOGRAFO	120	Mantenimiento	$207972,00	$247487,00	589723003	19	
ELECTROCARDIOGRAFO				PM.16605 ELECTROCARDIÓGRAFO MINDRAY DECG-03A CQ-0B103261 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO EQUIPO ENCONTRADO EN URGENCIAS PABELLON BICENTENARIO $ 207.972				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.9622	EQUIPO DE ORGANOS	6	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO (ESTUCHE) ORGANO DE LOS SENTIDOS REF.92871				PG.9622 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN POCKET JUNIOR NR 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 48.527				
PG.9644	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS, NEONATAL				PG.9644 FONENDOSCOPIO ALPK2 NR NR 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PG.9648	FONENDOSCOPIO	120	Adición	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS "LITTMAN CLASSIC II" NEONATAL				PG.9648 FONENDOSCOPIO ALPK2 NR NR 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO EQUIPO SIN CAMPANA $ 34.662				
PG.8881	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.9645 FONENDOSCOPIO ALPK2 NR NR 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PG.9671	FONENDOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS				PG.9671 FONENDOSCOPIO LITTMANN INFANT NR 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PG.9643	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS "RAPPAPORE" NEONATAL				PG.9643 FONENDOSCOPIO ALPK2 NR NR 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PG.9646	FONENDOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS "LITTMAN CLASSIC II" NEONATAL				NR FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIATRICO NR 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PG.9646	FONENDOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS "LITTMAN CLASSIC II" NEONATAL				PG.9646 FONENDOSCOPIO LITTMANN INFANT L16G23546 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PG.2097	FONENDOSCOPIO		Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.9647 FONENDOSCOPIO LITTMANN INFANT L16G23554 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PM.9211	INCUBADORA	73	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA				PM.9211 INCUBADORA NEONATAL ADVANCED A3186 CL1391 30/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. PRESENTA DETERIORO EN EMPAQUE DE BANDEJA $ 318.891				
PM.9214	INCUBADORA	73	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA				PM.9214 INCUBADORA NEONATAL ADVANCED A3186 CL396 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL EMPAQUE DE BANDEJA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO (ROTO) $ 318.891				
PM.9168	INCUBADORA	73	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA				PM.9168 INCUBADORA NEONATAL ADVANCED A3186 NR 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL EQUIPO NO POSEE MODULO DE CONTROL $ 318.891				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.15781	INCUBADORA	120	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA DE UCI				PM.15781 INCUBADORA NEONATAL MEDIX NATALCARE ST/BX 728-10 30/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL PRESENTA DETERIORO EN PASA CANULAS $ 318.891				
pm.18024	INCUBADORA	120	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA CERRADA C2000 CON MODOS DE CONTROL DE TEMPERATURA CUTÁNEA Y AIRE INTERVALO DE TEMPERATURA DE ANULACION, M,ONITORIZACION DE LA TEMPERATURA CUTÁNEA EN DOS ZONAS, NIVEL DE RUIDO DE FUNCIONAMIENTO EN LA CUBIERTA				PM.18024 INCUBADORA NEONATAL DRAGER C2HS-1 BV38247 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 318.891				
PM.18025	INCUBADORA	120	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA CERRADA C2000 CON MODOS DE CONTROL DE TEMPERATURA CUTÁNEA Y AIRE INTERVALO DE TEMPERATURA DE ANULACION, M,ONITORIZACION DE LA TEMPERATURA CUTÁNEA EN DOS ZONAS, NIVEL DE RUIDO DE FUNCIONAMIENTO EN LA CUBIERTA				PM.18025 INCUBADORA NEONATAL DRAGER C2HS-1 BV38248 30/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 318.891				
PM.9164	INCUBADORA	73	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA				PM.19575 INCUBADORA NEONATAL DRAGER C2HS-1 KH37072 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 318.891				
PM.11670	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	112	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.11670 LAMPARA DE FOTOTERAPIA NINGBO DAVID MEDICAL XHZ-90 42100606022 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO PRESENTA FISURAS EN TAPA DE ACRILICO $ 152.513				
PM.17792	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	120	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.17792 LAMPARA DE FOTOTERAPIA DRAGER BILILUX 1102260019 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO DETERIORO POR OXIDO EN BASE $ 152.513				
PM.17793	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	120	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.17793 LAMPARA DE FOTOTERAPIA DRAGER BILILUX 1102260018 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO PRESENTA DETERIRO EN CARCASA $ 152.513				
PM.19529	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	120	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.19529 LAMPARA DE FOTOTERAPIA NINGBO DAVID MEDICAL XHL90L A46BB0062009 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 152.513				
PM.19530	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	120	Mantenimiento	$152513,00	$181490,00	589723003	19	
LAMPARA DE FOTOTERAPIA				PM.19530 LAMPARA DE FOTOTERAPIA NINGBO DAVID MEDICAL XHL90L A46BB0062002 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO ENCONTRADA EN GINECOOBSTETRICIA $ 152.513				
PG.8869	LARINGOSCOPIO	120	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
LARINGOSCOPIO				PG.8869 LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 60813 NR 26/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 34.662				
PM.17067	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
MONITOR NEONATAL MULTIPARAMETRO 10.4" ECG, NIBP,SPO2,2P				PM.17067 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC10 KN-75009303 30/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO PRESENTA DAÑO EN CARCASA $ 270.363				
PM.9218	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.9218 MONITOR DE SIGNOS VITALES ADVANCED PM-1000F+ W-02105673 30/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO PRESENTA DETERIORO EN CARCASA. NO POSEE BATERIA SOPORTE $ 270.363				
PM.9215	MONITOR SIGNOS VITALES	60	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.9215 MONITOR DE SIGNOS VITALES ADVANCED PM-1000F+ W-8C103999 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 270.363				
PM.9219	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.9219 MONITOR DE SIGNOS VITALES ADVANCED PM-1000F+ W-02105672 30/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO EQUIPO PRESENTA DETERIRO EN CARCASA $ 270.363				
PM.9223	MONITOR SIGNOS VITALES	73	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.9223 MONITOR DE SIGNOS VITALES ADVANCED PM-1000A+ CC-97109532 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO DETERIORO EN CARCASA Y EL PUERTO DE SENSOR DE TEMPERATURA ESTA DAÑADO/NO FUNCIONAL. $ 270.363				
PM.15521	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO				PM.15521 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-7000 CE-0B127223 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO CARCASA DEL EQUIPO EN MAL ESTADO. NO POSEE BATERIA Y CABLE ECG. $ 270.363				
PM.14357	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR DE SIGNOS VITALES				PM.14357 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY PM-8000 EXPRESS AA-0B133356 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO EQUIPO NO RECONOCE LA BATERIA SOPORTE $ 270.363				
PG.9681	OXIMETRO DE PULSO - PULSOXIMETRO	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
OXIMETRO NEONATAL, COLOR AZUL				PG.9681 PULSOXIMETRO EDAN H100B 360101-M17910510044 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 103.986				
PM.14241	INCUBADORA	120	Mantenimiento	$159446,00	$189741,00	589723003	19	
SERVOCUNA O INCUBADORA ABIERTA				PM.14241 SERVOCUNA MEDIX SM-401 4214 30/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO NO FUNCIONA EL MODULO MANUAL DE CALENTAMIENTO $ 159.446				
PM.13204	VENTILADOR DE PARED	1	Mantenimiento	$540728,00	$643466,00	589723003	19	
VENTILADOR DE PARED				PM.19260 VENTILADOR MECÁNICO NEUMOVENT ADVANCE 201141161081A1V 29/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 540.728				
COMODA1	VENTILADOR SOPORTE PACIENTE	120	Mantenimiento	$540728,00	$643466,00	589723003	19	
COMODATO. VENTILADOR MECANICO DE SOPORTE PARA CUIDADO CRITICO CON PC/APRV PARA ADULTO Y PEDICATRICO, CON CARRO DE TRANSPORTE				PM.19257 VENTILADOR MECÁNICO NEUMOVENT ADVANCE 201141231081A1V 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO OK $ 540.728				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS

Transacción : 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.9644	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS, NEONATAL				NR FONENDOSCOPIO LITTMANN INFANT NR 28/04/2025 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL 3 PISO EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA PROYECCION $ 34.662				
PM.17601	MONITOR SIGNOS VITALES	120	Mantenimiento	$270363,00	$321732,00	589723003	19	
MONITOR SIGNOS VITALES				PM.17601 MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY iMEC8 EW-91051441 30/04/2024 UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL EQUIPO TRASLADO DE BODEGA ALMACEN A UNIDAD INTERMEDIA NEONATAL $ 270.363				
PM.5076	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	73	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA BASCULA DIGITAL PEDIATRICA				PG.7234 BÁSCULA MECÁNICA TANITA HA520 NR 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 61.052				
PM.5076	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	73	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA BASCULA DIGITAL PEDIATRICA				PG.7233 BÁSCULA MECÁNICA TANITA HA520 NR 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 61.052				
PG.10060	DOPPLER FETAL	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
DOPPLER FETAL, PANTALLA LCD, RANGO DE LATIDOS CARDIACOS FETALES Entre 50 y 210 lpm, PRECISIÓN ± 2 lpm, RESOLUCIÓN1 lpm, POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO Entre 0.5 y 1 W, TIEMPO DE GRABACIÓN Entre 200 y 300s, APAGADO AUTOMÁTICO, TRANSDUCTOR Piezoeléctrico ultrasónico a prueba de agua, BATERÍA LITIO RECARGABLE, INDICADOR DE BATERÍA, PARLANTE Incluido, GRABACIÓN DE AUDIO mínimo 200s, FUNCIONAMIENTO CONTINÚO de mínimo 5 horas, AUTO DETECCIÓN DE TRANSDUCTOR. ACCESORIOS: Una (01) batería recargable, Un (01) gel conductor, Incluye transductor				PG.7215 DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX STAB09860349 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 103.986				
PG.5135	EQUIPO DE ORGANOS	73	Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL				PG.7555 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN ESTUCHE NR 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 48.527				
PG.4568	EQUIPO DE ORGANOS		Mantenimiento	$48527,00	$57747,00	589723003	19	
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL				PG.4568 EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN ESTUCHE NR 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 48.527				
PG.8871	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$138648,00	$164991,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				F1 FONENDOSCOPIO ALPK2 ADULTO NR 11/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 34.662 F2 FONENDOSCOPIO ALPK2 ADULTO NR 11/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 34.662 F3 FONENDOSCOPIO MARK OF FITNESS ADULTO NR 11/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 34.662 F5 FONENDOSCOPIO ALPK2 ADULTO NR 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 34.662				
PG.8871	FONENDOSCOPIO	1	Mantenimiento	$34662,00	$41248,00	589723003	19	
FONENDOSCOPIO ADULTO				PG.8871 FONENDOSCOPIO TYCOS ADULTO NR 11/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO EQUIPO REQUIERE SUMINISTRO DE OLIVAS $ 34.662				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$152512,00	$181489,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.15300 TENSIÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN OSZ4 200823006 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 76.256 PM.15306 TENSIÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN OSZ4 200822651 11/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO PRESENTA MANCHA EN DISPLAY $ 76.256				
PG.7178	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$228768,00	$272234,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DIGITAL PORTATIL				PM.15303 TENSIÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN OSZ4 200823032 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO MANCHA EN DISPLAY Y PRESENTA DAÑO EN TAPA DE BATERIA $ 76.256 T2 TENSIÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN OSZ4 200822881 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO PRESENTA DAÑO EN TAPA DE BATERIA $ 76.256 PM.15299 TENSIÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN OSZ4 200822496 11/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 76.256				
PG.5158	BALANZA - BASCULA PESA BEBE	73	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA-BASCULA DIGITAL PEDIATRICA				PG. 16027 BÁSCULA PESA BEBÉ RICE LAKE RL - DBS O9101100469 10/04/2024 MATERNIDAD SEGURA 3 PISO OK $ 61.052				
PM.17796	AGITADOR PLAQUETAS	120	Mantenimiento	$301922,00	$359287,00	589723003	19	
AGITADOR DE PLAQUETAS DE 48 UNIDADES 115V, REF.PF 48!				PM.17796 AGITADOR DE PLAQUETAS DE 48 UNIDADES HELMER PF 48 2064655 23/04/2025 BANCO DE SANGRE SERVICIO TRANSFUSIONAL OK $ 301.922				
PM.17797	INCUBADORA - PLAQUETAS	120	Mantenimiento	$301922,00	$359287,00	589723003	19	
INCUBADOR PARA AGITADOR DE PLAQUETAS REF 48I MARCA HELMER				PM.17797 INCUBADOR PARA AGITADOR DE PLAQUETAS HELMER PF 48i 2096942 23/04/2025 BANCO DE SANGRE SERVICIO TRANSFUSIONAL OK $ 301.922				
PM.9164	INCUBADORA	73	Mantenimiento	$290560,00	$345766,00	589723003	19	
INCUBADORA				PM.7871 INCUBADORA DE PLAQUETAS PRESVAC AP - 48LT 5889 24/04/2025 BANCO DE SANGRE SERVICIO TRANSFUSIONAL OK $ 290.560				
PM.16855	BALANZA - LABORATORIO	6	Mantenimiento	$76255,00	$90743,00	589723003	19	
BALANZA CONTADORA ALARMA, CAPACIDAD 3 KG				PM.16855 BALANZA DIGITAL TRUMAX PRIXMA YS162312 23/04/2025 BANCO DE SANGRE SEPARACIÓN DE COMPONENTES OK $ 76.255				
PM.17789	BALANZA - BASCULA CON TALLIMETRO	120	Mantenimiento	$61052,00	$72652,00	589723003	19	
BALANZA NEONATAL DIGITAL				PM.5091 BÁSCULA DIGITAL HEALTH O METER 597KL 5970006349 24/04/2025 BANCO DE SANGRE VALORACIÓN CLÍNICA OK $ 61.052				
PM.15651	CENTRIFUGA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA				PM.15651 CENTRÍFUGA PRESVAC DCS-16 RVT PLUS 8182 25/04/2025 BANCO DE SANGRE INMUNOHEMATOLOGÍA OK $ 110.918				
PM.15652	CENTRIFUGA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA				PM.15652 CENTRÍFUGA PRESVAC DCS-16 RVT PLUS 8183 26/04/2025 BANCO DE SANGRE INMUNOHEMATOLOGÍA OK $ 110.918				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.7864	CENTRIFUGA	12	Mantenimiento	$274617,00	$326794,00	589723003	19	
CENTRIFUGA CRIOHEMODERIVADORA				PM.7864 CENTRÍFUGA CRIOHEMODERIVADORA PRESVAC DP2065RC 5911/7864 25/04/2025 BANCO DE SANGRE SEPARACIÓN DE COMPONENTES PRESENTA DETERIORO EN EMPAQUE DE TAPA $ 274.617				
PM.5614	INCUBADORA	23	Mantenimiento	$318891,00	$379480,00	589723003	19	
INCUBADORA - ESTUFA- HORNO SECADOR				PM.5614 HORNO DE SECADO DIES D-53 9410105 24/04/2025 BANCO DE SANGRE LAVADO DE MATERIAL CONTROL DE TEMPERATURA FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE Y PRESENTA AVANZADO DETERIORO POR OXIDACION $ 318.891				
PG.5074	PIPETA AUTOMATICA		Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA 5-200W				PG.5074 MICROPIPETA BIOHIT 100 - 1000 µL 6023816 23/04/2025 BANCO DE SANGRE PRUEBAS INFECCIOSAS OK $ 110.918				
PG.9175	PIPETA AUTOMATICA	10	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA LINEA HUMAPETTE VOLUMEN VARIABLE				PG.9175 MICROPIPETA PIPET4U 100 - 1000 µL IH861113 23/04/2025 BANCO DE SANGRE INMUNOHEMATOLOGÍA PRESENTA FISURA EN CARCASA $ 110.918				
PG.9868	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 100uL a 100uL				PG.9868 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN PROLINE PLUS SARTORIUS 10 - 100 µL 18110389 23/04/2025 BANCO DE SANGRE PRUEBAS INFECCIOSAS OK $ 110.918				
PG.9869	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 100uL a 100uL				PG.9869 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN PROLINE PLUS SARTORIUS 100 - 1000 µL 19049477 24/04/2025 BANCO DE SANGRE PRUEBAS INFECCIOSAS OK $ 110.918				
PG.9870	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 5uL a 50uL				PG.9870 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN PROLINE PLUS SARTORIUS 5 - 50 µL 18109949 24/04/2025 BANCO DE SANGRE PRUEBAS INFECCIOSAS OK $ 110.918				
PG.9871	PIPETA AUTOMATICA	120	Mantenimiento	$110918,00	$131992,00	589723003	19	
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN DE 0,5uL a 10uL				PG.9871 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN PROLINE PLUS SARTORIUS 0,5 - 10 µL 18098464 23/04/2025 BANCO DE SANGRE PRUEBAS INFECCIOSAS OK $ 110.918				
PM.7885	SILLON PARA DONANTES COLOR AZUL	96	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
SILLON PARA DONANTES COLOR AZUL				PM.7885 SILLÓN PARA DONANTES PRESVAC T - 4 i 5902 25/04/2025 BANCO DE SANGRE FLEBOTOMÍA NO POSEE CILINDRO HIDRAHULICO EN POSICIONAMIENTO DE PIES $ 103.986				
PM.15646	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE PARA DONACION DE SANGRE COLOR NEGRO				PM.15646 SILLÓN PARA DONANTES GENÉRICO NR NR 25/04/2025 BANCO DE SANGRE FLEBOTOMÍA DAÑO EN GUAYA DE ACCIONAMIENTO DE PIES $ 103.986				
PM.15647	SILLA ELECTRICA RECLINABLE GRANDE	120	Mantenimiento	$103986,00	$123743,00	589723003	19	
SILLA RECLINABLE PARA DONACION DE SANGRE COLOR NEGRO				PM.15647 SILLÓN PARA DONANTES GENÉRICO NR NR 25/04/2025 BANCO DE SANGRE FLEBOTOMÍA NO POSEE ADAPTADOR AC/DC $ 103.986				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PG.5944	TENSIOMETRO	73	Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO BASE RODANTE				PM.8156 TENSIÓMETRO WELCH ALLYN PARED 090109125945 24/04/2025 BANCO DE SANGRE VALORACIÓN DEL DONANTE OK $ 76.256				
PG.5094	TENSIOMETRO		Mantenimiento	$76256,00	$90745,00	589723003	19	
TENSIOMETRO DE PARED				PM.14272 TENSIÓMETRO DIGITAL WELCH ALLYN OSZ4 200822793 24/04/2025 BANCO DE SANGRE VALORACIÓN DEL DONANTE REQUIERE CAMBIO DE PERA $ 76.256				
PM.7497	VIDEO ENDOSCOPIO	16	Mantenimiento	$11832881,00	$14081128,00	589723003	19	
VIDEOENDOSCOPIO LAPAROSCOPIO MONITOR ALTA RESOLUCION OEV-143				PM.17732 MONITOR GRADO MEDICO PENTAX SC-WU27-G1522 18-288454 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA EQUIPO PERTENECE A TORRE DE GASTROENTEROLOGIA MARCA PENTAX MEDICAL PM.17731 VIDEO PROCESADOR PENTAX EPK-I7010 UB010735 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA OK NR VIDEOCOLONOSCOPIO PENTAX EC38-I10L A113088 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA SE EVIDENCIA DESGASTE EN TAPONES DE BIOPSIA, REQUIEREN CAMBIO. EQUIPO PERTENECE A TORRE DE GASTROENTEROLOGIA MARCA PENTAX MEDICAL NR VIDEOCOLONOSCOPIO PENTAX EC38-I10L A113096 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA SE RECOMIENDA COLGAR EL EQUIPO EN SU TOTALIDAD PARA EVITAR QUE TOME LA FORMA DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO. EQUIPO PERTENECE A TORRE DE GASTROENTEROLOGIA MARCA PENTAX MEDICAL NR VIDEODUODENOSCOPIO PENTAX ED34-I10T B111162 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA SE EVIDENCIAN DEFORMACIONES EN EL TUBO DE INSERCION, ADICIONALMENTE SE EVIDENCIA ZONAS CON PELADURAS, SE RECOMIENDA MAYOR PRECAUCION EN LA MANIPULACION DEL TUBO DE INSERCION PARA EVITAR DAÑOS. EQUIPO PERTENECE A TORRE DE GASTROENTEROLOGIA MARCA PENTAX MEDICAL NR VIDEOGASTROSCOPIO PENTAX E629-I10 A117391 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA SE EVIDENCIA PERFORACION EN CAUCHO DEL SEGMENTO ANGULADOR Y TUBO DE INSERCION Y RUPTURA DE FIBRA DE LUZ DERECHA EN EL EQUIPO, PRESENTA DEFORMACIONES MULTIPLES EN TUBO DE INSERCION. EQUIPO PERTENECE A TORRE DE GASTROENTEROLOGIA MARCA PENTAX MEDICAL NR VIDEOGASTROSCOPIO PENTAX E629-I10 A117398 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA SE EVIDENCIA RUPTURA DE FIBRAS DE LUZ, ANGULACION UP FUERA DE RANGO DE TOLERANCIA, PRESENTA DEFORMACIONES MULTIPLES EN EL CANAL DE BIOPSIA (9,15,19,28,42 CM), EN SEGMENTO ANGULADOR Y EN TUBO UMBILICAL. EQUIPO PERTENECE A TORRE DE GASTROENTEROLOGIA MARCA PENTAX MEDICAL PM.17735 IRRIGADOR DE ENDOSCOPIOS MEDIVATORS EFA-IN-6 SB892769-04 24/04/2025 CIRUGIA CUARTO DE ENDOSCOPIA EQUIPO PERTENECE A TORRE DE GASTROENTEROLOGIA MARCA PENTAX MEDICAL				

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des
Detalle del activo				**Detalle Transacción:**				
PM.17769	TORRE LAPAROSCOPIA	120	Mantenimiento	$15078724,00	$17943682,00	589723003	19	
TORRE LAPAROSCOPIA: 1 MONITOR LCD GRADO MEDICO 27" S/N 3001055, 1 SOPORTE DE PANTALLA S/N 8001398 PM.17765, 1 CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CP S/N I1100512483 PM.17770, 1 CABEZAL CAMARA LOGIC HD CABLE 3M S/N 1100587505, 1 CABLE DE FIBRA OPTICA CPI S/N1415218, 1 OPTICA 30 GRADOS 10MM L 500MM ALT 60MM S/N 1100534007, 1 CONTROLADOR ESTERI A 200MM L 500MM ALT 60MM S/N 1424199, 1 FUENTE DE LUZ LED 1.2 CPL S/N1100586966 PM.17767, 1 INSUFLADOR 45 BASIC CPL S/N 1100587061 PM.17773, 1 OBJETIVO ZOOM f 13-29 S/N 1100534007, CARRO DE TRANSPORTE, 1 REGULADOR DE CO2 CON MANGUERA				PM.17769 TORRE DE LAPAROSCOPIA: MONITOR LCD GRADO MEDICO S/N 3001055 PM.17769, CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CP S/N 1100512483 PM.17770, CABEZAL DE CAMARA LOGIC HD S/N 1100587505, OBJETIVO ZOOM F13-29 S/N 1100617042, FUENTE DE LUZ 1.2 CPL S/N 1100586966 PM.17767, NEUMOINSUFLADOR 45 BASIC CPL S/N 1100587061 PM.17773. RICHARD WOLF LMD-27GSNB 3001055 23/04/2025 CIRUGIA BODEGA DE EQUIPOS SE RECOMIENDA ADQUIRIR MANOMETRO Y MANGUERA NUEVA PARA EL NEUMOINSUFLADOR. $ 15.078.724				
PM.17763	TORRE LAPAROSCOPIA	120	Mantenimiento	$15078724,00	$17943682,00	589723003	19	
TORRE LAPAROSCOPIA: MONITOR LCD GRADO MEDICO 27" 3001058 PM.17763, SOPORTE DE PANTALLA 8001390, CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CPI 1100512486 PM.17764, CABEZAL DE CAMARA LOGIC HD CABLE 3M 1100587508, CABLE DE FIBRA OPTICA CPI 1415218, OPTICA 30 GRADOS 10MM L 500MM ALT 60MM 1100534018, CONTROLADOR ESTERI A 200MM L 500MM ALT 60MM 1424199, FUENTE DE LUZ LED 1.2 CPL 1100586971 PM.17772, INSUFLADOR 45 BASIC CPL 1100597434 PM.17768, CABLE DE RED 4500274809, OBJETIVO ZOOM f 13-29 1100534018, CARRO DE TRANSPORTE, REGULADOR DE CO2 CON MANGUERA				PM.17763 TORRE DE LAPAROSCOPIA: MONITOR LCD GRADO MEDICO S/N 3001058 PM.17763, CONTROLADOR DE CAMARA LOGIC HD CP S/N 1100512486 PM.17764, CABEZAL DE CAMARA LOGIC HD S/N 1100587508, OBJETIVO ZOOM F13-29 S/N 5000390712, FUENTE DE LUZ 1.2 CPL S/N 1100586971 PM.17772, NEUMOINSUFLADOR 45 BASIC CPL S/N 1100587434 PM.17768. RICHARD WOLF LMD-27GSNB 3001058 24/04/2025 CIRUGIA BODEGA DE EQUIPOS SE RECOMIENDA ADQUIRIR MANOMETRO Y MANGUERA NUEVA PARA EL NEUMOINSUFLADOR. $ 15.078.724				
PM.17357	BAÑO DE FLOTACION	120	Mantenimiento	$502599,00	$598093,00	589723003	19	
BAÑO DE FLOTACIÓN DIGITAL PARA SECCIONES DE PARAFINA CUADRADO, DE 110V, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, CON DISPLAY DE FACIL LECTURA, DIMENSIONES 43.5 X 27.4 X 17 CM PESO 4,6 KG				PM.17357 BAÑO DE FLOTACIÓN THERMO FISHER SCIENTIFIC DIGITAL 130781CB1808 22/04/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 502.599				
PM.17354	CENTRAL DE INCLUSION	120	Mantenimiento	$984401,00	$1171437,00	589723003	19	
CENTRAL DE INCLUSIÓN, HISTOSTAR				PM.17354 CENTRAL DE INCLUSIÓN THERMO FISHER SCIENTIFIC HISTOSTAR HS7347A1807 / HS7365C1807 22/04/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 984.401				
PM.17356	CITOCENTRIFUGA	120	Mantenimiento	$984401,00	$1171437,00	589723003	19	
CITOCENTRIFUGA CYTOSPIN				PM.17356 CITOCENTRÍFUGA THERMO FISHER SCIENTIFIC CYTOSPIN 4 CY212801807 22/04/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 984.401				
PM.17358	MICROSCOPIO	120	Mantenimiento	$716684,00	$852854,00	589723003	19	
MICROSCOPIO OLYMPUS CX33, MICROSCOPIO TRINOCULAR CX33RTFS2				PM.17358 MICROSCOPIO TRINOCULAR OLYMPUS CX33 8B40509 22/04/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 716.684				
PM.17355	MICROTOMO DE ROTACION	120	Mantenimiento	$985095,00	$1172263,00	589723003	19	
MICRTOMO DE ROTACIÓN MICROM HM325, CON RETROCESO. INCLUYE UN SOPORTE DE CUCHILLAS DESECHABLES QUE ACEPTA TANTO CUCHILLAS DE ALTO PERFIL COMO BAJO PERFIL, CLAMP DE LIBERACIÓN RAPIDA PARA CASETTES				PM.17355 MICRÓTOMO DE ROTACION MANUAL THERMO FISHER SCIENTIFIC HM 325 S18050947 22/04/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA OK $ 985.095				
PM.17353	PROCESADOR DE TEJIDOS	120	Mantenimiento	$3426684,00	$4077754,00	589723003	19	

HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E
NIT 8918550295

TRANSACCIÓN

Proveedor : 901400915 - 9 360 PLUS SAS **Transacción :** 232

Fecha : 13/05/2025 **Factura :** TSP82 **Estado :** Confirmado

Activos	Descripción	V útil	Tipo	Valor	Val. con IVA	Cta Debito	%Iva	%Des

Detalle del activo

PROCESADOR DE TEJIDOS SHANDON EXCELSIOR AS. CON CAPACIDAD PARA 300 CASETTES EN CANASTILLA ORGANIZADA (222) O EN CANASTILLA ALEATORIA (300) 220. INCLUYE AMBAS CANASTILLAS 110-240V, 50/60 HZ, 1 F. INCLUYE ADICIONAL 8 FILTROS REF 9990612 4 SETS DE FILTROS REF.9990610

Detalle Transacción:

PM.17353 PROCESADOR DE TEJIDO THERMO FISHER SCIENTIFIC EXCELSIOR AS ET59501806 22/04/2025 PATOLOGÍA PATOLOGÍA REQUIERE CAMBIO DE BOMBA, DE TAPA DE LA CAMARA, DE SELLO GENERAL DE LA CAMARA, DE BATERIAS Y DE SENSOR DE NIVEL DOS $ 3.426.684

Valor en Letras :

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Neto : 167.960.356,00

Descuento : 0,00

Iva : 31.912.468,00

Rte Fuenta : 18.471.826,00

Rte Ica : 1.679.604,00

Rte Iva C : 4.786.870,00

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 6.300,00

Rte Iva D : 0,00

Total : 174.928.224,00

Detalle :

ACTA PARCIAL No.001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD/25-1119 DEL 4 DE ABRIL DE 2025 CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. COMPRENDIDO DEL PERIODO 09 AL 30 DE ABRIL DE 2025. FACURA No. TSP82.

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
Jefe de Almacén
Bodega de Activos Fijos

ZORAYA INES GUTIERREZ ENGATIVA
Revisó Prof. Universitario de Contabilidad

EDDWIN HARBEY VARGAS ACEVEDO
Elaboró