## 4. ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

ASOCIADO FUNDACION PEPASO

NOMBRE DEL JARDÍN SEMILLITAS DE AMOR | CONVENIO 8427

DIRECCIÓN DG 75D SUR # 75L 07

| COBERTURA | M 0 | C 17 | P 67 | PJ 67 | J 65 | TOTAL 216 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 4.2. VIGILANCIA NUTRICIONAL

| No. | NOMBRE DEL ELEMENTO | CARACTERISTICAS | DETALLE CANTIDAD | CANTIDAD | ESTADO | VALOR | SDIS | ASOCIADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infantómetro para niños y niñas menores de dos años | Precisión de 1 mm capacidad de 100 a 120 cm, material de fabricación: resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable cinta métrica metálica, ubicada a uno o ambos lados y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita a la niña o niño acostarse. No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a dilatación en diferentes ambientes (Temperatura) | Una unidad en buen estado. | 1 | BEUNO | $ 71.000 | N/A | X | |
| 2 | Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años | En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas. | Una unidad en buen estado. | 1 | BUENO | $ 71.000 | N/A | X | |
| 3 | Pesabebé | Capacidad: 20 a 25 kilos. Precisión: 10 a 20 g. Mecanismo: electrónica, digital o de brazo mecánica. Para Jardines Infantiles con niñas y niños menores de dos años. | Una unidad en buen estado. | 1 | BUENO | $ 71.000 | N/A | X | |
| 4 | Balanza de pie | Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro). Debe contar con plataforma amplia, no deben utilizarse balanzas de baño (mecánicas, de resorte, con sensibilidad de 500 gr), porque los datos no son confiables para el seguimiento nutricional. Nota: la balanza debe ser tipo médico, para consultorio o sitio fijo. | Una unidad en buen estado. | PTE POR COMPRA | BUENO | $ - | N/A | X | |

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

| FIRMA REVISOR FISCAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|
| **NOMBRE: ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ** | **NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL** |
| **DOCUMENTO: 52317106** | **DOCUMENTO: 51707142** |