ISO/IEC 17025:2017
10-LAC-062

Laboratorio de calibración

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE MASA

Certificado No.: M01-622255-5 (Certificate Number) **# Edición:** 0

Cliente: Customer	Superintendencia De Servicios Públicos	**# Oportunidad:** Opportunity Number	00.785.953
Dirección: Adress	Carrera 59 # 75-134	**Numero de Cliente:**	022855513307
Ciudad: City	Barranquilla - Atlántico		
Contacto: Contact	Ana Milena Velez		
Correo: Mail	amvelez@superservicios.gov.co		
No. Telefónico: Phone	3143558613		

Descripción Instrumento: Instrument Description — Báscula Electrónica

Intervalo de Medición:	0 kg	a	300 kg
Intervalo de Calibración:	2 kg	a	300 kg
División Escala:	0,1 kg		

Marca: Manufacturer	Bbg	**Fecha de Recepción:** Reception date	2025-08-06
Modelo: Model	LOGISTIC	**Fecha de Emisión:** Issue Date	2025-08-09
No. Serie: Serial Number	6110278		
Identificación: ID Number	20417		
Fecha de Calibración: Calibration date	2025-08-06		

	Min	Max
Temperatura:	30,6 °C	30,7 °C
Humedad Relativa:	56,0 %hr	56,0 %hr

Documento de Referencia: Reference Document — Guía SIM MWG/cg-v.00 2009

Método Utilizado: Method Used — Comparación Directa

Lugar de Calibración: Calibration Site — Cuarto De Archivos

METROGLOBAL
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente autorización por escrito de MetroGlobal S.A.S. Certificados sin firma carecen de validez. Los documentos en formato digital son copias no controladas. El documento original es en formato digital .P7z el cual garantiza la autenticidad del certificado.

This calibration certificate can only be fully disseminated without modification. It may not be reproduced in part, except when MetroGlobal S.A.S. Unsigned certificates are invalid. Documents in digital format are uncontrolled copies. The original document is in digital format .P7z which guarantees the authenticity of the certificate.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente al equipo descrito en este documento, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de METROLOGÍA GLOBAL S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results contained in this certificate were indicated only to the equipment described in this document, as well as to the time and conditions in which the measurements were made. The METROLOGÍA GLOBAL S.A.S Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the inappropriate use of calibrated instruments.

ONAC es signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ILAC para el reconocimiento mutuo de certificados de calibración.

ONAC is a signatory to the Mutual Recognition Arrangement - MRA of the International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC for mutual recognition of calibration certificates.

Calibrado por:

Jorge Valencia Romero
Metrólogo

Autorizado Por:

Firmado Electrónicamente .p7z
Juan Pablo Ruiz Vargas

Director técnico

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
LABORATORIO DE MASA

Certificado No.: M01-622255-5 **# Edición:** 0
Certificate Number

Documento de Referencia: Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v.00 Ed. 2009.
Reference Document

Procedimiento Utilizado: Procedimiento interno "P.03.3 Calibración de Instrumentos de Pesaje de funcionamiento no automático"
Method used

Trazabilidad Metrológica

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones que los vincula a patrones nacionales o internacionales, estos patrones son calibrados por laboratorios competentes según los requisitos establecidos en la normal NTC ISO/IEC 17025:2017.


Código	Instrumento	Clase	Rango	Fecha Cal.	# Certificado	Laboratorio	Acredita
JPT 018	Juego pesas de trabajo	F1	1 g - 2 kg	2025-03-13	M02-624790	METROGLOBAL S.A.S.	ONAC
JPT 025	Juego pesas de trabajo	M1	5 kg - 10 kg	2025-03-05	M02-624760	METROGLOBAL S.A.S.	ONAC
LPT 005	Lote de pesas de trabajo	M1	20 kg	2025-01-03	M02-624504	METROGLOBAL S.A.S.	ONAC

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Prueba de Excentricidad de Carga

Carga Aplicada: 100 kg

Posición	Indicación	Error absoluto
1	100,0	----------
2	100,0	0,0
3	100,0	0,0
4	100,0	0,0
5	100,0	0,0
1	100,0	0,0



$\Delta IMAX_{exc}$ 0,0


Prueba de Repetibilidad

Carga Aplicada:	20 kg	150 kg	300 kg
Repetición	Indicación	Indicación	Indicación
1	20,0	150,0	300,0
2	20,0	150,0	300,0
3	20,0	150,0	300,0
4	20,0		
5	20,0		
6	20,0		
7	20,0		
8	20,0		
9	20,0		
10	20,0		
Desviacion Estandar(kg):	0,000	0,000	0,000

Prueba de Error de Indicación

Carga Aplicada (kg)	Indicación (kg)	Error (kg)	Factor de cobertura k	Incertidumbre Expandida (kg)
2	2,00	0,000	2,01	0,082
10	10,00	0,000	2,01	0,082
20	20,00	0,000	2,01	0,082
40	40,00	0,000	2,01	0,082
80	80,00	0,000	2,01	0,082
100	100,00	0,000	2,01	0,082
150	150,00	0,000	2,01	0,083
200	200,00	0,000	2,01	0,084
250	250,00	0,000	2,01	0,085
300	300,00	0,000	2,01	0,086

FIGURA 1. ERROR, INCERTIDUMBRE EXPANDIDA Y CARGAS / *ERROR, EXPANDED UNCERTAINTY AND LOADS*



* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k,y que tiene una probabilidad de cobertura específica de aproximadamente 95 % y no menor a este valor.
The expanded uncertainty of the reported measurement is established as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor k, and which has a specific coverage probability of approximately 95% and not less than this value.

Observaciones:
A. Las Cargas aplicadas fueron seleccionas y acordadas con el usuario.
B. El instrumento bajo calibración se encontró en buen estado de funcionamiento.
C. "# Edición: "corresponde a que se realizó alguna modificación al certificado de calibración
D. La indicación de la prueba de error de indicación son el promedio de las mediciones realizadas.

20 AÑOS ANIVERSARIO

------ FINAL DEL CERTIFICADO ------