



	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INSUMOS				Código:	ABIF18	
	FORMATO	ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DE MEDICAMENTOS Y.O INSUMOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS)				Versión:	02	
Fecha	Hora	Factura No.	Contrato/Donación:		MSPS-1834-2024			
27.12.2024	12:00	FV237158	Acta No.		MSPS-1834-2024-5			
Se revisaron Condiciones del Contrato por Supervisor (Si/No):		Si	Fecha Arribo Aeropuerto		N.A			
Embalaje (B, R, ò M):		B	Fecha Nacionalización		N.A			
Producto (Según carta del proveedor)	Proveedor	Cantidad	Unidad de medida	Lote	Fecha Fabricación	Fecha Vencimiento	Fecha Certificado Análisis. Liberación del Producto	Cantidad Muestra (Militar Estándar)
[T1020 -PR] CHAGAS ELISA IGG+IGM x Prueba	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS NIT: 830.025.281-2	3.648	PRUEBA	24ECHAT 101	05.06.2024	28.02.2026	05.06.2024	200
Total		3.648	48 pruebas no facturadas del lote 24ECHAT101 con soporte documental de donación.					
FECHA RECIBO EN ZONA FRANCA		27.12.2024		FECHA DE APERTURA.DESEMPAQUE		27.12.2024		
VIDA ÚTIL SUPERIOR AL 75% (Si/No) *o que cuente mínimo con 10.5 meses (Si/No)* Obligaciones Específicas		Si		RÓTULO DE PROHIBIDA SU VENTA, USO EXCLUSIVO ò SIMILARES (Si, No, N.A)		Si		
VERIFICACIÓN TERMÓGRAFO		N.A		TEMPERATURA PROMEDIO		2.8°C		
TRANSPORTADOR		KOK787		CONDICIONES DE TRANSPORTE (Bueno - Regular - Malo)		B		
MATERIAL EMBALAJE		C.E		MATERIAL ENVASE		C.E		
No. DE CORRUGADOS		5 PIEZAS		INCLUYE MUESTRAS PARA INVIMA (Si/No) *		No		
DOCUMENTACIÓN		C.E		INFORMACION EN ESPAÑOL		C.E		
PRODUCTO EN CUARENTENA (Si/No) *		No		PRODUCTO RECHAZADO (Si/No) *		No		
OBSERVACIONES		Se revisa al 100% del embalaje encontrándose a satisfacción. A la muestra tomada se verificó número de lote, fecha de vencimiento, aspecto y empaque, encontrándolos a satisfacción; la cantidad de las muestras fue tomada de acuerdo con la norma militar estándar; con muestreo aleatorio verificando los siguientes parámetros: cantidad de pruebas por plegadiza, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, lote, estado general del producto encontrándolo conforme. Se reciben 175 Cajas plegadizas con 192 Pruebas de Tamizaje para la enfermedad de Chagas: Pruebas de Antígenos Recombinantes para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas Vida Útil: El lote se encuentra a conformidad con una vida útil mínimo con 10.5 meses al momento del ingreso físico al Almacén. En general, físicamente el producto se encuentra conforme a lo esperado y anunciado en la documentación. INVIMA: INVIMA 2024RD-0005605-R1						
		LOTE	Fecha Fabricación	Fecha Vencimiento	DIAS FV-FF	HOY	VIDA UTIL DIAS %	
		24ECHAT101	5/06/2024	28/02/2026	633	27/12/2024	428	67,6%

C.E: Conforme a Especificaciones; N.C: No Conforme; MKT: Temperatura Media Cinética. N.A: No Aplica. *Describa lote y cantidad en observaciones

Se firma la presente acta de recepción por quienes en ella intervinieron:




Firmado digitalmente por Luis Alexander Corredor Castillo




Dina Luz Hernandez Herrera

Elaboró: ALEXANDER CORREDOR CASTILLO
Q.F. Contratista Subdirección de Gestión de Operaciones

Revisó documentalmente: DINA LUZ HERNÁNDEZ HERRERA
Contratista Contadora Subdirección de Gestión de Operaciones



Firmado digitalmente por Jacqueline Nieto Rosas



Firmado digitalmente por Mauricio Javier Vera Soto

Aprobó documentalmente: JACQUELINE NIETO ROSAS
Q.F. Subdirección de Gestión de Operaciones

MAURICIO JAVIER VERA SOTO Coordinador Grupo Gestión Integrada de Enfermedades Endemo-Epidémicas (SET)

MICHAEL HIMMEL
Firmado digitalmente por MICHAEL HIMMEL
Fecha: 2024.12.30 12:35:25 -05'00'

MARIA TERESA MONTAÑA
Fecha: 2024.12.28 08:37:28 -05'00'

MICHAEL HIMMEL C.E. No. 255374 Tercer Suplente del Gerente ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S

MARÍA TERESA MONTAÑA RODRÍGUEZ
Regente de Farmacia Almacén – Intertrading Z.F S.A.S

Carrera 13 No. 32-76. PBX: 3305000. FAX: 3305050.
www.minsalud.gov.co. Bogotá, Colombia

Fecha de Versión 9 de octubre de 2023