

11	Probeta de 100 mL	Probetas de vidrio graduada certificadas de 100 mL CLASE A. Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Calibrada a una temperatura de referencia de +20°C	UNIDAD	2
12	Probeta de 25 mL	Probetas de vidrio graduada certificadas de 25 mL CLASE A. Altamente resistente tanto a los esfuerzos mecánicos como térmicos. Amplia base hexagonal, con 3 puntos de apoyo, incrementa la estabilidad de la probeta e impide que la base ruede al inclinarla. Espesor de pared uniforme sobre todo el intervalo de medición, lo cual evita los errores de medición. Calibrada a una temperatura de referencia de +20°C	UNIDAD	2
13	Pipetas pasteur 2 mL	Caja de 500 pipetas pasteur de 2 mL plasticas (Pipetas desechables de polietileno dotadas de bomba de aspiración y graduación, la punta fina garantiza una dosificación precisa de la muestra.)	UNIDAD	1
14	Espatulas dobles	Espatula con mango plastico y hoja de acero inoxidable de 12 cm de largo por 2 cm de ancho	UNIDAD	8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES		
ITEM N°	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN
1	FICHAS TÉCNICAS	Al momentro de la entrega junto con el material, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato las fichas técnicas de cada elemento, asi como el certificado de garantí a.
2	CONDICIONES DE ENTREGA	El supervisor del contrato y un representante de la empresa contratista, realizará el protocolo de inspección visual a cada uno de los elementos a adquirir verificando que los elementos se encuentren en funcionamiento, esto en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. En caso de no cumplir con al menos una de las especificaciones técnicas requeridas, el elemento será devuelto con el propósito de que el proveedor reemplace en su totalidad. Los elementos deberán ser entregados en el plazo de ejecución señalado.
3	COSTOS LOGÍSTICOS	Los costos logísticos generados por la ejecucion del contrato, tales como desplazamientos, combustibles, fletes, viáticos y demás tramites de orden administrativo, seran asumidos por el contratista.
4	CONDICION DE LOS ELEMENTOS	El contratitsta debera comprometerse a entregar todos los elementos del presente proceso en condición de nuevos protegidos con su respectivo embalaje, sin presentar daños físicos de ningún tipo como ralladuras, rajaduras, cortes, daños de pintura y/o algún otro tipo de anomalía exterior.
5	Cumplimiento de las especificaciones técnicas	El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas descritas de los bienes adquirir
6	Trazabilidad de los bienes	Para asegurar la cadena de trazabilidad desde el fabricante hasta el usuario final, el contratista debe entregar toda la documentación correspondiente a los elementos, objeto del presente proceso, así mismo todos aquellos documentos que sean necesarios par a garantizar su trazabilidad y condición en el cual el contratista deberá garantizar al momento de la entrega de los elementos, los documentos expedidos por el fabricante para su uso mantenimiento y conservación

Solicitó	Revisó	Aprobó
VIVIANA KATHERINE ROZO BARRERA	Derly Johana Ortegón Fernandez	JUAN CAMILO PULGARIN VANEGAS
Responsable de servicios tecnologicos	Responsable de contratación	Subdirector (E)
Firma: Viviana Rozo	Firma:	Firma:

VoBo. (en caso de mantenimiento y/o adecuaciones)
Nombre:
Cargo: Instructor o encargado del área:
Firma: