SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ITEM	ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS		CANTIDAD	Valor Unitario	Valor % IVA	Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (D.E.A) PORTATIL					
	FÍSICAS					
	Dimensiones	210 mm (w) x 286 mm (d) x 78 mm (h)				
	Peso	2kg (incluye batería)				
	Comunicación	Mediante 5G/2.4G				
	Inalámbrica	Wi-Fi o celular (4G) con AED Alert™ network				
	CLÍNICAS					
	Versión	Automático				
	Rango de selección de energía	100 a 360 J (adulto)				
		10 a 100 J (pediátrico)				
	Protocolo de energía	200-300-360 J (adulto)				
		50-70-100 J (pediátrico) Cumple con las recomendaciones AHA/ERC 2015				
	Tiempo de carga	0 segundos (Sistema de precarga durante análisis de ECG)				
	Tiempo de encendido hasta descarga	8 segundos (200J, batería -nueva, 20± 5°C)				
	TÉCNICAS					
	Indicaciones de uso	Mensajes de voz				
	Guiado RCP	Guiado por voz Metrónomo RCP RCP información a tiempo real				
	Controles	Control dispositivo ON /OFF				
	Botón de descarga	Proporciona energía cuándo el usuario pulsa el botón (versión semiautomática)				
	Modo Adulto/Pediátrico	Adulto a pediátrico para reducir energía y adecuar RCP				
	Botón de lenguaje	Configuración permite hasta un máximo de tres idiomas				
	Parches	Tipo: Preconectados, desechables, para adulto MR60/pediátrico MR61				
		Vida útil: 5 años (desde la fecha de fabricación)				
	Opción sensor RCP	Peso: Aproximado180 g (sin batería)				
	Autodiagnostico automatico	Diario, semanal, mensual, trimestral, mediante indicadores visuales				

1	**Almacenamiento**	Eventos: Más de 500 eventos	**1 UNID**	$ 8.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00	
		Grabación voz: Más de 1 hora					
		exportacion de datos a travez de USB					
		informe de autodiagnostico aprox 1000 registros					
		Datos RCP: Más de 5 horas					
	Batería	Tipo: Dióxido de litio y manganeso, 4200 mAh					
		Duración en espera: 6 años (at 20±5 °C, realizando auto test semanal, sin ser utilizado, y sin enviar reporte de auto test), 5 años (at 20±5 °C, realizando auto test diario sin ser utilizado, y sin enviar reporte de auto test)					
		Indicador reemplazo batería: Min. 10 choques a 200 J y 30 minutos de funcionamiento (20±5 °C)					
		Peso: 300 g					
	AMBIENTALES						
	Protección polvo y agua	IP55					
	Temperatura	Almacenamiento largo plazo: 15 a 35℃					
	Humedad	Opera/almacén: 5 a 95 % (sin condensación)					
	Vibraciones	MIL-STD-810G-2008, method 514.6, Category 13, Category 14, Category 20					
	Golpes	EN1789, 6.3.4.2					
	ACCESORIOS						
	Gabinete para DEA	Gabinete de pared					
		Tamaño: 42,5 x 32 x 12,5 cm.					
		Material: metal de 2,0 mm + cristal de policarbonato					
	Estuche para transporte	Que permita su traslado y proteja el equipo de goles, caídas y afines.					
	GARANTÍA						
	Garantía Minima	5 años					
	CAPACITACIÓN						
		8 horas (certificado individual para los asistentes) en modalidad presencial, atendiendo los lineamientos de la resolución 3316 de 2019 de minsalud y 011 28 de abril de 2022 del municipio.					

	Curso de Capacitación teórico-práctica	Informe de simulacro con los hallazgos y recomendaciones para la mejora en la primera respuesta. Personal brigadista y/o primer respondiente de vuestras empresas clientes. Grupo no mayor a quince (15) participantes, en la ciudad de Bucaramanga y área metropolitana				
	SEÑALETICA					
	Señalética	Espacio Cardioprotegido Según norma ISO 7010, personalizado según Manual Señalética Institucional				
TOTAL					$ -	$ 8.000.000,00

Nota 1	Cada unidad de Desfibrilador externo automático (DEA) deberá ser entregado e instalado con su respectivo gabinete para exhibición y almacenamiento del DEA en el lugar que para ello disponga el supervisor del contrato.
Nota 2	se debe entregar la hoja de vida de cada equipo, especificando modelo, número de serie, marca, número del permiso de comercialización suministrado por el INVIMA, nombre del fabricante, nombre del importador, cronograma y soportes del mantenimiento preventivo o correctivo de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante en el manual de instrucciones. Entregar los manuales de instalación, operación y mantenimiento básico, en idioma español, al momento de la entrega del equipo.



FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : KAREN LISSETH CARREÑO YEPES
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ECOSEGUIRIDAD INDUSTRIAL
NIT O CC.: 1098766229 - 4
Dirección: CALLE 7A 24-23
Ciudad: BUCARAMANGA
Teléfono: 3163548535
Celular: 3106667159
Telefax:
e-mail: ECOSEGURIDADINDUSTRIAL@GMAIL.COM