WALTER VELASCO SAS

NIT 900.580.320-4 Régimen Común
Técnicos en Soplado de Vidrio
Mobiliario, equipos y dotación para Laboratorios.
Fabricación y Reparación de Material de Vidrio
Mirillas y Tubos de nivel, acrílico y Acero inoxidable

Santiago de Cali, 17 de septiembre de 2025.

FORMATO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA

MÍNIMA CUANTÍA No. SGC-MC-025-2025

Señores
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá

OBJETO A CONTRATAR:

Suministrar envases resistentes a presión, vacío y alta temperatura para toma de muestras de gases volcánicos e hidrotermales tipo Botellas Giggenbach

Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor de técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de WALTE VELASCO SAS en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso:

Anexo No 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. **CLASIFICACIÓN UNSPSC:** El objeto a contratar debe clasificarse en cualquiera de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), relacionados a continuación

Clasificación	Segmentos	Familias	Clase
CÓDIGO	41000000	4112000	41121800
NOMBRE	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	Suministros y accesorios para laboratorio	Artículos de vidrio o plástico y suministros generales de laboratorio

2. SUMINISTRO DE BOTELLAS O ENVASES DE VIDRIO

Realizar la entrega de las botellas o envases de vidrio resistentes a presión, vacío y alta temperatura para toma de muestras de gases volcánicos e hidrotermales con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD
1	**Ampollas de Vidrio** resistentes a presión, vacío y alta temperatura, fabricadas en vidrio de Borosilicato y provistas de llave para alto vacío. **Llave de alto vacío**: válvula de control de flujo, tipo zanahoria de teflón de 8 mm, con empaques (anillos) y punta más delgada. Diámetro externo: 50 mm Largo: 150 mm Capacidad aproximada: 150-200 mL Espesor de pared: 2,5 mm  	**25**

Las botellas o envases tipo Botellas Giggenbach deben ser nuevos, originales y con garantía de fábrica de 6 meses en lo referente a mantener vacío y resistencia del vidrio borosilicato.

Embalaje y Empaque:

Las botellas deben ser embaladas y empacadas de manera que se proteja la integridad de las mismas, evitando roturas y rayones durante el transporte y almacenamiento, por lo anterior se deben entregar empacadas individualmente usando materiales como cartón, plástico de burbujas o espuma

3. SISTEMA DE GESTIÓN

El contratista deberá cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión del Servicio Geológico Colombiano que se relacionen con las actividades del contrato y con las normas de salud ocupacional y bioseguridad establecidas por la Entidad.

4. TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS POR PARTE DEL USUARIO:

El contratista debe comprometerse en su oferta, a atender y responder las dudas o problemas que surjan durante la operación del equipo, con una oportunidad no mayor a tres (3) días hábiles.

5. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN:

Los elementos que lo componen deben ser entregados por el contratista en:

Sede	Dirección	Ciudad
OVSManizales	Av 12 octubre #15-47	Manizales

6. PLAZO DE ENTREGA:

El término de ejecución estimado será cinco meses (5), contados a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Coordinación del Grupo de Contratos y Convenios, previa expedición del registro presupuestal.

Atentamente,



DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre WALTER VELASCO ABAD
CC No. 16.659.372

DATOS DEL PROPONENTE
Nombre WALTER VELASCO SAS Nit 900.580.320-4
Dirección: CALLE 23 NTE 5 BN 63 VERSALLES
Correo electrónico: comercial@waltervelasco.com
Ciudad: Santiago de Cali
Teléfono 315 4953190