

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 10-06-2025 12-06-2025

Datos del alcohol sensor

Marca Jupiter

Número de serie 81001810

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	X	
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Celent Martinez

Firma Celent



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/08/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin influencias o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bázaco, antetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de esta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos sus efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Frank Alvarez	112846882		10-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Alfonso N. P. N.	7035430512		10-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Walter P. G. G.	1058325694		10-06-2025	Celent M	0.0	✓			
León A. A.	1042271119		10-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Walter A. G. G.	71993252		10-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Walter G. G.	1073381202		10-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Claudio Aguado	43251621		12-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Alfonso A. A.	43565626		12-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Walter B. B.	1101436191		12-06-2025	Celent M	0.0	✓			
Walter M. M.	104181575		12-06-2025	Celent M	0.0	✓			

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00428
 Fecha: 10 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 07:04
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C
 Nombre del sujeto
 hugo

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador
 celeny martinez
 Id del operador
 1216724900
 Firma del operador

GPS
 W075° 36.3780'
 N06° 16.7707'

Firma

Firma de testigo

Celeny M

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00426
 Fecha: 10 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 07:57
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 23C

Nombre del sujeto

frank alvarez

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador
 celeny martinez
 Id del operador
 1216724900
 Firma del operador

GPS

Firma *Frank Alvarez*
 1128465662

Firma de testigo

Celeny M

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00430
 Fecha: 10 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 07:08
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

luis

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador
 celeny martinez
 Id del operador
 1216724900
 Firma del operador

GPS
 W075° 36.3797'
 N06° 16.7718'

Firma

Firma de testigo

Celeny M

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00429
 Fecha: 10 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 07:06
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador
 celeny martinez
 Id del operador
 1216724900
 Firma del operador

GPS
 W075° 36.3800'
 N06° 16.7713'

Firma

Firma de testigo

Celeny M

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00431
 Fecha: 10 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 07:09
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

hector

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador
 celeny martinez
 Id del operador
 1216724900
 Firma del operador

GPS
 W075° 36.3790'
 N06° 16.7737'

Firma

Firma de testigo

Celeny M

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00432
 Fecha: 12 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 10:11
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 24C

Nombre del sujeto
 marcela

Id del sujeto

43251671

Firma del sujeto

Claudia Aguila

Nombre del operador
 celeny martinez

Id del operador

1216724900

Firma del operador

GPS
 W075° 36.1305'
 N06° 17.0286'

Firma

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00433
 Fecha: 12 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 10:12
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 24C

Nombre del sujeto
 alba

Id del sujeto

Alba Silva

Firma del sujeto

Nombre del operador
 celeny martinez

Id del operador

1216724900

Firma del operador

GPS
 W075° 36.5410'
 N06° 17.2186'

Firma

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00434
 Fecha: 12 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 10:13
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C

Nombre del sujeto
 rosa

Id del sujeto

Firma del sujeto

1101456191

Nombre del operador

celeny martinez

Id del operador

1216724900

Firma del operador

Rosa Benitez

GPS
 W075° 36.5810'
 N06° 17.2380'

Firma

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00435
 Fecha: 12 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 10:14
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 25C

Nombre del sujeto
 yelson

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador

celeny martinez

Id del operador

1216724900

Firma del operador

GPS
 W075° 36.5820'
 N06° 17.2401'

Firma

Yelson Molina

514181515

Firma de testigo

Celeny M.

Numero de serie: 81001810
 Nro de test: 00427
 Fecha: 10 Jun, 2025
 Blanco: 000.0 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025
 Modo de test: Auto
 Hora: 07:01
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL
 Temperatura: 24C

Nombre del sujeto
 diego

Id del sujeto

Firma del sujeto

Nombre del operador
 celeny martinez

Id del operador

1216724900

Firma del operador

Diego Aguilera

GPS
 W075° 36.3804'
 N06° 16.7625'

Firma

7035430597

Firma de testigo

Celeny M.