Edgar Suárez

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Fecha de aprobación:	22/03/2024	
Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: _____ **INFORME PARCIAL:** __X__ Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. 5899 - 2024 **FECHA DEL INFORME :** 27/03/2025

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DAR SOLUCIONES SAS	NIT O C.C	900.336.119-5	Valor Inicial:	$15.679.440			12/08/2024	11/02/2025
Representante Legal:	PEDRO ANTONIO MEDINA ESPITIA	Cedula Representante	79.276.215	Adición 1:	$7.839.720	Prórroga 1:		12/02/2025	11/05/2025
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LA CADENA DE FRIO DE LAS NEVERAS DE PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E"			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	6 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1566 24/06/2024 368 01/02/2025	Registros Presupuestales	43804 26/07/2024 16621 11/02/2025	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO EQUIPOS HOSPITALARIOS		CÓDIGO 4245020801	Adición 11:		Prórroga 11:			
				Valor Total:	$23.519.160	Fecha Terminación actual:			11/05/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	10/07/2025

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	Prestar el servicio de monitoreo de temperatura para la cadena de frio de las neveras de vacunacion de la Subred integrada de servicios de salud SurOccidente E.S.E., según factura FE-1641	Se anexa listado	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-010857-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 27-03-2025 11:58:00 a. m.
DESTINO FIBRA QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No FE-1641
FOLIOS 14 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: C2nfKbEUEv

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE-1594	01-10-2024	12/08/2024 - 11/09/2024	29-10-2024	2.540.650	2.540.650	20.978.510	10,8%	
2	FE-1598	18-10-2024	12/09/2024 - 11/10/2024	29-10-2024	2.540.650	5.081.300	18.437.860	21,6%	
3	FE-1606	15-11-2024	12/10/2024 - 11/11/2024	27-11-2024	2.540.650	7.621.950	15.897.210	32,4%	
4	FE-1627	27-01-2025	12/11/2024 - 11/12/2024	30-01-2025	2.605.981	10.227.931	13.291.229	43,5%	
5	FE - 1626	21-01-2025	12/12/2024 - 11/01/2025	30-01-2025	2.613.240	12.841.171	10.677.989	54,6%	
6	FE - 1632	20-02-2025	12/01/2025 - 11/02/2025	28-02-2025	2.613.240	15.454.411	8.064.749	65,7%	
7	FE - 1641	21-03-2025	12/02/2025 - 11/03/2025	27-03-2025	2.613.240	18.067.651	5.451.509	76,8%	
8									
TOTAL					18.067.651	18.067.651	5.451.509	76,8%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

Cumplimiento en la entrega de los insumos contratados con calidad y oportunidad

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	$ 18.067.651
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS	$ 5.451.509

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE - 1641	27/03/2025
VALOR A PAGAR	$ 2.613.240
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Pago parafiscales, certificacion cuenta bancaria

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	YENNY ANDREA ALFONSO BERNAL
C.C. No.	1.022.336.479
CARGO/PERFIL	LIDER PAI
ÁREA DE UBICACIÓN	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO - PSPIC

$ 61.000,00

SUBRED SUR OCCIDENTE						SERVICIO DIA	$	2.033
DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2025								
ITEM	NEVERAS	FECHA INICIO	INICIO CORTE	CORTE COBRO	DIAS COBRADOS	MONITOREO	IVA 19%	Monitoreo
1	PAPS INTERNACIONAL	FO06K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
2	UMHES FONTIBON	FO03K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
3	USS 48 SAN PABLO	FO05K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
4	USS TERMINAL AEREO	FO94K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
5	USS CENTRO DIA	FO04K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
6	USS TERMINAL TERRESTRE	FO93K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
7	USS PUERTA DE TEJA	FO07K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
8	USS 50 MEXICANA	SU50K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
9	CAPS ZONA FRANCA	FO08K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
10	HOSPITAL BOSA	BO37K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
11	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	PA35K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
12	CAPS PORVENIR	PA34K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
13	CAPS PABLO VI BOSA	PA16K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
14	USS ESTACION	PA29K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
15	USS OLARTE	PA31K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
16	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	PA35K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
17	USS CARBONEL	PA28K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
18	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	KE10K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
19	BOMBEROS	SU44K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
20	USS 79 CARVAJAL	SU57K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
21	CAPS 92 PATIOS	SU59K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
22	USS PATIO BONITO TINTAL	SU55K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
23	USS ABASTOS	SU39K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
24	USS BRITALIA	SU54K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
25	USS ALQUERIA	SU52K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
26	USS CATALINA	SU48K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
27	PUENTE ARANDA	SU40K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
28	EXTRAMURAL KENNEDY	KE10K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
29	EXTRAMURAL FONTIBON	KE10K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
30	EXTRAMURAL PTE ARANDA	KE10K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
31	PAPS ASUNCION BOCHICA	SU46K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
32	PAPS PUENTE ARANDA - CUARTO FRIO	SU40K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
33	PAPS PUENTE ARANDA - CT ACOPIO	SU40K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
34	USS ALCALA MUZU	SU42K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
35	CAPS TRINIDAD GALAN	SU41K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
36	CENTRO DE SALUD TINTAL	KE13K33-6	12/02/2025	11/03/2025	30,00	$ 61.000	$ 11.590	$ 61.000,00
						$ 2.196.000,00	$ 417.240	$ 2.196.000,00

TOTAL MES			$ 2.196.000
TOTAL MES			$ 2.196.000
IVA			$ 417.240
TOTAL FACTURACION			$ 2.613.240

Factura electrónica de venta N°: FE 1641

DAR SOLUCIONES SAS
900.336.119-5
AK 45 108 A 50 P 6
Bogotá - Colombia
(1) 2322358
servicios@darsoluciones.net
www.darsoluciones.net

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (031) 4546800
Dirección: CL 9 39 46
Correo: gerencia@subredsuroccidente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 08:12
Expedición	21/03/2025, 08:25
Vencimiento	20/04/2025
Vendedor	Ruben Osorio
Centro de costo	0001
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MONITOREO DE TEMPERATURA NEVERAS PAI	61,000.00	35.00	0.00	19 %	0 %	2,135,000.00	2,540,650.00
2	MONITOREO TEMPERATURA NEVERAS VIGILANCIASANITARIA	61,000.00	1.00	0.00	19 %	0 %	61,000.00	72,590.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos trece mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 2,613,240.00

Total Bruto	2,196,000.00
IVA 19%	417,240.00
Total a Pagar	2,613,240.00

Observaciones:
- PERIODO 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2025.
- POR FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR EN LA CUENTA AHORROS BANCO CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA380067595 A NOMBRE DE DAR SOLUCIONES SAS.
- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088110545 aprobado en 20250131 prefijo FE desde el número 1628 al 5000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa 9.66
CUFE: c14a10b9b29c904114148077136953af69eb7d7443dfa0e2cdf4b38c244c0f187d7ca453860c159aaac8cb5492944b44

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PBX (+57) 1-2322358
AK 45 No 108 A 50 piso 6
Bogotá / Colombia

Cliente: SECRETARIA DE SALUD SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E
Fecha de solicitud: 12 marzo de 2025
Bogotá

Ref.: INFORME MENSUAL

Objeto:
CONTRATAR EL SEVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LA CADENA DE FRIO DE LAS NEVERAS DE PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

Descripción del servicio:

- Se realiza verificación de los 36 sensores en las neveras de la entidad.
- Una vez validados de los 36 sensores se procede a realizar la activación de la plataforma las 24 horas del día durante el plazo de ejecución del contrato (incluye sábados, domingos y festivos) la administración y rastreo se desarrolla con tecnología GPRS.
- Una vez instalado los señores se inicia con la medición de las temperaturas que generan las neveras, pero no se garantiza la temperatura que genere la nevera.
- Se cuenta con servicio técnico especializado, disponible para cualquier solicitud que tenga la entidad o se requiera.

Distribución e instalación de equipos:

No	SEDE	N. MODULO DE COMUNICACIÓN	NOMBRE NEVERA
1	PAPS INTERNACIONAL	PAPS INTERNACIONAL	NEVERA VACUNAS
2	UMHES FONTIBON	UMHES FONTIBON	NEVERA VACUNAS
3	USS 48 SAN PABLO	USS 48 SAN PABLO	NEVERA VACUNAS
4	USS TERMINAL AEREO	USS TERMINAL AERERO	NEVERA VACUNAS
5	USS CENTRO DIA	USS CENTRO DIA	NEVERA VACUNAS
6	USS TERMINAL TERRESTRE	USS TERMINAL TERRESTRE	NEVERA VACUNAS
7	USS PUERTA DE TEJA	USS PUERTA DE TEJA	NEVERA VACUNAS
8	USS 50 MEXICANA	USS 50 MEXICANA	NEVERA VACUNAS
9	CAPS ZONA FRANCA	CAPS ZONA FRANCA	NEVERA VACUNAS
10	HOSPITAL BOSA	HOSPITAL BOSA	NEVERA VACUNAS
11	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	CENTRO SALUD VILLA JAVIER	NEVERA VACUNAS
12	CAPS PORVENIR	CAPS PORVENIR	NEVERA VACUNAS
13	CAPS PABLO VI BOSA	CAPS PABLO VI BOSA	NEVERA VACUNAS

14	USS ESTACION	USS ESTACION	NEVERA VACUNAS
15	USS OLARTE	USS OLARTE	NEVERA VACUNAS
16	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	VILLA JAVIER EXTRAMURAL BOSA	NEVERA VACUNAS
17	USS CARBONEL	USS CARBONEL	NEVERA VACUNAS
18	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	UMHE OCCIDENTE KENNEDY	NEVERA VACUNAS
19	BOMBEROS	BOMBEROS	NEVERA VACUNAS
20	USS 79 CARVAJAL	USS 79 CARVAJAL	NEVERA VACUNAS
21	CAPS 92 PATIOS	CAPS 92 PATIOS	NEVERA VACUNAS
22	USS PATIO BONITO TINTAL	USS PATIOBONITO TINTAL	NEVERA VACUNAS
23	USS ABASTOS	USS ABASTOS	NEVERA VACUNAS
24	USS BRITALIA	USS BRITALIA	NEVERA VACUNAS
25	USS ALQUERIA	USS ALQUERIA	NEVERA VACUNAS
26	USS CATALINA	USS CATALINA	NEVERA VACUNAS
27	PUENTE ARANDA	UPA 11	ANTIRRABICAS
28	USS EXTRAMURAL KENNEDY	EXTRAMURAL	EXTRAMURAL 1
29			EXTRAMURAL 2
30			EXTRAMURAL 3
31	PAPS ASUNCION BOCHICA	PAPS ASUNCION BOCHICA	NEVERA VACUNAS
32	PUENTE ARANDA	PAPS PUENTE ARANDA	CUARTO FRIO
33		PTE ARANDA COVID-CT ACOPIO 2	CT ACOPIO 2
34	USS ALCALA MUZU	USS ALCALA MUZU	NEVERA VACUNAS
35	CAPS TRINIDAD GALAN	CAPS TRINIDAD GALAN	NEVERA VACUNAS
36	CENTRO DE SALUD TINTAL,	VACUNACION TINTAL	NEVERA VACUNAS

Reportes:

- Reporte en tiempo real de la temperatura
- Reporte de las variaciones de temperatura
- Reporte de historial de temperaturas
- Reporte de promedios de temperatura en diferentes tiempos.

PLATAFORMAS DE ACCESO PARA EL SISTEMA DE TEMPERATURA

WEB: https://monitoreo.geoscan.co/
Quedamos atentos a su información

PBX (+57) 1-2322358
AK 45 No 108 A 50 piso 6
Bogotá / Colombia




Camilo Andrés Pérez Bernal
Gerente De Proyectos
PBX.: (57)(1) 2322358 Ext. 4100
Móvil: 317 510 7946
USA: (1) 731 3270807
Bogotá, Colombia


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > INTERNACIONAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS INTERNACIONAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.96 %	[27d 23h 36m 00s]	Fallo:	0.04 %	[16m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.955 %	[40299]	Fallo:	0.045 %	[18]
Promedio (Nevera 1):	4.5 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.5 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > UMHES FONTIBON (SUBRED SUR OCCIDENTE) > UMHE FONTIBON					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 52m 36s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40316]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.0 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.0 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:21:52 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS 48 SAN PABLO (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS SAN PABLO					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 50m 10s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40314]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	2.9 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	2.9 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:21:55 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS TERMINAL AEREO (SUBRED SUR OCCIDENTE) > TERMINAL AEREO				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	98.075 %	[27d 10h 53m 09s]	Fallo:	1.925 % [12h 56m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	98.065 %	[39536]	Fallo:	1.935 % [780]
Promedio (Nevera 1):	4.2 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.2 °C


PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:21:58 AM

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS CENTRO DIA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CENTRO DIA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.581 %	[27d 21h 03m 47s]	Fallo:	0.419 %	[02h 49m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.564 %	[40162]	Fallo:	0.436 %	[176]
Promedio (Nevera 1):	2.9 °C					




Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	2.9 °C

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS TERMINAL TERRESTRE (SUBRED SUR OCCIDENTE) > TERMINAL TERRESTRE					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.898 %	[27d 23h 07m 45s]	Fallo:	0.102 %	[41m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.896 %	[40271]	Fallo:	0.104 %	[42]
Promedio (Nevera 1):	4.7 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.7 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS PUERTA DE TEJA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS PUERTA DE TEJA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 50m 42s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40314]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.1 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.1 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:07 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS 50 MEXICANA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS MEXICANA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 49m 01s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40312]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.8 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.8 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:10 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS ZONAFRANCA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CAPS ZONA FRANCA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 48m 40s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40312]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	3.7 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.7 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:14 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > HPTAL BOSA (SUB_SUR_OCCIDENTE) > HOSP. BOSA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.727 %	[27d 22h 01m 13s]	Fallo:	0.273 %	[01h 50m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.72 %	[40203]	Fallo:	0.28 %	[113]
Promedio (Nevera 1):	4.5 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.5 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:18 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CENTRO SALUD VILLA JAVIER (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CENTRO SALUD VILLA JAVIER				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.888 %	[27d 23h 03m 41s]	Fallo:	0.112 % [45m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.886 %	[40267]	Fallo:	0.114 % [46]
Promedio (Nevera 1):	4.5 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.5 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:21 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS PORVENIR (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS PORVENIR				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.576 %	[27d 20h 59m 51s]	Fallo:	0.424 % [02h 51m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.571 %	[40142]	Fallo:	0.429 % [173]
Promedio (Nevera 1):	4.1 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.1 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS PABLO VI BOSA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CAPS PABLO VI BOSA				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	96.381 %	[26d 23h 30m 56s]	Fallo:	3.619 % [01d 00h 19m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	96.324 %	[38886]	Fallo:	3.676 % [1484]
Promedio (Nevera 1):	5.9 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	5.9 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:27 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ESTACION (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS ESTACION					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 49m 25s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40313]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	5.6 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	5.6 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS OLARTE (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS OLARTE				
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.873 %	[27d 22h 59m 50s]	Fallo:	0.127 % [51m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.871 %	[40263]	Fallo:	0.129 % [52]
Promedio (Nevera 1):	3.8 °C				



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.8 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:32 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS CARBONEL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CARBONEL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 53m 36s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40317]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.7 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.7 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:35 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **EXTRA 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS EXTRAMURAL KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS EXTRAMURAL KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.129 %	[27d 17h 58m 59s]	Fallo:	0.871 %	[05h 51m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.11 %	[39959]	Fallo:	0.89 %	[359]
Promedio (EXTRA 1):	5.1 °C					



EXTRA 1 (°C)




Canal	Promedio
EXTRA 1	5.1 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **EXTRA 2**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS EXTRAMURAL KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS EXTRAMURAL KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.891 %	[27d 23h 05m 54s]	Fallo:	0.109 %	[44m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.883 %	[40267]	Fallo:	0.117 %	[47]
Promedio (EXTRA 2):	4.0 °C					



EXTRA 2 (°C)




Canal	Promedio
EXTRA 2	4.0 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **EXTRA 3**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS EXTRAMURAL KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS EXTRAMURAL KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 49m 49s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40313]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (EXTRA 3):	3.7 °C					



EXTRA 3 (°C)




Canal	Promedio
EXTRA 3	3.7 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > UMHE OCCIDENTE KENNEDY (SUBRED SUR OCCIDENTE) > UMHE OCCIDENTE KENNEDY					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.412 %	[27d 19h 54m 33s]	Fallo:	0.588 %	[03h 57m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.39 %	[40074]	Fallo:	0.61 %	[246]
Promedio (Nevera 1):	4.8 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.8 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:47 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > BOMBEROS (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS BOMBEROS					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 49m 41s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40313]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.8 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.8 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:49 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS 79 CARVAJAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CARVAJAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.898 %	[27d 23h 07m 46s]	Fallo:	0.102 %	[41m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.891 %	[40271]	Fallo:	0.109 %	[44]
Promedio (Nevera 1):	3.9 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.9 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:52 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS 92 PATIOS (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS 92 PATIOS					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 49m 00s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40312]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.3 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.3 °C


PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:22:55 AM

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS PATIO BONITO TINTAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS PATIO BONITO TINTAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.819 %	[27d 22h 37m 21s]	Fallo:	0.181 %	[01h 13m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.814 %	[40240]	Fallo:	0.186 %	[75]
Promedio (Nevera 1):	4.3 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.3 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ABASTOS (SUBRED SUR OCCIDENTE) > USS ABASTOS					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 49m 54s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40313]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	3.7 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.7 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:23:03 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS BRITALIA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS BRITALIA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 51m 43s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40315]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	3.9 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	3.9 °C


PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:23:06 AM

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ALQUERIA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS ALQUERIA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 51m 22s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40315]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.2 °C					




Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.2 °C

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS CATALINA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS CATALINA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 52m 48s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40316]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 5):	3.5 °C					



Nevera 5 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 5	3.5 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Antirrabica**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > UPA 11 (SUBRED SUR OCCIDENTE) > UPA 11					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.819 %	[27d 22h 36m 56s]	Fallo:	0.181 %	[01h 13m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.814 %	[40239]	Fallo:	0.186 %	[75]
Promedio (Antirrabica):	4.7 °C					



Antirrabica (°C)




Canal	Promedio
Antirrabica	4.7 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:23:14 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ASUNCION BOCHICA (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS ASUNCION BOCHICA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 50m 25s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40314]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.4 °C					



Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.4 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:23:17 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **CUARTO FRIO**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > PUENTE ARANDA CUARTO FRIO (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS PUENTE ARANDA					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.715 %	[27d 21h 53m 43s]	Fallo:	0.285 %	[01h 55m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.707 %	[40196]	Fallo:	0.293 %	[118]
Promedio (Cuarto Frio):	4.2 °C					



Cuarto Frio (°C)




Canal	Promedio
Cuarto Frio	4.2 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:23:20 AM


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **CT ACOPIO 2**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > PTE ARANDA ACOPIO 2 > PTE ARANDA CT ACOPIO 2					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 49m 57s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40313]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (CT Acopio 2):	4.7 °C					



CT Acopio 2 (°C)




Canal	Promedio
CT Acopio 2	4.7 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > USS ALCALA MUZU (SUBRED SUR OCCIDENTE) > PAPS MUZU					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 53m 12s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40317]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.8 °C					




Nevera 1 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 1	4.8 °C

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > CAPS TRINIDAD GALAN (SUBRED SUR OCCIDENTE) > CAPS TRINIDAD GALAN					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	99.606 %	[27d 21h 10m 34s]	Fallo:	0.394 %	[02h 39m 00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.601 %	[40153]	Fallo:	0.399 %	[161]
Promedio (Nevera 5):	3.6 °C					



Nevera 5 (°C)




Canal	Promedio
Nevera 5	3.6 °C


PRTG NETWORK MONITOR

SUBRED Sur Occidente MES: **Nevera 1**

Plazo de tiempo de informe:	2/16/2025 12:00:00 AM - 3/16/2025 12:00:00 AM					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	REST Custom v2 (BETA) (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	GEOSCAN-IOT > C. SALUD TINTAL (SUBRED SUR OCCIDENTE) > C. SALUD TINTAL					
Estadísticas de tiempo disponible:	OK:	100 %	[27d 23h 50m 30s]	Fallo:	0 %	[00s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	100 %	[40314]	Fallo:	0 %	[0]
Promedio (Nevera 1):	4.7 °C					



Nevera 1 (°C)



Canal	Promedio
Nevera 1	4.7 °C

PAESSLER 23.1.82.2175+ 3/19/2025 11:23:30 AM