Quimitrónica
- Experiencia y servicio en su laboratorio -
Carrera 49b # 93-93 – Bogota D.C.
(601) 534 3848 Ext: 202
tecnico@quimitronica.com
www.quimtronica.com

Nombre Formulario	**FM-DP-ST-01-06 V.8 INFORME DE SERVICIO TECNICO**
Mapa	**Coordenadas no validas**
CLIENTE	**IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología**
DIRECCION	**Calle 12 # 42 B - 44**
CIUDAD	**Bogotá D.C**
LABORATORIO:	**Espectroscopia UV VIS**
INFORME DE SERVICIO TÉCNICO N°	**WS 21153**
FECHA Y HORA DE INICIO:	**2024-04-09 02:45 pm**
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:	**INV 17770**
EQUIPO:	**Espectrofotómetro UV VIS**
MARCA:	**THERMO SCIENTIFIC**
MODELO:	**EVOLUTION ARRAY**
SERIE:	**EA-1003005**
TIPO DE SERVICIO:	**Calificación Operacional**
PROBLEMA PRESENTADO:	**No presenta**
Desea tomar fotografía?	**Si**
FOTOGRAFÍA ESTADO INICIAL:	
Desea tomar una segunda fotografía?	**No**
TRABAJOS REALIZADOS:	**Protocolo de calificación Operacional|Pruebas de exactitud y precisión de longitud de onda y absorbancia, tanto para la región UV comonpara VIS.**
LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN FINAL	
1. Rutina de autodiagnóstico sin errores	**Pasa**
2. Pruebas de funciones del instrumento	**Pasa**
Otro, cual?	**Función de autocero OK**
Sin categoria	
OBSERVACIONES:	**Calificación operacional conforme**
REPUESTOS REEMPLAZADOS:	**No aplica**
REPUESTOS QUE SE DEBEN REEMPLAZAR EN EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:	**No aplica**
ESTADO EN QUE QUEDA EL EQUIPO DESPUÉS DE ESTE SERVICIO:	**Funcionando correctamente**
TIEMPO DE SERVICIO (Horas):	**1.5**

Carrera 49b # 93-93 – Bogota D.C.
(601) 534 3848 Ext: 202
tecnico@quimitronica.com
www.quimtronica.com

Desea tomar fotografía final?	**No**
TRABAJO REALIZADO POR:	**Walter Sopó Camargo**
FIRMA:	
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:	**2024-04-09 04:35 pm**
REVISIÓN POR EL CLIENTE: El cliente certifica haber recibido los trabajos descritos en este informe a entera satisfacción.	**Si**
NOMBRE DEL CLIENTE:	**Nicolás Sánchez**
FIRMA:	
Requiere una segunda firma del cliente?	**No**