EVALUACIÓN FINAL COMPONENTE TECNICO DEL SERVICIO A CONTRATAR 1. CD-DC-CEET-087-2025 EDASIM COLOMBIA LTDA. NIT 900.276.964-4			
Ítem	Nombre descripción del servicio	**Evaluación**	**Observaciones**
1	Mantenimiento preventivo correspondiente al laboratorio LPKF para los equipos, Plotter Fresador ProtoMat S103: 1- Cambios Protomat S103: Switches,medidor de profundidad, filtros máquina, filtro HEPA unidad extractora, bolsa de particulado unidad extractora, material de soporte. 2- Calibraciones: Alineamiento del Tool Holder, Cámara offset y Profundidad de corte - (IMPORTANTE: Toda la calibración debe ser hecha utilizando el Software LPKF CircuitPRO en Service Mode el cuál es protegido por contraseña del fabricante). -Se incluyen 3 paquetes de fresa de 0.2 y 2 paquetes de brocas para calibración de la máquina y realización de muestras finales. 3- Lubricación y Limpieza: Guías electromecánicas, ajustes finales de los componentes mecánicos y limpieza de filtros. Incluye: SET de mantenimiento ProtoMat S103. (IMPORTANTE: el aceite debe ser homologado por el fabricante). -Se requiere Caja Mantenimiento para Motores Jaeger Con sus respectivos elementos de funcionamiento, para garantizar una óptima operación. 4- Instalaciones y/o actualizaciones: Revisión circuito	**CUMPLE**	Cumple las especificaciones solicitadas para el mantenimiento.

Evaluador componente técnico



ANGELA ROCIO SANCHEZ RUIZ
Instructor G16
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones.