	PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURA	TI-BM-F04	
hospiclinic	SUBPROCESO: EQUIPOS BIOMEDICOS	FECHA	VERSION
		14/01/2025	1
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Página: 1 de 1	

EMPRESA / IPS	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA **"APC-COLOMBIA"**	CIUDAD	CUCUTA	CONTRATO	N° 120 DE 2025

DATOS EQUIPO

EQUIPO	MONITOR SIGNOS VITALES		
MARCA	EDAN	FABRICANTE	EDAN INSTRUMENTS INC
MODELO	X12	PROVEEDOR	HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.
SERIE	261594-M24C13630038	FABRICACION	CHINA
INVENTARIO	N.A	TIPO ADQUISION	VENTA
R. INVIMA	2019EBC-0002816-R1	EMAIL	hospiclinicbiomedico@gmail.com
MANTENIMIENTO	ANUAL	CALIBRACION	NO APLICA POR NORMATIVIDAD



CLASIFICACION EQUIPO

TIPO RIESGO	IIB	CLASIFICACION BIOMEDICA	EQUIPO DIAGNOSTICO
TECNOLOGIA	ELECTRONICA	SERVICIO	CONSULTA

INFORMACION TECNICA

VOLTAJE	100 - 240 VAC	POTENCIA	60W	FRECUENCIA	50/60 HZ	PANTALLA	12"
TEMPERATURA	0°C a 45°C	HUMEDAD R.	10 - 95%	PROTECCION INGRESO		IEC 60601-1	
TAMAÑO	30,6 X 30,9 X 15,1 cm	PESO	3,5 Kg	BATERIA		2550 mAh	

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD
SENSOR SPO2	EDAN	SH1	N.T	1
BATERIA	EDAN	N.T	N.T	1
CABLE ECG	EDAN	EC05DAS121	N.T	1
SENSOR TEMPERATURA	EDAN	01.15.040225	N.T	1
CABLE A/C	N.T	N.T	N.T	1
BRAZALETE NIBP	EDAN	Adult E9	N.T	1
MANGUERA NIBP	EDAN	BPT2	N.T	1

OBSERVACIONES TECNICAS

MANTENER EL EQUIPO CONECTADO A LA RED ELECTRICA, EVITAR LIQUIDOS O DERRAMES CERCA DEL EQUIPO, MANTENER LOS ACCESORIOS LIBRES DE GEL Y/O CUALQUIER MATERIAL VISCOSO

QR