| | PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURA | TI-BM-F04 | |
|---|---|---|---|
| hospiclinic | SUBPROCESO: EQUIPOS BIOMEDICOS | FECHA | VERSION |
| | | 14/01/2025 | 1 |
| | HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS | Página: 1 de 1 | |

| EMPRESA / IPS | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA **"APC-COLOMBIA"** | CIUDAD | CUCUTA | CONTRATO | N° 120 DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|

## DATOS EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO | MONITOR SIGNOS VITALES | | |
| MARCA | EDAN | FABRICANTE | EDAN INSTRUMENTS INC |
| MODELO | X12 | PROVEEDOR | HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. |
| SERIE | 261594-M24C13630086 | FABRICACION | CHINA |
| INVENTARIO | N.A | TIPO ADQUISION | VENTA |
| R. INVIMA | 2019EBC-0002816-R1 | EMAIL | hospiclinicbiomedico@gmail.com |
| MANTENIMIENTO | ANUAL | CALIBRACION | NO APLICA POR NORMATIVIDAD |



## CLASIFICACION EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO RIESGO | IIB | CLASIFICACION BIOMEDICA | EQUIPO DIAGNOSTICO |
| TECNOLOGIA | ELECTRONICA | SERVICIO | CONSULTA |

## INFORMACION TECNICA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAJE | 100 - 240 VAC | POTENCIA | 60W | FRECUENCIA | 50/60 HZ | PANTALLA | 12" |
| TEMPERATURA | 0°C a 45°C | HUMEDAD R. | 10 - 95% | PROTECCION INGRESO | | IEC 60601-1 | |
| TAMAÑO | 30,6 X 30,9 X 15,1 cm | PESO | 3,5 Kg | BATERIA | | 2550 mAh | |

## ACCESORIOS

| DESCRIPCION | MARCA | MODELO | SERIE | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| SENSOR SPO2 | EDAN | SH1 | N.T | 1 |
| BATERIA | EDAN | N.T | N.T | 1 |
| CABLE ECG | EDAN | EC05DAS121 | N.T | 1 |
| SENSOR TEMPERATURA | EDAN | 01.15.040225 | N.T | 1 |
| CABLE A/C | N.T | N.T | N.T | 1 |
| BRAZALETE NIBP | EDAN | Adult E9 | N.T | 1 |
| MANGUERA NIBP | EDAN | BPT2 | N.T | 1 |

## OBSERVACIONES TECNICAS

MANTENER EL EQUIPO CONECTADO A LA RED ELECTRICA, EVITAR LIQUIDOS O DERRAMES CERCA DEL EQUIPO, MANTENER LOS ACCESORIOS LIBRES DE GEL Y/O CUALQUIER MATERIAL VISCOSO

## QR