Desde 1957
KAIKA™
Equipos Médicos – Quirúrgicos, Oftalmológicos, de Laboratorio e Industria

ORDEN DE TRABAJO No. M-5933

CLIENTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
TELEFONO:	3006391933 **E-MAIL:**
EQUIPO:	Axioscope 5 **MODELO:** Axioscope 5
MARCA:	CARL ZEISS **SERIAL:** 3372000222 **No INV:** 92041025533
UBICACION:	Calle 104 #69-12 Pedregal **ORDEN DE CLIENTE No:**
ENCARGADO:	Sr. Alejandro Vásquez **V/S:** N/A

1.	GARANTIA	
2.	CONTRATO	
3.	MANTENIMIENTO P	X
4.	INSTALACION	
5.	DESINSTALACION	
6.	ACOMPAÑAMIENTO	
7.	DIAGNOSTICO	
8.	CAPACITACION	
9.	CALIFICACION	

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo al equipo, se realiza verificación inicial del equipo, se realiza verificación y limpieza de sistema de iluminación(luz led, se verifica voltaje de alimentación y componentes), eléctrico(se verifica voltaje de alimentación), electrónico(se verifica y limpia sensores posicionamiento, se verifica voltaje alimentación), se lubrica sistema mecánico(sistema de enfoque, perillas movimiento x/y, se realiza limpieza de sistema óptico con tratamiento anti hongos(oculares, fototubo, objetivos, lente objetivo, filtros) Se realiza verificación de todos los sistemas, se verifica conexiones y se realiza limpieza general del equipo. Se realiza pruebas funcionales del equipo en conjunto con la cámara y software ZEN instalado en equipo de cómputo del cliente, las pruebas realizadas son satisfactorias. El equipo queda bajo observación del cliente.

OBSERVACIONES

	Descripcion	Ejecutada
1	VERIFICACIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO	X
2	VERIFICACIÓN FINAL DE FUNCIONAMIENTO	X
3	REVISIÓN Y ALINEACIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO Y DE ILUMINACIÓN	X
4	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS	X
5	VERIFICACIÓN DE TUBO BINOCULAR, OCULARES, OBJETIVO(S), FILTROS,MICRÓMETRO, PORTALÁMPARAS, CONDENSADOR Y CARRO MECÁNICO.	X
6	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTIHONGOS SISTEMA OPTICO	X
7	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN SISTEMA ELECTRICO	X
8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO	X
9	LIMPIEZA GENERAL	X
10	Limpieza interna del equipo (Remoción de polvo y suciedad).	X
11	limpieza del cabezal optico, lentes y espejos	X

REPUESTOS	REFERENCIA	CANTIDAD


Repuestos reemplazados SI [ ] NO [X] En caso afirmativo, ¿Estos le fueron entregados? SI [ ] NO [X]

Si no fueron entregados explique el motivo.

Certifico que los anteriores servicios han sido prestados satisfactoriamente

LUGAR: MEDELLIN

FECHA: 06/05/2025



Soporte Tecnico KAIKA S.A.S

Nombre Ing. Alejandro Vasquez

Nombre JACOB CABALLERO



06/05/2025 11:26

Nombre