INFORME DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DLIA

CONSECUTIVO INFORME:	**233**
TITULO DEL INFORME:	Intervención Equipo SO2 T100 SN 965 PI 44921

I. Fecha Actividad.

FECHA INICIO	2024-09-26
FECHA FINAL	2024-09-26


II. Identificación Equipo.

UBICACIÓN	Taller DLIA
PARAMETRO CRITERIO	SO2
MARCA	TELEDYNE
MODELO	T100
SERIAL	**965**

III. Actividades Desarrolladas


1. Se realiza revisión del funcionamiento de bomba del equipo en el taller.
2. Se retira bomba de vació del equipo para su instalación en equipo T100 que va a operar en el Municipio de La Mesa.
3. No se realizan mas intervenciones en el equipo respectivo.





Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13, Avenida Troncal de Occidente # 18-76
Mosquera Cundinamarca, Teléfono: Teléfono: 5801111 ext: 4300-4310
www.car.gov.co , Email laboratorio@car.gov.co

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DLIA



IV. Conclusiones

1. Se verificó el funcionamiento correcto de la bomba para su instalación en el equipo T100 ubicado en La Mesa, en el monitoreo de Olores ofensivos que se va a realizar en el Colegio Sabio Mutis

---------- FIN DEL INFORME ----------

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCION DEL LABORATORIO E INNOVACION AMBIENTAL DE LA CAR

Ciudad:	Mosquera, Cundinamarca	Fecha:	26/09/2024

	Nombre	Firma
Elaboró	Ing Daniel Eduardo Vargas Vergara	
	Ing. John Christian Díaz Rojas	
Aprobó	Ing. Luis Alfredo Zarate Vasquez	

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

Revisión	Descripción del cambio	Autor	Fecha

Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13, Avenida Troncal de Occidente # 18-76
Mosquera Cundinamarca, Teléfono: Teléfono: 5801111 ext: 4300-4310
www.car.gov.co , Email laboratorio@car.gov.co

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DLIA

6	Se incluye espacio para consecutivo y para título y se adiciona control de cambios del formato	Giselle Rivera Pineda	2021-12-30

Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental

Centro Empresarial Santo Domingo, Manzana C, Bodega 13, Avenida Troncal de Occidente # 18-76
Mosquera Cundinamarca, Teléfono: Teléfono: 5801111 ext: 4300-4310
www.car.gov.co , Email laboratorio@car.gov.co