	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**6/10/2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**LA PLATA**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952610**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila) de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**6/10/2025**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	Torso de doble sexo que tenga la espalda abierta con mínimo 28 partes: Debe contener órganos genitales masculinos y femeninos desmontables, espalda abierta desde el cuello hasta el coxis para poder estudiar vertebras, cartílagos intervertebrales, medula espinal, nervios espinales, arterias vertebrales, entre otros. Que la cabeza cuente con cerebro dividido en 4 partes mínimo. Debe ser desmontable en Séptima vértebra dorsal, cubierta torácica femenina, Cabeza en 6 partes, 2 lóbulos pulmonares, corazón en 2 partes, Estómago en 2 partes, hígado con vesícula biliar, Paquete intestinal en 4 partes, Mitad anterior del riñón, órganos genitales femeninos con embrión, en 3 partes y órganos genitales masculinos en 4 partes. Que cuente con acceso a modelo digital.
NOMBRE	Maniquí para procedimientos de enfermería de 6 meses. Que sea un maniquí infantil de tamaño completo que simule de manera realista un paciente de 6 meses. Que este diseñado específicamente para capacitar a profesionales en la práctica de procedimientos básicos y avanzados de cuidado de pacientes infantiles. Que este diseñado para la educación efectiva del cuidado especial de pacientes infantiles en técnicas básicas y avanzadas de enfermería. Que sea posible practicar para mejorar técnicas de destreza y aprendizaje en cuidado de la tráquea y succión (oral y nasal), inserción de tubos de NG y OG, punción e infusión intraósea, identificación intramuscular del sitio de inyección, cateterización urinaria, auscultación normal y con ruidos anormales del corazón, respiración e intestinos, el cuidado y la alimentación del tubo de gastrostomía e identificación del sonido vocal.
NOMBRE	Kit para actualizar torso de reanimación cardiopulmonar con tecnología de medición y retroalimentación QCPR que permita comentarios en tiempo real sobre compresiones y ventilaciones. Este kit debe estar conformado por placa acanalada con sensor QCPR pre-montado, adhesivos de ventilación, etiqueta de ventilación, reflector, 2 pilas AA, conjunto de mordaza con soporte de válvula flexible, pegatina con nombre, etiqueta con nombre para la bolsa, correa con batería; que incluya asesoría por parte de un técnico por videollamada para gestionar y ayudar en la instalación del kit. Se necesita un paquete de pulmones por 24 para usar con torsos de reanimación cardiopulmonar.
NOMBRE	Little Anne Airways (paquete por 24) Vías respiratorias desechables con válvula unidireccional se cambian después de cada clase para la máxima comodidad del instructor y la seguridad de los estudiantes. También conocido como pulmones. El paquete incluye 24 vías respiratorias.
NOMBRE	Modelo para la auto examinación de mamas para colgar. Debe ser un modelo único de tórax femenino con mamas de tamaño medio realista, para poder aprender y ensayar la exploración de las mamas. Que sea hecho con silicona de alta calidad y dermatológicamente probada; que cuente con estructuras de la piel reproducidas con todo detalle y realista al tacto. Que sea posible realizar la exploración de mamas en posición de pie y acostada. Con alteraciones benignas y malignas posibles en diferentes situaciones como 2 alteraciones benignas posibles, 4 alteraciones malignas posibles y 2 alteraciones típicas. Con una lamina de enseñanza. Que incluya polvos de talco y soporte en la caja para transportar.
NOMBRE	Modelo de cuidado de heridas Seymour II Fabricado en material flexible y realista que permita la aplicación y fácil remoción de apósitos, sin dejar residuos de adhesivo. El modelo debe estar moldeado a partir de un paciente real de 74 años, que permita que se ve y se siente como si fuera real. que muestre las siguientes úlceras por presión: Etapa 1 Etapa II Etapa III con socavación, tunelización, grasa subcutánea y esfacelo Etapa IV con huesos expuestos, socavación, tunelización, grasa subcutánea, escara y esfacelo. También que muestre una lesión de tejido profundo sospechada, una herida de escara / esfacelo completa inestadificable y una herida dehiscente de S-1 / 2 pulgadas. La Etapa III y la Etapa IV se colocan de manera que se pueda demostrar y practicar un apósito "puente" para usar con un cierre asistido por vacío y dispositivos de terapia de heridas con presión negativa. Puede demostrar y practicar la limpieza de heridas, clasificación, estadificación, y evaluación, así como la medición de la longitud, profundidad, socavación y tunelización de la herida. La posición de las heridas permite demostrar múltiples apósitos al mismo tiempo. El modelo mide 30 x 33 x 15 cm.
NOMBRE	Doppler Que sea un diseño ergonómico, compacto y liviano con ¨backligth¨ luz de fondo, que opere con batería de litio recargable 2.4VDC, que tenga precisión en la medición y sonido claro; con transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable. Que tenga auto apagado para el ahorro de energía, con posibilidad de grabación de audio e indicador de nivel de batería.
NOMBRE	Monitor de paciente Sus características deben ser: a. ECG, Sp02; RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. b. Oximetría con modulación de tono por pulso. c. Análisis de arritmias. d. Batería de Litio interna recargable. e. Conexión a Central de monitoreo. f. Detección de Marcapasos. g. Llamada de enfermería. h. Pantalla Táctil TFT 8.4" a Color.

NOMBRE	Bomba de infusión con sensor de goteo y atril Sus características deben ser: a. Diseño compacto, liviano y fácil de transportar. b. Pantalla táctil de 2.4" a color. c. Apta para pacientes adultos, pediátricos d. y neonatales. e. Compatible con múltiples sets de infusión. f. Batería recargable con autonomía aproximada de 5 horas.
NOMBRE	Equipo para diagnóstico de órganos de los sentidos a. Sus características deben ser: b. Estuche rígido c. con diferencia de la luz con equilibrio correcto de la temperatura del color, el índice de reproducción cromática (IRC) y el brillo d. Bombillos led en los instrumentos para oftalmología y otorrino
NOMBRE	Camilla Ginecológica de Gabinete Full Sus características deben ser: a. Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20. b. Tendido dividido en 3 secciones, donde el cabecero y piecero se accionan mecánicamente c. Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. d. Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición. e. Estructura base con cajón y alacena para almacenamiento. f. 4 niveladores antideslizantes de 3/8". g. Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m. h. Terminado en pintura electrostática.
NOMBRE	Cuna acrílico-neumática con trendelembug Sus características deben ser: a. Fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. b. Tina en acrílico transparente de 5 mm, con medidas: Largo: 0.70 m - Ancho: 0.40. c. Posición trendelemburg por medio de accionamiento neumático. d. Dos canastillas para almacenamiento. e. Cuatro ruedas de 3" con freno para asegurar después del desplazamiento. f. Dimensiones: Largo 0.75 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.80 m. g. Terminado en pintura electrostática.
NOMBRE	Carro para medicamentos en acero inoxidable Sus características deben ser: a. Fabricado en lámina de acero inoxidable, con tapa superior en acero inoxidable b. Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior. c. Manija superior para transporte en acero inoxidable . d. 6 cajones con compartimientos que completan 72 divisiones. e. 1 cajón inferior para almacenamiento. f. 4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento. g. Dimensiones: Largo 0.72.5 m, Ancho 0.50 m, Altura 1.10 m. h. Terminado en acero inoxidable
NOMBRE	Carro de paro de cinco cajones equipado con desfibrilador dea, monitor, electrocardiógrafo y succionador de secreciones. Sus características deben ser: a. Características carro de paro: b. Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20, con tapa superior en acero inoxidable. c. Protector superior aislante en acrílico. d. Manija en aluminio para facilitar transporte. e. 5 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre. f. Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior. g. Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos. h. Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, con perilla ajustable para graduar altura. i. Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción. j. Bandeja auxiliar abatible. k. Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro. l. 4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento. m. Dimensiones: Largo 0.80 m – Ancho 0.50 m – Altura – 1.00 m. n. Terminado en pintura electroestática.
NOMBRE	Unidad de succión portátil a. Características clave b. Diseño de agarre con una mano c. No contiene látex d. Niveles de succión para succión traqueal y succión de niños y bebés marcados en azul claro e. Pantalla LED para usar de día o de noche f. PRUEBA - Programa de diagnóstico del dispositivo g. Niveles de ruido aproximados a 80 mmHg de 48 dBA y 500+ mmHg de 56 dBA (flujo de aire libre) h. Batería reemplazable en campo sin necesidad de herramientas i. Batería recargable, NiMH, 12 VCC 2 Ah j. Cargador de batería externo k. Cable de alimentación de 12 V CC para conexión a la conexión del vehículo l. Peso 4 kg (8 lb 13 oz) incluida la batería m. Kit de filtro de alta eficiencia Bemis n. Filtro bacteriano con clasificación HEPA de Bemis con una eficiencia de filtrado del 99,97 % hasta 0,3 µm o. El filtro Serres filtra los aerosoles hasta 0,4 µm p. El filtro de aerosol reutilizable LSU filtra aerosoles de hasta 0,3 µm
NOMBRE	Silla Reclinomatic eléctrica * Fabricado internamente con bastidores elaborados en madera quíntuples recubiertos en espuma. Tapizado en cuero sintético. Espaldar en 2 secciones con costura repisada. Asiento con sistema de apoya pies ocultos ecualizable. Brazos tapizados en cuero sintético negro con diseño radial. Sistema reclinable por medio de mando de control eléctrico. Medidas: Largo 0.86 m Ancho 0.84 m Alto 1.09 m.
NOMBRE	Flujómetro para oxigeno medicinal sin adaptador Sus características deben ser: a. Fabricado en bronce latón tornado b. De barra sólida y exterior cromado c. Doble flujómetro d. Aguja de válvula fabricada en bronce con asiento de kel-f e. Tubo calibrado a 5 psi (345kpa) f. Escala de 5-15lpmde 5-15lpm g. Sin adaptador tipo chemetron
NOMBRE	Kit de disección de 9 piezas Que contenga los instrumentos necesarios para realizar disecciones. Todas sus piezas deben estar fabricadas en acero inoxidable y que vengan en un práctico estuche con cremallera para almacenarlas. Que cuente con las siguientes piezas: a. Pinza de disección de 14 cm para separación de tejidos en el proceso de suturación. b. Pinza de disección con garra de 14 cm para separación de tejidos con un menor traumatismo gracias a sus dientes de agarre

NOMBRE	Mesa de mayo inoxidable Sus características deben ser: a. Fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 de acero inoxidable b. Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 de acero inoxidable c. Perilla de 3/8 para graduación de altura. d. 4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento. e. Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m. f. Terminado en acero inoxidable g. Bandeja superior en lámina de acero inoxidable
NOMBRE	Carro compresero en acero inoxidable Sus características deben ser: a. Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 de acero inoxidable. b. 3 patas en su perímetro para mayor estabilidad, con ruedas de 2" para facilitar desplazamiento. c. Dimensiones: Diámetro 0.60 m - Altura 0.84 m. d. Terminado en acero inoxidable e. Incluida bolsa en tela para el carro.
NOMBRE	Carro para transporte de ropa Sus características deben ser: a. Fabricado en tubo redondo de acero inoxidable. b. 3 compartimientos en lona, para almacenamiento de la ropa. c. 4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento. d. Base con bandeja para recolectar, elaborada en lámina de acero inoxidable e. Dimensiones: Largo 1.00 m, Ancho 0.65 m, Altura 1.10 m. f. Terminado en acero inoxidable
NOMBRE	Platón para cirugía en acero inoxidable de 35 x 6 cms.
NOMBRE	Pelvis para formación ginecológica Sus características deben ser: Que sea un torso del tamaño de un adulto diseñado como una herramienta versátil de formación y de adquisición de experiencia práctica para estudiantes en el ámbito de la ginecología. Con cuatro módulos de útero diferentes, que presentan patologías anómalas palpables desde el exterior, se pueden intercambiar fácilmente y se completan con seis módulos de cuello uterino diferentes. El dispositivo será útil para realizar demostraciones de los siguientes procedimientos: * Realizar exploraciones bimanuales con úteros palpables y realistas, tanto normales como anómalos * Realizar exploraciones vaginales con espéculo * Instruir en la exploración vaginal con cuellos uterinos fáciles de intercambiar y permitir el reconocimiento visual de variaciones anatómicas normales y anómalas
NOMBRE	Cubeta con tapa en acero inoxidable de medidas aproximadas 30x20x4 cms
NOMBRE	Camilla hidráulica multi Sus características deben ser: a. Fabricada en acero cold rolled calibre 18. b. Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables. c. Tendido dividido en 4 secciones elaborados en lámina de acero cold rolled C. 22, con sistema de accionamiento neumático para elevar cabecero y piecero, y borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla. d. Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso. e. Los movimientos se accionan por medio de pedales independientes ubicados en cada extremo de la camilla con sistema hidráulico. f. Los movimientos se accionan de manera independiente, el sistema de esta camilla no es un sistema hidráulico compacto, es un sistema hidráulico independiente. g. 2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático. h. Soporte para bala de oxígeno. i. Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C. 22 j. 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje. k. Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable. l. Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.60 m - máx. 0.75 m. TRL: 12º. m. 4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento. n. Capacidad de carga: 180kg - 220kg. o. Terminado en pintura electrostática en polvo.
NOMBRE	electrocardiógrafo de 12 canales Sus características deben ser: a. Electrocardiógrafo de 12 canales b. Teclado Alfanumérico y operación a un toque c. Medición automática e interpretación de pruebas con base de dados CSE/AHA/MIT d. Forma de onda en tiempo real e. Tendencias gráficas de los últimos 120s de ECG f. Detección automática de Arritmias
NOMBRE	Martillo para reflejos Sus características deben ser: Martillo para reflejos 3 servicios. – cromados.
NOMBRE	Almohadillas de entrenamiento AED Link Set de almohadillas de entrenamiento aed link para usar con aed trainer. Las almohadillas aed trainer link son para uso con todo tipo de maniquíes y pacientes estándar, desde que el adhesivo de la almohadilla se adhiera adecuadamente. Cuando se utiliza con un maniquí link o con el adaptador externo para maniquíes, el aed trainer detectara la colocación de almohadillas y presenta la situación.
NOMBRE	Kit de cilindro de oxígeno está compuesto por: Cilindro de oxígeno en acero (MD15) de 680 l, carro para el transporte del cilindro de 680 litros y regulador de oxígeno de 0-15 LPM
NOMBRE	infantometro en plexiglás es utilizado para medir la longitud de niños y niñas, graduado en doble escala pulgadas y centímetros. NFANTOMETRO EN PLEXIGLÁS para medir la longitud de niños y niñas.
NOMBRE	Tallímetro adulto Debe ser un tallímetro (estadiómetro) para uso con adultos, será usado para medir la altura del paciente. En un material resistente al uso frecuente, liviano y amplio alcance de medida. Su rango de medida será de 85cm a 210 cm con división de medida de 1mm.
NOMBRE	Lámpara de examen médico o cuello de cisne, La lámpara con bombillo LED de luz blanca, y consume menos energía. Temperatura de color de 5.500 °Kelvin. Intensidad de la luz a distancia de trabajo de 20.000 Lux a 30 cm y 15.000 Lux a 50 cm. Con base rodable y soporte de pared. Con control de intensidad y potencia sin contacto
NOMBRE	Tensiómetro digital con brazalete adulto para medición de tensión arterial CARACTERISTICAS Tamaño del Brazalete · Peso 300g · Metodo de trabajo insuflado y medicion automatica · Metodo de medicion Oscilometrico · Pantalla grande · Apagado automático. · Indicador de batería baja · Indicador de frecuencia cardiaca irregular. · Clasifica las tomas de tensión según la Organización Mundial de la Salud (OMS) · Seguimiento gráfico de las últimas 10 Mediciones

NOMBRE	Simulador para practica de parto materno y neonatal con un neonato azul. Debe estar diseñado para brindar una experiencia de parto completa antes, durante y después del parto, el simulador neonatal azul deberá tener la capacidad de cambiar de color según una condición inicial preseleccionada y la efectividad de la ventilación de las vias respiratorias y la compresión torácica proporcionada. Características: a. Maniquí femenino articulado de cuerpo entero b. Vía aérea intubable con elevación del tórax c. Brazo intravenoso para medicamentos/líquidos d. Cubierta estomacal removible e. Múltiples ruidos cardíacos fetales f. Sistema de parto automático g. Múltiples ubicaciones de placenta h. Cuellos de dilatación reemplazables i. 1 bebé de parto articulado con placenta. Que permita practicar maniobras de Leopold, medir el descenso de la cabeza y la dilatación cervical y sutura posparto.
NOMBRE	Mesa para atención de recién nacido Sus características deben ser: a. Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 cold rolled. b. Bandeja superior e inferior en lámina de acero cold rolled C.22. c. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. d. 2 cajones para almacenamiento de insumos. e. 4 tapones plásticos de 7/8". f. Dimensiones: Largo 0,80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.90 m. g. Terminado en pintura electrostática en polvo.
NOMBRE	Mesa puente de lujo Sus características deben ser: a. Fabricada en tubo cuadrado de 1" ½ y tubo rectangular cold rolled C.18, con tubo telescópico rectangular en acero inoxidable y refuerzos en platina de hierro cold rolled. b. Bandeja superior en melamínico de 15 mm, bocelada en caucho para mayor protección. c. Graduación de altura por medio de pin mecánico. d. Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m, Altura min: 0.90 m - máx. 1.20 m. e. 4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento. f. Terminado en pintura electrostática en polvo.
NOMBRE	Atril porta suero inoxidable con base cinco Sus características deben ser: a. Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 y tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable. b. Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable. c. Con perilla plástica de ¼ para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad. d. Base en tubería cuadrada de 1" C.18 en acero inoxidable, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento. e. Terminado en acero inoxidable
NOMBRE	Mesa auxiliar inoxidable Sus características deben ser: a. Fabricada en tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable. b. Bandeja superior e inferior en lámina de acero inoxidable, con barandillas anticaída. c. 4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento. d. Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m. e. Terminado en acero inoxidable.
NOMBRE	Monitor de paciente simulado – que IMITE desfibriladores, monitores y respiradores reales Es un ecosistema de simulación modular avanzado e integrado que aporta mayor realismo y flexibilidad a la enseñanza mediante simulación. Es un simulador de monitor de paciente in situ completo, con registros de pacientes simulados. Que permita a los docentes médicos reproducir múltiples escenarios, básicos o complejos. Este monitor debe ser portátil, fácil de transportar a diversos escenarios. Que se pueda elegir 1 pantalla simulada de una marca de monitor de paciente para practicar con monitores de constantes vitales que se utilizan en ámbitos prehospitalarios y hospitalarios reales. Que cuente con interfaces hiperrealistas con el mismo aspecto y funcionamiento que los equipos reales. Que incluya los siguientes simulaciones de monitor de paciente genéricos sin marca específica:

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1081409153**
CORREO INSTITUCIONAL	LJCANDELA@SENA.EDU.CO

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**6/10/2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**LA PLATA**
COD REGIONAL:	**41**	**REGIONAL**	**HUILA**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA**		
COD CENTRO DE COSTO:	**952610**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila) de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**6/10/2025**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	Silla de oficina ergonómica Silla de oficina ergonómica:, con diseño para proporcionar asistencia integral para la cabeza, espalda, caderas y brazos, que se ajuste fácilmente la altura del asiento. El reposacabezas o cabecero, el respaldo y los brazos abatibles.
NOMBRE	Escritorio Lineal con cajónera movil Escritorio lineal práctico y funcional con tres cajones con guías de metal, enteramente de color roble. Perfecto para ser utilizado en la oficina Escritorio rectangular fabricado en melamina 25 mm con cajonera movil Especificaciones escritorio Largo 1.40m, Ancho 0.60m, Altura 0.76m Especificaciones cajonera Ancho 55cm, Alto 70.5cm, Largo 43cm Con 3 cajones.
NOMBRE	Sillas Tapizadas Negras Sillas tapizadas. Patas con regatones. Medidas : Altura C/respaldo :85 cm. Asiento: 44 cm x 44 cm. Es apilable, Color De La Estructura De La Silla: Negro, Diseño De La Tela: Liso, Color Del Asiento: Negro, Materiales de la estructura: Metal. Asiento tapizado en paño escorial de primera calidad , asegurado con tornillos y tuercas de inserto. Espaldar tapizado en paño escorial de primera calidad , asegurado con tornillos y tuercas de inserto. Soldadura MIG CO2. Pintura en polvo electrostática negro. Tapones plásticos de alto impacto.
NOMBRE	Mesa Alcatraz de 4 Puestos Alcatraz 4 puestos Estructura central elaborada en tubería redonda de 1,9 Calibre 16 Estructura central elaborada en tubería redonda de 1,9 Calibre 16 Asiento y espaldar en lamas de aluminio Asiento y espaldar en lamas de aluminio, Recubrimiento electrostático epoxi poliéster resistente a la corrosión. Superficie rectangular en acero inoxidable lisa de 100 x 60 soportadas en tablex con RH de 15 mm.
NOMBRE	Butaco alto industrial para uso intensivo. Material: Piel integral – Poliuretano. Acolchado, impermeable y fácil lavado. Diámetro base 60cm con 5 puntas. Altura de silla ajustable, Giro de asiento en 360º, Aro apoyapies ajustable en altura. Altura asiento: Min 55 cm Max 76 cm – Altura aro: Min 18 cm Max 43 cm.
NOMBRE	Mesa Gala Elabora en madera de 25 mm con estrutura redonda Cold Rolled de 1.9 calibre 20 con acabado en pintura electrostatica color gris o nopal Ancho:120Alto:73Profundo:60
NOMBRE	Mesa italy Superficie en madera de 30 mm espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido. Estructura elaborada en tubería Cold rolled de 2" 2x2 y de 1" x 1" calibre 16 con acabado en pintura electrostática fosfatizada color nopal o gris tornado Ancho:120 Alto:73 Profundo:60
NOMBRE	Estantería Metálica para trabajo semipesado 4 niveles y tendidos en madera * Marcos o laterales Fabricado en: Lámina de acero Cold Rolled, Calibre 16-18, Medidas Altura: Desde 1.50 mts hasta 11.00 mts. * Vigas o largueros compuesto por: Conector en calibre de 2 mm, Pin de seguridad de 1"x 1/2 *Tendidos o entrepaños: En madera
NOMBRE	Silla Tándem 4 Puestos:Material: PolipropilenoLargo: 37 centímetrosAncho: 248 centímetrosAlto: 77 centímetrosColor: CromadaCapacidad (resistencia - carga máxima): 33
NOMBRE	CABINAS INSONORIZADAS DESMONTABLES Cabina Base: Paneles desmontables acústicos, con puerta acústica y cierre hermético. Sistema de regeneración de a ire por medi de extractor y rejilla. Cabina completamente cubierta. Dos tomacorrientes. Insonorización acústica garantizada. Lámpara para iluminación interior. Cabina base con ventana de piso a techo. Características: Techo modular. Panel con cierre acústico y cierre hermético. Acondicionamiento acústico. Panel modular acústico. Mesa tipo escritorio (adicional). Piso laminado (adicional). Ventana de piso a techo en PBC (adicional). Base modular. Acabo: Melamina, acabado que se asemeja a la madera. Tipos de cabina: Larga L, DIMENSIONES 1.50*1.50*2.20 en MADECORE. Piso laminado y con tapete, Cinta led o fuentes de iluminación adicional. Tomacorriente adicional. Paneles espuma piramidal. Mesa tipo escritorio.
NOMBRE	Espacio de trabajo con superficie en madera aglomerada enchapada y estructura metálica cold rolled en tubo rectangular de 2" y pintura electrostática. Incluye cajoneras metálicas. Acabados: Dos cajoneras en lámina Cold Rolled de calibre 22, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension, tres (3) gavetas, una de ellas con capacidad para carpeta colgante tamaño oficio y chapa de seguridad. Pantalla divisora en acrílico de 4 mm. Pantalla divisora: Alto: 30cm Dimensiones: Alto:73 centímetros. Ancho: 120 centímetros. Fondo: 120 centímetros.

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1081409153**
CORREO INSTITUCIONAL	LJCANDELA@SENA.EDU.CO