Anton Paar

Informe de Servicio **5000396820**

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
LANIA
Centro de Investigacion Tibaitatá, km 14 vía Mosquera
250047 MOSQUERA

Núm. de cliente **Página 1 / 2**
1157322
Ingeniero de servicio técnico
Mr. Edwin Javier Vargas Rodriguez
E-Mail
edwin.vargas@anton-paar.com

Trabajo Realizado:

Mantenimiento preventivo finalizado satisfactoriamente a los instrumentos DMA4500M y Xsample 452.
Se entrega al cliente como parte del contrato el siguiente repuesto para cambio:
25867 Needle Xsample 3.18mm 1 PCS

Al finalizar se realizan pruebas con agua, donde el instrumento presenta excelentes comportamiento.

Se finaliza visita a satisfaccion, entregando los equipos en correctas condiciones de trabajo.

Instrumentos bajo contrato / Material utilizado / Horas de trabajo / Horas de viaje

Pos.	No. de Material Descripción	Cantidad / Unidad	Garantía / Contrato de Servicio / Contrato de
000200	**45499** **DENSÍMETRO DE LABORATORIO 4500 M**	1 PZA	
	Instrumento **Núm. de catálogo:** **Descripción de material:** **Núm. de serie:** 45499 DENSÍMETRO DE LABORATORIO 4500 M 81193783		
000300	**P00624** **Various Parts LPS**	1 PZA	
	Instrumento **Núm. de catálogo:** **Descripción de material:** **Núm. de serie:** P00624 XSAMPLE 452 PROBENWECHSLER 81182459		
009000	**P00465** **Travel and Expense Costs LDC**	1 PZA	

Firmas:

Nombre: **Edwin Javier Vargas Rodriguez**

Ingeniero de servicio Anton Paar

Fecha: **16.12.2022**

Nombre:

Aceptación / Cliente

Fecha: **16.12.2022**