INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 252 DE 2025 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025, OTRO SI N° 1 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y AVANZA S.A.S

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-250-2025	
Contrato N°:	252	
Término:	LA DURACION DEL CONTRATO SERÁ DE DOS MESES (2), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	15/08/2025	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	14/10/2025	
Valor Inicial	$1.599.997.840	
Otro si N°	MODIFICATORIO	
Contratista:	AVANZA S.A.S	
NIT o Cedula de Ciudadanía	900.274.957-3	
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA DOTAR A IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y QUIRÓFANO SIETE DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en un único pago, una vez cumpla con la entrega total de los equipos objeto del contrato y presente la respectivas facturas y verificación de los pagos de aportes relativos al sistema de seguridad social integral.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	363 DEL 24 DE JULIO DE 2025	
No. Registro presupuestal	846 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025	
Supervisor:	JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	N.A	**N.A**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**15 DE AGOSTO DE 2025**	

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA NATURAL)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		**PERIODO COTIZADO**	2025-08
EPS	EPS SURA	**VALOR PAGADO**	$732.500
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	**VALOR PAGADO**	$142.800
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$996.200
VALOR TOTAL PLANILLA	$1.871.500	**PLANILLA No.**	**9490923088**
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.599.997.840
OTRO SI N°	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.599.997.840
VALOR EJECUTADO	$1.599.997.840
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$1.599.997.840
SALDO A EJECUTAR	$0

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	SOPORTE
Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato durante la vigencia de este	Se atendieron las recomendaciones dadas por el supervisor.	N.A
Entregar oportunamente los equipos requeridos, previa autorización del supervisor del contrato. La entrega total debe realizarse conforme al pedido que realice el Hospital, según las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato	Se entregaron los equipos dentro del tiempo pactado.	Entrega de los equipos mediante Factura N° FE-157 del 15 de septiembre de 2025. Ingreso de activos N° 271 del 15 de septiembre de 2025.
Entregar, al momento de dar inicio a la ejecución del contrato, cronograma de mantenimiento preventivo para los equipos, de conformidad a lo establecido por el fabricante, el cual se extenderá durante el tiempo de garantía.	Entrega de cronograma por parte del contratista.	Anexo cronograma.
Una vez entregados los equipos biomédicos, el contratista deberá brindar capacitaciones sobre el uso adecuado de los mismos al personal que los utilizará, las cuales deberán ser impartidas así: **a.** Capacitación Usuario Clínico: Esta capacitación deberá considerar todos los modos de funcionamiento y potencialidades riesgos del equipo biomédico. MInimo UNA (1) capacitación.	Se brindo capacitación según lo requerido.	Anexo asistencia capacitaciones
Los equipos biomédicos deben entregarse en buen estado, de manera que cumplan con los estándares exigidos por el Hospital; en caso de recibirse averiados,	Los equipos entregados cumplen con los estándares exigidos.	Ingreso de activos N° 271 del 15 de septiembre de 2025.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6508570 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

presenten defectos de calidad o empaque, se debe proceder a la sustitución sin ningún costo adicional, dentro de los cinco (5) días siguientes al reporte de la institución.		
Entregar certificado de inspección de fábrica (para los equipos que les aplique), certificado de importación DIAN (para los que aplique), manual de usuario y técnico en español, guía rápida de manejo funcionamiento en español.	Declaración de Importación expedido por la DIAN. Manual de usuario y guía de manejo se encuentran en custodia del área biomédica	Anexo documento DIAN
Entregar hojas de vida de los equipos al área biomédica de la entidad.	Las hojas de vida de los equipos se encuentran en el área Biomédica	Anexo hojas de vida de los equipos
Entregar protocolo de limpieza y desinfección de cada equipo biomédico.	Entrega protocolo de limpieza debidamente diligenciado	Anexo protocolos de limpieza
Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero – GEI y/o potenciales agotadores de ozono – PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora.		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

6. DOCUMENTOS ANEXOS:

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
• Facturas N° FE-157 del 15 de septiembre de 2025. • Certificación paz y salvo seguridad social agosto de 2025. • Ingreso de activos	

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Facturas N° FE 157 del 15 de septiembre de 2025.
- Certificación paz y salvo seguridad social agosto de 2025.
- Ingreso de activos

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	1.599.997.840
N.A	N.A	

El anterior informe se firma a los 14 del mes de octubre del 2025.

JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN
Supervisor del contrato

Proyectó: Paola Andrea Vidal- Afiliada Participe ASIES
Reviso: Ing. Paul Eduardo Muñoz- Afiliado Participe ASIES

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 19 de agosto del 2025

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

ASUNTO: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CTO 252 DEL 2025

De acuerdo a su solicitud estamos presentando cronograma de mantenimiento preventivo de los siguientes equipos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	No MANTENIMIENTOS
1	**ECOGRAFO ACUSON JUNIPER SIEMENS** **SERIAL:** 573946 INCLUYE: **TRASDUCTORES:** • TRANSDUCTOR CONVEX 5C1, TC-ZIF SERIAL: 24370217 • TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF SERIAL: 24240136	1	(3) mantenimientos Octubre 2025 Abril 2026 Octubre 2026
2	**ECOGRAFO ACUSON JUNIPER SIEMENS** **SERIALES:** 574423, 574422 INCLUYE: **TRASDUCTORES:** • TRANSDUCTOR LINEAL 14L4, TC-ZIF SERIALES: 24470180, 24460286 • TRANSDUCTOR CONVEX 6C1, TC-ZIF SERIALES: 24070077,24070141 • TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF SERIALES: 24480286,24490154	2	(3) mantenimientos Octubre 2025 Abril 2026 Octubre 2026
3	LAMPARA CIELITICA DOS SATELITES 120/160 LUX JW MEDICAL SERIAL: LED 578	1	(1) Mantenimiento Febrero 2026
4	PULSOXIMETRO HB100 EDAN SERIALES: 360101-M25204610037, 360101-M25512560033	2	(1) Mantenimiento Febrero 2026
5	ELECTROCARDIOGRAFO REF. SE-1201 EDAN SERIAL: 360253-M25205150004	1	(1) Mantenimiento Febrero 2026
6	MONITOR DE SIGNOS VITALES UMEC 12-3 MINDRAY		(1) Mantenimiento

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

	SERIAL: KQ-4 A130223		Febrero 2026
7	MESA DE CIRUGIA HY 3000 MARCA: MINDRAY SERIAL: M1-47003062	1	(1) Mantenimiento Febrero 2026
8	ELECTROBUSTURI FT 10 VALLEYLAB SERIAL: T5B87679DX		(1) Mantenimiento Febrero 2026
9	MODULO DE GASES ANESTESICOS CO2 Y BIS MINDRAY SERIAL: GEE4B057559	1	(1) Mantenimiento Febrero 2026
10	MAQUINA DE ANESTESIA REF. A7 MINDRAY SERIAL: FS6-4C001092	1	(1) Mantenimiento Febrero 2026

Atentamente,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 271
Estado : Confirmado
Fecha : 15/09/2025

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA
Ciudad :
Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957
Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE157 **Fecha Factura :** 15/09/2025
Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 8337465
Responsable : 10307612-B12 SERGIO VELASCO ANGEL- BODEGA- EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO
Egreso : FE157 **Fecha Egreso :** 15/09/2025 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1700703866	MESA DE CIRUGIA				1	15-09-25	19.00	107,130,000.00
	CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL	M1-47003062	166006510	HY3000	MINDRAY			
1700703422	MONITOR DE SIGNOS VITALES				1	15-09-25	19.00	21,600,000.00
	(ECG, SPO2, NIBP, PRESION INVASIVA, CO2)	KQ-4A130223	166007742	UMEC12-3	MINDRAY			
1700703865	MAQUINA DE ANESTESIA				1	15-09-25	19.00	169,800,000.00
		FS6-4C001092	166006511	A7	MINDRAY			
1700704258	MODULO DE GASES ANESTÉSICOS Y BIS				1	15-09-25	19.00	34,400,000.00
	MODULO DE GASES ANESTESICOS CO2 Y BIS	GE4B057559	166006512		MINDRAY			
1700703850	ELECTROBISTURI				1	15-09-25	19.00	114,700,000.00
	INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, PEDAL BIPOLAR, PEDAL MONOPOLAR CORTE/COAGULACION	T4A74226DX	166006513	FT10	VALLEYLAB			
1700703447	LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA				1	15-09-25	19.00	51,600,000.00
	DOBLE SATELITE	LED578	166006514	HONEYLUX LED 160/120	JW MEDICAL			
1700703636	PULSOXIMETRO				2	15-09-25	19.00	1,598,000.00
	INCLUYE BATERIA RECARGABLE, CARGADOR CON BASE, SENSOR SPO2 ADULTO, SENSOR SPO2 NEONATAL	360101-M25204610037	166007743	HB100	EDAN			
		360101-M24513420057	166007744	HB100	EDAN			
1700703438	ELECTROCARDIOGRAFO				1	15-09-25	19.00	14,510,000.00
	INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE	360253-M25205150004	166007745	SE1201	EDAN			
1700703717	ECOGRAFO ULTRASONIDO				1	15-09-25	19.00	248,400,000.00
	SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES: CONVEX 5C1, TC-ZIF, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM*JUNIPER MODULO WIFI, JUNIPER QUICKSTART 2.0 IMPRESORA USB BW SONY, JUNIPER 2.5 MANUAL OPER ESPAÑOL, CUBIERTA AUTO OB, UPS ON LINE 2KVA							

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 271

Dirección : CALLE 15 17 A 196 BARRIO LA LADERA

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 15/09/2025

Nit : 891501676 **Teléfono :** 6028386363

Proveedor : AVANZA SAS **Codigo :** 900274957

Dirección : CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA **Factura :** FE157 **Fecha Factura :** 15/09/2025

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 8337465

Responsable : 10307612-B12 SERGIO VELASCO ANGEL- BODEGA- EQUIPOS DE APOYO DIAGNOSTICO

Egreso : FE157 **Fecha Egreso :** 15/09/2025 **Orden de Compra :**

		573946	166007746	ACUSON JUNIPER STD	SIEMENS			
1700703717	ECOGRAFO ULTRASONIDO					2	15-09-25	19.00	289,600,000.00

SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES; LINEAL 14L4 TC-ZIF, CONVEX 6C1, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM, JUNIPER, MODULO WIFI JUNIPER QUICKSTART 2.0, IMPRESORA USB BW SONY JUNIPER VB10 2.5 MANUAL OPERACION ESPAÑOL, CUBIERTA PANEL DE MANDO, JUNIPER, VTQ JUNIPER ESIETOUCH JUNIPER, AUTO OB DVD ROM, UPS ON LINE 2KVA

574422	166007747	ACUSON JUNIPER PLUS	SIEMENS
574423	166007748	ACUSON JUNIPER PLUS	SIEMENS

Detalle :

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DOTAR A IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y QUIROFANOS SIETE DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, SEGUN CONTRATO 252 DE 15/08/2025, CLAUSULADO HSLV-CD-250-2025, OTRO SI NRO 1 DE FECHA 09/09/2025, SUPERVISION A CARGO DEL DR JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO HSLV E.S.E.

SubTotal :	1,344,536,000.00
Descuento :	0.00
Iva :	255,461,840.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	38,319,276.00
Otras Retenciones :	134,453,600.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	0.00
Rte Fuente :	0.00
Fletes :	0.00
Total :	1,427,224,964.00

TECNICO ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

AVANZA
Soluciones Integrales

AVANZA S.A.S
Régimen Simple de Tributación
NIT: 900274957-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo Persona: Jurídica
Calle 78Norte #19-147 OF 68, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 8337465

Autorización facturación electrónica No. 18764078579615 válida desde 2024-09-02 hasta 2026-03-02 rango desde FE-133 hasta FE-1000.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676-1
Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA, Popayán, Cauca, Colombia
Télefono:	8386363
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE - 157
Fecha Emisión	15/09/2025 17:37:47
Fecha Vencimiento	15/10/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	15/10/2025
Total de Lineas	10
Fecha Firmado	15/09/2025 22:37:51

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	DM213	MESA DE CIRUGIA CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL REF. HY 3000 MARCA: MINDRAY	94	1,00	$107.130.000,00	IVA	19%	20364700	0,00	$107.130.000,00
2	DM214	MONITOR DE SIGNOS VITALES (ECG, SPO2, NIBP, PRESION INVASIVA, CO2) UMEC 12-3 MARCA: MINDRAY	94	1,00	$21.600.000,00	IVA	19%	4104000	0,00	$21.600.000,00
3	DM215	MAQUINA DE ANESTESIA REF. A7 MINDRAY	94	1,00	$169.800.000,00	IVA	19%	32262000	0,00	$169.800.000,00
4	DM216	MODULO DE GASES ANESTESICOS CO2 Y BIS MINDRAY	94	1,00	$34.400.000,00	IVA	19%	6536000	0,00	$34.400.000,00
5	DM217	ELECTROBISTURI REF. FT10 VALLEYLAB INCLUYE: CARRO DE TRANSPORTE, PEDAL BIPOLAR, PEDAL MONOPOLAR CORTE/COAGULACION	94	1,00	$114.700.000,00	IVA	19%	21793000	0,00	$114.700.000,00
6	DM218	LAMPARA CIELITICA DOBLE SATELITE REF. HONEYLUX LED 160/120MARCA: JW MEDICAL	94	1,00	$51.600.000,00	IVA	19%	9804000	0,00	$51.600.000,00
7	DM219	PULSOXIMETRO H100B MARCA: EDAN INCLUYE: BATERIA RECARGABLE, CARGADOR CON BASE, SENSOR SPO2 ADULTO, SENSOR SPO2 NEONATAL	94	2,00	$1.598.000,00	IVA	19%	607240	0,00	$3.196.000,00
8	DM220	ELECTROCARDIOGRAFO REF. SE 1201 MARCA: EDAN INCLUYE: CARRO DE TRANSPORTE	94	1,00	$14.510.000,00	IVA	19%	2756900	0,00	$14.510.000,00

Firma Digital: nH8UuPZFixyAYdHNiyUb8KadKqySsDXUAqBrN+P+tJomcxJ9Z0d3lPbDOvNyHeeTb
MQkh8McJyMMyS9Mcpdm1+XG3q4uMxfFsC+y1Zi8luR2Ri7PMa2
73+NitQPgkJBmd l5EFrjUsNiOzvkCEx8XbQSXQ2//uHZbnAMmdqQxgA37sYvCQb8cZisc8LGI3eL ZIlJZnTZcS6VbXKpbEO2NVRheuZIIIX6zm
dVDVNdT8JqtqWvSYVa0B7ucvMGJQr +sKYLJ039TamrDnZ2B9Wb0a6Hc3leBQSjDGfR0pQ8xdXhPYoxxCeAPWnsiCP9M0L Lw3JrP9CEVnag4gpEKVW
9g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Gestión de Suministros y Activos Fijos
HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E
Fecha: 15 Sept. 2025
Recibido:
1093891 99

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 890.930.534-6 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

9	DM221	ECOGRAFO MODELO ACUSON JUNIPER ESTANDARMARCA: SIEMENS SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL,TRASDUCTORES: * TRANSDUCTOR CONVEX 5C1, TC-ZIF* TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIFACCESORIOS Y CONECTIVIDAD: * JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL* JUEGO DE CABLES 115V, NAM* JUNIPER, MÓDULO WIFI* JUNIPER, QUIKSTART 2.0* IMPRESORA (USB) BW, SONY * JUNIPER 2,5 MANUAL OPER. ESPAÑOL* CUBIERTA PANEL DE MANDO* DVD ROM* JUNIPER, AUTO OB * UPS ON LINE 2KVA	94	1,00	$248.400.000,00	IVA	19%	47196000	0,00	$248.400.000,00
10	DM222	ECOGRAFO MODELO ACUSON JUNIPER PLUS MARCA: SIEMENS SIST.OPERATIVO ESPAÑOLTRASDUCTORES: * TRANSDUCTOR LINEAL 14L4, TC-ZIF* TRANSDUCTOR CONVEX 6C1, TC-ZIF*TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD: * JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL* JUEGO DE CABLES 115V, NAM *JUNIPER, MÓDULO WIFI* JUNIPER, QUIKSTART 2.0 * IMPRESORA (USB) BW, SONY * JUNIPER VB10, 2,5 MANUAL OPER. ESPAÑOL * CUBIERTA PANEL DE MANDO? JUNIPER, VTQ* JUNIPER, ESIETOUCH* JUNIPER, AUTO OB* DVD ROM* UPS ON LINE 2KVA	94	2,00	$289.600.000,00	IVA	19%	110048000	0,00	$579.200.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$1.344.536.000,00	19,00%	$255.461.840,00

Subtotal:	$1.344.536.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$255.461.840,00
Total:	$1.599.997.840,00

Total con letra:	(MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS)
CUFE:	38ac019efe47e68dae591843d3c9f54bf3559d8250e50fd02d660f215f03e7fb7a9b2e0df1663653a34c18f10b05f60b

Firma Digital: nH6UuPZFixyAYdHNiyUb8KadKqySsDXUAqBrN+P+UomcxJ9Z0d3IPbDOvNyHeeTb
MQkhfMcJyMMyS9Mcpdm1+XG3q4uMxfFsC+y1Zi8luR2RI7PMa2
73+NilQPgkJBmd I5EFrjUsNiOzvkCEx6XbQSXQ2//uHZbnAMmdqQxgA37sYvCQb8cZisc8LGI3eL ZlIJZnTZcS5VlxXKpbEO2NVRheuZlIIX6zm
dVDVNdT8JqtqWvSYVa0B7ucvMGJQr +sKYLJ039TamrDnZ2B9Wb0a8Hc3leBQSjDGfR0pQ8xdXhPYoxxCeAPWnsICP9M0L Lw3JrP9CEVnag4gpEKVW
9g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.	ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS	Página 1 de 1 Versión: 1 Código: SLV-FIN-SAF-02-F01

ACTA NRO	0017	DE	2025
INGRESO DGH		DE	2025

		FECHA DE RECEPCION		
PROVEEDOR	AVANZA S.A.S.	DD	MM	AAAA
NIT	900274957-3	15	9	2025

TIPO INGRESO	COMPRA	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM
	X					

CONTRATO NRO	252	DE	15/08/2025	FACTURA NRO		
NUMERO DE PROCESO	HSLV-CD-250-2025			FE157		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA			
	15	8	2025	FECHA DE FACTURA		
DURACION DEL CONTRATO	DOS MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO					
FECHA DE ACTA DE INICIO	15	8	2025	DD	MM	AAAA
OTRO SI NRO 1	9	9	2025			
PLAZO HASTA	14	10	2025	15	09	2025
SUPERVISOR	JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN					
IDENTIFICACION	76.325.778					
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DOTAR A IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y QUIROFANOS SIETE DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA
1700703866	1	1	MESA DE CIRUGIA CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL MODELO HY3000	MINDRAY	M1-47003062	107,130,000	20,354,700	127,484,700	NUEVO	166006510
1700703422	1	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (ECG, SPO2, NIBP, PRESION INVASIVA, CO2), MODELO UMEC12-3	MINDRAY	KQ-4A130223	21,600,000	4,104,000	25,704,000	NUEVO	166007742
1700703865	1	1	MAQUINA DE ANESTESIA MODELO A7	MINDRAY	FS6-4C001092	169,800,000	32,262,000	202,062,000	NUEVO	166006511
1700704258	1	1	MODULO DE GASES ANESTESICOS CO2 Y BIS	MINDRAY	GE4B057559	34,400,000	6,536,000	40,936,000	NUEVO	166006512
1700703850	1	1	ELECTROBISTURI MODELO FT10 INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, PEDAL BIPOLAR, PEDAL MONOPOLAR CORTE/COAGULACION	VALLEYLAB	T4A74226DX	114,700,000	21,793,000	136,493,000	NUEVO	166006513
1700703447	1	1	LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA DOBLE SATELITE MODELO HONEYLUX LED 160/120	JW MEDICAL	LED578	51,600,000	9,804,000	61,404,000	NUEVO	166006514
1700703636	1	1	PULSOXIMETRO MODELO HB100 INCLUYE BATERIA RECARGABLE, CARGADOR CON BASE, SENSOR SPO2 ADULTO, SENSOR SPO2 NEONATAL	EDAN	360101-M25204610037	1,598,000	303,620	1,901,620	NUEVO	166007743
1700703636	2	1	PULSOXIMETRO MODELO HB100 INCLUYE BATERIA RECARGABLE, CARGADOR CON BASE, SENSOR SPO2 ADULTO, SENSOR SPO2 NEONATAL	EDAN	360101-M24513420057	1,598,000	303,620	1,901,620	NUEVO	166007744
1700703438	1	1	ELECTROCARDIOGRAFO MODELO SE1201 INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE	EDAN	360253-M25205150004	14,510,000	2,756,900	17,266,900	NUEVO	166007745
1700703717	1	1	ECOGRAFO ULTRASONIDO MODELO ACUSON JUNIPER ESTANDAR, SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES: CONVEX 5C1, TC-ZIF, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM*JUNIPER MODULO WIFI, JUNIPER QUICKSTART 2.0 IMPRESORA USB BW SONY, JUNIPER 2.5 MANUAL OPER ESPAÑOL, CUBIERTA AUTO OB, UPS ON LINE 2KVA	SIEMENS	573946	248,400,000	47,196,000	295,596,000	NUEVO	166007746
1700703717	1	1	ECOGRAFO ULTRASONIDO MODELO ACUSON JUNIPER PLUS, SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES; LINEAL 14L4 TC-ZIF, CONVEX 6C1, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM, JUNIPER, MODULO WIFI JUNIPER QUICKSTART 2.0, IMPRESORA USB BW SONY JUNIPER VB10 2.5 MANUAL OPERACION ESPAÑOL, CUBIERTA PANEL DE MANDO, JUNIPER, VTQ JUNIPER ESIETOUCH JUNIPER, AUTO OB DVD ROM, UPS ON LINE 2KVA	SIEMENS	574422	289,600,000	55,024,000	344,624,000	NUEVO	166007747

Ecografo 2 → Imagenes
Ecografo 1 → UCI N Gerales
Ambos ya habian sido creados
Fotosensible → Urg. Ped

1700703717	2	1	ECOGRAFO ULTRASONIDO MODELO ACUSON JUNIPER PLUS, SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES; LINEAL 14L4 TC-ZIF, CONVEX 6C1, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM, JUNIPER, MODULO WIFI JUNIPER QUICKSTART 2.0, IMPRESORA USB BW SONY JUNIPER VB10 2.5 MANUAL OPERACION ESPAÑOL, CUBIERTA PANEL DE MANDO, JUNIPER, VTQ JUNIPER ESIETOUCH JUNIPER, AUTO OB DVD ROM, UPS ON LINE 2KVA	SIEMENS	574423	289,600,000	55,024,000	344,624,000	NUEVO	166007748
		12			SUBTOTAL	1,344,536,000				
						IVA 19%	255,461,840			
							TOTAL	1,599,997,840		

ACEPTACION DE LOS EQUIPOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTA QUE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS, CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y EL CONTRATISTA.

LOS BIENES RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUERON REVISADOS POR EL LIDER DEL PROCESO O AREA ESPECIALIZADA QUIEN CERTIFICA QUE CUMPLEN CON LO DESCRITO EN CADA ITEM, POR LO TANTO AUTORIZA QUE SEAN INGRESADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ELABORÓ
PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS

NOMBRES Y APELLIDOS
C,C,

RECIBIÓ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE
C.C. 76'328279

V°B°
LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

NOMBRE
C.C. 1030761?

REVISÓ Y APROBÓ
LIDER DE PROCESO

NOMBRE
C.C. 76'328279

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76333217		ANAYA FLOREZ JORGE ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 78 NORTE # 19-147 CASA 68	POPAYAN-CAUCA	8389332	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1731190770	9490923088	E	2025/09/04	2025/08/28	BANCOLOMBIA	0	$1,871,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$996,200	$0	$0	$996,200
PORVENIR	230331	800,224,808	8	1	$996,200	$0	$0	$996,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,800	$0	$0	$142,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$142,800	$0	$0	$142,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$732,500	$0	$0	$732,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$732,500	$0	$0	$732,500
TOTAL				1	$1,871,500	$0	$0	$1,871,500

pse

¡Hola, JORGE ANDRES ANAYA FLOREZ!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 1.871.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490923088

Fecha de la transacción: 27/08/2025

CUS: 1731190770

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

Popayán, 19 de agosto del 2025

SEÑORES:
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

ASUNTO: REMISION CTO 252 DEL 2025

De acuerdo a su solicitud estamos entregando los siguientes equipos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	**ECOGRAFO ACUSON JUNIPER SIEMENS** **SERIAL:** 573946 **DECLARACION DE IMPORTACION DIAN:** 0320240015170256 **REGISTRO INVIMA:** 2016DM-0015035 INCLUYE: • ACUSON JUNIPER CONFIGURACIÓN BÁSICA • SOFTWARE 2.5 •JUNIPER 2.5 SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL **TRASDUCTORES:** • TRANSDUCTOR CONVEX 5C1, TC-ZIF SERIAL: 24370217 • TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF SERIAL: 24240136 KIT DE PROTECCIONES: 26701573 SOFTWARE PRINCIPAL USB SERIAL: VV30E **ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD:** • JUNIPER , TECLADO INTERNACIONAL • JUEGO DE CABLES 115V, NAM • JUNIPER , MÓDULO WIFI • JUNIPER , QUIKSTART 2.0 SERIAL: 220084 • IMPRESORA (USB) BW, SONY SERIAL: 7054143 • JUNIPER 2,5 MANUAL OPER. ESPAÑOL • CUBIERTA PANEL DE MANDO • DVD ROM • JUNIPER, AUTO OB • UPS ON LINE 2KVA SERIAL: 240504-4680208	1

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

	MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
2	**ECOGRAFO ACUSON JUNIPER SIEMENS** **SERIALES:** 574423, 574422 **DECLARACION DE IMPORTACION DIAN:** 032025000619843-1 **REGISTRO INVIMA:** 2016DM-0015035 INCLUYE: KIT DE PROTECCIONES SERIAL: 26701888, 26701889 PAQUETE MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL GUIA DE APLICACIONES MANUAL USO IMPRESORAS GUIA DESINFECTANTES Y LIMPIADORES CD DRIVER IMPRESORA SONY D898DC SERIAL: 7064963, 7062826 ROLLO PAPEL TERMICO INSTALADO SOFTWARE PRINCIPAL SERIAL: UB30F (2) CABLE AC CABLE AC PERIFERICOS CABLE UNIDAD CD ROOM CANASTA LATERAL CANASTA POSTERIOR QIUCK START SERIAL: 230115, 230247 **DOCUMENTACION:** • FQC (TEST RESULTS) • ACUSON JUNIPER CONFIGURACIÓN BÁSICA • SOFTWARE 2.5 • JUNIPER 2.5, SIST.OPERATIVO ESPAÑOL **TRASDUCTORES:** • TRANSDUCTOR LINEAL 14L4, TC-ZIF SERIALES: 24470180, 24460286 • TRANSDUCTOR CONVEX 6C1, TC-ZIF SERIALES: 24070077,24070141 • TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF SERIALES: 24480286,24490154 **ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD:** • JUNIPER , TECLADO INTERNACIONAL	2

	• JUEGO DE CABLES 115V, NAM • JUNIPER , MÓDULO WIFI • JUNIPER , QUIKSTART 2.0 • IMPRESORA (USB) BW, SONY • JUNIPER VB10, 2,5 MANUAL OPER. ESPAÑOL • CUBIERTA PANEL DE MANDO • JUNIPER, VTQ • JUNIPER, ESIETOUCH • JUNIPER, AUTO OB • DVD ROM • UPS ON LINE 2KVA SERIAL: 240504-4680238, 240504-4680243 MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3	LAMPARA CIELITICA DOS SATELITES 120/160 LUX JW MEDICAL REGISTRO INVIMA: 2022DM-0024920 SERIAL: LED 578 MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
4	PULSOXIMETRO HB100 EDAN SERIALES: 360101-M25204610037, 360101-M25512560033 DECLARACION DE IMPORTACION:872025000062741-4 REGISTRO INVIMA: 2020EBC-0005674-R1 FQC INCLUYE: BASE CARGADOR Y BATERIA RECARGABLE SENSOR SPO2 ADULTO Y NEONATO MANUAL DE USUARIO ESTUCHE SENSOR ADULTO SERIALES: H24C052601, H254002001 SENSOR NEONATAL SERIALES: CM25020140001, CM25020140047	2

	BASE CARGADOR SERIALES: M24B03100033, M24314670018 BATERIA RECARGABLE Ni_MH SERIALES: 24007516, 10000222 MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
5	**ELECTROCARDIOGRAFO REF. SE-1201 (INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE) EDAN** SERIAL: 360253-M25205150004 DECLARACION DE IMPORTACION:87202500062737-4 REGISTRO INVIMA: 2020DM-0021425 FQC ACCESORIOS: BATERIA SERIAL: 005-IBA06225 SET ELECTRODOS CHUPAS X 6 LOT: 25010260408 SET ELECTRODOS PINZAS X 4 LOT: 25010250917 CABLE EKG PAPEL TERMICO CABLE AC DESTORNILLADOR SET DE FUSIBLES MANUAL OPERACIÓN CARRO DE TRANSPORTE BASE CARRO DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1
6	**MONITOR DE SIGNOS VITALES UMEC 12-3 MINDRAY** SERIAL: KQ-4 A130223 DECLARACION DE IMPORTACION:032024001742163-8 REGISTRO INVIMA: 2016EBC-0014448 FQC	

	• CABLE ECG LEAD 12 PIN 040-000965-00 • SENSOR DE TEMPERATURA 0011-30-37393 • MANGUERA NIBP 0010-30-12159 • BRAZALETE NIPB 040-002712-00 • SENSOR SPO2 115-012807-00 • ELECTRODO DESEHCABLE PAQX5 040-002711-00 • BATERIA LI-ON 022-000122-00 • CABLE AC LOT DAK8-10-14452 MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
7	**MESA DE CIRUGIA HY 3000 MARCA: MINDRAY** SERIAL: M1-47003062 DECLARACION DE IMPORTACION DIAN:352024000578052-7 REGISTRO INVIMA: 2024DM-0012529 -R1 FQC MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO **ACCESORIOS:** (1) SOPORTE DE PIERNA 115-093670-00 (1) BACK PAD FOR 0095 040-002791-00 (2) STANDARD ROUND CLAMP 0092-30-89938 (1) LIGTH QUADRATE SETTING CLAMP 115-045691-00 (1) HAND CONTROL UNIT 115-011146-00 (2) LEG PAD FOR 0095 040-002792-00 (2) STANDARD ARM BOARD 0092-30-100133 (1) HEAD PAD 040-002788-00	1

AVANZA
Soluciones Integrales
NIT. 900274957-3

8	**ELECTROBUSTURI FT 10 VALLEYLAB** SERIAL: T5B87679DX DECLARACION DE IMPORTACION DIAN: 032025000758074-8 REGISTRO INVIMA: 2016EBC-0015489 PEDAL MONOPOLAR REF. E6008L SERIAL: 399817 PEDAL BIPOLAR REF. E6009 SERIAL: 408199 CARRO DE TRANSPORTE REF. VLFTCRT SERIAL: 462147 MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
9	**MODULO DE GASES ANESTESICOS CO2 Y BIS MINDRAY** SERIAL: GEE4B057559 DECLARACION DE IMPORTACION DIAN: 032025000151170-0 REGISTRO INVIMA: 2016EBC-0015489	1
10	**MAQUINA DE ANESTESIA REF. A7 MINDRAY** SERIAL: FS6-4C001092 DECLARACION DE IMPORTACION DIAN: 032025000151170-0 REGISTRO INVIMA: 2023EBC-0010712-R1 MANUAL DE USUARIO MANUAL DE SERVICIO TECNICO GUIA RAPIDA PROTOCOLO MANTENIMIENTO PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCION CARTA DE GARANTIA CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1

Atentamente,

Jorge Andrés Anaya
Gerente

Gestión de Suministros y Activos Fijos
HOSPITAL Fecha: 19 Ago. 2025
Recibido: Wilber Ruiz
1029391 pop

Calle 78N #19-147 Of. 68– Popayán (Cauca) Telefax: 8337465 – Cel. 3146577837
E -mail: avanzaeu@hotmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA Departamento del Cauca	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. LISTA DE ASISTENTES ACTIVIDADES	Código: SLV-SR-03 F07	HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.
		Versión: 7	
		Página 1 de 2	

Capacitación [X] Socialización [ ] Comité [ ] Reunión [ ] Otro: _____ Hoja No. [ ]

Fecha: 23- 09- 2025

Tema: Mesa Quirúrgica HyBase 3000 y Lampara Cielitica Honey Lux LED 160C/120C

Responsable(s): Ing Juan S. Rojas

Hora de Inicio: 7:00 AM **Hora de Finalización:** 7:40 AM

N°	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO O ACTIVIDAD	FIRMA
1	1061705914	Nina Otálora S	Aux Enf	
2	1083898823	Yeison E. Gutie	enfem	
3	1061731183	Heber HAS	Enfermero	
4	34557945	Fanery Mosquera M.	aux enf.	
5	1049109505	Rodrigo Tobon	Auxiliar	
6	1085166812	Carlos Ussa	Instrumentador	
7	1087048361	Samuel Acosta	Instrumentador	Samuel A
8	1081423084	Karen Daniela Saenz	Aux Enf	Daniela Saenz
9	1018471294	Daniela Alejandra Gonzalez Caicedo	Residente G10	
10	1061741724	Diana Perez	Aux enf	
11	76317725	Gabriel Muñoz	Instrumentador	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA RESPONSABLE: _____

REPÚBLICA DE COLOMBIA Departamento del Cauca	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. LISTA DE ASISTENTES ACTIVIDADES	Código: SLV-SR-03 F07 Versión: 7 Página 1 de 2	HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.

Capacitación [ ] Socialización [X] Comité [ ] Reunión [ ] Otro: _____ Hoja No. [ ]

Fecha: 28 - 08 - 2025

Tema: Electrocardiograma 05 - 1201 Edan

Responsable(s): Ing. Esteban Ramos

Hora de Inicio: 3:00 Pm **Hora de Finalización:** 4:00 Pm

Nº	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO O ACTIVIDAD	FIRMA
1	1061902303	Jose Manuel Balanta	Ing Biomedico	
2	1061748026	[illegible]	Enf Aux	[illegible]
3	76324251	JOHN JAIRO CASO	JEFE	
4	1002456248	Lauren Sofia Toro Montoya	Enfermera	Lauren Sofia Toro
5	1007427446	Jessica Paola Cabrera	Aux Enfermeria	Jessica
6	1061816177	Angie Daniela Leon.	Aux. Enfermeria	Daniela Le
7	1058668978	Alison Amero	Aux. Enfermeria	
8	1001879604	Thom Camey Hoyo Hoy	Aux Enfer	
9	1030528027	Adrian Fagcon	Aux Enfermero	Adrian F
10	1060[illegible]5	Jeison Perea	Aux Enfermeria	
11	1003036617	Sonia Camayo	Aux Enfermeria	Sonia Camayo
12	34366991	DARLENE VELASCO	AUX ENFERM	
13	1067778991	Jorge Balcazar	Ing. Biomedico	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA RESPONSABLE: _____

REPÚBLICA DE COLOMBIA Departamento del Cauca	**HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. LISTA DE ASISTENTES ACTIVIDADES**	Código: SLV-SR-03 F07 Versión: 7 Página 1 de 2	HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E. ACREDITACIÓN EN SALUD

Capacitación [ ] Socialización [X] Comité [ ] Reunión [ ] Otro: _____ Hoja No. [ ]

Fecha: 28 - 08 - 2025

Tema: Pulsoximetro HB100 Edan

Responsable(s): Ing. Boteban Ramos

Hora de Inicio: 2:00 Pm **Hora de Finalización:** 3:00 Pm

Nº	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO O ACTIVIDAD	FIRMA
1	1001748806	[illegible]	Enf Aux	[signature]
2	76324057	[illegible]	Jefe	
3	1061778911	Jorge Enrique Balcazar	Ing. Biomedico	[signature]
4	1061802303	Jose Manuel Bolanto	Ing Biomedico	[signature]
5	1002879860	Jhon Camilo Hoyos Hoyos	Aux Enfermeria	Jhon Camilo Hoyos
6	1061816177	Angie Daniela Leon	Aux. Enfermeria	Daniela Leon
7	1002956248	lauren sofia toro Montoya	enfermera	lauren sofia toro
8	1058866978	Alison Ximena Viloria	Aux Enfermeria	[signature]
9	1007427946	Jessica Paola Cabrera	Aux Enfermeria	Jessica
10	C852C4	[illegible]	Aux Enfermeria	[signature]
11	1060110078	Yesenia [illegible]	Aux Enf.	[signature]
12	1003036617	Sonia Camayo	Aux Enfermeria	Sonia Camayo
13	3173168993	[illegible]	Aux enfermeria	[signature]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA RESPONSABLE: _____

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E	LISTADO DE ASISTENTES ACTIVIDADES HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	Página 1 de 2 Versión: 8 SLV-SR-03-F07

Capacitación [X] Socialización [ ] Comité [ ] Reunión [ ] Otro: _____ Hoja No. [ ]

Fecha: 18-09-2025

Tema: Electrobisturi Valleylab FT10

Responsable(s): Juan S. Rojas - Cesar Chacorra

Hora de Inicio: 7:00 AM

Hora de Finalización: 10:00 AM

Nº	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	PROCESO O SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
1	1087048361	Samuel Acosta	Cx UMI	T. Qx	Samuel A.
2	1061760845	Karina Murillo	Cx UMI	Aux enfeme	
3	1061774475	Johnatan Bascerra	Cx UMI	Cirug	
4	1646322	Jorge Ignacio Vargas R.	Cx.	Md qcal	
5	1061793612	Karen Melenje Aviranis	Cx	Enfermero	
6	1088358235	Yaiver Eduardo Gelis	Cx	Enfermera	
7	1061782062	Marlon David Salamanca Samboni	Cx	Médico	
8	1124312975	Deiry López Robles	Cx	Ins. Quirgica	
9	1067866336	Darwin Mesa P	Cx	Aux enfermera	
10	1088588774	Karen Viviana Arcos B	Cx.	T. Qx	Karen A.
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E	LISTADO DE ASISTENTES ACTIVIDADES HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	Página 1 de 2 Versión: 8 SLV-SR-03-F07

Capacitación [X] Socialización [ ] Comité [ ] Reunión [ ] Otro: _____ Hoja No. [ ]

Fecha: 23-09-2025

Tema: Maquina de Anestesia Mindray A7, Monitor de Signos uMec 12 y Modulo Capnografia

Responsable(s): Juan Sebastian Rojas B

Hora de Inicio: 1:00 PM

Hora de Finalización: 1:30 PM

N°	CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	PROCESO O SUBPROCESO	CARGO	FIRMA
1	12752198	Ronal Andy Cañon Ortega	Cirugía	Anestesiologo	
2	1030615[illegible]	Jose Gustavo Jaya	Cirugía	Anestesiologo	
3	1089486011	Ana Gabriela Fernandez D.	Cirugia	Médico	
4	1067[illegible]	Angela Muñoz Parra	Cx	Medico	
5	1083582[illegible]	Yesun Eduardo Gadi	Cx	EnFam	
6	1061017062	Astrid Dayana Gomez N.	Cirugia	Aux. de enfermeria	
7	1085311419	Juan José Noguera Leyton	Cirugia	Medico General	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032023000109100-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860506831	7	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 123 7 50	6583100	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890313036	8	AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL DE ADUANAS SAS NIVEL 1	26	101

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79101496	MARTINEZ SUSA HECTOR MANUEL

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	954	No. 95420481828	2022 - 12 - 24	No. GPUSBUNJ2202592	2022 - 11 - 16

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
JW HOLDINGS CO., LTD	SEOUL	190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seúl	82-2-840-6777

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ evs.
JW2210-006SR	2022 - 10 - 27	190	1	169	0	LOGISTICA TOTAL SAS	4,683.85

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9405111000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	190	730.00	657.00	PK	2	1	u	20.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
31,783.00	509.42
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
19.07	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
528.49	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia**	**86. Número**
32,311.49	R	50202577
87. Cod. oficina	**88. Año**	**89. Programa No**	**90. Cód Interno del Producto**
3	2022	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 151,342,172	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 151,342,172	99 28,755,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 28,755,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO ADI2300011. Declaracion(1-1). CON SU ORDEN DE PEDIDO BIO 22508 . Producto: LIGHT SYSTEM SURGICAL- SISTEMA LUZ QUIRURGICA. SISTEMA DE LUZ QUIRURGICA. Materia constitutiva: ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, ACRILICO. Fuente de luz: LED. Potencia: 100-240V / 50-60 HZ / 545VA. Uso: ESTÁ PREVISTO PARA SU USO EN EL ENTORNO DEL PACIENTE Y SIRVE PARA LA ILUMINACIÓN LOCAL DE LA ZONA DE EXAMEN Y LA ZONA QUIRURGICA EN EL PACIENTE CON UNA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN ELEVADA EN LAS CLÍNICAS Y LAS CONSULTAS MÉDICAS. UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUIRÚRGICA ESTÁ COMPUESTO POR DOS O MÁS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO PEQUEÑAS Y SE PUEDE EMPLEAR SIN LIMITACIONES. LA LAMPARA QUIRURGICA PEQUEÑA ES UNA LÁMPARA INDIVIDUAL PARA EL USO EN LOS QUIRÓFANOS PARA APOYAR EL DIAGNÓSTICO O E(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032023000109100 133. Fecha: 2023 01 25

134. Levante No. 032023000103356	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 01 - 26		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 91003033518966

Fecha de Impresión: 2023-01-26 07:48:55

20231537301491

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032023000109100-6**
Subpartida : **9405111000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

L TRATAMIENTO MÉDICO REQUERIDO. Marca: JW BIOSCIENCE. Referencia: NO TIENE. SN: LED2210 77, LED2210578, LE 2210579, LED2210580, E L PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO,P A INSTALACION: M RCANCIA NUEVA, VIDA UTI L: 7 AÑOS, PRESENTACION COMERCIAL: EQUIPO POR UNIDAD, FABRICANTE: JW BIOSCIENCE CORPORATION, PAIS DE ORIGEN: COREA DEL SUR, REGIS TRO SANITARIO INVIMA 2022DM-0024920, VENCIMIENTO: 2032-01-11, EXPEDIENTE: 20220283. Cant (4) U (Item 1) Producto: MANGO ESTERILIZ ABLE. Materia constitutiva: PLASTICO. Fuente de luz: NO APLICA. Potencia: NO APLICA. Uso: Proporciona a los usuarios enfocar la l uz quirúrgica de forma libre y precisa y amplía los espacios de trabajo del campo quirúrgico. Solo un breve ajuste del mango de e nfoque con las manos maximizará la intensidad de la luz sin tener que cambiar la posición de las cabezas de luz. Marca: JW BIOSCI ENCE. Referencia: O CODE: 24000374. Dispositivo médico o equipo biomédico para el cual se destina el producto a importar: LIGHT S YSTEM SURGICAL- SISTE A LUZ QUIRURGICA. SISTE A DE LUZ QUIRURGICA, Referencia/Modelo del dispositivo médico o equipo biomédico pa ra el cual se destina HONEY LUX LED 160/120. IGHT SYSTEM SURGICAL, Número del Registro Sanitario INVIMA 2022DM-0024920 VENCE 20 32-01-11 EXPEDIENTE: cante: JW BIOSCIENCE CORPORATION, PAIS DE ORIGEN: COREA DEL SUR, z, MERCANCIA NUEV A, Cant (16) U (Item 2)XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación | **Privada** | 500

1. Año 2025

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario
872025000062741-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900201786 | 6. DV: 4 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: NOVA MEDICA S.A.S.

8. Dirección: CR 40 C 79 184 BRR ALTO PRADO | 9. Teléfono: 3700333 | 10. Cód. Admón.: 87 | 11. Cód. Dpto.: 08 | 12. Cód. Ciudad/Municipio: 001

Declarante

13. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802016659 | 14. DV: 5 | 15. Razón social o denominación o apellidos: AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL 1 | 16. Tipo de NIT: 20 | 17. Cód. Sucursal: 443

18. Número consecutivo de la declaración: 72216389 | 19. Apellidos y nombres: GOMEZ MENDEZ ALVARO

20. Clase de declaración	21. Tipo de declaración	22. Nº de Formulario Anterior	23. Año - Mes - Día	24. Cód. Admón.	25. Número de la Declaración	26. Año - Mes - Día	27. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

28. Cód. Lugar Arribo/Salida	29. Cód. Dependencia	30. Modalidad de carga	31. Año - Mes - Día	32. Documento de transporte	33. Año - Mes - Día
BAQ	1601	No. 116575016507170	2025 - 04 - 20	No. EGLV140501001442	2025 - 03 - 25

34. Nombre exportador o proveedor en el exterior: EDAN INSTRUMENTS, INC. | 37. Ciudad: SHENZHEN | 38. Cód. País Exportación: 215

35. Dirección exportador o proveedor en el exterior: No15 jinhui rd,fushe community,kengzi subdistrict | 36. Email: info@edan.com

39. No. de Factura	40. Año - Mes - Día	41. Cód. Lugar Operaciones	42. Cód. Modalidad Importación	43. Código de Tránsito	44. Cód. Dpto. Aduana	45. Representación Importador	46. Tasa de cambio $ en Col.
EDAN-IM-2502SRA	2025 - 03 - 01	215	1	218	0	NAVEMAR SAS	4,260.22

47. Declaración anticipada	48. Cód. Destinación Aduanera	49. Cód. Modalidad	50. Valor a declarar	51. No. Cuotas	52. Valor a pagar USD	53. Cód. Periodicidad pago de cuota	54. Cód. país de origen	55. Cód. Acuerdo
S	9018901000	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

56. Forma de pago de la mercancía	57. Tipo de operación	58. Cód. país compra	59. Peso bruto kgs.	Cinta	62. Peso neto kgs.	Cinta	63. Código arancelario	64. No. ítems	65. Sumario del	66. Cód. Incoterm	67. Cantidad comp.
03	01	215	134.60		81.67		YY	451	20	U	235,00

68. Valor FOB USD	69. Valor Fletes USD	70. Valor Seguros USD	71. Valor Otros Gastos USD	72. Valor Deducciones USD	73. Valor Aduana USD	74. Valor Base Gravable $ Col.
16,100.00	330.97	5.07			15,495.94	66,018,114

75. Cód. Ajuste	76. Ajustes USD	77. Cód. Tipo Cambio	78. Tipo Cambio
	0.00	R	60037700

79. Cód. Libre	80. Año	81. Proyecto No.	82. Cód. Ítems Declaración
9	2025	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	66,018,114	0	0	0.00
IVA	19.00	69,018,114	12,543,000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Tasa	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	12,543,000	0	0.00

DO I10301-25 PEDIDO DECLARACION 7 DE 26;NACIONALIZACION PARCIAL // PRIMER PARCIAL // DECRETO NÚMERO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2° //FACTURA:EDAN-IM-2502SRA, FECHA:01-03-2025, PRODUCTO: MONITOR DE PACIENTE, MARCA: EDAN, MODELO: IM20, REFERENCIA: NO TIENE, SERIAL: 260374-M2520614Q001; 260374-M2520614Q002; 260374-M2520614Q003; 260374-M2520614Q004; 260374-M2520614Q005, USO O DESTINO: MEDICION DE PARAMETROS ECG, FRECUENCIA CARDIACA, SPO2, NIBP), TEMPERATURA, RESPIRACION, OPCIONAL (PARAMETROS CIBP/CO/CO2) USADOS EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO Y NEONATAL, URGENCIAS, CIRUGIA. HOSPITALIZACION Y SALAS DE OBSERVACION Y RECUPERACION DE CLINICASY HOSPITALES, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: EXPECTROFOTOMETRIA, OS(continúa al respaldo)

107. Valor pagos anteriores: 0	108. Firma electrónica pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX	109. Fecha: XXXX XX XX
110. Espacio reservado DIAN. Autorización de salida Cód. de Barras. Levante automático	111. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio Relaciones Exteriores	112. No. Aceptación declaración: 872025000062741
113. Hay Cuotas de pantalla		114. Fecha: 2025 05 16

115. Secuencia: 872025000060113	116. Fecha: 2025 - 05 - 16	117. Firma funcionario responsable	118. Nombre 119. C.C. no.

Firma declarante	537. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	580. Pago Total $: 0
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	Vue. Espacio para Número adicional: 91087013038441

Fecha de Impresión: 2025-05-16 17:51:50

DIAN — REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 872025000062741-4
Subpartida : 9018901000

[00] Generación de Declaración Simplificada (Casilla en mayúsculas)

CILOMETRIA, MEDIDA BIOPOTENCIAL/TERMODILUCION Y ABSORCION INFRAROJA., (CONFIGURACION CO2). CADA EQUIPO SUS ACCESORIOS PARA SU NO RMAL FUNCIONAMIENTO:(1) (1) SENSOR DE OXIMETRIA REF SM4 S/N # H2S102010181; H2S102830172; H2S102830195; H2S102816197; H2S102810209; (1) BATERIA 11.1V 2400 MAH-26.64WH MOD: TWSLB-012 3IH819/66 S/NH012-ICA07591; 012-ICA07621; 012-ICA07550; 012-ICA07593; 012-IC A07546 (1. CARGADOR MARCA UE MOD:UE24WCP1-1501DSFA ,1.CABLE ECG 3 LEAD REF:ECD1DAS121, 1.SENSOR TEMP REF:01.15.040225, 1.BRAZALE TE NIBP REF:ADULT C9, 1. MANGUERA NIBP REF:HP12, 1 SET ELECTRODOS MARCA OSS , 1 CABLE EXTENSOR REF: SHEC3, 1 CERTIFICADO FGC.MANU AL DE USUARIO . FECHA DE FABRICACION: 2025/02.PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN NO: INVIMA 2019EBC-0002816 R1, CANTIDAD: 5 UNICAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215), PRODUCTO: OXIMETRO DE PULSO, MARCA: EDAN, MODELO: H1000, REFERENCIA: NO TIENE, SERIAL: 360101-M2520461C001 ; 360101-M2520461C007; 360101-M2520461C034; 360101-M2520461C004; 360101-M2520461C005; 360101-M2520461C026; 360101-M2520461C007; 3 60101-M2520461C008; 360101-M2520461C003; 360101-M2520461C010; 360101-M2520461C011; 360101-M2520461C012; 3601 01-M2520461C014; 360101-M2520461C015; 360101-M2520461C016; 360101-M2520461C017; 360101-M2520461C018; 360101-M2520461C019; 360101- M2520461C020; 360101-M2520461C021; 360101-M2520461C022; 360101-M2520461C023; 360101-M2520461C024; 360101-M2520461C025; 360101-M25 2046610026; 360101-M2520461C027; 360101-M2520461C028; 360101-M2520461C029; 360101-M2520461C033; 360101-M2520461C031; 360101-M25204 610032; 360101-M2520461C033; 360101-M2520461C034; 360101-M2520461C035; 360101-M2520461C036; 360101-M2520461C037; 360101-M2520461C 038; 360101-M2520461C039; 360101-M2520461C040; 360101-M2520461C041; 360101-M2520461C042; 360101-M2520461C043; 360101-M2520461C044 ; 360101-M2520461C045; 360101-M2520461C046; 360101-M2520461C047; 360101-M2520461C048; 360101-M2520461C049; 360101-M2520461C050; 3 60101-M2520461C051; 360101-M2520461C052; 360101-M2520461C053; 360101-M2520461C054; 360101-M2520461C055; 360101-M2520461C056; 3601 01-M2520461C057; 360101-M2520461C058; 360101-M2520461C059; 360101-M2520461C060; 360101-M2520461C061; 360101-M2520461C062; 360101- M2520461C063;360101-M2520461C064;360101-M2520461C065;360101-M2520461C066;360101-M2520461C067;360101-M2520461C068;360101-M2520461C 069;360101-M2520461C070;360101-M2520461C071;360101-M2520461C072;360101-M2520461C073;360101-M2520461C074;360101-M2520461C075;36010 1-M2520461C076;360101-M2520461C077;3E0101-M2520461C078;360101-M2520461C079;360101-M2520461C080;360101-M2520461C031;360101-M252046 1C082;360101-M2520461C083;360101-M2520461C084;360101-M2520461C085;360101-M2520461C086;360101-M2520461C087;360101-M2520461C088;360 101-M2520461C089;360101-M2520461C090;360101-M2520461C091;360101-M2520461C092;360101-M2520461C093;360101-M2520461C094;360101-M2520 461C095;360101-M2520461C096;3C0101-M2520461C097;360101-M2520461C038;360101-M2520461C099;360101-M2520461C100, USO O DESTINO: MONIT OREO CONTINUO O VERIFICACION DE LA SATURACION DE OXIGENO ARTERIAL FUNCTIONAL (SPO2) Y FRECUENCIA DE PULSO ADULTO/PEDIATRICO/NEONAT AL, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: OSCILOMETRIA, CON SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) SENSOR SPO2 FR:02.01.210320030 S/ NOH24C05260028; H24C05260018; H24C05260020; H24C05260103; H24C05260009; H24C05260302; H24C05260011; H24C05260034; H 24C05260048; H24C05260026; H24C05260075; H24C05260096; H24C05260073; H24C05260058; H24C05260035; H24C05260051; H24C05260043; H24C 05260066; H24C05260072; H24C05260081; H24C05260009; H24C05260047; H24C05260006; H24C05260008; H24C05260025; H24C05260022; H24C052 60071; H24C05260061; H24C05260079; H24C05260053; H24C05260035; H24C05260082; H24C05260016; H24C05260040; H24C05260058; H24C052600 37; H24C05260063; H24C05260086; H24C05260012; H24C05260059; H24C05260050; H24C05260054; H24C05260055; H24C05260054; H24C05260097; H24C05260080; H24C05260083; H24C05260039; H24C05260004; H24C05260067; H24C05260057; H24C05260062; H24C05260035; H2 4C05260055; H24C05260017; H24C05260007; H24C05260033; H24C05260034; H24C05260074; H24C05260056;H24C05260051;H24C05260076;H24C05260 0023;H24C05760024;H24C05260003;H24C05260059;H24C05260031;H24C05260060;H24C05260070;H24C05260077;H24C05260052;H24C05260037;H24C052 60063;H24C02991507;H24C05260032;H24C05260256;H24C05260080;H24C05260078;H24C05260226;H24C02991575;H24C02991577;H24C02991558;H24C02 991500;H24C02991531;H24C05260255;H24C02991513;H24C05260220;H24C02991551;H24C02991535;H24C05260249;H24C02991517;H24C05260264;H24C0 5260290;H24C02991557;H24C02991597;H24C02991509;H24C02991532;H24C02991576; ,(1) CORDON, (1) MANUAL DE USUARIO, (4) BATERIA AA ALCA LINAS. FECHA DE FABRICACION: 2025/02.PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN NO. INVIMA2020EBC-0005674 R1, CANTIDAD: 100 UNICAD PAIS DE ORIGE N: CHINA(215), PRODUCTO: CARGADOR DE BATERIA, MARCA: EDAN, MODELO: CS-01, REFERENCIA: NO TIENE, SERIAL: 113589-M2520468C001; 1135 89-M2520468C002; 113589-M2520468C003; 113589-M2520468C004; 113589-M2520468C005; 113589-M2520468C006; 113589-M2520468C007; 113589- M2520468C008; 113589-M2520468C009; 113589-M2520468C010; 113589-M2520468C011; 113589-M2520468C012; 113589-M2520468C013; 113589-M25 2046800014; 113589-M2520468C015; 113589-M2520468C016; 113589-M2520468C017; 113589-M2520468C018; 113589-M2520468C019; 113589-M25204 68C020; 113589-M2520468C021; 113589-M2520468C022; 113589-M2520468C023; 113589-M2520468C024; 113589-M2520468C025; 113589-M2524680 026; 113589-M2520468C027; 113589-M2520468C028; 113589-M2520468C029; 113589-M2520468C030, USO O DESTINO: CARGAR LA BATERIA DEL DIS POSITIVO, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: NO APLICA, CON SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: (1) BATERIA 4.8V 1500MAH / 7.2 WH MOD: 4XHR49AA1500P S/N# 24008810; 24008024; 24008021; 24008020; 23008030; 24008037; 24008034; 24007999; 24007852; 24007823; 24007 825; 24007998; 24008026; 24008042; 24008023; 24008032; 24008038; 24008041; 24008027; 24008031; 24008029; 24008009; 24008025; 2400 8028; 24008022; 24008036; 24008039; 24008040; 24008035; 24007751. (1) CABLE CARGADOR AC, (1) COBERTOR . ACCESORIO PARA OXIMETRO D E PULSO MARCA EDAN MODELO H1000. FECHA DE FABRICACION: 2025/02.PERMISO DE COMERCIALIZACION. INVIMA2020EBC-0005674 R1, CANTIDAD: 3 0 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215), PRODUCTO: LINEA DE MUESTRA CO2 CONECTOR ROSCA, MARCA: RESPIRONICS S/EMPAQ, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 3475-00 S/EMPAQ, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: PERMITIR EL PASO DE LA MUESTRA DE AIRE SOMETIDA A ANALISIS, TÉCNIC A DE DIAGNÓSTICO: NO APLICA, ACCESORIO PARA MONITOR DE PACIENTE MARCA EDAN MOD: IM8, IM50, IM70.FECHA FABRICACION: 2024.PERMISO D E COMERCIALIZACION INVIMA2019EBC-0002816 R1, CANTIDAD: 50 UNIDAD PAIS DE ORIGEN: CHINA(215), PRODUCTO: LINEA DE MUESTRA CO2 CON A COPLE, MARCA: RESPIRONICS S/EMPAQUE, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 1473ABU-00 S/EMPAQUE, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: PERMITI R EL PASO DE LA MUESTRA DE AIRE SOMETIDA A ANALISIS, TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO: NO APLICA, ACCESORIO PARA MONITOR DE PACIENTE MARCA EDAN MOD: IM8, IM50, IM70.FECHA FABRICACION:2024.PERMISO DE COMERCIALIZACION INVIMA2019EBC-0002816 R1, CANTIDAD: 50 UNIDAD PAIS D E ORIGEN: CHINA(215)XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025000619843-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901341011	2	IMPULMEDICOS SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AK 45 147 66	6488080	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80470372	RAMIREZ RIAÑO JAVIER

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	99900	No. 116575015328488	2025 - 03 - 06	No. NUE-10001280	2025 - 03 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SIEMENS AG OSTERREICH	VIENNA	072

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
SIEMENSSTRASSE 90, A-1210	PHILIPP.MENTIN@SIEMENS.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
584K0139164259	2025 - 02 - 28	023	4	573	11	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	4.120,11

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9018120000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	455	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	072	593,00		504,00		PK	5	1	U	5,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
	R	50032162

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2025	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92	93	94	95	96
I.V.A.	97	98	99	100	101
Salvaguardia	102	103	104	105	106
Derechos Compensatorios	107	108	109	110	111
Derechos Antidumping	112	113	114	115	116
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126

31. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 11250672 PEDIDO TRAMITE: PX-1481 T DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA VISTO BUENO VINVIMA-25-0023532 DE 2025-02-19. PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO ACUSON JUNIPER, ACUSON FREESTYLE, ACUSON P500, ACUSON S1000, ACUSON S2000, ACUSON S2000 ABVS (AUTOMATED BREAST VOLUME SCANNER), ACUSON S3000, ACUSON SC2000, ACUSON X300 PREMIUM EDITION, ACUSON X600, ACUSON X700, ACUSON SEQUOIA ACUSON REDWOOD, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: 574423, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, CONFORMADO POR JUNIPER, BASE CONFIGURATION R(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032025000619843 133. Fecha: 2025 03 07

134. Levante No. 032025000358358	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2025 - 03 - 07		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100304390759 5**

Fecha de Impresión: 2025-03-07 16:55:19

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025000619843-1**
Subpartida : **9018120000**

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serales y otros)

EF 11653320, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE REF 11654494, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH REF 11711071, JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD REF 1
1335825, CORDSET, 115V, NAM, REF 11235413, JUNIPER, VTQ REF 11335858, JUNIPER, ESIETOUCH REF 11361712, JUNIPER, AUTO OB, REF 1136
1809, JUNIPER, WIFI MODULE REF 11503375, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART REF 11653373, JUNIPER, TRANSDUCER, 14L4, TC-ZIF REF 11653300, JU
NIPER, TRANSDUCER, 5C1, TC-ZIF REF 11335900, JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF REF 11335904, JUNIPER, CONTROL PANEL COVER REF 11
335829, DVD ROM REF 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY REF 11335933 Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016D
M-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA
, INC; JABIL INC. PAIS DE ORIGEN. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; SIEMENS HEALTHCARE S.R.O PAIS DE ORIGEN. ESLOVAQUIA; SIEMENS
HEALTHI NEERS LTD PAIS DE ORIGEN. COREA DEL SUR CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 4). FACTURA: 584K0139164262 FECHA: 2025-02-
28 PRODUCT O: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS, MODELO: ACUSON JUNIPER,, REFERENCIA: 11712187, USO O DESTINO: SISTEMA DE
ULTRASONIDO P ARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: 701080,
REFERENCIAS: ACUSON Map le y INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion
Comercial. SISTEMA DE ULT RASONIDO TRANSPORTABLE, CONFORMADO POR MAPLE, BASE CONFIGURATION REF 11712187, MAPLE, 1.0, SOFTWARE REF
11712191, MAPLE, 1.0, OPE R SYS, SPANISH REF 11712200, CORDSET, 115V, NAM REF 11235413, MAPLE, WW KEYBOARD REF 11712238, MAPLE,
SIESCAPE REF 11712255, MAPL E, WIFI MODULE REF 11712240, MAPLE, TRANSDUCER, L10-5v, TC-ZIF REF 11712284, MAPLE, TRANSDUCER, 5C1a,
TC-ZIF REF 11712290, MAPLE, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF REF 11712297, MAPLE, CONTROL PANEL COVER REF 11712306, MAPLE, QUIKSTART REF
11712236, PRINTER (USB), B W, SONY REF 11712303 SERIAL 7062836, Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-
0015035 Vigencia. 2026-08-0 9 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS
(ITEM 3). FACTURA: 584K01391 64265 FECHA: 2025-02-28 PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS, MODELO: ACUSON JUNIPER,,
REFERENCIA: 11712187, USO O DE STINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE
DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: 701079, REFERENCIAS: ACUSON Maple y INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Present acion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, CONFORMADO POR: MAPLE, BASE
CONFIGURATION REF 11712187, MAPLE, 1.0, SOFTWA RE REF 11712191, MAPLE, 1.0, OPER SYS, SPANISH REF 11712200, CORDSET, 115V, NAM
REF 11235413, MAPLE, WW KEYBOARD REF 11712238, MA PLE, SIESCAPE REF 11712255, MAPLE, WIFI MODULE REF 11712240, MAPLE, TRANSDUCER,
L10-5v, TC-ZIF REF 11712284, MAPLE, TRANSDUCER, 5 C1a, TC-ZIF REF 11712290, MAPLE, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF REF 11712297,
MAPLE, CONTROL PANEL COVER REF 11712306, MAPLE, QUIKSTAR T REF 11712236, PRINTER (USB), BW, SONY REF 11712303 SERIAL 7062857,
Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 20 16DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING
SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; CANT (1) UNIDADES O ARTICU LOS (ITEM 2). FACTURA: 584K0139164270 FECHA: 2025-02-28 PRODUCTO:
SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS, MODELO: ACUSON JUNIPER, , REFERENCIA: 11712187, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO
PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DI AGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: 701078, REFERENCIAS: ACUSON
Maple y INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIE NTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA
DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, CONFORMADO POR MAPLE, BASE CONFIGURATION R EF 11712187, MAPLE, 1.0, SOFTWARE REF 11712191, MAPLE,
1.0, OPER SYS, SPANISH REF 11712200, CORDSET, 115V, NAM REF 11235413, MAPL E, WW KEYBOARD REF 11712238, MAPLE, SIESCAPE REF
11712255, MAPLE, WIFI MODULE REF 11712240, MAPLE, TRANSDUCER, L10-5v, TC-ZIF REF 11712284, MAPLE, TRANSDUCER, 5C1a, TC-ZIF REF
11712290, MAPLE, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF REF 11712297, MAPLE, CONTROL PANEL COVE R REF 11712306, MAPLE, QUIKSTART REF
11712236, PRINTER (USB), BW, SONY REF 11712303 SERIAL 7062838, Expediente Sanitario. 2011312 1 Registro Sanitario. INVIMA
2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALA SIA; CANT (1) UNIDADES O
ARTICULOS (ITEM 1). FACTURA: 594K0139164250 FECHA: 2025-02-28 PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS, MODELO: ACUSON
NX3, ACUSON NX3 ELITE, ACUSON NX2, ACUSON NX2 ELITE, ACUSON JUNIPER, ACUSON FREESTYLE, ACUSON P500, ACUSO N S1000, ACUSON S2000,
ACUSON S2000 ABVS (AUTOMATED BREAST VOLUME SCANNER), ACUSON S3000, ACUSON SC2000, ACUSON X300 PREMIUM EDIT ION, ACUSON X600,
ACUSON X700, ACUSON SEQUOIA ACUSON REDWOOD, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IM AGENOLOGIA
GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: 574422, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS P ARA SU
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, CONFORMADO POR
JUNIPER, BASE CONFIGURATION REF 11653320, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE REF 11654494, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH REF 11711071,
JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD REF 11335825, CORDSET, 115V, NAM REF 11235413, JUNIPER, VTQ REF 11335858, JUNIPER, ESIETOUCH REF 113
61712, JUNIPER, AUTO OB REF 11361809, JUNIPER, WIFI MODULE REF 11503375, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART REF 11653373, JUNIPER,
TRANSDUCE R, 14L4, TC-ZIF REF 11653300, JUNIPER, TRANSDUCER, 5C1, TC-ZIF REF 11335900, JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF REF
1133590, JUNI PER, CONTROL PANEL COVER REF 11335829, DVD ROM REF 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY REF 11335933 SERIAL 7062826,
Expediente Sanit ario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING
SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC; JABIL INC. PAIS DE ORIGEN. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
SIEMENS HEALTHCARE S. R.O PAIS DE ORIGEN. ESLOVAQUIA; SIEMENS HEALTHINEERS LTD PAIS DE ORIGEN. COREA DEL SUR CANT (1) UNIDADES O
ARTICULOS (ITEM 5).XXX

XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024001517025-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
901341011	2	IMPULMEDICOS SAS

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AK 45 147 66	6488080	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
80470372	RAMIREZ RIAÑO JAVIER

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194415225	2024 - 10 - 30	No. NUE10000684	2024 - 08 - 30

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SIEMENS HEALTHINEERS AG	MÚNICH	023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
TR SNP C 37 D-040 11 KOSICE	SIEMENS-HEALTHINEERS.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
584K0138619542	2024 - 08 - 26	023	4	275	11	AIR FRANCE	4.311,83

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018120000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	455	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	023	751,00		637,00		PK	6	1	U	6,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia: R — 86. Número: 50012709
87. Cod. oficina: 3	88. Año: 2024 — 89. Programa No: XXXXXXXXXX — 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92	93	94	95	96
IVA	97	98	99	100	101
Salvaguardia	102	103	104	105	106
Derechos Compensatorios	107	108	109	110	111
Derechos Antidumping	112	113	114	115	116
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 11242673 PEDIDO TRAMITE: PX-1435 C DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA VISTO BUENO VINVIMA-24-0008893 DE 2024-01-23. PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS HEALTHINEERS, MODELO: (240)11335791, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: (21)573950, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; EQUIPO COMPUESTO POR; LAN 1 - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151294 SERI(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032024001517025 133. Feha: 2024 10 30

134. Levante No. 032024001427700	135. Fecha: 2024 - 10 - 31	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 996. Espacio para Número autoadhesivo **910030421248 82**

Fecha de Impresión: 2024-10-31 09:26:39

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 032024001517025-6
Subpartida : 9018120000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

AL: CC827F4B8BAE, Lic. System License, Juniper P/N: 11343795, Serial 100000000008689, CONSOLE STN C065 P/N: 11652952, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE P/N: 11654494, Serial: 11503896, ROYALTY: WIN10 IoT ENT 2016 Val Emb P/N: 11503896, Royalty, Syngo Classic Low P/N: 11504142, ROYALTY, ADOBE READER Free P/N: 11508247, ROYALTY, McAfee, E US System Sec P/N:_ 11508254, S/W Key syngo General License P/N: 10436826 Serial 100000000050230, Lic. SECURITY DATA PROTECTION P/N: 11288310 Serial: 100000000019252, Lic. SECURITY USER MANAGEMENT P/N: 11288311 Serial; 100000000019253, Lic. US Security(VP), Juniper P/N: 11343775 Serial 100000000009842, US_HW-ID_Vendor_Defined P/N: 10436527 Serial 100000000115794. SK Level 7 SIEMENS (2016) License only, not a physical article! P/N: 10849237 SERIAL: 100000000165052. SW Install Set, JUNIPER R2.5 P/N: 11711314, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH P/N: 11711071, JUNIPER VB30 Sub OP Sys. SPANISH P/N: 11711324, JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD P/N: 11335825, ASSY QWERTY WW GRF P/N: 11336013 CORDSET, 115V, NAM P/N: 11235413, Cord2, Pwr,115V, 15A, USA_North America P/N: 10439455, JUNIPER, SIESCAPE P/N: 11361711. Lic. SieScape, Juniper P/N: 11343786 Serial 100000000003553. JUNIPER, WIFI MODULE P/N: 11503375, WIFI MODULE option P/N; 11503801 Serial 23660B2000704, WIFI - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151295 Serial 000E8EBF734E, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART P/N: 11653373, C065 QuikStart Battery Module P/N: 11653187 Serial 220151. JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF P/N: 11335904. 10MC3 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11268679 Serial 24230066, JUNIPER, CONTROL PANEL COVER P/N: 11335829, PROTECTIVE SKIN GRFN P/N: 11336026, DVD ROM P/N: 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY P/N: 11335933 Serial7054090, JUNIPER, 2.5, USER MANUAL, SPA P/N: 11654059, JUNIPER EXT WARRANTY FOR BP (24M) P/N_ 11711415, JUNIPER, TRANSDUCER, 14L4, TC-ZIF P/N: 11653300, 14L4 TC-ZIF TRANSDUCER P/N: 11503732 Serial 24140319, JUNIPER, TRANSDUCER, 6C1, TC-ZIF P/N: 11653302, 6C1 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11503481 Serial 24070141 CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 1). FACTURA: 584K0138619543 FECHA: 2024-08-26 PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS HEALTHINEERS, MODELO: (240)11335791, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: (21)573949, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; EQUIPO COMPUESTO POR; LAN 1 - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151294 SERIAL: CC827F4B872F, Lic. System License, Juniper P/N: 11343795, Serial 100000000008688, CONSOLE STN C065 P/N: 11652952, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE P/N: 11654494, ROYALTY: WIN10 IoT ENT 2016 Val Emb P/N: 11503896, Royalty, Syngo Classic Low P/N: 11504142, ROYALTY, ADOBE READER Free P/N: 11508247, ROYALTY, McAfee, E US System Sec P/N:_ 11508254, S/W Key syngo General License P/N: 10436826 Serial 100000000050229, Lic. SECURITY DATA PROTECTION P/N: 11288310 Serial: 100000000019251, Lic. SECURITY USER MANAGEMENT P/N: 11288311 Serial; 100000000019252, Lic. US Security(VP), Juniper P/N: 11343775 Serial 100000000009841, US_HW-ID_Vendor_Defined P/N: 10436527 Serial 100000000115793. SK Level 7 SIEMENS (2016) License only, not a physical article! P/N: 10849237 SERIAL: 100000000165048. SW Install Set, JUNIPER R2.5 P/N: 11711314, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH P/N: 11711071, JUNIPER VB30 Sub OP Sys. SPANISH P/N: 11711324, JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD P/N: 11335825, ASSY QWERTY WW GRF P/N: 11336013 CORDSET, 115V, NAM P/N: 11235413, Cord2, Pwr,115V, 15A, USA_North America P/N: 10439455, JUNIPER, SIESCAPE P/N: 11361711. Lic. SieScape, Juniper P/N: 11343786 Serial 100000000003552. JUNIPER, WIFI MODULE P/N: 11503375, WIFI MODULE option P/N; 11503801 Serial 23660B2001076, WIFI - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151295 Serial 000E8EBF7768, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART P/N: 11653373, C065 QuikStart Battery Module P/N: 11653187 Serial 220085. JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF P/N: 11335904. 10MC3 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11268679 Serial 24230149, JUNIPER, CONTROL PANEL COVER P/N: 11335829, PROTECTIVE SKIN GRFN P/N: 11336026, DVD ROM P/N: 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY P/N: 11335933 Serial 7054144, JUNIPER, 2.5, USER MANUAL, SPA P/N: 11654059, JUNIPER EXT WARRANTY FOR BP (24M) P/N_ 11711415, JUNIPER, TRANSDUCER, 14L4, TC-ZIF P/N: 11653300, 14L4 TC-ZIF TRANSDUCER P/N: 11503732 Serial 24140245, JUNIPER, TRANSDUCER, 6C1, TC-ZIF P/N: 11653302, 6C1 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11503481 Serial 24070074 CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 2). FACTURA: 584K0138619544 FECHA: 2024-08-26 PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS HEALTHINEERS, MODELO: (240)11335791, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: (21)573946, INCLUYE PARTES YACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; EQUIPO COMPUESTO POR; LAN 1 - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151294 SERIAL: -CC827F4B8A9B, Lic. System License, Juniper P/N: 11343795, Serial 100000000008687, CONSOLE STN C065 P/N: 11652952, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE P/N: 11654494, ROYALTY: WIN10 IoT ENT 2016 Val Emb P/N: 11503896, Royalty, Syngo Classic Low P/N: 11504142, ROYALTY, ADOBE READER Free P/N: 11508247, ROYALTY, McAfee, E US System Sec P/N:_ 11508254, S/W Key syngo General License P/N: 10436826 Serial 100000000050228, Lic. SECURITY DATA PROTECTION P/N: 11288310 Serial: 100000000019250, Lic. SECURITY USER MANAGEMENT P/N: 11288311 Serial; 100000000019251, Lic. US Security(VP), Juniper P/N: 11343775 Serial 100000000009840, US_HW-ID_Vendor_Defined P/N: 10436527 Serial 100000000115792. SK Level 7 SIEMENS (2016) License only, not a physical article! P/N: 10849237 SERIAL: 100000000165047. SW Install Set, JUNIPER R2.5 P/N: 11711314, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH P/N: 11711071, JUNIPER VB30 Sub OP Sys. SPANISH P/N: 11711324, JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD P/N: 11335825, ASSY QWERTY WW GRF P/N: 11336013 CORDSET, 115V, NAM P/N: 11235413, Cord2, Pwr,115V, 15A, USA_North America P/N: 10439455, JUNIPER, SIESCAPE P/N: 11361711. Lic. SieScape, Juniper P/N: 11343786 Serial 100000000003551. JUNIPER, WIFI MODULE P/N: 11503375, WIFI MODULE option P/N; 11503801 Serial 23660B2000915, WIFI - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151295 Serial -000E8EBF7652, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART P/N: 11653373, C065 QuikStart Battery Module P/N: 11653187 Serial 220084. JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF P/N: 11335904. 10MC3 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11268679 Serial 24240136, JUNIPER, CONTROL PANEL COVER P/N: 11335829, PROTECTIVE SKIN GRFN P/N: 11336026, DVD ROM P/N: 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY P/N: 11335933 Serial 7054143, JUNIPER, 2.5, USER MANUAL, SPA P/N: 11654059, JUNIPER EXT WARRANTY FOR BP (24M) P/N_ 11711415, JUNIPER, TRANSDUCER, 14L4, TC-ZIF P/N: 11653300, 14L4 TC-ZIF TRANSDUCER P/N: 11503732 Serial 24140318, JUNIPER, TRANSDUCER, 6C1, TC-ZIF P/N: 11653302, 6C1 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11503481 Serial 24070077 CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 5). FACTURA: 584K0138619545 FECHA: 2024-08-26 PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS, MODELO: AACUSON JUNIPER,, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: (21)573945, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; EQUIPO COMPUESTO POR; LAN 1 - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151294 SERIAL: -CC827F4EB7B8, Lic. System License, Juniper P/N: 11343795, Serial 100000000008685, CONSOLE STN C065 P/N: 11652952, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE P/N: 11654494, ROYALTY: WIN10 IoT ENT 2016 Val Emb P/N: 11503896, Royalty, Syngo Classic Low P/N: 11504142, ROYALTY, ADOBE READER Free P/N: 11508247, ROYALTY, McAfee, E US System Sec P/N:_ 11508254, S/W Key syngo General License P/N: 10436826 Serial 100000000050226, Lic. SECURITY DATA PROTECTION P/N: 11288310 Serial: 100000000019248, Lic. SECURITY USER MANAGEMENT P/N: 11288311 Serial; 100000000019249, Lic. US Security(VP), Juniper P/N: 11343775 Serial 100000000009838, US_HW-ID_Vendor_Defined P/N: 10436527 Serial 100000000115790. SK Level 7 SIEMENS (2016) License only, not a physical article! P/N: 10849237 SERIAL: 100000000165036. SW Install Set, JUNIPER R2.5 P/N: 11711314, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH P/N: 11711071, JUNIPER VB30 Sub OP Sys. SPANISH P/N: 11711324, JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD P/N: 11335825, ASSY QWERTY WW GRF P/N: 11336013 CORDSET, 115V, NAM P/N: 11235413, Cord2, Pwr,115V, 15A, USA_North America P/N: 10439455, JUNIPER, SIESCAPE P/N: 11361711. Lic. SieScape, Juniper P/N: 11343786 Serial 100000000003549. JUNIPER, WIFI MODULE P/N: 11503375, WIFI MODULE option P/N; 11503801 Serial 21760B2003104, WIFI - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151295 Serial -000E8E94C4C5, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART P/N: 11653373, C065 QuikStart Battery Module P/N: 11653187 Serial 230217. JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF P/N: 11335904. 10MC3 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11268679 Serial 24210221, JUNIPER, C

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

ONTROL PANEL COVER P/N: 11335829, PROTECTIVE SKIN GRFN P/N: 11336026, DVD ROM P/N: 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY P/N: 11335933 Serial 7054107, JUNIPER, 2.5, USER MANUAL, SPA P/N: 11654059, JUNIPER EXT WARRANTY FOR BP (24M) P/N_ 11711415, JUNIPER, TRANSDUCER, 14L4, TC-ZIF P/N: 11653300, 14L4 TC-ZIF TRANSDUCER P/N: 11503732 Serial 24140246, JUNIPER, TRANSDUCER, 6C1, TC-ZIF P/N: 11653302, 6C1 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11503481 Serial 23460234 CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 6). FACTURA: 584K0138621627 FECHA: 2024-08-26 PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS HEALTHINEERS, MODELO: (240)11335791, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: (21)573948, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; EQUIPO COMPUESTO POR; LAN 1 - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151294 SERIAL: -CC827F4B88A0, Lic. System License, Juniper P/N: 11343795, Serial 100000000008684, CONSOLE STN C065 P/N: 11652952, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE P/N: 11654494, ROYALTY: WIN10 IoT ENT 2016 Val Emb P/N: 11503896, Royalty, Syngo Classic Low P/N: 11504142, ROYALTY, ADOBE READER Free P/N: 11508247, ROYALTY, McAfee, E US System Sec P/N:_ 11508254, S/W Key syngo General License P/N: 10436826 Serial 100000000050225, Lic. SECURITY DATA PROTECTION P/N: 11288310 Serial: 100000000019247, Lic. SECURITY USER MANAGEMENT P/N: 11288311 Serial; 100000000019248, Lic. US Security(VP), Juniper P/N: 11343775 Serial 100000000009837, US_HW-ID_Vendor_Defined P/N: 10436527 Serial 100000000115789. SK Level 7 SIEMENS (2016) License only, not a physical article! P/N: 10849237 SERIAL: 1000000001 65032. SW Install Set, JUNIPER R2.5 P/N: 11711314, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH P/N: 11711071, JUNIPER VB30 Sub OP Sys. SPANISH P/N: 11711324, JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD P/N: 11335825, ASSY QWERTY WW GRF P/N: 11336013 CORDSET, 115V, NAM P/N: 11235413, Cord2, Pwr,115V, 15A, USA_North America P/N: 10439455, JUNIPER, SIESCAPE P/N: 11361711. Lic. SieScape, Juniper P/N: 11343786 Serial 100000000003548. JUNIPER, WIFI MODULE P/N: 11503375, WIFI MODULE option P/N; 11503801 Serial 23660B2001066, WIFI - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151295 Serial 000E8EBF7794, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART P/N: 11653373, C065 QuikStart Battery Module P/N: 11653187 Serial 220093. JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF P/N: 11335904. 10MC3 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11268679 Serial 24230065, JUNIPER, CONTROL PANEL COVER P/N: 11335829, PROTECTIVE SKIN GRFN P/N: 11336026, DVD ROM P/N: 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY P/N: 11335933 Serial 7054154, JUNIPER, 2.5, USER MANUAL, SPA P/N: 11654059, JUNIPER EXT WARRANTY FOR BP (24M) P/N_ 11711415, JUNIPER, TRANSDUCER, 14L4, TC-ZIF P/N: 11653300, 14L4 TC-ZIF TRANSDUCER P/N: 11503732 Serial 24120266, JUNIPER, TRANSDUCER, 6C1, TC-ZIF P/N: 11653302, 6C1 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11503481 Serial 24030420 CANT (1) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 3). FACTURA: 584K0138621630 FECHA: 2024-08-26 PRODUCTO: SISTEMA DE ULTRASONIDO, MARCA: SIEMENS HEALTHINEERS, MODELO: (240)11335791, REFERENCIA: 11653320, USO O DESTINO: SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA IMAGENOLOGIA GENERAL, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, TECNICA DE DIAGNOSTICO: ULTRASONIDO, SERIAL: (21)573947, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Vida Util. 10 años, Presentacion Comercial. SISTEMA DE ULTRASONIDO TRANSPORTABLE, Expediente Sanitario. 20113121 Registro Sanitario. INVIMA 2016DM-0015035 Vigencia. 2026-08-09 FABRICANTES. PLEXUS MANUFACTURING SDN. BHD. PAIS DE ORIGEN. MALASIA; EQUIPO COMPUESTO POR; LAN 1 - MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151294 SERIAL: -CC827F4B8664, Lic. System License, Juniper P/N: 11343795, Serial 100000000008686, CONSOLE STN C065 P/N: 11652952, JUNIPER, 2.5, SOFTWARE P/N: 11654494, ROYALTY: WIN10 IoT ENT 2016 Val Emb P/N: 11503896, Royalty, Syngo Classic Low P/N: 11504142, ROYALTY, ADOBE READER Free P/N: 11508247, ROYALTY, McAfee, E US System Sec P/N:_ 11508254, S/W Key syngo General License P/N: 10436826 Serial 100000000050227, Lic. SECURITY DATA PROTECTION P/N: 11288310 Serial: 100000000019249, Lic. SECURITY USER MANAGEMENT P/N: 11288311 Serial; 100000000019250, Lic. US Security(VP), Juniper P/N: 11343775 Serial 100000000009839, US_HW-ID_Vendor_Defined P/N: 10436527 Serial 100000000115791. SK Level 7 SIEMENS (2016) License only, not a physical article! P/N: 10849237 SERIAL: 1000000001 65041. SW Install Set, JUNIPER R2.5 P/N: 11711314, JUNIPER, 2.5, OPER SYS, SPANISH P/N: 11711071, JUNIPER VB30 Sub OP Sys. SPANISH P/N: 11711324, JUNIPER, WORLDWIDE KEYBOARD P/N: 11335825, ASSY QWERTY WW GRF P/N: 11336013 CORDSET, 115V, NAM P/N: 11235413, Cord2, Pwr,115V, 15A, USA_North America P/N: 10439455, JUNIPER, SIESCAPE P/N: 11361711. Lic. SieScape, Juniper P/N: 11343786 Serial 100000000003550. JUNIPER, WIFI MODULE P/N: 11503375, WIFI MODULE option P/N; 11503801 Serial 23660B2000768, WIFI -MAC ADDRESS NUMBER P/N: 11151295 Serial 000E8EBF7499, JUNIPER, 2.0, QUIKSTART P/N: 11653373, C065 QuikStart Battery Module P/N: 11653187 Serial 220127. JUNIPER, TRANSDUCER, 10MC3, TC-ZIF P/N: 11335904. 10MC3 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11268679 Serial 24150269, JUNIPER, CONTROL PANEL COVER P/N: 11335829, PROTECTIVE SKIN GRFN P/N: 11336026, DVD ROM P/N: 11361729, PRINTER (USB) BW, SONY P/N: 11335933 Serial 7054098, JUNIPER, 2.5, USER MANUAL, SPA P/N: 11654059, JUNIPER EXT WARRANTY FOR BP (24M) P/N_ 11711415, JUNIPER, TRANSDUCER, 14L4, TC-ZIF P/N: 11653300, 14L4 TC-ZIF TRANSDUCER P/N: 11503732 Serial 23460240, JUNIPER, TRANSDUCER, 6C1, TC-ZIF P/N: 11653302, 6C1 Transducer (TC-ZIF) P/N: 11503481 Serial 23460245 CANT (1) UNIDADES OARTICULOS (ITEM 4).XXXX

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ASPIRADOR	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO: ENDOSCOPIA MARCA: SMARF

MODELO: CXT-5A SERIE: L1. 24. 222.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (SI/No)		Procedimeinto (marque con una X)						Valoracion del estado (1-3)
Estado del chasis	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado del conector macho	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado conector de salida de aire	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado del filtro de aire	SI		Limpieza	☒	NA		Cambio	☐	3
Estado del interruptor de encendido	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*						18
CONDICIONES INTERNAS DEL EQUIPO	**¿En condiciones (SI/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**						**Valoracion del estado (1-3)**
Estado de los componentes electricos	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado del interior del equipo	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado del compresor	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado de los empaques del motor	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado del mangueras y conectores	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado de rodamientos y partes moviles	SI		Lubricación	☒	Reparacion	☐	Cambio	☐	3
Estado del ventilador de compresor	SI		Limpieza	☒	Reparacion	☐			3
Valoracion inferior a 15 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*						21

Pruebas de ensayo

VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		REPETICIONES			ERROR
		Min	Max	1	2	3	
				0	10min	15 min	
Punto de prueba vacio	± 30 mmHg	0	560mmHg	540	535	541	-21,33333333


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
PRESION DIGITAL MANOMETRO	HTI	HT-1885	2021030018793	GI.8505-24


OBSERVACIONES:

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ASPIRADOR	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO: ENDOSCOPIA MARCA: SMARF

MODELO: CXT-5A SERIE: L1. 24. 284

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado del chasis	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del conector macho	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado conector de salida de aire	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del filtro de aire	SI		Limpieza ☒	NA	Cambio ☐	3
Estado del interruptor de encendido	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			18

CONDICIONES INTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de los componentes electricos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del interior del equipo	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del compresor	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los empaques del motor	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del mangueras y conectores	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de rodamientos y partes moviles	SI		Lubricación ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del ventilador de compresor	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐		3
Valoracion inferior a 15 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			21

Pruebas de ensayo

VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		REPETICIONES			ERROR
		Min	Max	1	2	3	
				0	10min	15 min	
Punto de prueba vacio	± 30 mmHg	0	560mmHg	540	541	541	-19,33333333

Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
PRESION DIGITAL MANOMETRO	HTI	HT-1895	2021030018793	GL8505-24

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

NOVAMEDICAL S.A.S.
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESFIBRILADOR	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: ENDOSCOPIA Marca: MINDRAY

Modelo: BENEHEARTH D3 Serie: EZ-36112398

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO


CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de las palas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la bateria	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable para electrodos desechables	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la perilla de selección	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de las palas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			30


CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de funcionamieto	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de descarga manual	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de funcionamiento DEA	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de funcionamiento de cardioversión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio						


Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DE METROLOGIA

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

NOVAMEDICAL S.A.S.
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO


DESFIBRILADOR	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: TRAMO 4 Y 5 Marca: MINDRAY


Modelo: BENEHEARTH D30 Serie: FP5-46008816

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO							
CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	**¿En condiciones (Si/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**				**Valoracion del estado (1-3)**
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de las palas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la bateria	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del cable para electrodos desechables	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la perilla de selección	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del cable de las palas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***				**30**
CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	**¿En condiciones (Si/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**				**Valoracion del estado (1-3)**
Prueba de funcionamieto	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de descarga manual	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de funcionamiento DEA	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de funcionamiento de cardioversión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio							

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO







FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DE METROLOGIA

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

DOPPLER	FECHA:	4/05/2018	MANTENIMEINTO N°01




Servicio: AMBULANCIA
Modelo: JPD-100B
Marca: FACELAKE
Serie: 832700B06888


CONDICIONES DE MANTENIMIENTO							
CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	**¿En condiciones (SI/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**				**Valoracion del estado (1-3)**
Estado del chasis	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del conector macho	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del cable del transductor	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del transductor	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de controles y botones	SI		Limpieza ☒	NA	Cambio ☐		3
Estado del interruptor de encendido	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 14 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***				**18**
CONDICIONES INTERNAS DEL EQUIPO	**¿En condiciones (SI/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**				**Valoracion del estado (1-3)**
Estado de los componentes electronicos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del interior del equipo	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del parlante	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de los conectores	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de los display	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***				**15**

Pruebas de ensayo							
VALIDACION	**ERROR PERMITIDO**	**RANGO DE TRABAJO**		**REPETICIONES**			
		Min	Max	1	2	3	4
				60	**80**	**120**	**180**
Punto de prueba frecuencia cardiaca	± 1	0	250	60	80	120	180
				60	80	120	180
				60	80	120	180
			ERROR	0	0	0	0
Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio							

EQUIPO PATRON	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**N° CERTIFICADO**
SIMULADOR FETAL	FLUKE	PS320	1412023	S-16810-16

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO



FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DE METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ELECTROCARDIOGRAFO	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMIENTO N°01

Servicio: TRAMO 2 Y 3 Marca: EDAN

Modelo: SE-1201 Serie: 360253-M23C10650010

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los electrodos de succion	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los electrodos de clams	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			21

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de impresión auto	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de impresión manual	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de filtros	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de bateria	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			15


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
		Min	Max	1	2	3	4
				60	**80**	**120**	**0**
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	60	80	120	0
				60	80	120	0
				60	80	120	0
ERROR ±				0	0	0	0

Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio

EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO






FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DE METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LAMPARA DE CALOR RADIANTE	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMIENTO N°01

Servicio: URG. GINECOLOGIA Marca: NINGBO DAVID MEDICAL

Modelo: HKN-93B Serie: A24BD0013004

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO




CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado del chasis	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del display	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los botones y funcionamiento	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la bateria	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cargador de la bateria	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema electronico	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			21



VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS
		Min	Max	1
Puntos de prueba temperatura	± 0,3 °C	25	37	37
				36,8
				37
				37,2
			ERROR	0,00

EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
BLOQUE SECO	HART SCIENTIFIC	9100S	A31358	10911-15

Observaciones


EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO



FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO



FIRMA DE METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
Soluciones Integrales

AVANZA
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Hospital Susana López de Valencia E. S. E.


LAMPARA CIELITICA	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMIENTO N°01



Servicio: CIRUGIA ADULTO
Marca: MINDRAY
Modelo: HYLED 600
Serie: 54-2A002146

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO						
CONDICIONES DEL EQUIPO	**¿En condiciones (Si/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**			**Valoracion del estado (1-3)**
Estado del soporte de la cielitica y nivel	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los frenos de los brazos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los cabezotes y satelite	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los bombillos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los frenos de los cabezotes	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema electronico	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema iluminación	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema de contactos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 20 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**24**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	**¿En condiciones (Si/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**	**Valoracion del estado (1-3)**
Prueba de sombra y profundidad	SI		Sin sombra sobre la mesa quirúrgica y centro mínimo 16cm	3
Prueba de giro	SI		Se gira los brazos de la lampara a diferentes ángulos sin movimientos de inercia	3
Prueba de elevación de los brazos	SI		Se eleva los brazos de la lampara a diferentes ángulos sin movimientos de inercia	3
Prueba de bombillos	SI		Se prueban el bombillo principal y el de reserva en buen estado	3
Prueba de voltaje en socket	SI		Prueba sin bombillo 28 VAC con bombillo 24VAC	3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***	**15**

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO



FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DE METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
Soluciones Integrales

AVANZA
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LAMPARA CIELITICA	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMIENTO N°01



HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.

Servicio: CIRUGIA ADULTO
Marca: MINDRAY
Modelo: HYLED 600
Serie: 54-42003148

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO						
CONDICIONES DEL EQUIPO	**¿En condiciones (SI/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**			**Valoracion del estado (1-3)**
Estado del soporte de la cielitica y nivel	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los frenos de los brazos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los cabezotes y satelite	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los bombillos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los frenos de los cabezotes	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema electronico	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema iluminación	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema de contactos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 20 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**24**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	**¿En condiciones (SI/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**	**Valoracion del estado (1-3)**
Prueba de sombra y profundidad	SI		Sin sombra sobre la mesa quirúrgica y centro mínimo 16cm	3
Prueba de giro	SI		Se gira los brazos de la lampara a diferentes ángulos sin movimientos de inercia	3
Prueba de elevación de los brazos	SI		Se eleva los brazos de la lampara a diferentes ángulos sin movimientos de inercia	3
Prueba de bombillos	SI		Se prueban el bombillo principal y el de reserva en buen estado	3
Prueba de voltaje en socket	SI		Prueba sin bombillo 28 VAC con bombillo 24VAC	3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***	**15**

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO




FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Giraldo

FIRMA DE METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LAMPARA CIELITICA	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMIENTO N°01

Servicio: CIRUGIA ADULTO Marca: MINDRAY


Modelo: HYLED 600 Serie: 54-42003152


CONDICIONES DE MANTENIMIENTO						
CONDICIONES DEL EQUIPO	**¿En condiciones (Si/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**			**Valoracion del estado (1-3)**
Estado del soporte de la cielitica y nivel	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los frenos de los brazos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los cabezotes y satelite	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los bombillos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de los frenos de los cabezotes	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema electronico	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema iluminación	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sistema de contactos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 20 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**24**
CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	**¿En condiciones (Si/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**			**Valoracion del estado (1-3)**
Prueba de sombra y profundidad	SI		Sin sombra sobre la mesa quirúrgica y centro mínimo 16cm			3
Prueba de giro	SI		Se gira los brazos de la lampara a diferentes ángulos sin movimientos de inercia			3
Prueba de elevación de los brazos	SI		Se eleva los brazos de la lampara a diferentes ángulos sin movimientos de inercia			3
Prueba de bombillos	SI		Se prueban el bombillo principal y el de reserva en buen estado			3
Prueba de voltaje en socket	SI		Prueba sin bombillo 28 VAC con bombillo 24VAC			3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**15**

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DE METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno






AVANZA Soluciones Integrales	VANZA			PROTOCOLO	Hospital Susana
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
	MESA CIRUGIA	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMIENTO N°01	

Servicio: CIRUGIA Marca: MINDRAY

Modelo: HYBASE 3000 Serie: M1-44003033

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO							
CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	**¿En condiciones (SI/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**				**Valoracion del estado (1-3)**
Estado del chasis	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del sillón	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de valvulas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de las mangueras	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la bandeja	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del aciento	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de las correas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de las colchonetas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de las manijas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 25 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***				**27**
CONDICIONES INTERNAS DEL EQUIPO	**¿En condiciones (SI/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**				**Valoracion del estado (1-3)**
Estado de los componentes hidraulicos	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio		3
Estado dela bomba hidraulica	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio		3
Estado de la bomba hidraulica	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio		3
Estado del mangueras y conectores	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio		3
Estado de rodamientos y partes moviles	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio		3
Valoracion inferior a 12 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***				**15**
Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio							

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO

FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DE METROLOGO

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: TRAMO 1 Marca: EDAN

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ2C096285

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**30**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**21**


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
		Min	Max	1	2	3	4
				60/30 mmHg	**120/80 mmHg**	**200/150 mmHg**	**250/200 mmhg**
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	**60**	**80**	**120**	**0**
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	**90**	**96**	**86**	**0**
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	**15**	**30**	**60**	**0**
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24


Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: TRAMO 1 Marca: EDAN

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ2C096280

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☒	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			30

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			21


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	60/30 mmHg	120/80 mmHg	200/150 mmHg	250/200 mmhg
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	60	80	120	0
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	90	96	86	0
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	15	30	60	0
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24

Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: TRAMO 4 Y5 Marca: MINDRAY

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ-2C096281

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**30**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**21**

VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	**60/30 mmHg**	**120/80 mmHg**	**200/150 mmHg**	**250/200 mmhg**
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Puntó de prueba ecg	0	0	250 HR	**60**	**80**	**120**	**0**
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	**90**	**96**	**86**	**0**
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	**15**	**30**	**60**	**0**
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24

Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: TRAMO 4 Y 5 Marca: EDAN

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ2C096283

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			30

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			21


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	60/30 mmHg	120/80 mmHg	200/150 mmHg	250/200 mmhg
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	60	80	120	0
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	90	96	86	0
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	15	30	60	0
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24


Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Godin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: ENDOSCOPIA Marca: EDAN

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ2C096293

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**30**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**21**


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	**60/30 mmHg**	**120/80 mmHg**	**200/150 mmHg**	**250/200 mmhg**
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	**60**	**80**	**120**	**0**
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	**90**	**96**	**86**	**0**
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	**15**	**30**	**60**	**0**
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24


Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: ENDOSCOPIA Marca: EDAN

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ2C096296

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**30**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**21**


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	**60/30 mmHg**	**120/80 mmHg**	**200/150 mmHg**	**250/200 mmhg**
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	**60**	**80**	**120**	**0**
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	**90**	**96**	**86**	**0**
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	**15**	**30**	**60**	**0**
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio

EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24


Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: ENDOSCOPIA Marca: EDAN

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ2C096297

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**30**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de Impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**21**


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	**60/30 mmHg**	**120/80 mmHg**	**200/150 mmHg**	**250/200 mmhg**
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	**60**	**80**	**120**	**0**
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	**90**	**96**	**86**	**0**
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	**15**	**30**	**60**	**0**
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	Nº CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24


Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Godin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DE SIGNOS	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: ENDOSCOPIA Marca: EDAN

Modelo: UMEC 12 Serie: KQ2C096301

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado de la carcaza	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la pantalla	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de poder	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor spo2	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del cable de ecg	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del sensor de temperatura	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de la manguera nibp	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del panel de control	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 26 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**30**

CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de alarmas	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de impresión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio	3
Valoracion inferior a 18 No usar en el servicio			***TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO***			**21**


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS 1	2	3	4
		Min	Max	**60/30 mmHg**	**120/80 mmHg**	**200/150 mmHg**	**250/200 mmhg**
Punto de prueba presion dinamica	± 3mmHg	0	300 mmHg	61/28	120/82	200/152	251/201
				60/30	121/83	203/153	250/202
				61/28	120/81	201/151	248/201
	ERROR ±			0,66/1,33	0,33/2	1,33/2	1,33/1,33
Punto de prueba ecg	0	0	250 HR	**60**	**80**	**120**	**0**
				60	80	120	0
				60	80	120	
				60	80	120	0
	ERROR ±			0	0	0	0
Punto de prueba spo2	± 3%	0%	100%	**90**	**96**	**86**	**0**
				91	97	87	0
				90	97	86	0
				91	97	87	0
	ERROR ±			0,67	1,00	0,67	0,00
Punto de prueba Resp.	± 2%	0 rpm	150 rpm	**15**	**30**	**60**	**0**
				15	30	61	0
				14	30	60	0
				15	30	60	0
	ERROR ±			-0,33	0,00	0,33	0,00


Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio


EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24
SIMULADOR SPO2	CONTEC	MS100	20070500038	J8605-24
SIMULADOR PACIENTE	CONTEC	MS400	2212000067	J12304-24


Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO









FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA DEL METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

AVANZA
Soluciones Integrales

AVANZA
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PULSOXIMETRO	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Susana

Servicio: URG. PEDIATRIA
Modelo: H100B
Marca: EDAN
Serie: 360101-M25512560033

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

CONDICIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Estado del empaque de la puerta	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del empaque de los vidrios	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado de las uniones de la cabina	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Estado del display	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 8 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			9


CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)			Valoracion del estado (1-3)
Prueba de sonido	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de sello de la puerta	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba de desconexión	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Prueba conexiones audiometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐	3
Valoracion inferior a 10 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*			12

VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	
		Min	Max				
2000 Hz	10%	40db	60db%	47db			
5000Hz	10%	40db	60db%	45db			
8000Hz	10%	40db	60db%	51bd			

Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio

Observaciones

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO




FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

FIRMA DE METROLOGIA

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

NOVAMEDICAL S.A.S
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TENSIOMETRO	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: TRAMO 1 Marca: HILLROM

Modelo: LIFETIME Serie: 210902113830

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO							
	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)				Valoracion del estado (1-3)
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la pera	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 8 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*				9
CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	**¿En condiciones (Si/No)**		**Procedimeinto (marque con una X)**				**Valoracion del estado (1-3)**
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 10 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*				12

VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	50 mmHg	100 mmHg	200 mmHg	250 mmhg
Punto de prueba presion	± 3mmHg	0	300 mmHg	51,2	101,1	201,2	251,2
				52	101,1	201,2	251,2
				51	101,2	201	251,2
			ERROR	1,4	1,133333333	1,133333333	1,2

Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio

EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO






FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

NOVAMEDICAL S.A.S
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TENSIOMETRO	FECHA:	17/07/2025	MANTENIMEINTO N°01

Servicio: TRAMO 1 Marca: HILLROM

Modelo: LIFETIME Serie: 231011091400

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO							
	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)				Valoracion del estado (1-3)
Estado del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado de la pera	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Estado del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 8 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*				9
CONDICIONES FUNCIONAMIENTO	¿En condiciones (Si/No)		Procedimeinto (marque con una X)				Valoracion del estado (1-3)
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de aderencia del brazalete	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de cero del manometro	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Prueba de fugas de la camara	SI		Limpieza ☒	Reparacion ☐	Cambio ☐		3
Valoracion inferior a 10 No usar en el servicio			*TOTAL PUNTUACION DEL ESTADO*				12


VALIDACION	ERROR PERMITIDO	RANGO DE TRABAJO		PUNTOS			
				1	2	3	4
		Min	Max	50 mmHg	100 mmHg	200 mmHg	250 mmhg
Punto de prueba presion	± 3mmHg	0	300 mmHg	51,2	101,1	201,2	251,2
				52	101,1	201,2	251,2
				51	101,2	201	251,2
			ERROR	1,4	1,133333333	1,133333333	1,2

Si el equipo no se encuentra dentro de los rangos de trabajo No usar en el servicio

EQUIPÓ PATRON	MARCA	MODELO	SERIE	N° CERTIFICADO
SIMULADOR NBP	CONTEC	MS200	22120200009	C4704-24

Observaciones
EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMINETO



FIRMA DE ING. MANTENIMIENTO

Mauricio Gustin

FIRMA METROLOGO

Valoracion del estado 1 = Malo 2 = Regular 3= Bueno

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

DATOS BÁSICOS

Nombre del Equipo			Placa Inventario
ECOGRAFO			NO REGISTRA
Marca	Modelo	Serie	Tipo de equipo
SIEMENS	ACUSON JUNIPER	573946	MOVIL

Distintivo de Habilitación	ECRI	Clasificación Biomédica	
DHS08413	17-908	DIAGNOSTICO	
Frecuencia Mantenimiento	Código Prestador	Clasificacion Riesgo	Sede
SEMESTRAL	1900123	CLASE IIA	BLOQUE UMI
REGISTRO SANITARIO	Número	Tecnología Predominante	
RS	2016DM-0015035	ELECTROMECANICO	

UBICACIÓN

Servicio	Ubicacion	Responsable
UCI PEDIATRIA	UCI PEDIATRIA	JEFE O COORDINADOR DEL SERVICIO

REGISTRO HISTÓRICO

Forma Adquisición	Fecha Compra	Fecha de instalacion	Fecha Garantia
COMPRA	15/08/2025	20/08/2025	15/08/2025
Costo	Documento	Acta	Inicio Operacion
$ 248.200.000	252 DE AGOST DE 2025	NO REGISTRA	20/08/2025
Fecha Fabricación	Vida util		
08/20214	10 AÑOS		

REGISTRO TÉCNICO

Voltaje Max Ope	Voltaje Min Ope	Corriente Max Ope	Corriente Min Ope	Potencia
240 V	100 V	10A	4,2 A	1.0 KVA
Presion	Velocidad	Temperatura	Peso	Frecuencia
70000-106000Pa	NO REGISTRA	10/40 °C	76KG	50/60 HZ

FUENTES DE ALIMENTACION

Electricidad Regulada	Electricidad Normal	Baterla	Agua	Aire
SI	SI	SI	NO	NO

REGISTRO APOYO TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo	Calibrable	Libre de Mantenimiento
SI	SI	NO

Manuales

Usuario	Mantenimiento	Electricos	Electronicos	Hidraulicos	Otros
SI	EXTERNO	NO	NO	NO	NO

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

COMPONENTES			
Nombre	Marca	Modelo	Serie
TRASDUCTOR 5C1	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24370217
TRASDUCTOR 10MC3	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24240136
IMPRESORA USB	SONY	BW	NO REGISTRA

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA FICHA TECNICA
COPIA DE REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN
DECLARACION DE INPORTACION
MANUAL DE USUARIO

PROVEEDOR		
Nombre	Dirección	Ciudad
AVANZA SOLUCIONES INTEGRALES	CARRERA 43 No. 80-59	POPAYAN
Correo Electrónico	Teléfono	
avanzaeu@hotmail.com	3146577837	

TITULAR		
Nombre	Ciudad	Correo Electrónico
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S	MEDELLIN	NO REGISTRA

FABRICANTE		
Nombre	Email	Pais
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC	NO REGISTRA	ESTADOS UNIDOS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
Usa frecuencias altas para estudios superficiales (ej. 14LA en partes pequeñas o vasos).
Usa frecuencias bajas para estudios profundos (ej. 6C1 en abdomen o pelvis).
Ubica el foco acústico (zona focal) en la región de interés
Evita colocar objetos pesados sobre los transductores o en las ranuras de conectores.
Limpieza y desinfección adecuada de los transductores
Evita doblar, torcer o golpear los cables y conectores
Realiza mantenimiento preventivo y calibración periódica
Usa herramientas automáticas del equipo para mejorar la precisión

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

DATOS BÁSICOS

Nombre del Equipo			Placa Inventario
ECOGRAFO			NO REGISTRA
Marca	Modelo	Serie	Tipo de equipo
SIEMENS	ACUSON JUNIPER	574422	MOVIL

Distintivo de Habilitación	ECRI	Clasificación Biomédica	
DHS08413	17-908	DIAGNOSTICO	
Frecuencia Mantenimiento	Código Prestador	Clasificacion Riesgo	Sede
SEMESTRAL	1900123	CLASE IIA	BLOQUE ADULTOS
REGISTRO SANITARIO	Número	Tecnología Predominante	
RS	2016DM-0015035	ELECTROMECANICO	

UBICACIÓN

Servicio	Ubicacion	Responsable
IMÁGENES	SALA 1	JEFE O COORDINADOR DEL SERVICIO

REGISTRO HISTÓRICO

Forma Adquisición	Fecha Compra	Fecha de Instalacion	Fecha Garantia
COMPRA	15/08/2025	20/08/2025	15/08/2025
Costo	Documento	Acta	Inicio Operacion
$ 289.600.000	252 DE AGOST DE 2025	NO REGISTRA	20/08/2025
Fecha Fabricación	Vida util		
08/20214	10 AÑOS		

REGISTRO TÉCNICO

Voltaje Max Ope	Voltaje Min Ope	Corriente Max Ope	Corriente Min Ope	Potencia
240 V	100 V	10A	4,2 A	1KVA
Presion	Velocidad	Temperatura	Peso	Frecuencia
70000-106000Pa	NO REGISTRA	10/40 °C	76KG	50/60 HZ

FUENTES DE ALIMENTACION

Electricidad Regulada	Electricidad Normal	Bateria	Agua	Aire
SI	SI	SI	NO	NO

REGISTRO APOYO TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo	Calibrable	Libre de Mantenimiento
SI	SI	NO

Manuales

Usuario	Mantenimiento	Electricos	Electronicos	Hidraulicos	Otros
SI	EXTERNO	NO	NO	NO	NO

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

COMPONENTES			
Nombre	Marca	Modelo	Serie
TRASDUCTOR 14L4	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24460286
TRASDUCTOR 6C1	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24070141
TRASNDUCTOR 10MC3	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24490154
IMPRESORA USB	SONY	BW	NO REGISTRA
0			

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA FICHA TECNICA
COPIA DE REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN
DECLARACION DE INPORTACION
MANUAL DE USUARIO

PROVEEDOR		
Nombre	Dirección	Ciudad
AVANZA SOLUCIONES INTEGRALES	CARRERA 43 No. 80-59	POPAYAN
Correo Electrónico	Teléfono	
avanzaeu@hotmail.com	3146577837	

TITULAR		
Nombre	Ciudad	Correo Electrónico
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S	MEDELLIN	NO REGISTRA

FABRICANTE		
Nombre	Email	Pais
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC	NO REGISTRA	ESTADOS UNIDOS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
Usa frecuencias altas para estudios superficiales (ej. 14LA en partes pequeñas o vasos).
Usa frecuencias bajas para estudios profundos (ej. 6C1 en abdomen o pelvis).
Ubica el foco acústico (zona focal) en la región de interés
Evita colocar objetos pesados sobre los transductores o en las ranuras de conectores.
Limpieza y desinfección adecuada de los transductores
Evita doblar, torcer o golpear los cables y conectores
Realiza mantenimiento preventivo y calibración periódica
Usa herramientas automáticas del equipo para mejorar la precisión

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

DATOS BÁSICOS

Nombre del Equipo			Placa Inventario
ECOGRAFO			NO REGISTRA
Marca	Modelo	Serie	Tipo de equipo
SIEMENS	ACUSON JUNIPER	574423	MOVIL

Distintivo de Habilitación	ECRI	Clasificación Biomédica	
DHS08413	17-908	DIAGNOSTICO	
Frecuencia Mantenimiento	Código Prestador	Clasificacion Riesgo	Sede
SEMESTRAL	1900123	CLASE IIA	BLOQUE ADULTOS
REGISTRO SANITARIO	Número	Tecnología Predominante	
RS	2016DM-0015035	ELECTROMECANICO	

UBICACIÓN

Servicio	Ubicacion	Responsable
IMÁGENES	SALA 2	JEFE O COORDINADOR DEL SERVICIO

REGISTRO HISTÓRICO

Forma Adquisición	Fecha Compra	Fecha de Instalacion	Fecha Garantia
COMPRA	15/08/2025	20/08/2025	15/08/2025
Costo	Documento	Acta	Inicio Operacion
$ 289.600.000	252 DE AGOST DE 2025	NO REGISTRA	20/08/2025
Fecha Fabricación	Vida util		
08/20214	10 AÑOS		

REGISTRO TÉCNICO

Voltaje Max Ope	Voltaje Min Ope	Corriente Max Ope	Corriente Min Ope	Potencia
240 V	100 V	10A	4,2 A	1KVA
Presion	Velocidad	Temperatura	Peso	Frecuencia
70000-106000Pa	NO REGISTRA	10/40 °C	76KG	50/60 HZ

FUENTES DE ALIMENTACION

Electricidad Regulada	Electricidad Normal	Bateria	Agua	Aire
SI	SI	SI	NO	NO

REGISTRO APOYO TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo	Calibrable	Libre de Mantenimiento
SI	SI	NO

Manuales

Usuario	Mantenimiento	Electricos	Electronicos	Hidraulicos	Otros
SI	EXTERNO	NO	NO	NO	NO

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

COMPONENTES			
Nombre	Marca	Modelo	Serie
TRASDUCTOR 14L4	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24470180
TRASDUCTOR 6C1	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24070077
TRASNDUCTOR 10MC3	SIEMNS	ACUSON JUNIPER	24480286
IMPRESORA USB	SONY	BW	NO REGISTRA
0			

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA FICHA TECNICA
COPIA DE REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN
DECLARACION DE INPORTACION
MANUAL DE USUARIO

PROVEEDOR		
Nombre	Dirección	Ciudad
AVANZA SOLUCIONES INTEGRALES	CARRERA 43 No. 80-59	POPAYAN
Correo Electrónico	Teléfono	
avanzaeu@hotmail.com	3146577837	

TITULAR		
Nombre	Ciudad	Correo Electrónico
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S	MEDELLIN	NO REGISTRA

FABRICANTE		
Nombre	Email	Pais
SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS USA, INC	NO REGISTRA	ESTADOS UNIDOS

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
Usa frecuencias altas para estudios superficiales (ej. 14LA en partes pequeñas o vasos).
Usa frecuencias bajas para estudios profundos (ej. 6C1 en abdomen o pelvis).
Ubica el foco acústico (zona focal) en la región de interés
Evita colocar objetos pesados sobre los transductores o en las ranuras de conectores.
Limpieza y desinfección adecuada de los transductores
Evita doblar, torcer o golpear los cables y conectores
Realiza mantenimiento preventivo y calibración periódica
Usa herramientas automáticas del equipo para mejorar la precisión

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS
SLV-SM-12-F02

DATOS BÁSICOS

Nombre del Equipo			Placa Inventario
ELECTROCARDIOGRAFO			166007745
Marca	Modelo	Serie	Tipo de equipo
EDAN	SE-1201	360253-M25205150004	MOVIL

Distintivo de Habilitación	ECRI	Clasificación Biomédica	
DHSS0016262	11-407	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA	
Frecuencia Mantenimiento	Código Prestador	Clasificacion Riesgo	Sede
ANUAL	1900100023	CLASE IIA	EDIFICIO ASISTENCIAL ADULTOS
REGISTRO SANITARIO	Número	Tecnología Predominante	
RS	INVIMA 2020DM-0021425	ELECTRONICO	

UBICACIÓN

Servicio	Ubicacion	Responsable
URGENCIAS ADULTOS	TRIAGE	JEFE DEL SERVICIO

REGISTRO HISTÓRICO

Forma Adquisición	Fecha Compra	Fecha de instalacion	Fecha Garantia
COMPRA	15 DE SEPTIEMBRE 2025	16 DE SEPTIEMBRE 2025	15 DE SEPTIEMBRE 2026
Costo	Documento	Acta	Inicio Operacion
$ 17.266.900	MANUAL	252 DE 15 AGO 2025	16 DE SEPTIEMBRE 2025
Fecha Fabricación	Vida util		
16/02/2025	5 AÑOS		

REGISTRO TÉCNICO

Voltaje Max Ope	Voltaje Min Ope	Corriente Max Ope	Corriente Min Ope	Potencia
240V	100V	0,9A	0,40	200 W
Presion	Velocidad	Temperatura	Peso	Frecuencia
60 HZ	NO APLICA	NO APLICA	5 Kg	60HZ

FUENTES DE ALIMENTACION

Electricidad Regulada	Electricidad Normal	Bateria	Agua	Aire
3 HORAS DE BATERIA	SI	SI	NO	NO

REGISTRO APOYO TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo	Calibrable	Libre de Mantenimiento
SI	SI	NO

Manuales

Usuario	Mantenimiento	Electricos	Electronicos	Hidraulicos	Otros
SI	SI	NO	NO	NO	NO

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

SLV-SM-12-F02

COMPONENTES			
Nombre	**Marca**	**Modelo**	**Serie**
CABLE DE PODER	EDAN	GRADO MEDICO	NO REGISTRA
CABES ECG	EDAN	SE-1200	NO REGISTRA
IMPRESORA	EDAN	SE-1200	NO REGISTRA
PAPEL ECG	EDAN	210mm X 140mm X 144 PAGINAS	NO REGISTRA
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA FICHA TECNICA
COPIA DE REGISTRO SANITARIO
PERMISO DE COMERCIALIZACION
ACTA DE INCORPORACION
-
-

PROVEEDOR		
Nombre	**Dirección**	**Ciudad**
AVANZA SAS	Cl 78N #19-147 Of. 68	POPAYAN
Correo Electrónico	**Teléfono**	
avanzaeu@hotmail.com	3146577837	

TITULAR		
Nombre	**Ciudad**	**Correo Electrónico**
NOVA MEDICA S.A.S.	BARRANQUILLA	GERENCIA@NOVAMEDICALTDA.COM

FABRICANTE		
Nombre	**EMAIL**	**PAIS**
EDAN INSTRUMENTS INC	info@edan.com	CHINA

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
FABRICANTES:
*Utilizar el equipo únicamente con una fuente de alimentación de 100–240 V AC, 50/60 Hz, con toma a tierra funcional para evitar daños eléctricos.
*Desconectar el equipo antes de limpiar. Usar paño suave ligeramente humedecido con solución jabonosa neutra o alcohol isopropílico al 70 %.
No usar solventes, cloro ni líquidos que puedan ingresar al interior.
*Revisar periódicamente los cables de paciente y pinzas por fisuras o falsos contactos. Sustituir si hay señales de desgaste.
*Utilizar papel térmico original o compatible aprobado por Edan, para asegurar buena calidad de impresión y evitar atascos o daño del cabezal térmico
*Mantener las rejillas libres de polvo u obstrucciones. No colocar el equipo sobre superficies blandas que bloqueen el flujo de aire.
*Realizar una prueba de autodiagnóstico al encender el equipo y verificar la calidad de las señales ECG antes de usar con pacientes.
*Operar entre +10 °C y +40 °C, humedad relativa ≤ 80 %, y evitar exposición directa al sol o a fuentes de calor.
-
-
-

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

DATOS BÁSICOS

Nombre del Equipo			Placa Inventario
PULSOXIMETRO PORTABLE			NO REGISTRA
Marca	Modelo	Serie	Tipo de equipo
EDAN	H100 B	300101-M25512560033	MOVIL

Distintivo de Habilitación	ECRI	Clasificación Biomédica	
DHS084379	17-148	DIAGNÓSTICO	
Frecuencia Mantenimiento	Código Prestador	Clasificacion Riesgo	Sede
ANUAL	1900100023	CLASE IIB	BLOQUE UMI
REGISTRO SANITARIO	Número	Tecnología Predominante	
PC	INVIMA2020EBC-0005674-R1	ELECTRONICO	

UBICACIÓN

Servicio	Ubicacion	Responsable
URGENCIAS PEDIATRIA	URGENCIAS PEDIATRIA	JEFE O COORDINADOR DEL SERVICIO

REGISTRO HISTÓRICO

Forma Adquisición	Fecha Compra	Fecha de Instalacion	Fecha Garantia
COMPRA	15/08/2025	1/10/2025	15/08/2026
Costo	Documento	Acta	Inicio Operacion
$ 1.901.620	252 DE 15/08/2025	NO REGISTRA	1/10/2025
Fecha Fabricación	Vida util		
19/05/2025	5 AÑOS		

REGISTRO TÉCNICO

Voltaje Max Ope	Voltaje Min Ope	Corriente Max Ope	Corriente Min Ope	Potencia
8 V	8 V	0.8 A	0.8	6.4 W
Presion	Velocidad	Temperatura	Peso	Frecuencia
NO REGISTRA	NO REGISTRA	5 - 40 °C	200 g	50/60 HZ

FUENTES DE ALIMENTACION

Electricidad Regulada	Electricidad Normal	Bateria	Agua	Aire
SI	SI	SI	NO	NO

REGISTRO APOYO TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo	Calibrable	Libre de Mantenimiento
SI	SI	NO

Manuales

Usuario	Mantenimiento	Electricos	Electronicos	Hidraulicos	Otros
SI	INTERNO	NO	NO	NO	NO

HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E
GESTIÓN DE INGENIERIA HOSPITALARIA
Calle 15 N°17A-196 Tel. 8217190

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS

COMPONENTES			
Nombre	Marca	Modelo	Serie
BASE DE CARGADOR	NO REGISTRA	NO REGISTRA	M24B03100033
BATERIA RECARGABLE	NO REGISTRA	NO REGISTRA	24007516
SENSOR SPO2 ADULTO Y NEONATAL	EDAN	NO REGISTRA	NO REGISTRA

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA FICHA TECNICA
REGISTRO SANITARIO
MANUAL DE USUARIO
GUÍA RÁPIDA
CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

PROVEEDOR		
Nombre	Dirección	Ciudad
AVANZA SAS	CALLE 78 NORTE 19 147 OF 68 BARRIO LA ALDEA	POPAYÁN, CAUCA
Correo Electrónico	Teléfono	
NO REGISTRA	8337465	

TITULAR		
Nombre	Ciudad	Correo Electrónico
NOVA MEDICA S.A.S.	BARRANQUILLA ATLANTICO	NO REGISTRA

FABRICANTE		
Nombre	Email	Pais
EDAN	info@edan.com	CHINA

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
Limpia la carcasa del dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido con agua o con una solución desinfectante suave (alcohol isopropílico al 70%).
Limpia el sensor y la sonda con cuidado para evitar daños. Usa un paño limpio y seco para eliminar polvo y residuos.
Retira las baterías si no vas a usar el dispositivo por un tiempo prolongado para evitar corrosión o fugas.
Coloca correctamente el sensor en el dedo o en la zona recomendada para evitar errores en la medición.
Mantén la mano o zona inmóvil durante la medición para obtener resultados más precisos.
Evita usar esmaltes o esmaltes oscuros en las uñas, ya que pueden interferir con la lectura.

HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E.	ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS	Página 1 de 1 Versión: 1 Código: SLV-FIN-SAF-02-F01




ACTA NRO	0017	DE	2025
INGRESO DGH		DE	2025



PROVEEDOR	AVANZA S.A.S.	FECHA DE RECEPCION	
NIT	900274957-3	DD	MM	AAAA
		15	9	2025

TIPO INGRESO	COMPRA	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM
	X					

CONTRATO NRO	252	DE	15/08/2025	FACTURA NRO		
NUMERO DE PROCESO	HSLV-CD-250-2025			FE157		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA			
	15	8	2025			
DURACION DEL CONTRATO	DOS MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			FECHA DE FACTURA		
FECHA DE ACTA DE INICIO	15	8	2025	DD	MM	AAAA
OTRO SI NRO 1	9	9	2025			
PLAZO HASTA	14	10	2025	15	09	2025
SUPERVISOR	JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN					
IDENTIFICACION	76.325.778					
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA DOTAR A IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y QUIROFANOS SIETE DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA		
1700703866	1	1	MESA DE CIRUGIA CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL MODELO HY3000	MINDRAY	M1-47003062	107.130.000	20.354.700	127.484.700	NUEVO	166006510	QUIROFANOS	
1700703422	1	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (ECG, SPO2, NIBP, PRESION INVASIVA, CO2), MODELO UMEC12-3	MINDRAY	KQ-4A130223	21.600.000	4.104.000	25.704.000	NUEVO	166007742	QUIROFANOS	
1700703865	1	1	MAQUINA DE ANESTESIA MODELO A7	MINDRAY	FS6-4C001092	169.800.000	32.262.000	202.062.000	NUEVO	166006511	QUIROFANOS	
1700704258	1	1	MODULO DE GASES ANESTESICOS CO2 Y BIS	MINDRAY	GE4B057559	34.400.000	6.536.000	40.936.000	NUEVO	166006512	QUIROFANOS	

1700703850	1	1	ELECTROBISTURI MODELO FT10 INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE, PEDAL BIPOLAR, PEDAL MONOPOLAR CORTE/COAGULACION	VALLEYLAB	T4A74226DX	114.700.000	21.793.000	136.493.000	NUEVO	166006513	QUIROFANOS	
1700703447	1	1	LAMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA DOBLE SATELITE MODELO HONEYLUX LED 160/120	JW MEDICAL	LED578	51.600.000	9.804.000	61.404.000	NUEVO	166006514	QUIROFANOS	
1700703636	1	1	PULSOXIMETRO MODELO HB100 INCLUYE BATERIA RECARGABLE, CARGADOR CON BASE, SENSOR SPO2 ADULTO, SENSOR SPO2 NEONATAL	EDAN	360101-M25204610037	1.598.000	303.620	1.901.620	NUEVO	166007743		
1700703636	2	1	PULSOXIMETRO MODELO HB100 INCLUYE BATERIA RECARGABLE, CARGADOR CON BASE, SENSOR SPO2 ADULTO, SENSOR SPO2 NEONATAL	EDAN	360101-M24513420057	1.598.000	303.620	1.901.620	NUEVO	166007744		
1700703438	1	1	ELECTROCARDIOGRAFO MODELO SE1201 INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE	EDAN	360253-M25205150004	14.510.000	2.756.900	17.266.900	NUEVO	166007745	URGENCIAS ADULTOS	
1700703717	1	1	ECOGRAFO ULTRASONIDO MODELO ACUSON JUNIPER ESTANDAR, SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES: CONVEX 5C1, TC-ZIF, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM*JUNIPER MODULO WIFI, JUNIPER QUICKSTART 2.0 IMPRESORA USB BW SONY, JUNIPER 2.5 MANUAL OPER ESPAÑOL, CUBIERTA AUTO OB, UPS ON LINE 2KVA	SIEMENS	573946	248.400.000	47.196.000	295.596.000	NUEVO	166007746	UCI PEDIATRICA	

1700703717	1	1	ECOGRAFO ULTRASONIDO MODELO ACUSON JUNIPER PLUS, SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES; LINEAL 14L4 TC-ZIF, CONVEX 6C1, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM, JUNIPER, MODULO WIFI JUNIPER QUICKSTART 2.0, IMPRESORA USB BW SONY JUNIPER VB10 2.5 MANUAL OPERACION ESPAÑOL, CUBIERTA PANEL DE MANDO, JUNIPER, VTQ JUNIPER ESIETOUCH JUNIPER, AUTO OB DVD ROM, UPS ON LINE 2KVA	SIEMENS	574422	289.600.000	55.024.000	344.624.000	NUEVO	166007747		
1700703717	2	1	ECOGRAFO ULTRASONIDO MODELO ACUSON JUNIPER PLUS, SISTEMA OPERATIVO ESPAÑOL, TRANSDUCTORES; LINEAL 14L4 TC-ZIF, CONVEX 6C1, ENDOCAVITARIO 10MC3 TC-ZIF, ACCESORIOS Y CONECTIVIDAD JUNIPER, TECLADO INTERNACIONAL, JUEGO DE CABLES 115V, NAM, JUNIPER, MODULO WIFI JUNIPER QUICKSTART 2.0, IMPRESORA USB BW SONY JUNIPER VB10 2.5 MANUAL OPERACION ESPAÑOL, CUBIERTA PANEL DE MANDO, JUNIPER, VTQ JUNIPER ESIETOUCH JUNIPER, AUTO OB DVD ROM, UPS ON LINE 2KVA	SIEMENS	574423	289.600.000	55.024.000	344.624.000	NUEVO	166007748	84000	