Bogotá D.C., septiembre 19 de 2025

Señores
Dispensario Médico de Cali
Ciudad

Ref: JUSTIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO N° 377-DIGSA/DMCAL-2025.

Yo **DAVID ESTEBAN SANCHEZ RUBIANO**, con CC 1.026.271.708 actuando en calidad de representante legal de **SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTERILIZACION SAS** NIT 901.607.913-4, presento la siguiente justificación:

Ejecutado el mantenimiento preventivo del contrato en mención se encuentra que el equipo con serie # 24478 (autoclave lado izquierda) está sin funcionamiento por daño en el PLC, PANTALLA E IMPRESORA por un posible corto eléctrico, la idea es poder habilitarlo. Se cotizo con el distribuidor de la marca CISA quien nos indica que ya no se maneja los repuestos antes mencionados por cambio de tecnología.

Atendiendo esta novedad sugerimos el cambio del PLC, la pantalla e impresora con la versión actual existente para poder utilizar la parte física del equipo y así habilitarlo. Los costos y repuestos serían los siguientes:

PLC + SOFTWARE * INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO = $ 15.600.000



PANTALLA TACTIL CON SOFTWARE (INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) = $ 5.400.000



IMPRESORA DIGITAL (INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) = $ 4.000.000



Cordialmente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL OFERENTE:
SOLUCIONES INTEGRALES DE ESTERILIZACIÓN S.A.S
NIT o C. C.: **901.607.913-4**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DAVID ESTEBAN SANCHEZ RUBIANO
C. C.: **1.026.271.708**
TELEFONO: **3124307827**
DIRECCION: **Carrera 111 a # 145 - 60 Casa 19, Bogotá**
E-MAIL: **solucionesintegrales.gerencia2@gmail.com**