DEPARTAMENTO DEL CESAR

EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
03	**MAQUINA DE ANESTESIA**	**MINDRAY**	**WATO EX-65**	**KT-99003144 KT-99003145 KT-99003146**	1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión. 2.- Ventilador Interconstruido. 3.- Fuente de alimentación eléctrica 100 - 240 AVC 4.- Mesa de trabajo. 5.- Modos de ventilación: mínimos 6 módulos ventilatorios 6.- Sistema de cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno o sistema de freno central. 7.- Manómetros interconstruidos de presión Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2 -verde, N2Oazul, aire- amarillo). 8.- Flujómetros dobles neumáticos o electrónicos con despliegue para O2, N2O y aire 9.- Con absorbedor de CO2 o cánister con sistema de calefacción 10- Monitor con pantalla Tamaño mínimo de 12". 11.- Entrega de gas anestésico de acuerdo a la ISO80601-2-13 12. Ventilador para adulto y pediátrico**.**
	ACCESORIOS POR CADA EQUIPO				
01	CABLE DE PODER				
01	CELDA DE OXIGENO MOX-2 ENTREGAR		0611-10-45654		
01	FITRO ESPUMA PARA CANISTER (SET X 20)		0601-20-78976		
01	BRAZO DE SOPORTE BALON		115-047846-00		
01	CANISTER		115-030838-00		
01	FUELLE		0601-30-78968		
01	DOMO PARA FUELLE		043-001134-00		
01	MANGUERA AIRE		082-001225-00		
01	MANGUERA OXIGENO		082-001224-00		
01	MANGUERA NO2		082-001226-00		
02	SENSOR DE FLUJO INHATORIO Y EXHALATORIO SET X 2		115-001366-00		
01	MANGUERA SCAVENGING AGSS PASIVO		115-002342-00		
01	CABLE SENSOR DE OXIGENO		115-006551-00		
01	UNIDAD O CIRCUITO RESPIRATORIO		115-030827-00		
02	MASCARA DE AIRE #5		040-001822-00		
01	MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL		046-007105-00		
01	GUIA RAPIDA		046-007091-00		

DEPARTAMENTO DEL CESAR

EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
01	**ECOGRAFO ULTRASONIDO**	**MINDRAY**	**DC-N3 PRO**	**CA2-9500922**	2.1.- M. 2.2.- B o 2D, Doppler tisular. 2.3.- Doppler color. 2.4.- Sistema de mapeo a color angio o power Doppler o equivalente. 2.5.- Doppler continuo y/o pulsado. 2.6.- Con imágenes armónicas por inversión de pulso. 3.- Monitor a color de 15 pulgadas o mayor. 4.- Memoria de cine loop o cuadro por cuadro. 5.- Rango dinámico de 150 dB o mayor. 6.- Programa completo de mediciones, cálculos y reportes en modo Doppler, 2D y M. 7.- Con ECG integrado y despliegue en pantalla (Opcional con la posibilidad de poder actualizar en el futuro el equipo). 8.- Capacidad de estudios segmentales del Ventrículo Izquierdo (VI), con las vistas y proyecciones ajustables por el usuario (Opcional con la posibilidad de poder actualizar en el futuro el equipo). 9.- Almacenamiento en disco duro, con capacidad de 80 GB o mayor. 10.- Capacidad de escalamiento de hardware y software. 11.- DICOM storage, DICOM print. 12.- Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y USB. 13.- Posibilidad de revisar, realizar el cálculo, analizar las imágenes en post procesamiento. 14. Se debe entregar el equipo con un transductor vaginal o endocavitario y un Transductor convexo.
	ACCESORIOS				
01	TRANSDUCTOR CONVEX		PR1H-30-90770	MLK95194010	
	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO		120-000040-00	NDA95004503	

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
02	**INCUBADORA DE TRANSPORTE**	**NINGBO DAVID**	**TI-2000**	**36AIAB15002 36AIAB15010**	1.- Con control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100%. 2.- Visualización de Temperatura del paciente, Temperatura de control y Potencia del calefactor 3-Alarmas: alarmas audiovisuales 4.- Alimentación eléctrica o potencia de alimentación eléctrica AC/DC 5.- Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes facilitando visibilidad 6.-Fácil de transportar con sistema de
	ACCESORIOS				
	MODULO CONTROL DE TEMPERATURA				
	REGULADOR DE OXIGENO				
	SENSOR TEMPERATURA DE PIEL				

DEPARTAMENTO DEL CESAR

EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES

	COLCHONETA Y FUNDA				ruedas y frenos. 7.- soporte para tanque de oxigeno 8.- Mástil para venoclisis 9.- Batería autónoma con duración de carga entre 4 y 6 horas
	FORRO PASAMANOS				
	SET FITROS DE AIRE				
	KIT DE INSTALACION-SET FUSIBLES				
	CABLE AC –CABLE CONEXIÓN ATRIL				
	CERTIFICADO FQC				
	MANULA OPERACIÓN Y MTO GUIA RAPIDA EN ESPAÑOL				

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
03	**LAMPARA QUIRURGICA CIELITICA**	**MINDRAY**	**HYLED 760**	**13-04001084 13-04001085 13-04001086**	1.- Sistema de iluminación LED 2.- Con modelo de fijación de techo y de doble cabezal. 3.- Temperatura de color en el rango de 4200 y 6000 grados Kelvin. 4.- Intensidad luminosa homogénea en el rango de 100,000 a 160,000 luxes por cada cabezal 5 - Sistema Integrado de cámaras (Opcional). 6.- Diámetro del campo de luz en el rango de 14 y 30 cm. 7.- Tiempo de vida útil de los Led mayor a 40,000 horas. 8 - Sistema de transmisión con rotación de 360°
	ACCESORIOS				
01	-				
	-		-		

CANT	DESCRIPCION	MARCA	REF.	SERIE	ESPECIFICACIONES TECNICAS
01	**MONITOR FETAL**	**COMEN**	**STAR 5000C**	**K1190729003**	1. Pantalla a color TFT, LCD con tamaño mínimo de 10” 2. Frecuencia cardiaca 3. Frecuencia respiratoria. 4. Electrocardiografía. 5. Oximetría de pulso. 6. Presión arterial invasiva y no invasiva. Accesorios para paciente adulto: 7. Cable ECG de tres derivadas Sensor de oximetría.
	ACCESORIOS				
01	CABLE AC				
01	BATERIA INTERNA				
01	CABLE CONEXION A TIERRA		040-000008-00		
05	BANDAS ELASTICAS-CORREAS		040-000117-00		
01	MARCADOR DE EVENTOS		040-000619-00		
02	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO		040-000616-02 040-000617-02		
01	TOCOTRANSDUCTOR		040-000618-02		
01	ESTIMULADOR VIBROACUSTICO		040-000226-00		
01	CABLE INTERFACE ESTIMULADOR		040-000427-00		

DEPARTAMENTO DEL CESAR

EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES

01	PAPEL 150*90		040-000824-00		
01	MANUAL DE USUARIO INGLES				

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
02	**MESA ATENCION DE PARTOS**	**LOS PINOS**	**9720B**	**-**	1- Estructura en acero de alta resistencia. 2.- Ajuste de Trendelemburg y/o Trendelemburg Inverso. 3.- Cuatro ruedas en el rango de 4" y 6" con sistema de freno. 4.- Rango de dimensiones externas: largo 220 - 225 cm, ancho 100 - 105 cm. 5.- Con capacidad de carga dinámica entre 160 y 260 Kgrs.. 6.- Sistema de barandas de seguridad abatibles 7.- Superficie de tres planos 8.- .Colchón de alta densidad, resistente a químicos y fluidos, antiescaras y antibacterial 9.- Sistema de control eléctrico que incluya las siguientes funciones: cambio de altura, llamado de enfermera, Trendelemburg/Inverso, espaldar, encendido y apagado de la cama. 10.- Sistema de corveras con mecanismo de rotación 11.- Fuente de alimentación eléctrica de 100- 230 VAC - 50/60 HZ 12.- Sistema de batería de respaldo 13.- Soporte de piernas para posición de litotomía.
08	**CAMILLA RODANTE CON FRENOS Y BARANDAS**	**LOS PUNOS**	**C-374BP**		1.- Camilla de traslado de paciente. 2.- Gancho para bolsas de soluciones o de drenaje 3.- Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno. 4.- Capacidad de carga entre 180 - 300 kg. 5.- Estructura en acero de alta resistencia 6.- Cuatro ruedas entre 6" y 8" de diámetro con sistema de freno central. 7.- Dimensiones externas en el rango de: largo 200-215 cm, ancho 75 - 85 cm 8.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 55 cm. +/- 10cms a 85 cm.+/-10cms (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón) 9.- Colchón o colchoneta entre 8 -10 cm de espesor, de alta densidad, antibacterial y lavable 10.- Barandas de seguridad plegables 11.- Incluye atril porta suero

DEPARTAMENTO DEL CESAR

EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES

					12.- Sistema de movimientos: que incluya las siguientes funciones: cambio de altura, Trendelemburg/Inverso, espaldar.

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
01	**MESA PARA CIRUGIA GINECOLOGICA**	**MINDRAY**	**HYBASE-3000**	**98001063**	1.- Ajuste de altura entre 55cm - 110 cm 2.- Trendelemburg de (25-30) grados. 3.- Trendelemburg inverso (-30 a -25) grados. 4.- Superficie modular y configurable de acuerdo al tipo de cirugía utilizada para apoyar el cuerpo del paciente durante procedimientos quirúrgicos (obstétrico). 5.- Longitud configurable de columna a extremo distal (110 cm - 140cms). 6.- Capacidad de carga (paciente y accesorios) con rango entre (180-400) Kgs. 7.- Fowler de positivo (75-85) y negativo (-50 a -40) grados. 8.- Inclinación lateral, izquierda y derecha de (20-25) grados. 9.- Control remoto de mano alámbrico para los movimientos electrohidráulicos. 10.- Batería interna con indicador de carga. 15.- Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas). 16.- Soporte de piernas para posición de litotomía.
	ACCESORIOS				
02	SOPORTE PIERNA CLAM	MINDRAY	0092-30-102635	G9C03090746 G9C03090776	
	-				

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE	ESPECIFICACIONES TECNICAS
01	**UNIDAD ELECTROQUIRURGICA VIO 300S**	**ERBE**	**VIO 300S**	**11479201**	1. Funciones de regulación automática controladas por microprocesador o microcontrolador. Para: corte puro, mínimo tres mezclas de corte/coagulación, coagulación y coagulación bipolar. Con protección para quemaduras en el paciente. 2. Intervalos de corte: puro mínimo de 300 watts o mayor y con tres mezclas mínimo. 3. Potencia de coagulación monopolar de 120 watts o mayor. Alarmas audibles y visibles. 4. Alarma que se activa si no existe contacto adecuado con el paciente. Con indicadores visuales y audibles, con desactivación inmediata del generador si se detecta una condición de falla. 5. Activación de la unidad desde el lápiz o pedal en modo monopolar y desde el pedal en modo bipolar. 6. Indicadores digitales mono y bipolar. Sistema audiovisual indicador de activación de corte, coagulación y alarmas.
	ACCESORIOS:				
01	PEDAL DE ACCIONAMIENTO		20189-302		
01	CABLE REUSABLE PARA PLACA		20194-080		
20	PLACA DESECHABLE		20193-082		
01	ETIQUETA REGISTRO SANITARIO				
01	CARRO DE TRANSPORTE				

DEPARTAMENTO DEL CESAR

EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES

					7. Receptáculo mono y bipolar. 8. Con control independiente o en pantalla para selección de potencia en modo bipolar.

CANT	DESCRIPCION	MARCA	MOD. /REF.	SERIE EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
01	**BASCULA PARA BEBES**	**HEALTH O METER**	**553KL**	**5530034081**	1.- Báscula electrónica. 2.- Despliegue digital del peso en kilogramos y gramos. 3.- División de 10 gramos o menor. 4.- Cinta métrica incorporada 5.- Material resistente al alto impacto para colocación del bebé. 6.- Funciones HOLD y TARA. 7.- Rango de medición: 0 a 20 kilogramos mínimo. 8.- Ajuste automático a cero.
	ACCESORIOS				
01	CINTA METRICA				
01	ADAPTADOR AC				
01	SET X 6 PILAS AA				