Gobernación de Cundinamarca

Al Contestar Cite Este Número: GOB-S-CR-2025-0064582

Bogotá D.C.,29 de agosto de 2025

Doctora
LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO
Gerente
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA
gerencia@esehospitalsanantoniodeanolaima.gov.co
CALLE 3 No. 1-81
Anolaima, Cundinamarca

ASUNTO: Concepto técnico de viabilidad para dotación del Centro de Salud Quipile

Respetada Doctora,

En relación con el asunto y teniendo en cuenta los soportes del proyecto denominado: *"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE QUIPILE SEDE ADSCRITA A LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA*", la Dirección de Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca procede a emitir concepto técnico de la viabilidad del proyecto tal y como se detalla en el documento anexo.

Cordialmente,

NELSON HERNAN LOPEZ ROMERO
SUBDIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Proyectó: Laura Andrea Bustos Cárdenas- Contratista DDGRPS
Revisó: Jaime Orlando Ávila Pacheco- Profesional Universitario DDGRPS

Anexo: Concepto integral de viabilidad (22 folios)

GOB-S-CR-2025-0064582

CONCEPTO INTEGRAL

"ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE QUIPILE SEDE ADSCRITA A LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA"

Localización e información de la Empresa Social del Estado:

Departamento	CUNDINAMARCA
Municipio	QUIPILE
ESE o IPS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA
Carácter territorial	DEPARTAMENTAL
Municipio Sede	QUIPILE
Nombre Sede	CENTRO DE SALUD QUIPILE
Denominación	CAPS URBANO

Información del Proyecto:

Problema o necesidad	Insuficiencia de equipos biomédicos, mobiliario e instrumental para dotar la nueva infraestructura de la empresa social del estado centro de salud de Quipile, sede adscrita a la E.S.E. Hospital San Antonio de Anolaima, Cundinamarca
Objetivo	Dotar de equipos biomédicos, mobiliario e instrumental para el centro de salud de Quipile sede adscrita a la E.S.E Hospital San Antonio de Anolaima, Cundinamarca
Beneficiarios	7.590 personas. Proyección DANE

Tipo de inversión		Dotación	
Modalidad			Dotación general
A	Costo Directo Obra Civil		$ 0.00
B	AIU Obra Civil		$ 0.00
C	Valor Total Obra Civil (A + B)		
D	Valor de Equipos		$400.936.880
E	Valor IVA Equipos (19 %)		$76.178.007
F	Valor Total Equipos + IVA (D + E)		$477.114.887
H	Valor de Certificaciones		$ 0,00
I	Valor IVA Certificaciones (19 %)		$ 0,00
J	Valor Total Certificaciones + IVA (H + I)		$ 0,00
K	INTERVENTORÍA 7% SOBRE COSTOS DIRECTOS DE OBRA * 0.07		$ 0.00

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

L	TOTAL, PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÈDICOS, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE QUIPILE SEDE ADSCRITA A LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA" Cund. (F)		$477.114.887
M	Área Cubierta Total Intervenida		-
Fuente de Financiación		Ministerio de Salud-PGN	$ 0.00
		Gobernación de Cundinamarca	$477.114.887

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

La documentación metodológica y técnica que soporta el proyecto denominado: "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÈDICOS, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE QUIPILE SEDE ADSCRITA A LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA", se encuentra relacionada con lo estipulado en el formato No. M-PDS-DRS-FR-048 V5 "Lista *de chequeo documentos proyectos de dotación en salud*" de la Dirección Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios, y bajo la cual se emite el presente concepto técnico; corresponde a:

- *Oficio remisorio de presentación del proyecto a la Secretaria de Salud Departamental*
- *Proyecto Formulado en la Metodología General Ajustada (Formato XML)*
- *Ficha EBI de MGA*
- *Árbol de problemas y objetivos*
- *Documento técnico- formato E-DEAG-FR-136 V4*
- *Certificación de inscripción del proyecto en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud de fecha 12 de agosto 2025.*
- *Concepto de REDES de radicado GOB-S-CR-2025-0032279 bajo el asunto: "Solicitud armonización al Concepto, "AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE QUIPILE", Centro de Salud Quipile CAPS URBANO con radicado 2020593832 de 28/09/2020."*
- *Certificación de infraestructura de fecha 15/08/2025 bajo el asunto: "Certificado de Porcentaje Avance Obras Ejecutadas" Ref: "Convenio Interadministrativo ICCU 832-2021 ampliación y remodelación del puesto de salud del Municipio De Quipile, Cundinamarca".*
- *Portafolio de servicios*
- *Cotizaciones (proveedores: AXIS Suministros S.A.S. No 722 de fecha 21/08/2025 y EMELAB SAS No. CEM-23349 de fecha 21/08/2025)*
- *Cámara de comercio de los proveedores*
- *Certificación de asignación de recursos para la operación y mantenimiento.*
- *Carta de compromiso de constitución de pólizas*
- *Certificación emitida por gerencia de contar con la infraestructura física requerida para la instalación y puesta en marcha de la tecnología a adquirir*
- *Matriz de justificación de la necesidad y conceptos técnicos de renovación para los ítems que aplica.*
- *Matriz de especificaciones técnicas mínimas requeridas por la E.S.E.*
- *Estudio de mercado: Cotizaciones, fichas técnicas, certificaciones de distribución y certificado de los responsables de la estructuración del proyecto.*
- *Certificado emitido por el formulador del proyecto y del representante legal donde se certifica como se determinó el estudio de mercado y la correlación con los documentos que lo soportan.*
- *Lista de Chequeo firmada*

ANÁLISIS DEL PROYECTO

Es pertinente indicar que, el proyecto presentado por la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, no es considerado como proyecto de inversión para servicios de control especial de la oferta de acuerdo con el numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución 2053 de julio 31 de 2019, por tanto, no requiere inscripción al Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud.

Desde el punto de vista funcional:

La dotación requerida está acorde a los servicios habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS. Consulta realizada el 27 de agosto 2025.

SERVICIOS	DISTINTIVO
312 -ENFERMERÍA	DHSS0122186
328 -MEDICINA GENERAL	DHSS0122187
420 -VACUNACIÓN	DHSS0122188
712- TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	DHSS0122190
749-TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	DHSS0122191
1103- TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	DHSS0122192

Habilitación de servicios Centro de salud Quipile. Fuente: REPS

En cuanto a los servicios de odontología general, urgencias y servicio farmacéutico, se tuvo en cuenta la capacidad instalada aprobada según el concepto de viabilidad: *Armonización al Concepto, "AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE QUIPILE"*, emitido por el grupo de redes de la Dirección Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios:

SERVICIO	ÁREA O AMBIENTE	CAPACIDAD
334- ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO	1 unidad
714 – SERVICIO FARMACEUTICO	AMBIENTE	1
1102- URGENCIAS	SALA DE REANIMACIÓN	1
	SALA DE PROCEDIMIENTOS	1
	TRIAGE CONSULTORIO	1
	CONSULTORIO	1
	SALA OBSERVACIÓN	2 CAMILLAS HOMBRES 1 CAMILLA MUJER 1 CAMILLA PEDIATRICA
	AISLAMIENTO AMBIENTE	1

Capacidad instalada centro de salud Quipile

Desde el punto de vista de dotación:

La dotación requerida cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas:

Tabla No. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	OBSERVACION ADULTOS	3	ATRIL	1. Estructura en acero inoxidable	4	$340.000	$ 1.618.400
		OBSERVACION PEDIATRICA	1		2. Varilla con gancho para ubicar líquidos de 2 a 4 bolsas			
					3. Altura graduable, base con ruedas			
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1	AUTOCLAVE	1. Esterilización de clase B.	1	$31.310.000	$37.258.900
					2. Cámara en acero inoxidable con volumen entre 18 y 24 litros			
					3. Pantalla a color con menú de información del ciclo, temperatura, tiempo de esterilización y presión como mínimo			
					4. Con al menos un sistema de conexión para transferencia de datos entre ellos: red Ethernet, USB, SD o Bluetooth			
					5. Impresora incorporada al equipo			
					6. Ciclos o programas para materiales empaquetados y sin empaquetar			
					6.1 Temperatura de operación de los ciclos entre 121°C y 134°C como mínimo			
					7. Pruebas de Bowie and Dick			
					8. Requerimiento eléctrico: entre 120/230 VAC - 50/60 Hz.			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	BASCULA	1. Bascula digital de uso en medico	4	$ 633.420	$ 3.015.079
	URGENCIAS	TRIAGE	1		2. Capacidad de peso del paciente mínimo 180 Kg			
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		3. Lectura Libras/Kilogramos			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		4. Apagado automatico			
					5. Pantalla LCD			

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
					6. Requerimiento eléctrico uso con Baterías o red eléctrica en cuyo caso debe contar con el adaptador			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	1	BUTACO	1. Butaco tipo giratorio 2. Base con ruedas 3. Asiento tapizado y con espuma de mínimo 5 cm de espesor 4. Base en tubería Cold Rolled o acero inoxidable 5. Altura graduable	3	$ 408.000	$ 1.456.560
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1					
	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1					
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	REANIMACION	1	CAMILLA DE REANIMACION	1. Tendido de mínimo cuatro planos 2. Accesorios: Colchoneta en espuma forrada en material impermeable o antibacterial 3. Movimientos accionados neumática o hidráulicamente 3.1.Trendelemburg y anti trendelemburg entre 14 y 18° 3.2. Espaldar flexible ≥70° 4. Barandas de seguridad laterales 5. Base con ruedas, sistema de freno o bloqueo 6. Sistema antichoque 7. Accesorios: Atril o gancho para bolsas de drenaje 8. Dimensiones de la superficie del paciente: Largo total entre (180 y 200) cm - Ancho entre: (60 y 80) cm	1	$12.240.000	$14.565.600

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	SALA DE ESPERA URGENCIAS	1	CAMILLA DE TRANSPORTE	1. Tendido de dos planos uno fijo y uno móvil en acero tipo Cold rolled 2. Colchoneta en espuma de alta densidad, forrada con material impermeable o antibacterial 3. Movimientos accionados hidráulica o neumáticamente 3.1. Espaldar flexible hasta 70° o superior. 3.2. Trendelemburg e inverso entre 14 y 16° 4. Barandas de seguridad laterals 5. Ruedas de minimo 5"; sistema de bloqueo o freno 6. Antichoque o protección perimetral 7. Dimensiones del tendido del paciente: Largo total entre (180 y 200) cm - Ancho entre: (60 y 80) cm.	1	$9.180.000	$10.924.200
		ESTACION ENFERMERIA	1	CARRO DE MEDICAMENTOS	1. Estructura general en lámina de acero Cold Rolled 2. Gavetas con divisiones internas para una capacidad total 20 unidosis y mínimo compartimientos para almacenaje de insumos. 3.Tapa superior en acero inoxidable 304 como mínimo 4. Manija para transporte y parachoques 5.Base con ruedas y sistema de freno	1	$3.500.000	$ 4.165.000
		REANIMACION	1	CARRO DE PARO	1. Estructura en polímero tipo ABS, con columnas en aluminio 2. Ruedas de goma o con protección plástica, sistema de freno	2	$3.009.000	$ 7.161.420
		ESTACION ENFERMERIA	1					

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
					3. Como mínimo 5 cajones, con sistema de división interna para disposición de medicamentos o insumos			
					4. Equipado con atril, bandeja auxiliar, Tabla de reanimación, soporte para bala de oxígeno.			
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1	CENTRÍFUGA	1. Capacidad entre 24 y 32 tubos de 15 mL	1	$22.440.000	$26.703.600
					2. Revoluciones del rotor ≥ 4000 rpm			
					3. Nivel de ruido ≤ 65 dB			
					4. Panel de operación con registro de los parámetros de funcionamiento del equipo entre ellos tiempo y velocidad.			
					5. Sistema de liberación de la tapa o desbloqueo de emergencia			
					6. Funcionamiento continuo			
					7. Requerimiento eléctrico +/- 110-120 V 50/60Hz			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	CINTA METRICA	1. Cinta métrica con protección mediante carcaza	3	$ 40.800	$ 145.656
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2. Rango de medición mínimo entre 0 y 200 cm con subdivisión en mm			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1					
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1	COMPRESOR	1. Compresor libre de aceite	1	$14.000.000	$16.660.000
					1.1. Potencia del motor entre 1.5 y 2 HP			
					2. Presión máxima de trabajo entre 100 y 140 PSI			
					3. Revoluciones del motor ≥ 600 rpm			
					4. Capacidad de tanque: > 50 litros			
					5. Requerimiento eléctrico +/- 110-220 V			

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
	VACUNACION	CONSULTORIO	1	CONGELADOR	1. Uso almacenamiento de bolsas de hielo o paquetes para conservación de frio 2. Monitorización de la temperatura en tiempo real a través de Indicador digital incorporado o conexión remota 3. Temperatura de congelación entre (-) 15° C hasta (-) 25 °C 4. Equipo precalificado por la OMS código (WHO)/ PQS 5. Soportes inferiores para separar el gabinete de almacenamiento del piso 6. Requerimiento eléctrico +/- 220-240 V 50/60Hz 7. Volumen bruto: 100L - 300 L	1	$21.420.000	$25.489.800
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	REANIMACION	1	DESFIBRILADOR	1. Desfibrilación de onda Bifásica de 1 Joule hasta 360 Joules 1.1. Tiempo de carga para liberación de energía ≤ 15 segundos 1.2. Palas de energía adulto y pediátricas 2. Modulo DEA con configuración predeterminada de descarga 3. Modulo marcapasos Ancho del pulso: 20ms (±2ms) 3.1. Frecuencia de estimulación ≤ 40ppm hasta 150 ppm o mayor 4. ECG seleccionable entre 3 y 5 derivaciones 4.1. Frecuencia cardiaca detectable ≤ a 15 BPM hasta 200 BPM o mayor 5. Frecuencia Respiratoria detectable desde 5 RPM o menor hasta 100 RPM o mayor 6. Grado de protección del equipo contra ingreso de agua mínimo IPX 1 7. Pantalla ≥ 7" a color.	2	$22.202.340	$52.841.569
		ESTACION ENFERMERIA (Carro de Paro)	1					

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
					8. Peso ≤ a 12 Kg			
					9. Impresora Incorporada			
					10. Grabación de eventos de paciente ≥ 50			
					11. Conexión eléctrica 110/120 VAC 50-60 Hz			
					12. Batería: Autonomía mínimo 50 descargas a energía máxima			
					13. Alarmas fisiológicas			
					14. Accesorios: Cable ECG de mínimo tres derivadas, sensor spo2 adulto, electrodos DEA adultos, cable AC.			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	TRIAGE	1	DIVAN	1. Tendido de una sola sección o plano	5	$ 867.000	$ 5.158.650
		CONSULTORIO	1					
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2. Tendido en espuma de alta densidad, tapizado			
	VACUNACION	CONSULTORIO	1		3. Estructura en tubería o acero tipo con acabado en pintura electrostática o Epóxipoliester			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		4. Medidas largo entre 180 y 190cm, alto entre 80 y 90 cm, ancho entre 60 y 70 cm			
					5. Soporte de carga ≥ 100 Kg			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	ESTACION ENFERMERIA	1	ELECTROCARDIOGRAFO	1. Canales mínimo 12	1	$8.385.420	$ 9.978.650
					1.1 Frecuencia de muestreo del ECG ≥ 1000 muestras/segundo/canal			
					1.2. Sensibilidad mínimo: 5, 10, 20 mm/mV			
					1.3. Detección del ritmo cardiaco ≤30 hasta 100LPM o mayor, detección de marcapasos			
					1.4. Resolución A/D: 24bits			
					1.5. Respuesta de frecuencia Respuesta de frecuencia ≤0,05Hz hasta 150Hz o mayor			
					1.6. Filtro de dispersión DTF o de línea de base			
					1.7 Filtro AC			
					2. Pantalla LCD de ≥ 7" a color			
					2.1. Resolución ≥ 600x400			

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
					3. Impresora térmica con velocidad de impresión de 5mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s.			
					4. Peso máximo del equipo 7 Kg			
					5. Requerimiento eléctrico 110 VAC +/-10% 50/60 Hz y batería con autonomía de mínimo 3 horas.			
					Accesorios: Electrodos precordiales x 6, Electrodos para miembros superiores e inferiores x 4, cable de ECG y cable de conexión eléctrica, juego de chupas y kit de Clambs			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	2	EQUIPO DE ATENCION AL PARTO	1. Compuesto de: ' • 1 YANKAHUER 27CM • 1 DISECCION PINZA 14,5 CM. • 1 MAYO HEGAR PORTA AGUJAS 18cm • 1 KELLY 16 CM. • 1 ROCHESTER PEAN PINZA CURVA 20 CM. • 1 MAYO TIJERA CURVA 17 CM • 1 FORESTER PINZA PORTA ESPONJA RECTA 25 CM • 1 AMNIOTOMO 26 CM 2. Variación de las medidas (+/- 1.5 cm)	2	$ 1.862.520	$ 4.432.797
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	EQUIPO DE ORGANOS	1. Equipo de pared	3	$ 4.590.000	$16.386.300
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2. Oftalmoscopio y otoscopio tipo LED			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		3. Otoscopio con lente giratoria para ampliación de visualización del canal auditivo, con puerto o proximal para otoscopia neumática y sistema de sujeción de espéculos.			
					4. Oftalmoscopio con mínimo 6 combinaciones entre aperturas y filtros			

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
					4.1. Rango de dioptrias ≥ (-20) hasta (20) o superior 4.2. Filtros azul, libre de rojo y de polarización 5. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 50-60 Hz			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	2	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA	1. Compuesto de: ' • 1 Porta - agujas de 12 cm • 1 Bisturí • 1 Tijera de mayo 17 CM • 1 Pinza mosquito o hemostática de 14 cm • 1 Pinza Rochester o hemostática de 16 cm 2. Variación de las medidas (+/- 1.5 cm)	2	$ 1.979.820	$ 4.711.972
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	2	EQUIPO SUTURA	Compuesto cada uno de: 1 mango para bisturí 1 pinza de disección adson con garra 1 pinza de disección adson sin garra 1 pinza mosquito curva, hemostática 12.5 cms 1 tijera disección 16 cms 1 tijera metzembaum curva para tejidos 15 cms 1 porta agujas 13 cms 1 pinza jones para sujetar campos 9 cms 2. Variación de las medidas (+/- 1.5 cm)	2	$ 1.432.080	$ 3.408.350
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	1	ESCALERILLA	1. Dos pasos cubiertos en material antideslizante o piso tipo alfajor 2. Acabado en estructura tubular de acero inoxidable 3. Base con tapones antideslizantes	10	$ 265.200	$ 3.155.880
	URGENCIAS	OBSERVACION ADULTOS	3					
	URGENCIAS	OBSERVACION PEDIATRICA	1					
	URGENCIAS	CONSULTORIO	1					
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1					
	VACUNACION	CONSULTORIO	1					
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1					

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O AREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1					
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	ESCRITORIO	1. Estructura metálica con acabado en pintura electrostática	6	$ 765.000	$ 5.462.100
	URGENCIAS	TRIAGE	1		2. Medidas: Altura total entre (75 y 85 cm)			
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2.1. Medidas de la superficie: Largo entre (110 y 150 cm), ancho entre (55 y 65 cm)			
	VACUNACION	CONSULTORIO	1		3. Base con archivador			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1					
	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1					
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	FONENDOSCOPIO ADULTO	1. Adulto libre de látex	3	$ 387.600	$ 1.383.732
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2. Longitud total ≥ 60 cm			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		3. Campana o pieza torácica en acero inoxidable			
					4. Anillo anti frio			
					5. Frecuencia de auscultación hasta 500 Hz o mayor			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	1. Pediátrico libre de látex	3	$ 387.600	$ 1.383.732
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2. Longitud total ≥ 60 cm			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		3. Campana o pieza torácica en acero inoxidable			
					4. Anillo anti frío			
					5. Frecuencia de auscultación hasta 500 Hz o mayor			

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1	INCUBADORA DE BIOLOGICOS	1. Capacidad mínimo 5 indicadores biológicos 2. Temperatura de monitorización mínimo hasta 56º C 3. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 50/60Hz	1	$ 918.000	$ 1.092.420
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	INFANTOMETRO	1. Rango de medición como mínimo entre 10 y 100 cm 2. División o graduación de escala mm 3. Plegable y con topes de cabeza/pies	3	$ 1.071.000	$ 3.823.470
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1					
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1					
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	15	INSTRUMENTAL DE OONTOLOGIA KIT BASICO	1. Material acero inoxidable, compuesto por una unidad de: 1.1. Mango con espejo No 5 1.2. Explorador doble extremo o cucharilla doble extremos 1.3. Pinza algodonera	15	$ 61.200	$ 1.092.420
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	2	INSTRUMENTAL DE OPERATORIA	Compuesto por una unidad de: APLICADOR DE LIFE DICAL INTRUMENTO DE OBTURACION FP3 INSTRUMENTOS DE MORTOSON PORTA AMALGAMA DOBLE OBTURADOR DE AMALGAMA BRUÑIDOR DE BOLA Y HORQUETA CLEOIDE DISCOIDE BRUÑIDOR TALLADOR DE FRANH ESPATULA DE CEMENTO DOBLE PINZA PARA PAPEL ARTICULAR ESPACIADOR DE CONDUCTOS PORTA MATRIZ	2	$ 2.499.000	$ 5.947.620

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	5	KIT DE ODONTOLOGIA	PIEZA DE MANO: 1. Velocidad de rotación mínimo entre 300.000 y 400.000 rpm 2. Cabezal porta fresas tipo Push Button, borden de 2 orificios 3. Material Acero inoxidable MICROMOTOR 1. Velocidad ≥ 20.000 rpm 2. Conexión acople borden de 2 orificios 3. Esterilizable en autoclave CONTRANGULO 1. Esterilizable en autoclave 1.1. Material del cuerpo acero inoxidable 2. Uso con fresas de 2,35mm de diámetro 3. Rotación ≥ 20000 rpm	5	$ 3.162.000	$18.813.900
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1	LAMPARA DE FOTOCURADO	1. Fuente de alimentación: batería recargable 2. Intensidad de la luz ≥ 1000 W/cm2 3. Longitud de onda mínimo desde 420 nm hasta 480 nm 4. Fuente de luz tipo LED 5. Peso máximo 500 g 6. Accesorios: batería, protector ocular, cargador, fibra	1	$1.836.000	$2.184.840
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	REANIMACION	1	LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS	1. Fuente de luz tipo LED 2. Intensidad lumínica ≥ 10000 lux 2.1. Temperatura del color ≥ 5000 °K 3. Vida útil del LED > 20000 horas 4. Extensión del brazo tipo cisne o flexible 5. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 50/60 Hz 6. Base con soporte para fijar a una superficie o con ruedas	3	$3.048.780	$10.884.145
		SALA PROCEDIMIENTOS	1					
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1					

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	REANIMACION	1	LARINGOSCOPIO	1. Laringoscopio de fibra óptica, con hojas en acero inoxidable	2	$3.294.600	$ 7.841.148
		ESTACION ENFERMERIA	1		2. Compuesto por hojas rectas y curvas una de cada una según referencia:			
					2.1. Hojas rectas No 00 , 0 ,1, 2,			
					2.2. Hojas curvas No. 1, 2, 3, 4			
					3. Requerimiento elèctrico para uso con baterías			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	MARTILLO DE REFLEJOS	1. De tres servicios con cabezal en goma o PVC	3	$ 22.440	$ 80.111
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1					
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1					
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	REANIMACION	1	MESA AUXILIAR	1. Estructura de dos compartimientos tipo bandeja	8	$ 510.000	$ 4.855.200
	URGENCIAS	SALA PROCEDIMIENTOS	1					
	URGENCIAS	CONSULTORIO	1		2. Bandeja superior con barandilla o sistema anticaída			
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1					
	VACUNACION	CONSULTORIO	1		3. Base con ruedas de mínimo 2"			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1					
	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1					
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1		4. Material en acero inoxidable o cold rolled			
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1	MESA DE MAYO	1. Estructura tubular en acero inoxidable	1	$ 724.200	$ 861.798
					2. Varilla telescópica de altura graduable			
					3. ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento			
					4. Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.			
					5. Debe contener bandeja			

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	PROCEDIMIENTOS	1	MESA RIÑONERA	1. Estructura en tubería redonda 2. Cubierta superior en lámina de acero inoxidable 3. Mínimo 5 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento 4.Dimensiones mínimo de 85 cm alto x 45 cm ancho (+/-5c,)	1	$ 1.020.000	$ 1.213.800
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1	NEVERA	1. Volumen o capacidad neta entre 60 y 80 litros 2. Control de temperatura integrado o microprocesador 2.1. Rango de temperatura de 2 a 8°C 3. Peso máximo 50Kg 4. Refrigerador de uso clínico o medico 5. Luz incorporada 6. Alarmas mínimo para temperatura alta/baja y falla eléctrica 7. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 50-60Hz	2	$13.260.000	$31.558.800
	SERVICIO FARMACEUTICO	SERVICIO FARMACEUTICO	1					
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1	OXIMETRO	1. Visualización de onda pletismográfica de SpO2 2. Debe contar con grado de protección contra ingreso de líquidos mínimo IPX2 3. Registro de la saturación de oxigeno SPO2 por medio de sensor de conexión independiente 3.1. Rango de medida entre 0 y 100%, Resolución ≤ 2% 4. Registro de la frecuencia cardiaca: ≤ 25 lpm hasta 250 o mayor, resolución: 1bpm	1	$ 1.224.000	$ 1.456.560

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O AREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
					5. Memoria interna e Interfaz para descarga y transferencia de datos			
					6. Batería recargable con autonomía ≥ 2 horas.			
					7. Accesorios: Sensor adulto reutilizable, batería.			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	PESA BEBE	1. Bascula de uso en médico, con regístro del pesaje en pantalla LCD	5	$ 2.244.000	$13.351.800
	URGENCIAS	TRIAGE	1		2. Capacidad de peso del paciente mínimo hasta 20 Kg, graduación o resolución 10g.			
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		3. Funciones:			
	VACUNACION	CONSULTORIO	1		3.1. Apagado automático			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		3.2. TARA			
					3.3. Hold o retención			
					4. Requerimiento eléctrico uso con Baterías o red eléctrica en cuyo caso debe contar con el adaptador			
					5. Accesorios: Mesa para fijación de la bascula			
CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	CONSULTORIO	1	REFRIGERADOR	1. Capacidad o volumen neto entre 100 y 150 litros	1	$21.420.000	$25.489.800
					2. Monitorización de la temperatura en tiempo real a través de Indicador digital incorporado o conexión remota			
					3. Temperatura de refrigeración entre 2° C y 8 °C			
					4. Equipo precalificado por la OMS código (WHO)/ PQS			
					5. Grado de protección del congelador grado A, refrigerante ecológico libre de clorofluorocarbonos			
					6. Requerimiento eléctrico 110/220 VAC 50/60 Hz			

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1	SCALER	1. Frecuencia de oscilación ≥ 25 KHz 2. Potencia mínimo de 10 W 3. Peso máximo 2 Kg 4. Pieza esterilizable en autoclave 5. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 50-60Hz	1	$ 2.142.000	$ 2.548.980
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	2	SILLA INTERLOCUTORA	1. Estructura en tubo con acabado en pintura electrostática o cromada 2. Asiento y espaldar en polímero de alto impacto o polipropileno	12	$ 214.200	$ 3.058.776
	URGENCIAS	TRIAGE	2					
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	2					
	VACUNACION	CONSULTORIO	2					
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	2					
	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	2					
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1	SILLA RECLINABLE	1. Silla certificada para uso hospitalario de accionamiento mecánico. 2. Dos funciones: Espaldar reclinable y piecero de levante 3. Espuma de alta densidad y tapizado en material con protección antibacterial 4. Capacidad de carga del paciente ≥ 120 Kg	1	$ 3.570.000	$ 4.248.300
CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	CONSULTORIO	1	SILLA SECRETARIAL	1. Espaldar y asiento tapizados en espuma por lo menos en su interior (parte operativa) 2. Asiento de altura graduable mediante cilindro; con apoyabrazos 3. Carcasa en polipropileno 4. Base en acero con terminación en cromo o en Nylon	7	$ 459.000	$ 3.823.470
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	ESTACION ENFERMERIA	1					
	URGENCIAS	CONSULTORIO	1					
	URGENCIAS	TRIAGE	1					
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1					
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1					
	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1					

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O AREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	REANIMACION	1	SUCCIONADOR	1. Presión de trabajo como mínimo hasta (-600 mmHg) o (-80Kpa)	3	$1.071.000	$ 3.823.470
		PROCEDIMIENTOS	1		2. Capacidad del reservorio ≥1000 ml.			
		CARRO PARO ENFERMERIA	1		3. Caudal de flujo ≥ 20L/min			
					4. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC			
					5. Debe contar con sistema de protección de sobre flujo o de volumen			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	TALLIMETRO	1. Rango de medición como mínimo hasta 200 cm	3	$ 1.224.000	$ 4.369.680
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		1.1. División o graduación de escala mm			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		2. Plataforma para ubicación del paciente			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	SALA DE ESPERA URGENCIAS	4	TAMDEN	1. Tándem estructura tubular cuadrada o rectangular mínimo 1/2"	12	$ 958.800	$13.691.664
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA	8		2. Asiento y espaldar en polipropileno o totalmente metálico sin tapizado			
					3. Tándem de tres puestos			
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	TENSIOMETRO	1. Tensiómetro de pared	3	$ 1.020.000	$ 3.641.400
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2. Escala de medición de 300 mmHg, resolución ≤ 3mm Hg			
	ENFERMERIA	CONSULTORIO	1		3. Angulo de rotación ≥ 30°			
					4. Accesorios: Brazalete adulto y pediátrico			
CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	CONSULTORIO	4	TERMO PORTAVACUNAS	1. Capacidad de almacenamiento entre 2 y 3 litros	4	$ 1.224.000	$ 5.826.240
					2. Peso vacío máximo 3 kg			
					3. Espesor del aislamiento ≥ 20 mm			
					4. Precalificado por la OMS Código PQS			
					5. Accesorios: Datalogger			

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O AREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	REANIMACION	1	TERMOHIGROMETRO	1. Rango de medición de la temperatura desde -50 hasta 70ºC	7	$ 285.600	$ 2.379.048
	URGENCIAS	ESTACION ENFERMERIA	1		1.1. Resolución ≤ 1ºC			
CONSULTA EXTERNA	VACUNACION	CONSULTORIO	1		2. Rango de humedad relativa ≤25 % hasta 99%			
	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1		2.1. Resolución ≤ 1%			
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1		3. Funciones de máximos y mínimos			
	SERVICIO FARMACEUTICO	SERVICO FARMACEUTICO	1					
	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1					
ATENCION INMEDIATA	URGENCIAS	CONSULTORIO	1	TERMOMETRO	1. Termómetro infrarrojo	2	$ 153.000	$ 364.140
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO	1		2. Pantalla a color o retroiluminada			
					3. Medición de la temperatura en grados centígrados y Fahrenheit			
					4. Medición de la temperatura mínimo hasta 40º C			
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1	UNIDAD ODONTOLOGICA	1. Sillón eléctrico, capacidad de carga mínimo 170 Kg	1	$16.830.000	$20.027.700
					2. Tapizado sin costuras			
					3. Módulo de mínimo cuatro servicios con conexión holder automático o sensor para piezas de mano			
					4. Módulo de escupidera con lava taza y llena vaso			

GRUPO	SERVICIO	AMBIENTE Y/O ÁREA	CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	CANT TOTAL	VALOR MAXIMO UNITARIO (SIN IVA)	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
					5. Eyector de saliva			
					6. Lámpara LED activación por sensor o manos libres			
					7. Requerimiento eléctrico 110/120 VAC 50/60 Hz			
					8. Accesorios: Silla para el odontólogo con espaldar			
CONSULTA EXTERNA	ODONTOLOGIA	CONSULTORIO	1	VITRINA	1. Acabado en acero tipo Cold Rolled o inoxidable	3	$ 1.632.000	$ 5.826.240
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1		2. Vitrina de dos cuerpos uno con puertas y divisiones internas y otro tipo alacena			
	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	AREA DE TOMA DE MUESTRAS	1		3. Puertas con cierre de seguridad			
					4. Medidas Alto entre 130 y 150 cm, Ancho entre 30 y 50 cm, Largo entre 70 y 80 cm.			
APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA	SERVICIO FARMACEUTICO	SERVICIO FARMACEUTICO	2	TORRE DE MEDICAMENTOS	1. Estructura de un cuerpo dividida en dos secciones	2	$ 6.500.000	$15.470.000
					1.1. Parte superior tipo con dos columnas cada una con divisiones internas			
					1.2. Parte inferior compuesta por mínimo 5 cajones con sistema de correderas			
					2. Medidas: Altura total entre (180 y 200 cm), ancho entre (60 y 80 cm) profundidad entre (80 y 100 cm)			
					TOTAL	177		$477.114.887

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud Piso 5.
Código Postal: 111321
Teléfono: 749 17 30
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Del mismo modo, en cuanto a las especificaciones técnicas mínimas requeridas por tipo de tecnología, son responsabilidad de la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, así como, la definición de las mismas y validez dentro de las fichas técnicas aportadas como soporte técnico del proyecto, no obstante el grupo de Ingenieros Biomédicos de la Dirección Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, enfatizó que estas fueran formuladas de tal forma que contemplaran características relevantes que definen un tipo de tecnología y que estuviesen acorde con las necesidades tecnológicas del hospital, producto de ello la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA certificó tanto el estudio de mercado, como su componente técnico.

CONSIDERACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN:

- Una vez revisada la documentación allegada a la Dirección Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo con el estudio de mercado (soportado con las cotizaciones de los proveedores y las fichas técnicas de los equipos).
- En cuanto al estudio de mercado y los soportes correspondientes aportados al proceso, es responsabilidad de la E.S.E, la veracidad y validación de las especificaciones técnicas relacionadas con las fichas técnicas, dentro del mismo y la coherencia de los precios con el mercado actual.

Una vez revisada la documentación allegada se evidencia el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Dirección Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios de acuerdo con la lista de chequeo M-PDS-DRS-FR-048. Con lo anterior, se emite **CONCEPTO DE VALORACIÓN TECNICA** como **VIABLE** sobre el proyecto presentado por la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA.

Teniendo en cuenta el estudio de mercado presentado por la E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA, el valor estimado de la dotación a adquirir es de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($477.114.887)**, con un tiempo estimado de ejecución de cuatro (04) meses

El presente concepto no compromete ningún tipo de apalancamiento financiero o los recursos del Departamento, limitándose únicamente al componente técnico y metodológico del proyecto presentado.

Se emite a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2025

Elaboró:

Laura B Cárdenas

LAURA ANDREA BUSTOS CÁRDENAS
Componente técnico dotación – Contratista DDGRPS

Vo Bo

Nelson Hernán López Romero- Subdirector de Infraestructura en Salud DDGRPS
Jaime Orlando Ávila Pacheco- Profesional Universitario DDGRPS