OBJETO: **ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS CON GABINETE PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS (EXTERNOS E INTERNOS) Y ELECTRODOS PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**.

LOTE 1

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA
1	**-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO** • Equipo portátil • Sistema de análisis automático para la determinación de un ritmo desfibrilable • Capacidad de suministro de descarga eléctrica mediante onda bifásica • Sistema de instrucciones por voz en idioma español • El equipo debe ser para uso pediátrico y adulto Batería: - Duración mínima de 24 meses en estado de espera - Capacidad de descarga de la batería en un rango de entre 140 a 225 descargas +/- 10 • Autodiagnóstico para el control del estado del equipo y de la batería • Memoria de almacenamiento de eventos • Transferencia y visualización de la información almacenada a algún medio electrónico -Con sus respectivos Electrodos o parches CPR para adulto y pediátrico o parche universal según fabricante fáciles de colocar con las siguientes características: - Dos (2) piezas EN TOTAL (Uno (1) para adulto y uno (1) para pediátrico), o dos (2) piezas si el parche es universal. - Vida útil mínima de tres (3) años.	5	$ 14.736.640	$ 17.536.602

	Nota: Las Baterías deben periódicamente ser verificadas operacionalmente por el contratista. Se realizará una verificación operacional a la entrega, otra durante el transcurso de su funcionalidad y una verificación más antes de finalizar la garantía del equipo.			
2	**GABINETE PARA DESFIBRILADOR EN ZONA CARDIO SEGURA CON LLAVE E INSTALACIÓN** • Gabinete para Desfibrilador Externo Automático (CON ALARMA DE APERTURA SONORA Y VISUAL) Diseñado especialmente para ubicar el DESFIBRILADOR, con las siguientes especificaciones técnicas. • Fabricado con lamina mecánica y pintura electrostática, puerta con ventana en acrílico de 3mm de calibre • Con señalización o Aviso de zona cardio segura con su respectiva instalación • Con alarma de apertura visual y sonora • Dimensiones mínimas requeridas: -Ancho entre 30 y 35 cm -Alto entre 35 y 40 cm -Fondo: entre 17 y 20 cm	5	$ 550.000	$ 654.500

LOTE 2

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARCHE/ ELECTRODOS MINDRAY MR62 (Accesorios)	MR62	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA
3	Forma del parche/electrodo	Ovalado	4 juegos		
	Longitud del cable	1,2 m, pre conectable			

	Área total	115+-5CM2			
	Área adhesiva	80+-cm2			
	Número máximo de desfibrilaciones	Hasta 50 descargas (360 J, monofásico y bifásico)			
	Vida útil (con embalaje hermético)	60 meses			
	Condición de almacenamiento	De 15° C A 35° C La vida útil implica una temperatura de almacenamiento de 25° C. La vida útil se reducirá si la temperatura de almacenamiento supera los 2°C.			
	Nota: Las características y vida útil mínima de los electrodos/parches será de 55 meses.				

FLOR ELENA GODOY GUZMAN

Coordinadora Grupo Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo

AED Plus®

Especificaciones técnicas



Medición de la compresión del tórax con Real CPR Help

La fuerza que se precisa para comprimir el tórax durante la RCP varía en función de la complexión y la anatomía del paciente. No obstante, la medida estándar de la calidad de la compresión torácica no es la fuerza sino la profundidad. La tecnología Real CPR Help® presente en CPR-D-padz® de ZOLL, incluye un localizador para la ubicación de la mano, un acelerómetro, circuitos electrónicos y un algoritmo de procesamiento. Todos ellos funcionan en conjunto para medir el desplazamiento vertical en el espacio a medida que se realizan las compresiones.

Talla única

El diseño de electrodo de una pieza de ZOLL tiene en cuenta la variación anatómica. El diseño de CPR-D-padz se basa en numerosos datos humanos y se ajusta a las características antropométricas de la anatomía torácica del 99% de la población. Si fuese necesario, el electrodo inferior (apical) se puede separar y ajustarse para abarcar al otro 1% de la población.


Colocación simplificada

Colocar dos parches de electrodo separados en el tórax desnudo del paciente puede resultar confuso para el reanimador ocasional. CPR-D-padz de ZOLL simplifica este paso al guiar la colocación de la marca de referencia roja en el centro de la línea imaginaria que conecta los pezones del paciente. Una vez en su lugar, el localizador de mano y los dos parches de electrodo se colocan de forma natural en la posición óptima tanto para desfibrilación como para RCP.


Vida útil: 5 años

Todos los electrodos de DEA transmiten electricidad de desfibrilación al paciente a través del metal que está en contacto con el gel de infusión de sal que se pone entre el metal y la piel. Sin embargo, con el tiempo, la sal que contiene el gel corroe el metal y finalmente afecta a la funcionalidad del electrodo. El novedoso diseño del electrodo de ZOLL, sacrifica un elemento no fundamental del electrodo para controlar el proceso de corrosión y ofrecer una vida útil sin precedentes de cinco años.

ZOLL®



Real CPR Help® ofrece una ayuda única para los reanimadores al entregar retroalimentación en tiempo real sobre la profundidad y la frecuencia de compresión para RCP.



Los CPR-D-padz de una pieza de ZOLL están diseñados para ajustarse a la anatomía torácica del 99% de la población.



Los CPR-D-padz cuentan con ilustraciones claras sobre la colocación anatómica y una marca de referencia para la ubicación de la mano para RCP.



Los CPR-D-padz vienen complementados con elementos de rescate esenciales, entre ellos, mascarilla protectora, máquina de afeitar, tijeras, guantes desechables y toallita húmeda desechable.

ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655 800-348-9011

Para ver las direcciones y números de fax de las subsidiarias, así como otras ubicaciones globales, vaya a www.zoll.com/contacts.

Especificaciones de AED Plus

DESFIBRILADOR

Forma de onda: bifásica rectilínea.

Tiempo de retención de carga del desfibrilador: 30 segundos

Selección de la energía: selección automática preprogramada

(120J, 150J, 200J)

Seguridad del paciente: todas las conexiones de paciente están aisladas desde el punto de vista eléctrico.

Tiempo de carga: menos de 10 segundos con baterías nuevas.

Electrodos: CPR-D-padz, pedi-padz® II o stat-padz® II de ZOLL.

Comprobación automática: Comprobación automática configurable de 1 a 7 días. Valor predeterminado = cada 7 Comprobación mensual a energía completa (200J).

Comprobaciones automáticas Capacidad de batería, conexión de los electrodos, electrocardiograma y circuitos de carga y descarga, hardware y software de microprocesador, circuito de RCP y sensor CPR-D, y circuito de audio

RCP: Metrónomo de frecuencia Variable entre 60 y 100 CPM

Profundidad: de 3/4" a 3,5"; De 1,9 a 8,9 cm

Asesoramiento de la desfibrilación: evalúa la conexión del electrodo y el ECG del paciente para determinar si se requiere la desfibrilación.

Ritmos susceptibles de descarga: fibrilación ventricular con amplitud promedio >100 microvoltios y taquicardia ventricular compleja amplia con frecuencias mayores que 150 lpm para adultos o 200 lpm para niños. Para conocer la sensibilidad y especificidad del algoritmo de análisis de ECG, consulte la Guía del administrador de AED Plus.

Rango de medición de la impedancia del paciente: 0 a 300 ohmios

Desfibrilador: circuito protegido de ECG

Formato de pantalla: LCD con barra de movimiento opcional

Tamaño: 2,6" x 1,3"; 6,6 cm x 3,3 cm

Ventana de vista de ECG opcional: 2,6 segundos

Velocidad de barrido de la pantalla de ECG opcional: 25 mm/s 1"/s

Capacidad de batería: Nuevas normales (20 °C) = 5 años (225 descargas) o 13 de monitorización continuada. Fin de la vida indicada por la X roja (descargas restantes normales= 9).

Registro de datos y almacenamiento: 50 minutos de datos de ECG y RCP. 20 minutos de grabación de audio y datos de ECG y RCP, si la opción de grabación de audio está instalada y activada. 7 horas de datos de ECG y RCP si la opción de grabación de audio está desactivada.

Requisitos mínimos de PC para configuración y recuperación de los datos del paciente: equipo con Windows® 98,Windows® 2000, Windows® NT, Windows® XP,compatible con IBM, PII con 16550 UART (o superior).64 MB de RAM. Monitor VGA o mejor. Unidad deCD-ROM. Puerto infrarrojo. Espacio en disco de 2 MB.

DISPOSITIVO

Tamaño: (alto x ancho x profundidad) 5,25" x 9,50" x 11,50"; 13,3 cm x 24,l cm x 29,2 cm

Peso: 6,7 lb; 3,1 kg

Alimentación: baterías reemplazables por el usuario. 10 baterías tipo 123A Photo Flash de litio-dióxido de manganeso.

Clasificación del dispositivo: Clase II con alimentación interna según EN60601-1

Normas de diseño: cumple con los requisitos aplicables de las normas UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2.

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 122 °F; 0 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento: -22 °F a 140 °F; -30° a 60 °C

Humedad: de 10% a 95% de humedad relativa, sin condensación

Vibración: MIL Std. 810F, prueba de helicóptero mínimo.

Descarga: IEC 68-2-27; 100G

Altitud: 300 a 15.000 pies; -91 m a 4573 m

Ingreso de agua y partículas: IP-55.

CPR-D-padz

Vida útil: 5 años

Gel conductor: hidrogel de polímero

Elemento conductor: estaño

Embalaje: bolsa laminada de múltiples capas

Clase de impedancia: baja

Longitud del cable: 48 pulgadas (1,2 m)

Esternón: Longitud: 6,1" (15,5 cm); Ancho: 5,0" (12,7 cm); Largo, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Ancho, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Área, gel conductor: 12,3 pulgadas2 (79,0 cm2);

Ápex: Longitud: 6,1" (15,5 cm); Ancho: 5,6" (14,1 cm); Largo, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Ancho, gel conductor: 3,5" (8,9 cm); Área, gel conductor: 12,3 pulgadas2 (79,0 cm2);

Conjunto completo: Longitud doblado: 7,6" (19,4 cm); Ancho doblado: 7,0" (17,8 cm); Altura doblado: 1,5" (3,8 cm)

Normas de diseño: cumple con los requisitos aplicables según ANSI/AAMI/ISO DF-39-1993.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

©2011 ZOLL Medical Corporation. Reservados todos los derechos. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, pedi-padz II, Real CPR Help, stat-padz y ZOLL son marcas comerciales y marcas registradas de ZOLL Medical Corporation en Estados Unidos y en los demás países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Impreso en EE.UU. 061110 9656-0158-10

ZOLL®

Gabinete DEA M5

Gabinete para equipos DEA



Protege y exhibe de manera efectiva equipos DEA (desfibrilador externo automático), con puerta de diseño panorámico que permite amplia visibilidad y fácil acceso en caso de emergencia.

Características

- Espacio interior que se adapta a múltiples modelos de equipos DEA.
- Estructura en acero con recubrimiento en pintura electrostática.
- Puerta traslúcida en acrílico.
- Señales indicativas.
- Fácil instalación.
- Dos opciones de sistema de alarma disponible:

  Alarma Básica: Activación on/off. Alarma con sonido y luz. 110 dB/30cm. Alimentada con baterías alcalinas 12V (23A /A23).

  Alarma Plus: Electrónica de seguridad con modo de chequeo de batería. Alarma con sonido y luz. Alimentada con baterías AA.


- Disponible con o sin sistema de alarma.



Opciones de color*



Dimensiones



Exterior

Alto con alarma: 45 cm
Alto sin alarma: 40 cm
Ancho: 40 cm
Fondo: 21cm

Interior

Alto: 31,5 cm
Ancho: 34,5 cm
Fondo: 18 cm

Peso

5 kg (con alarma)

*Sujetas a mínimos de compra y/o disponibilidad de inventario.

gracia MEDICAL