
INFORME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO RX FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Servicio: Cali

Atn.: Dr. EDWIN ARMANDO BUITRAGO TURCA

Cordial saludo,

En la realización de mantenimiento del Equipo de RX de la ciudad de Cali; antes del inicio de actividades se procedió a verificar estado y funcionamiento del equipo con numero de serie 120RCC355A245, se realiza inspección visual y verificación de sus accesorios, computador portátil (al cual se le realiza backup), batería y sus cargadores respectivos, etc.; evidenciando así, que el equipo se encuentra en buen estado y que cumple con su propósito en cada uno de sus modos:



Se procede a realizar el mantenimiento:


















Después de ejecutado el respectivo mantenimiento se evidencia y se hace entrega y en buen funcionamiento, y con base en especificaciones de fabricante del sensor y su procesos de digitalización, backup del sistema y revisión de hardware y software; valoración del estado de la batería y sus respectivos cargadores; funcionamiento adecuado de voltaje, amperaje y potencia del equipo emisor y perfecto funcionamiento del sistema de disparo y exposición.

Verificación del funcionamiento del software y capacidad de procesamiento y ciclo de actualizaciones no mayores a 10 segundos; por ende buen funcionamiento entre sensor y computador.

RECOMENDACIONES

1. A pesar de que se evidencia buen trato, manejo y control del equipo en general de Rx (emisor, sensor, portátil y sus accesorios); se recomienda que el sensor por se la parte principal del sistema, este sea protegido por un empaque siliconado para evitar que este se raye o se parta haciendo posiblemente que las imágenes presenten distorsiones.



Atentamente,

WILSON SALDARRIAGA PINEDA

CC 16.889.865