

 <p>Hospital Ismael Perdomo E.S.E. Villahermosa - Tolima</p>	E.S.E HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA TOLIMA			
	Proceso	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	Código	
	Subproceso	Tecnología Biomédica	Fecha Elaboración	18/09/2025
	Nombre del documento	HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO	Última actualización	18/09/2025
Responsable: Ing. Biomédico		hos4221@yahoo.com		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO				
		NIT	890704505	SEDE

	DATOS BÁSICOS	
	NOMBRE	LAMPARA QUIRURGICA
	MARCA	MINDRAY
	MODELO	HylED600M
	SERIE	50-56002831
	CLASIFICACIÓN POR RIESGO	IIA
	REGISTRO SANITARIO	2017DM-0015776
ACCESORIOS		

DATOS DE PROPIEDAD			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	FABRICANTE	Mindray Medical International Limited
FECHA DE COMPRA	18/09/2025	E-MAIL FABRICANTE	service@mindray.com
FECHA DE INSTALACIÓN	18/09/2025	PROVEEDOR	PROINMED SAS
VENCIMIENTO GARANTÍA	18/09/2025	TELÉFONO PROVEEDOR	318 415 48 11
COSTO ADQUISICIÓN	\$ 32.487.000	VIDA ÚTIL	7 AÑOS

REGISTRO TÉCNICO				CLASIFICACIÓN			
VOLTAJE	110-240 v	PRESIÓN	NO REGISTRA	BIOMÉDICA		DE USO	
CORRIENTE	1-2A	VELOCIDAD	NO REGISTRA	DIAGNÓSTICO		MÉDICO	X
POTENCIA	50-70 W	CAPACIDAD	130.000 Lux	TTO. DE LA VIDA	X	BÁSICO	
FRECUENCIA	50-60 Hz	PESO	30 Kg	REHABILITACIÓN		APOYO	X
TEMPERATURA	10 C - 40 C	BATERÍA	NO REGISTRA	PREVENCIÓN		OTRO	
HUMEDAD	35-80%	MÓVIL	X	ANÁLISIS LAB		CUÁL:	
		FIJO					

FUENTES DE ALIMENTACIÓN				MANUALES				TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
ELECTRICIDAD	X	ENERGÍA SOLAR		OPERACIÓN		X		ELÉCTRICO	X	NEUMÁTICO	
AGUA		BATERIA	X	SERVICIO		X		ELECTRÓNICO	X	VAPOR	
AIRE		ACEITE		PLANO				MECÁNICO	X	SOLAR	
GAS		MECÁNICA		FÍSICO		DIGITAL	X	HIDRAÚLICO		ÓPTICO	
VAPOR		OTRA:		LUGAR:				OTRO: CALOR			

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO			PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN		
CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	NO REQUIERE	ANUAL	BIANUAL
	X		X		

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
No cubrir los LEDS ni obstruir el flujo de aire de enfriamiento, evitar movimientos bruscos en el cabezal y brazos,Mantenimiento según programa, Manipulación cuidadosa