Hospital Ismael Perdomo E.S.E. Villahermosa - Tolima	**E.S.E HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA TOLIMA**			
	Proceso	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	**Código**	
	Subproceso	Tecnología Biomédica	**Fecha Elaboración**	18/09/2025
	Nombre del documento	HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO	**Última actualización**	18/09/2025
	Responsable: Ing. Biomédico	hos4221@yahoo.com		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO				
	NIT	890704505	SEDE	



DATOS BÁSICOS	
NOMBRE	TERMOMETRO ELECTRONICO
MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	SURE TEMP PLUS
SERIE	25050114
CLASIFICACIÓN POR RIESGO	IIA
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0002616-R1

ACCESORIOS	

DATOS DE PROPIEDAD			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	FABRICANTE	Welch Allyn, Inc.
FECHA DE COMPRA	18/09/2025	E-MAIL FABRICANTE	NO REGISTRA
FECHA DE INSTALACIÓN	18/09/2025	PROVEEDOR	PROINMED SAS
VENCIMIENTO GARANTÍA	18/09/2026	TELÉFONO PROVEEDOR	318 415 48 11
COSTO ADQUISICIÓN	$ 2.998.800	VIDA ÚTIL	5 AÑOS

REGISTRO TÉCNICO					
VOLTAJE	3V	PRESIÓN		NO REGISTRA	
CORRIENTE	NO REGISTRA	VELOCIDAD		4-15 seg	
POTENCIA	NO REGISTRA	CAPACIDAD		NO REGISTRA	
FRECUENCIA	50-60 Hz	PESO		400 g	
TEMPERATURA	10 C - 40 C	BATERÍA		AA	
HUMEDAD	35-80%	MÓVIL	X	FIJO	

CLASIFICACIÓN			
BIOMÉDICA		**DE USO**	
DIAGNÓSTICO	X	MÉDICO	X
TTO. DE LA VIDA		BÁSICO	X
REHABILITACIÓN		APOYO	
PREVENCIÓN	X	OTRO	
ANÁLISIS LAB		CUÁL:	

FUENTES DE ALIMENTACIÓN			
ELECTRICIDAD		ENERGÍA SOLAR	
AGUA		BATERIA	X
AIRE		ACEITE	
GAS		MECÁNICA	
VAPOR		OTRA:	

MANUALES			
OPERACIÓN	X		
SERVICIO	X		
PLANO			
FÍSICO	X	DIGITAL	X
LUGAR:			

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
ELÉCTRICO		NEUMÁTICO	
ELECTRÓNICO	X	VAPOR	
MECÁNICO		SOLAR	
HIDRAÚLICO		ÓPTICO	
OTRO: CALOR			

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO		
CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
	X	

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN		
NO REQUIERE	ANUAL	BIANUAL
	X	

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Mantener en base o soporte para evitar caidas, no sumergir el equipo a liquidos, limpiar solo con paños, Mantenimiento y calibración según programa, Manipulación cuidadosa

Hospital Ismael Perdomo E.S.E. Villahermosa - Tolima	**E.S.E HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA TOLIMA**			
	Proceso	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	**Código**	
	Subproceso	Tecnología Biomédica	**Fecha Elaboración**	18/09/2025
	Nombre del documento	HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO	**Última actualización**	18/09/2025
	Responsable: Ing. Biomédico	hos4221@yahoo.com		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO				
	NIT	890704505	SEDE	



DATOS BÁSICOS	
NOMBRE	TERMOMETRO ELECTRONICO
MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	SURE TEMP PLUS
SERIE	24517790
CLASIFICACIÓN POR RIESGO	IIA
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0002616-R1

ACCESORIOS	

DATOS DE PROPIEDAD			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	FABRICANTE	Welch Allyn, Inc.
FECHA DE COMPRA	18/09/2025	E-MAIL FABRICANTE	NO REGISTRA
FECHA DE INSTALACIÓN	18/09/2025	PROVEEDOR	PROINMED SAS
VENCIMIENTO GARANTÍA	18/09/2026	TELÉFONO PROVEEDOR	318 415 48 11
COSTO ADQUISICIÓN	$ 2.998.800	VIDA ÚTIL	5 AÑOS

REGISTRO TÉCNICO					
VOLTAJE	3V	PRESIÓN		NO REGISTRA	
CORRIENTE	NO REGISTRA	VELOCIDAD		4-15 seg	
POTENCIA	NO REGISTRA	CAPACIDAD		NO REGISTRA	
FRECUENCIA	50-60 Hz	PESO		400 g	
TEMPERATURA	10 C - 40 C	BATERÍA		AA	
HUMEDAD	35-80%	MÓVIL	X	FIJO	

CLASIFICACIÓN			
BIOMÉDICA		**DE USO**	
DIAGNÓSTICO	X	MÉDICO	X
TTO. DE LA VIDA		BÁSICO	X
REHABILITACIÓN		APOYO	
PREVENCIÓN	X	OTRO	
ANÁLISIS LAB		CUÁL:	

FUENTES DE ALIMENTACIÓN			
ELECTRICIDAD		ENERGÍA SOLAR	
AGUA		BATERIA	X
AIRE		ACEITE	
GAS		MECÁNICA	
VAPOR		OTRA:	

MANUALES			
OPERACIÓN	X		
SERVICIO	X		
PLANO			
FÍSICO	X	DIGITAL	X
LUGAR:			

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
ELÉCTRICO		NEUMÁTICO	
ELECTRÓNICO	X	VAPOR	
MECÁNICO		SOLAR	
HIDRAÚLICO		ÓPTICO	
OTRO: CALOR			

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO		
CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
	X	

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN		
NO REQUIERE	ANUAL	BIANUAL
	X	

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Mantener en base o soporte para evitar caidas, no sumergir el equipo a liquidos, limpiar solo con paños, Mantenimiento y calibración según programa, Manipulación cuidadosa

COPIA CONTROLADA

Hospital Ismael Perdomo E.S.E. Villahermosa - Tolima	**E.S.E HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA TOLIMA**			
	Proceso	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	**Código**	
	Subproceso	Tecnología Biomédica	**Fecha Elaboración**	18/09/2025
	Nombre del documento	HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO	**Última actualización**	18/09/2025
	Responsable: Ing. Biomédico	hos4221@yahoo.com		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO				
	NIT	890704505	SEDE	



DATOS BÁSICOS	
NOMBRE	TERMOMETRO ELECTRONICO
MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	SURE TEMP PLUS
SERIE	25050086
CLASIFICACIÓN POR RIESGO	IIA
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0002616-R1

ACCESORIOS	

DATOS DE PROPIEDAD			
FORMA DE ADQUISICIÓN	COMPRA	FABRICANTE	Welch Allyn, Inc.
FECHA DE COMPRA	18/09/2025	E-MAIL FABRICANTE	NO REGISTRA
FECHA DE INSTALACIÓN	18/09/2025	PROVEEDOR	PROINMED SAS
VENCIMIENTO GARANTÍA	18/09/2026	TELÉFONO PROVEEDOR	318 415 48 11
COSTO ADQUISICIÓN	$ 2.998.800	VIDA ÚTIL	5 AÑOS

REGISTRO TÉCNICO					
VOLTAJE	3V	PRESIÓN		NO REGISTRA	
CORRIENTE	NO REGISTRA	VELOCIDAD		4-15 seg	
POTENCIA	NO REGISTRA	CAPACIDAD		NO REGISTRA	
FRECUENCIA	50-60 Hz	PESO		400 g	
TEMPERATURA	10 C - 40 C	BATERÍA		AA	
HUMEDAD	35-80%	MÓVIL	X	FIJO	

CLASIFICACIÓN			
BIOMÉDICA		**DE USO**	
DIAGNÓSTICO	X	MÉDICO	X
TTO. DE LA VIDA		BÁSICO	X
REHABILITACIÓN		APOYO	
PREVENCIÓN	X	OTRO	
ANÁLISIS LAB		CUÁL:	

FUENTES DE ALIMENTACIÓN			
ELECTRICIDAD		ENERGÍA SOLAR	
AGUA		BATERIA	X
AIRE		ACEITE	
GAS		MECÁNICA	
VAPOR		OTRA:	

MANUALES			
OPERACIÓN	X		
SERVICIO	X		
PLANO			
FÍSICO	X	DIGITAL	X
LUGAR:			

TECNOLOGÍA PREDOMINANTE			
ELÉCTRICO		NEUMÁTICO	
ELECTRÓNICO	X	VAPOR	
MECÁNICO		SOLAR	
HIDRAÚLICO		ÓPTICO	
OTRO: CALOR			

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO		
CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
	X	

PERIODICIDAD DE CALIBRACIÓN		
NO REQUIERE	ANUAL	BIANUAL
	X	

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Mantener en base o soporte para evitar caidas, no sumergir el equipo a liquidos, limpiar solo con paños, Mantenimiento y calibración según programa, Manipulación cuidadosa