Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE ISUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO EVALUACIÓN ECONOMICA

CÓDIGO: AP-IA-FT-040
VERSIÓN: 01
FECHA: 2019-07-11

OBJETO A CONTRATAR:	**CD 029 DE 2025 "SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD – EBS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 1499 DE 2024, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL"**

ITEM	**NOMBRE**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**INBIOMECS SAS NIT : 901126715-8**			
						VAOR UNITARIO	**IVA**	**VALOR UNITARIO MAS IVA**	**VALOR TOTAL**
1	BASCULA DE PISO	•CAPACIDAD: 200 Kg •RESOLUCIÓN: 0.05 Kg •PRECISIÓN 50 GR •PLATAFORMA AMPLIA •VISUALIZACIÓN EN PANTALLA, LCD •FUNCIONES: INTERRUPTOR DE Lb/Kg, CEROAUTOMÁTICOS, "Retención de peso igual o superior a 5 segundos", APAGADO AUTOMÁTICO. ALIMENTACION CON BATERIAS •INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR ORGANISMO CERTIFICADO ONAC	UNIDAD	150		750.000	142.500	$ 892.500	133.875.000
2	TALLIMETRO	2.1.TALLIMETROENMATERIALRESISTENTE,LIVIANOYNO DEFORMABLE, PORTÁTIL 2.2. TIPO: ADULTO 2.3. DOBLE ESCALA (CENTÍMETROS O PULGADAS) 2.4. LONGITUD: 2 METROS. SENSIBILIDAD 1 MM. 2.5. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y CALIBRACIÓN DE FABRICA 2.6. BASE 25 CM DE ANCHO	UNIDAD	150		550.000	104.500	$ 654.500	98.175.000
3	CINTA METRICA	3.1. RANGO DE O A 150 CENTÍMETROS. 3.2. PULSADOR RETRACTIL Y CON BLOQUEO 3.3. CON DIVISIÓN DE CADA 1MM 3.4. "Certificado de conformidad, certificación de fábrica y/o certificado de calibración emitido por un laboratorio externo." 3.5. MEDIR MAXIMO 0,5CM DE ANCHO	UNIDAD	150		75.000	14.250	$ 89.250	13.387.500
4	INFANTOMETRO	4.1.MATERIAL RESISTENTE LIVIANO Y NO DEFORMABLE, SISTEMA RODANTE, NO INESTABLE, 4.2. MATERIAL NO SUCEPTIBELE A DILATACION AL CAMBIO DE TEMPERATURA. 4.3. RANGO DE MEDICIÓN EN CM:110 – 120 CM 4.4. RANGO DE MEDICIÓN EN INCH:4 – 39» 4.5. DIVISIÓN:1 MM / 1/16 INCH 4.6. PORTATIL, DESARMABLE CON DOS OPCIONES INFANTÓMETRO Y TALLÍMETRO 4.7. "Certificado de conformidad, certificación de fábrica y/o certificado de calibración emitido por un laboratorio externo."	UNIDAD	80		1.200.000	228.000	$ 1.428.000	114.240.000
5	EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5.1. PORTÁTIL. 5.2. ILUMINACIÓN LED. 5.3. OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO DE LUZ LED. 5.4. MINIMO 18 LENTES DE -20 A +20 PASOS DE DIOPTRIA. 5.5. CINCO APERTURAS MICRO, PEQUEÑA, GRANDE, FIJACIÓN, RANURA 5.6. FILTRO AZUL COBALTO 5.7. MANGOS METÁLICOS Y/O PLASTICOS (DOS) 5.8. BATERÍAS PARA LOS 2 MANGOS	UNIDAD	120		1.600.000	304.000	$ 1.904.000	228.480.000
6	TENSIÓMETRO MANUAL	6.1. PORTÁTIL 6.2. CON BRAZALETE ADULTO, LIBRE DE LÁTEX 6.3. RANGO DE MEDICIÓN DE 0-300 mmHg 6.4. PRECISIÓN DE LA PRESIÓN ± 3 mmHG 6.5. EQUIPO RESISTENTE A IMPACTOS. 6.6. CON ESTUCHE DE TRANSPORTE. 6.7. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO CERTIFICADO ONAC	UNIDAD	160		339.000	64.410	$ 403.410	64.545.600
7	FONENDOSCOPIO	7.1. DOBLE FUNCIÓN ADULTO Y PEDIÁTRICO 7.2. CON 2 PARES DE OLIVAS DE REPUESTO	UNIDAD	160		210.000	39.900	$ 249.900	39.984.000
8	TERMOMETRO INFRARROJO (PISTOLA)	8.1. DOBLE FUNCIÓN ADULTO Y PEDIÁTRICO 8.2. GRADO / USO MEDICO 8.3. CAMPO DE MEDICIÓN DE MÍNIMO DE 2CM A 10 CM DE DISTANCIA. 8.4. FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMATICO 8.5. MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN GRADOS CENTRIGRADOS 8.6. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO CERTIFICADO ONAC	UNIDAD	80		80.000	15.200	$ 95.200	7.616.000
9	PULSOXIMETRO	9.1. DOBLE FUNCIÓN ADULTO Y PEDIÁTRICO 9.2. TIPO DEDAL 9.3. CON CURVA PLETISMOGRÁFICA, QUE PERMITE EVALUAR ADECUADA MEDICIÓN VALORANDO LAS CONDICIONES DE PERFUSIÓN TISULAR. 9.4. QUE LA PANTALLA PERMITA VISUALIZACIÓN ROTATIVA PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL EXAMINADOR. 9.5. CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1 BPM O 3%. 9.6. FRECUENCIA CARDIACA ENTRE 30 Y 250 BPM Y SATURACIÓN ENTRE 35 A 100%. 9.7. RANGO DE MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA Y DE SATURACIÓN DE OXÍGENO 9.8. CON 2 JUEGOS DE BATERÍAS DE REPUESTO	UNIDAD	140		75.000	14.250	$ 89.250	12.495.000
VALOR TOTAL OFERTA MES									**$ 712.798.100**
VALOR PRESUPUESTO CDP 1665 DE 2025					**756.625.492**				**50 PUNTOS**

OBSERVACIONES:

1. SE EVALUA ECONÓMICAMENTE AL OFERENTE INBIOMECS SAS NIT : 901126715-8, EL CUAL SE ENCUENTRA HABILITADO EN LAS EVALUACIONES JURÍDICA, FINANCIERA, SARLAFT Y TÉCNICA .

2. LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE INBIOMECS SAS NIT : 901126715-8, NO SUPERA EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA CD 029 DE 2025.

3. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD 029 DE 2025, *La oferta que presente el menor valor total, se les asignará el puntaje máximo de cincuenta (50 puntos), a los proponentes cuya propuesta sea superior al menor precio ofertado se le asignará los puntos a partir de la siguiente fórmula.*
*Puntaje Asignado = 50 * (Valor de la oferta más baja / Valor de la oferta en evaluación)* SE ASIGNAN 50 PUNTOS AL OFERENTE INBIOMECS SAS NIT : 901126715-8

FIRMA:	
NOMBRE:	**RONALD AGUILAR GOMEZ** **DIRECTOR FINANCIERO**
FECHA DE ELABORACION:	**28 DE OCTUBRE DE 2025**